

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS INVITACION POR PAGINA WEB No. 006
DE 2012**

COMPRA EQUIPOS BIO MEDICOS SERVICIOS UCI NEONATAL

Revisadas las propuestas presentadas por los proponentes: AMAREY NOVA MEDICAL S.A, EQUITRONIC S.A, TECNICA ELECTROMEDICA S.A y el señor ARNOLD GENERARO MAYA GUERRERO, obtienen la siguiente evaluación de acuerdo a lo contemplado en el Pliego de Condiciones:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN JURÍDICA

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
AMAREY NOVA MEDICAL S.A	X	
EQUITRONIC S.A,	X	
TECNICA ELECTROMEDICA S.A	X	
ARNOLD GENERARO MAYA GUERRERO	X	

CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
AMAREY NOVA MEDICAL S.A		X
EQUITRONIC S.A	X	
TECNICA ELECTROMEDICA S.A	X	
ARNOLD GENERARO MAYA GUERRERO		X

OBSERVACIONES:

El proponente AMAREY NOVA MEDICAL S.A, es considerado no hábil en el componente financiero debido a que no cumple con el índice de liquidez según documento aportado.

El proponente ARNOLD GENARO MAYA GUERRERO, es considerado no hábil en el componente financiero, debido a que no presento RUP, para evaluar los índices financieros conforme lo exigía el Pliego de Condiciones.

EVALUACION TECNICA

Experiencia de los Oferentes Grupo 2

Corazón para Servir

PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversityneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
 Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
EQUITRONIC S.A	X	
TECNICA ELECTROMEDICA S.A	X	

OBSERVACIONES:

La experiencia de la propuesta de AMAREY NOVA MEDICAL S.A, participante por el grupo 1, no es objeto de evaluación por haber sido considerada no hábil en el componente financiero.

La experiencia de la propuesta de ARNOLD GENERARO MAYA GUERERO, participante por el grupo 1 y 2, no es objeto de evaluación por haber sido considerada no hábil en el componente financiero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
EQUITRONIC S.A	X	
TECNICA ELECTROMEDICA S.A		X

OBSERVACIONES: La propuesta presentada por TECNICA ELECTROMEDICA S.A, es considerada no hábil en el componente técnico, en razón a que no cumple con las exigencias del Pliego de Condiciones:

TECNICA ELECTROMEDICA S.A

Grupo 2:

No cumple en el equipo reanimador neonatal en cuanto a la especificación con mezclador de gases medicinales, porque no se evidencia el cumplimiento de este requisitos en las especificaciones técnicas propuestas a folio 088 y 089.

*La propuesta presentada por TECNICA ELECTROMEDICA S.A, por haber sido considerada no hábil en las especificaciones técnicas, no será objeto de evaluación económica conforme el criterio establecido en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones.

EVALUACION ECONOMICA (90 puntos)

Precio de la Oferta por grupo (90 puntos)

PROPONENTE	PRECIO GRUPO 2	PUNTAJE
EQUITRONIC S.A	\$57.656.640.00	90

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL FABRICANTE (10 PUNTOS)

PROPONENTE	PUNTOS
------------	--------

EQUITRONIC S.A	10
----------------	----

GARANTÍA (50 PUNTOS)

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
EQUITRONIC S.A	2	2 AÑOS	50

CONSOLIDADO EVALUACION

PROPONENTE	GRUPO A ADJUDICAR 2	PUNTAJE
EQUITRONIC S.A	\$57.656.640.00	150

OBSERVACIONES: LA oferta de EQUITRONIC S.A, cumple con los requisitos de la Invitación.

Neiva, Diciembre (05) de dos mil doce (2012).

Comité Evaluador:

Original firmado

CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
Subgerente Financiero

Original firmado

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL P.
Ingeniero Electrónico-Contratista

Original firmado

YESID ALARCON RODRIGUEZ
Ing. Biomédico-Fleming Biomedical S.A.S

Original firmado

FRANCISCO PERDOMO ARIAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica