

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS INVITACION POR CONVOCATORIA No. 002 DE 2014

COMPRA EQUIPOS BIOMEDICOS

Revisada la documentación exigida para la presentación de ofertas, las propuestas presentadas por los proponentes: KAIKA SAS, QUIRURGICOS LTDA, MEDIREX, PHILIPS COL. SAS, EQUITRONIC SA., AMAREY NOVA MEDICAL S.A, G. BARCO S.A, MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A, JOMEDICAL SAS, DRAGER COL S.A, A Y B EQUIPO MEDICO SAS, SERVIELECTROMEDICA y FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA, obtienen la siguiente calificación de acuerdo a lo contemplado en el Pliego de Condiciones:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN JURÍDICA

PROPONENTE	ADMISIBLE	INADMISIBLE
KAIKA SAS	X	
QUIRURGICOS LTDA	X	
MEDIREX	X	
PHILIPS COL. SAS	X	
EQUITRONIC SA	X	
AMAREY NOVA MEDICAL S.A	X	
G. BARCO S.A	X	
MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A	X	
JOMEDICAL SAS	X	
DRAGER COL S.A	X	
A Y B EQUIPO MEDICO SAS	X	
SERVIELECTROMEDICA	X	
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	X	

OBSERVACIONES:

El proponente MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A, no aporta autorización para contratar debido a que excede la cuantía establecida en el certificado de Cámara de Comercio.

El proponente A Y B EQUIPO MEDICO SAS, no aporta RUT ni cédula del representante legal

CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE	ADMISIBLE	INADMISIBLE
KAIKA SAS	X	
QUIRURGICOS LTDA	X	
MEDIREX	X	
PHILIPS COL. SAS	X	
EQUITRONIC SA	X	
AMAREY NOVA MEDICAL S.A	X	

Corazón para Servir

G. BARCO S.A	X	
MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A		X
JOMEDICAL SAS	X	
DRAGER COL S.A	X	
A Y B EQUIPO MEDICO SAS		X
SERVIELECTROMEDICA	X	
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	X	

OBSERVACIONES: Las propuestas de MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A y A Y B EQUIPO MEDICO SAS se consideran inadmisibles debido a que no cumplen con los requisitos exigidos en el criterio Financiero de Invitación puesto que no presentaron Registro Único de Proponentes.

EVALUACION TECNICA

Experiencia de los Oferentes

PROPONENTE	ADMISIBLE	INADMISIBLE
KAIKA SAS	X	
QUIRURGICOS LTDA	X	
MEDIREX	X	
PHILIPS COL. SAS	X	
EQUITRONIC SA	X	
AMAREY NOVA MEDICAL S.A	X	
G. BARCO S.A	X	
JOMEDICAL SAS	X	
DRAGER COL S.A	X	
SERVIELECTROMEDICA	X	
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	X	

OBSERVACIONES: La experiencia de las propuestas de MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A y A Y B EQUIPO MEDICO SAS, no son objeto de evaluación por haber sido consideradas inadmisibles financieramente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE	ADMISIBLE	INADMISIBLE
KAIKA SAS	GRUPO 6	
QUIRURGICOS LTDA	GRUPO 5	
MEDIREX	GRUPO 7	
PHILIPS COL. SAS	GRUPO 8	
EQUITRONIC SA	GRUPO 1	

AMAREY NOVA MEDICAL S.A	GRUPO 2	
G. BARCO S.A	GRUPO 4	
JOMEDICAL SAS		GRUPO 1
DRAGER COL S.A		GRUPO 1
		GRUPO 4
SERVIELECTROMEDICA	GRUPO 3	
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	GRUPO 3	

OBSERVACIONES: Son consideradas inadmisibles en la parte técnica las siguientes propuestas, en razón a que no cumplen con las exigencias del Pliego de Condiciones:

JOMEDICAL SAS

Grupo 1:

Lámpara Pielítica

Intensidad lumínica Mínimo de 100.000 Lux, es variable desde 40.000 Lux hasta máximo 100.000 Lux y se pide de mínimo 100.000 Lux.

Mesa de atención de Parto

Espaldar Ajustable desde 55° arriba hasta 15° hacia abajo

Dos (2) abrazaderas de manos en acero inoxidable.

DRAGER COL S.A

Grupo 1:

Incubadora de Transporte

Indicador de potencia del calefactor con rango de 0 – 100% en 8 pasos, lo hace en 4 pasos.

Luz de examen de LEDs, no indica que tipo de luz utiliza, a folio 104.

Incubadora Cerrada

Panel móvil con pantalla LCD que permita el monitoreo de Temperatura de aire y piel, O2, humedad, balanza, tendencias de Temperatura hasta de las últimas 24 horas y de peso hasta 7 días mínimo, alarmas. La Pantalla es fija no es móvil.

Temperatura de Piel T1: Rango: entre 10 45°C, Resolución: 0,1°C, Control: entre 34 37°C con rango extendido a 38°C

Temperatura de Piel T2: Rango: entre 10 45°C, Resolución: 0,1°C. La resolución no es de 0,1 °C

Temperatura de Aire: Rango: entre 10 45°C, Resolución: 0,1°C , Control: entre 20 37°C con rango extendido a 39°C. La resolución no es de 0,1 °C

Amplitud del colchón entre 60 cm X 45 cm que permita el uso en gemelos. No tiene las medidas acordes.

Mecanismo de Trendelemburg y AntiTrendelemburg $\pm 15^\circ$, con centrado automático que se opere desde el panel de control sin necesidad de perturbar al bebé. Es de 12° no cumple.

Sistema de alarmas: Temperaturas de piel: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (ajustable), Temperaturas de aire: $+ 1 / 3^{\circ}\text{C}$ (ajustable), Falla de sensores, piel y aire, Falla de circulación de aire, Falla de circuito electrónico, Falla de energía eléctrica, Alarma de sobre temperatura de aire con circuito independiente, Test de alarmas: activa todos los indicadores, Reset de alarma, Silenciamiento de alarmas mientras se estabilizan los parámetros seleccionados, Alarmas módulos: servohumedad, servooxígeno, balanza y oxímetro de pulso. Estas especificaciones no se pueden verificar en la documentación adjunta.

LÁMPARA DE CALOR RADIANTE (SERVOCUNA)

Indicador digital de la temperatura de piel del paciente, resolución de $0,1^{\circ}\text{C}$, precisión de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ y rango de medición entre 20 a 42°C . La resolución no cumple.

Indicador digital de la temperatura de control de piel resolución de $0,1^{\circ}\text{C}$, precisión de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ y rango de medición entre 34 a 39°C . La resolución no cumple.

Indicador de potencia del calefactor con rango de 0 a 100% en 4 pasos discretos.

Posiciones de Trendelemburg y AntiTrendelemburg, de accionamiento eléctrico que permite al operador posicionar la cuna con un ángulo de inclinación de hasta $\pm 15^{\circ}$. Solo hace 12° .

Base rodante de cuatro ruedas (dos con freno) de sólida construcción, da al equipo estabilidad y seguridad permitiéndole también seleccionar tres posiciones de altura de su columna central.

LÁMPARA PIELITICA

Consumo eléctrico Máximo 40W .

Temperatura de color fija en un rango entre 3800 K y 4800 K . Es de 5200 K

MESA DE ATENCIÓN DE PARTO

Espaldar Ajustable desde 55° arriba hasta 15° hacia abajo

Asiento Ajustable desde horizontal a 15° hacia arriba

Dos (2) abrazaderas de manos en acero inoxidable

Grupo 4

Todas las especificaciones técnicas de la empresa Drager no se pudieron verificar como lo describen en el Folio 126 de la Propuesta con los manuales y datasheed ya que no se adjuntan.

EVALUACION ECONOMICA (90 puntos)

Precio de la Oferta por grupo (90 puntos)

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
KAICA SAS	6	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
QUIRURGICOS LTDA	5	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
MEDIREX	7	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
PHILIPS COL. SAS	8	90

Corazón para Servir

PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
 Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
EQUITRONIC S.A	1	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
AMAREY NOVA MEDICAL SA	2	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
G. BARCO S.A	4	90

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
SERVIELECTROMEDICA	3	89.99

PROPONENTE	GRUPO	PUNTOS
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	3	90

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL FABRICANTE (10 PUNTOS)

PROPONENTE	PUNTOS
KAIKA SAS	10
QUIRURGICOS LTDA	10
MEDIREX	10
PHILIPS COL. SAS	10
EQUITRONIC S.A	10
AMAREY NOVA MEDICAL SA	10
G. BARCO S.A	10
SERVIELECTROMEDICA	0
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	10

GARANTÍA (50 PUNTOS)

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
KAIKA SAS	6	2 AÑOS	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
QUIRURGICOS LTDA	5	2 AÑOS	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
MEDIREX	7	1 AÑO	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
PHILIPS COL. SAS	8	2 AÑOS	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
EQUITRONIC S.A	1	26 meses	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
AMAREY NOVA MEDICAL SA	2	25 meses	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
G. BARCO S.A	4	3 AÑOS	50

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
SERVIELECTROMEDICA	3	2 AÑOS	30

Corazón para Servir

PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-40, 8-71-91-91, 8-71-74-96
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co Email: hospitalneiva@yahoo.com
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila

PROPONENTE	GRUPO	GARANTIA	PUNTOS
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	3	18 MESES	30

CONSOLIDADO EVALUACION

PROPONENTE	GRUPO A ADJUDICAR	PUNTAJE
KAIKA SAS	6	150
QUIRURGICOS LTDA	5	150
MEDIREX	7	150
PHILIPS COL. SAS	8	150
EQUITRONIC S.A	1	150
AMAREY NOVA MEDICAL SA	2	150
G. BARCO S.A	4	150
SERVIELECTROMEDICA	3	119.99
FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA	3	130

OBSERVACIONES:

La oferta presentada por SERVIELECTROMEDICA cumple con los requisitos de la Convocatoria pero no será adjudicado el grupo ofertado debido a que el puntaje total es de 119.99, respecto del proponente FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA que obtiene 130 puntos.

Las ofertas presentadas por: KAIKA SAS, QUIRURGICOS LTDA, MEDIREX, PHILIPS COL. SAS, EQUITRONIC S.A., AMAREY NOVA MEDICAL S.A, G. BARCO S.A, y FRANCY LEONOR MOTTA Y/O INVERSIONES AMERICA cumplen con los requisitos de la Convocatoria respecto a los grupos relacionados en el consolidado.

Neiva, tres (03) de junio de 2014.

Comité Evaluador:

Original firmado

CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
Subgerente Financiero

Original firmado

LUIS ARTURO ROJAS CHARRY
Subgerente Tecnocientífico

Original firmado

ELIZABETH MOTTA ALVAREZ
Subgerente Administrativa

Original firmado

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL P.
Ingeniero Contratista

Original firmado

ADOLFO CASTRO SILVA
Jefe Oficina Asesora Jurídica