

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 DE 2014

COMPRAVENTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

Revisada la documentación exigida para la presentación de ofertas, las propuestas presentadas por los proponentes: AMAREY NOVA MEDICAL S.A, SONOCARE S.A.S, J` MEDIC`S, ET SERVICE S.A.S, y EQUITRONIC S.A, obtienen la siguiente calificación de acuerdo a lo establecido en los Términos de Condiciones:

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN JURÍDICA

| PROPONENTE | ADMITIDO | NO ADMITIDO |
|-------------------------|----------|-------------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | X | |
| SONOCARE S.A.S | X | |
| J` MEDIC`S | X | |
| ET SERVICE S.A.S | X | |
| EQUITRONIC S.A | X | |

CAPACIDAD FINANCIERA

| PROPONENTE | ADMITIDO | NO ADMITIDO |
|-------------------------|----------|-------------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | X | |
| SONOCARE S.A.S | | X |
| J` MEDIC`S | X | |
| ET SERVICE S.A.S | X | |
| EQUITRONIC S.A | X | |

OBSERVACIONES: La propuesta de SONOCARE S.A.S se considera NO ADMITIDO debido a que no fue posible evaluar los aspectos financieros por no presentar Registro Único de Proponentes.

EVALUACION TECNICA

Experiencia de los Oferentes

| PROPONENTE | ADMITIDO | NO ADMITIDO |
|-------------------------|----------|-------------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | X | |
| J` MEDIC`S | X | |
| ET SERVICE S.A.S | X | |
| EQUITRONIC S.A | X | |

Corazón para Servir

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PROPONENTE | ADMITIDO | NO ADMITIDO |
|-------------------------|----------|-------------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | GRUPO 1 | |
| J` MEDIC` S | GRUPO 3 | |
| ET SERVICE S.A.S | GRUPO 2 | X |
| EQUITRONIC S.A | GRUPO 2 | |

OBSERVACIONES:

La experiencia y especificaciones técnicas de la propuesta de SONOCARE S.A.S, no es objeto de evaluación por haber sido considerada no admitido en el componente financiero.

Es considerada no admitido en la parte técnica la propuesta presentada por ET SERVICE S.A.S, en razón a que no cumple con las exigencias de los Términos de Condiciones en cuanto a:

LÁMPARA PIELITICA

Temperatura de color fija en un rango entre 3800 K y 4800 K.
No presenta Registro INVIMA o permiso de comercialización del equipo ofertado

INCUBADORAS ABIERTAS - SERVO CONTROLADA (2)

Indicador digital de la temperatura de control de piel resolución de 0,1 °C, precisión de +/- 0,3 °C y rango de medición entre 34 a 39°C

Paneles laterales de acrílico rebatibles a 180°, con cuatro pasacánulas (no cumple con lo subrayado), dos posteriores y dos laterales

EVALUACION ECONOMICA (90 puntos)

Precio de la Oferta por grupo (90 puntos)

| PROPONENTE | GRUPO 1 | PUNTOS |
|-------------------------|-----------------|--------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | \$2.366.748.094 | 90 |

| PROPONENTE | GRUPO 3 | PUNTOS |
|-------------|--------------|--------|
| J` MEDIC` S | \$86.220.200 | 90 |

| PROPONENTE | GRUPO 2 | PUNTOS |
|----------------|--------------|--------|
| EQUITRONIC S.A | \$79.806.124 | 90 |

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL FABRICANTE (10 PUNTOS)

| PROPONENTE | PUNTOS |
|-------------------------|--------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | 10 |
| J` MEDIC` S | 10 |

Corazón para Servir

| | |
|----------------|----|
| EQUITRONIC S.A | 10 |
|----------------|----|

GARANTÍA DIRECTA Y SUS MANTENIMIENTOS (50 PUNTOS)

| PROPONENTE | GRUPO | GARANTIA | PUNTOS |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | 1 | 25 MESES | 50 |

| PROPONENTE | GRUPO | GARANTIA | PUNTOS |
|------------|-------|----------|--------|
| J` MEDIC`S | 3 | 24 MESES | 50 |

| PROPONENTE | GRUPO | GARANTIA | PUNTOS |
|----------------|-------|----------|--------|
| EQUITRONIC S.A | 2 | 24 MESES | 50 |

Observaciones: Las propuestas presentadas por SONOCARE S.A.S para el grupo cuatro (04), y ET SERVICE S.A.S para el grupo (02) , no son objeto de evaluación por haber sido consideradas como no admitido en el componente financiero y en la parte técnica

CONSOLIDADO EVALUACION

| PROPONENTE | GRUPO A ADJUDICAR | PUNTAJE |
|---|-------------------|---------|
| AMAREY NOVA MEDICAL S.A | 1 | 150 |
| J` MEDIC`S | 3 | 150 |
| EQUITRONIC S.A | 2 | 150 |
| GRUPO CUATRO (04): NO EVALUADO POR CONSIDERARSE PROPUESTA NO ADMITIDO | | |

OBSERVACIONES:

Las propuestas presentadas por SONOCARE S.A.S para el grupo cuatro (04), y ET SERVICE S.A.S para el grupo (02) son consideradas como no admitido en el componente financiero y en la parte técnica respectivamente.

Las ofertas presentadas por: AMAREY NOVA MEDICAL S.A, SONOCARE S.A.S, J` MEDIC`S, ET SERVICE S.A.S, y EQUITRONIC S.A cumplen con los requisitos de la Convocatoria respecto a los grupos relacionados en el consolidado.

Neiva, diez (10) de octubre de 2014.

Comité Evaluador:

Original firmado

Original firmado

CARLOS ANDRES TOVAR DURAN
Subgerente Financiero

LUIS ARTURO ROJAS CHARRY
Subgerente Tecnicocientifico

Original firmado

Original firmado

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL P.
Ingeniero Contratista

ADOLFO CASTRO SILVA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Corazón para Servir