PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÒN HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

2022

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....3
2. PRESENTACIÒN....4
   2.1. OBJETIVOS....4
      2.1.1. OBJETIVOS GENERALES....4
      2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS....6
   2.2. ALCANCE....7
   2.3. MARCO NORMATIVO....7
   2.4. DEFINICIONES:....8
3. CONTENIDO....12
   3.1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA....12
   3.2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN....13
   3.3. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO....16
4. EVALUACIÒN....17
5. ANEXOS....17
6. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES....17
7. CONTROL DE CAMBIOS....18

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Mantenimiento se constituye en un instrumento de planeación, mediante el cual la E.S.E. orienta sus acciones hacia la conservación de la infraestructura física y los equipos en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido, con base en procesos establecidos y una programación desarrollada y evaluada de manera mensual, con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que encuentran oportunidad en la solicitud del servicio, cumplimiento en el mantenimiento preventivo, información durante el mantenimiento correctivo, confiabilidad del servicio, servicio integral, sentido de pertenencia.

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617 de 1995 reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 sobre el Mantenimiento Hospitalario. El Decreto 2174 de 1996, por el cual se organiza el Sistema de Garantía de Calidad, establece en su artículo 3 las características de la calidad, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos, calidad que depende en buena medida de la realización del mantenimiento hospitalario.

La institución desarrolla acciones tendientes a asegurar en el funcionamiento eficiente y continuado de los ambientes, las instalaciones, los equipos, mediante la prevención, la conservación y el mejoramiento de estos, a fin de lograr una mayor vida útil, seguridad de operación y economía en costos. En este sentido, el mantenimiento llega a tener connotación, cuando se conserva en operación continua, confiable, segura, económica en la totalidad de las instalaciones, inmuebles y equipos que la institución tiene para la prestación de atención de salud a la comunidad del sur colombiano.

2. PRESENTACIÒN

Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo y de la Planta física hospitalaria.

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos de la ESE Hospital Universitario de Neiva.

- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.

- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.

- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.

- Suministrar a los directivos de la institución y demás dependencias el

cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente en la prestación del servicio, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

- Entrenamiento inicial y continuo por lo menos una vez a año, a todo el personal asistencial en la seguridad y el uso efectivo de los equipos biomédicos.

- Reporte rápido y efectivo de los problemas presentados: incidente, accidentes, peligros potenciales y problemas de riesgos relativos a equipos biomédicos o a la dotación.

- Implementar procesos que garanticen la minimización de riesgos asociados con la adquisición de las tecnologías.

- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios.

- Proporcionar documentación esencial y necesaria de todos los equipos y su ubicación.

- Minimizar la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar la documentación de mantenimiento de todos los equipos y espacios.

- Garantizar una continua prestación de servicios de salud, gracias al perfecto funcionamiento de los equipos.

- Establecer procedimientos con los cuales examinar periódicamente las condiciones materiales de equipos biomédicos, a fin de asegurar la eliminación o minimización y control de riesgos, así como su conservación en condiciones óptimas de funcionamiento reduciendo las posibles averías y fallos provocados por el mal estado de estos.

2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El Plan de Mantenimiento de la infraestructura y dotación presenta los siguientes objetivos operativos del Plan de Mantenimiento:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.

- Ejecutar y administrar adecuadamente el presupuesto de mantenimiento con base en el Plan de mantenimiento hospitalario y la norma legal vigente.

- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.

- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

- Brindar cumplimiento con las actividades programadas según el Plan de Mantenimiento Preventivo.

- Informar a las áreas el programa de mantenimiento preventivo.

- Garantizar el cumplimiento del programa de calibración.

- Disminuir el tiempo de respuesta entre la solicitud y revisión del equipo.

- Informar continuamente el estado del mantenimiento correctivo.

- Garantizar que el trabajo realizado esté a satisfacción del usuario.

2.2. ALCANCE

Este documento es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo de mantenimiento preventivo en los diferentes servicios, y su elaboración será anual y su terminación será el funcionamiento adecuado de cada elemento de la planta física y la dotación hospitalaria.

2.3. MARCO NORMATIVO

El Gobierno Nacional en Colombia, ha venido promulgando una serie de disposiciones cuya finalidad es la de preservar la infraestructura física y la dotación hospitalaria.

Condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Capítulo IV de la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios.

La Ley 100 de 1993 establece en el artículo 189 que las IPS públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales que superan el 30% de sus ingresos totales deben destinar el mínimo del 5% de su presupuesto total a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.

En el Decreto 1769 de 1994 se establecen reglamentaciones en cuanto a la inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.

Decreto 1617 de 1995, Por el cual se aclara el Decreto 1769 del 3 de agosto de 1994.

Resolución 4445 de 1996, Ministerio de Salud y Protección Social; Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 en lo

referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

Circular externa 029 del 13 de marzo de 1997. Inspección, Vigilancia y Control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarios de su jurisdicción. Superintendencia Nacional de Salud.

Ley 715 de 2001, Art. 42: Sistema único de habilitación, el Sistema de garantía de la calidad y Sistema único de acreditación

En el Decreto 4725 del 2005, se hacen aportes importantes referentes a la calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecnovigilancia para poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.

Resolución 4816 de 2008, por la cual se reglamenta el programa nacional y los planes institucionales de tecnovigilancia.

Condiciones de accesibilidad en Colombia (Resolución Min Salud 14861 de 1985, ley 361 de 1997, ley 1346 de 2009)

Resolución 3100 de 2019, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

2.4. DEFINICIONES:

Plan de mantenimiento. Es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al servicio de mantenimiento de la institución. El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los

recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de la institución.

Infraestructura hospitalaria. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

Dotación hospitalaria. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: los equipos industriales de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativos y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

Equipo industrial de uso hospitalario. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

Equipo biomédico. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

Equipo de comunicaciones e informática. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

Plan de mantenimiento preventivo: Es el mantenimiento que se realiza a la infraestructura física, durante un año en periodos definidos sistemáticamente, estableciendo un cronograma el cual busca prevenir daños inoportunos, garantizando la calidad y seguridad del funcionamiento de todos los elementos de la planta física.

Plan de mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento que se realiza una vez suceda un evento inesperado en algún componente de la infraestructura o dotación hospitalaria, que debe ser atendida de manera inmediata, garantizando el buen funcionamiento y evitando daños secundarios que pueden producir sobre costos y la parálisis de un servicio.

Adecuación: Intervención de la infraestructura física, en la que no se modifican las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, mejorando las condiciones existentes de acabados y tecnología.

Baño: Ambiente que cuenta con lavamanos, sanitario y ducha.

Barrera física: Elementos materiales que permiten separar áreas o espacios, ambientes o servicios entre sí.

Disponibilidad: Que tiene el recurso en el momento en que se requiere pero que no necesariamente hace parte integral del área, ambiente, o del servicio, pudiendo estar ubicado en áreas o ambientes distintos y en el caso de instalaciones o redes suplirse con dispositivos elementos o equipos independientes.

Lavamanos: Aparatos dotados con llaves para suministro de agua y sifón, de uso exclusivo para lavado de manos, la grifería, donde se requiera por las condiciones de asepsia (áreas quirúrgico-obstétrica y de procedimientos, será con accionamiento manos libres).

Lavapatos: Aparatos sanitarios dotados con un sistema que garantice un arrastre hidráulico, para vertimiento de residuos líquidos, secreciones o excretas, dotado con ducha (o aspersor) tipo teléfono.

Pocetas de aseo: Área de uso específico para efectuar las operaciones de aseo y limpieza de carácter general (pisos, paredes, mesones etc.). Cuenta con punto hidráulico y desagüe, localizadas, en general, dentro de ambientes organizados para recibir también los elementos de aseo (trapeadores, detergentes, baldes, contenedores, carros de aseo, etc.).

Pocetas de lavado: Aparatos dotados con llave para suministro de agua cuello de cisne y sifón con rejilla, destinados a operaciones de lavado de materiales, elementos, etc. pueden ser de distintas dimensiones de acuerdo con el uso específico que tienen asignado. Generalmente localizados sobre mesones o independientes.

Remodelación: Intervención de la infraestructura física, en la que se modifican las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, mejorando las condiciones existentes y ajustándose a nuevos requerimientos de espacios, uso, acabados y nuevas tecnologías.

Unidad sanitaria: Ambiente que cuenta con lavamanos y sanitario.

Vertedero: Aparato de uso exclusivo para vertimiento de residuos líquidos, en material lavable, dotado con sifón, rejilla, llave de suministro de agua cuello de cisne y con ducha (o aspersor) tipo teléfono

3. CONTENIDO

El plan de mantenimiento elaborado por la ESE Hospital Universitario contempla los Items que se definen para la infraestructura y para la dotación en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Decreto 1769 de 1994 de acuerdo con las características y condiciones de la institución.

El plan de mantenimiento incluye:

3.1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

- Edificios.
- Instalaciones físicas.
- Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales.
- Áreas adyacentes a las edificaciones.
- Otros pertenecientes a la infraestructura.

Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura física hospitalaria:

- **Edificios** se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen paredes, pisos, techos, puertas, ventanas, baños, entre otros.

- **Instalaciones físicas:** son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo oficinas administrativas, garitas de vigilancia, garajes para automotores, cuartos donde se alojan las plantas eléctricas, los sistemas de suministro de gases, entre otras.

- **Sistema de Redes:** forman parte de este Las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, las redes telefónicas, las Instalaciones hidráulicas y sanitarias,

las instalaciones de vapor, redes locales, redes de conducción de gases y medicinales.

- **Áreas adyacentes:** son los jardines, los parques, las entradas etc.

3.2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

- El equipo biomédico
- De imágenes diagnósticas
- De laboratorio
- De terapia, tratamiento y rehabilitación
- De mantenimiento de la vida
- El equipo industrial de uso hospitalario
- Plantas eléctricas.
- Equipos de lavandería y cocina.
- Calderas.
- Bombas de agua.
- Autoclaves y equipos de esterilización.
- Equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
- Otros equipos industriales.
- Equipos de Seguridad.
- Los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales.
- Los equipos de comunicaciones e informática.
- Equipos de cómputo.
- Centrales telefónicas.
- Equipos de radiocomunicaciones.
- Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información.
- Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario.

- Otros equipos de comunicaciones e informática.

Se entiende por dotación hospitalaria:

Equipo biomédico:

- De diagnóstico son, por ejemplo: los equipos de rayos X, los ecógrafos, los equipos de medicina nuclear, los tomógrafos axiales computarizados, los equipos de resonancia magnética nuclear, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los electroencefalógrafos, los holteres, los capnógrafos, los medidores de O2 y CO2 indirectos, entre otros.
- De tratamiento y mantenimiento de la vida se consideran las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos exteriores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, los equipos de radioterapia y de terapia por radiaciones ionizantes, los equipos de diálisis, diatermias, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara cielítica), entre otros.
- De rehabilitación se consideran los aparatos para: terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.
- De prevención pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.
- De análisis de laboratorio son, por ejemplo: los medidores de acidez o base (ph metros), centrifugas, balanzas, baños de maría, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores para banco de sangre etc.

Equipo industrial de uso hospitalario:

- Plantas eléctricas son los generadores de electricidad que se emplean cuando el fluido eléctrico normal falla.

- Equipos de lavandería y cocina son, por ejemplo: las lavadoras, las calandrias, las planchas, las marmitas, las secadoras, las ollas, los carros termos, las batidoras, las licuadoras, grecas etc.
- Las calderas, las bombas de agua, motobombas.
- Autoclaves y equipos de esterilización sean estos eléctricos o de vapor o por óxido de etileno u otras técnicas respectivamente.
- Refrigeración y aire acondicionado incluye las neveras para conservación de biológicos, los componentes de la red de frío etc.
- Relacionados con servicios de apoyo se encuentran las herramientas de aseo, los incineradores, las máquinas de coser, aspiradoras, etc.
- Otros se consideran los ascensores, los compresores, tornos, taladros y herramientas de taller, bebederos, etc.
- Equipos de seguridad incluyen los extintores, las alarmas sonoras y visuales, entre otros.

Muebles para uso administrativo y para uso asistencial:

Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, las camas ginecológicas, los carros de medicamentos, muebles de las salas de espera, muebles de oficina, entre otros.

Equipos de comunicaciones e informática:

Los teléfonos, los citófonos, los computadores, las calculadoras, proyectores, retroproyectores, filmadoras, sistemas de televisión, sistemas de llamado de enfermería, relojes eléctricos, etc.

El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de cada institución

3.3. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Los recursos financieros destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria.

De conformidad con el artículo 1o del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) del presupuesto total en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación y con las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales.

El artículo 9o del Decreto 1769 de 1994 Tratándose de los hospitales públicos, los recursos destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento.

Los recursos financieros destinados para el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva para la vigencia se encuentra asignado asciende a la suma de $14.582.739.000 para la adquisición de bienes y servicios para la Infraestructura Física y la dotación hospitalaria tendientes a la conservación, reparación y reposición.

4. EVALUACIÒN

De acuerdo con los roles de la Oficina de Recursos Físicos, se establecen el siguientes Indicadores de Gestión:

- Proporción de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo Hospitalario.
- Razón de Proactividad del Mantenimiento.

5. ANEXOS

Formato SNS 3000 PMH
Formato SNS 3000 VMH

6. CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Dora Ximena Bermeo Falla	**NOMBRE:** Raúl Castro Rayo Marleny Quesada Losada	**NOMBRE:** Emma Constanza Sastoque Meñaca
CARGO: Profesional Especializada Recursos Físicos	**CARGO:** Subgerente Administrativo Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional	**CARGO:** Gerente E.S.E.
FECHA: Enero 2022	**FECHA:** Enero 2022	**FECHA:** Enero 2022

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	Enero 2019	Emisión del documento
02	Enero 2020	Actualización documento con Recursos para el Mantenimiento Hospitalario 2020 y Actualización de equipos y cronograma para el mantenimiento vigencia 2020
03	Enero 2021	Actualización documento con Recursos para el Mantenimiento Hospitalario 2021 y Actualización de equipos y cronograma para el mantenimiento vigencia 2021
04	Enero 2022	Actualización documento con Recursos para el Mantenimiento Hospitalario 2022 y Actualización de equipos y cronograma para el mantenimiento vigencia 2022

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	CONTIGUO AL LABORATORIO BIOMOLECULAR N°2°55"55.2432	SIN CODIGO	4 meses	ABR-AGO-DIC	Empresa Operadora	LIMPIEZA Y PRELAVADO DE EQUIPO. PURGAS CONTROLADAS, LIMPIEZA DE LLAVES DE PASO Y ENGRASE , REVISIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE FILTROS, REVISIÓN DE CONSOLA/ TORRE AIREADORA.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)	CONTIGUO AL AREA DE HABILITACIÓN ANTIGUO ARCHIVO	SIN CODIGO	RUTINARIOS PREVENTIVOS POR NUMERO DE HORAS TRABAJADAS DE EQUIPO	Semanal	Empresa Operadora	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES OPERATIVOS PARA LA PTAR "PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR".
INSTALACION DE PELICULAS DE CONTROL SOLAR PARA VENTANAS HABITACIONES DE PACIENTES	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	INSTALAR LAS PELÍCULAS EN LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DE LAS HABITACIONES DE PACIENTES
LEVANTAMIENTO CATASTARL DE REDES HIDROSANITARIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/02/2022	CONTRATISTA EXTERNO	REVISAR LAS REDES PARA SABER QUE REDES ESTAN OBSOLETAS Y DEBEN CAMBIARSE
MODERNIZACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
ADECUACIONES DE STAR DE ENFERMERIAS DEL 3 AL 6 PISO	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	MAR - DIC 2022	CONTRATISTA EXTERNO	MODERNIZACIÓN DE LOS STAR DE ENFERMERIA EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HABILITACIÓN
ADECUACION Y REMODELACION DEL QUINTO PISO SEGÚN 3100 DE 2019 DE HABILITACION	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	ENE - DIC 2022	CONTRATISTA EXTERNO	ADECUACIONES EN EL QUINTO PISO EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HABILITACIÓN
ESTUDIO Y DISEÑO RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	ENE - JUN 2022	CONTRATISTA EXTERNO	ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	SEP -DIC 2022	CONTRATISTA EXTERNO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
OBRAS ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS EECTRICOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTALACIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS EECTRICOS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO CON RETIE
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS
REPOSICIÓN DE ASCENSOR DE SERVICIOS	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	REPOSICIÓN DE ASCENSOR DE SERVICIOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS, DIVISIONES, ARCHIVADORES, SILLAS)	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS, DIVISIONES, ARCHIVADORES, SILLAS)
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE RECEPCIÓN Y CORRESPONDENCIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE RECEPCIÓN Y CORRESPONDENCIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL
OBRAS DE ORNATO PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS ZONAS COMUNES DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS DE ORNATO PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS ZONAS COMUNES DEL HOSPITAL
REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS PARA EL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS PARA EL HOSPITAL
PROYECTO DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA EL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	PROYECTO DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA EL HOSPITAL
OBRAS DE REUBICACIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS DE REUBICACIÓN DE AREAS ADMINSITRATIVAS DEL HOSPITAL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOSPITAL
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL BUNKER DE RADIOTERAPIA DE LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA Y AREAS ANEXAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL BUNKER DE RADIOTERAPIA DE LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA Y AREAS ANEXA
OBRAS DE ADECUACIÓN DE AREAS ANEXAS SERVICIO URGENCIAS OSCAR MORENO VARGAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL BUNKER DE RADIOTERAPIA DE LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA Y AREAS ANEXA
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS DE APOYO DE LA ESE	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL BUNKER DE RADIOTERAPIA DE LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA Y AREAS ANEXA
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS PERIMETRALES DEL PREDIO DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS PERIMETRALES DEL PREDIO DEL HOSPITAL
MODERNIZACIÓN DE LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MODERNIZACIÓN DE LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES DEL HOPSITAL
CONSTRUCCION DE NUEVA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	COMO REQUISICO PARA LAS CONDICIONES DE HABILITACION Y EN ARAS DE LOGRAR LLEGAR A LA ACREDITACION
ADECUACION DE SALA ANGIOGRAFO, SALAS DE RECUPERACIÓN Y HALL DE ACCESO	EDIFICIO	SIN CODIGO	ANUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	ADECUACION DE SALA ANGIOGRAFO, SALAS DE RECUPERACIÓN Y HALL DE ACCESO EN CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES DE ACREDITACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERRAZAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	JUN - DIC	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIETO PREVENTIVO DE TERRAZAS MEDIANTE PINTURA DE MANTOS CON PINTURA TIO ALUMOL
REORDENAMIENTO Y REMODELACION AREA DE URGENCIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	BIMENSUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	REORDENAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS CUMPLIENTO LOS ESTANDORES DE HABILITACION
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TODO EL HOSPITAL DEBIDAMENTE EVALUADOS Y APROBADOS PARA SU RESPECTIVA ATENCIÓN	EDIFICIO-TORRE MATERNO	SIN CODIGO	TODO EL AÑO	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TODO EL HOSPITAL DEBIDAMENTE EVALUADOS Y APROBADOS PARA SU RESPECTIVA ATENCIÓN
ATENCIÓN DE HUMEDADES POR LLUVIAS O FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS	EDIFICIO	SIN CODIGO	TODO EL AÑO	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	ATENCIÓN DE HUMEDADES POR LLUVIAS O FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	TODO EL AÑO	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	PARA PREVENIR GOTERAS POR LLUVIAS
MANTENIMIENTO DE PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, PISOS, CIELO RASO Y SUS RESPECTIVOS ACABADOS EN LOS DISTINTOS PISOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	MENSUAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, PISOS, CIELO RASO Y SUS RESPECTIVOS ACABADOS EN LOS DISTINTOS PISOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
MANTENIMIENTO DE PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, PISOS, CIELO RASO Y SUS RESPECTIVOS ACABADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	31/12/2022	CONTRATISTA EXTERNO	MANTENIMIENTO DE PAREDES, PUERTAS, VENTANAS, PISOS, CIELO RASO Y SUS RESPECTIVOS ACABADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL BANCO DE SANGRE	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGUES, SIFONES, LUMINARIAS. CHAPAS. PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO,TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABLER0 DE DISTRIBUCION ETC.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE FARMACIA	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGUES, SIFONES, LUMINARIAS. CHAPAS. PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO,TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABLER0 DE DISTRIBUCION ETC.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PLANTA DE GASES MEDICINALES	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGUES, SIFONES, LUMINARIAS. CHAPAS. PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO,TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABLER0 DE DISTRIBUCION ETC.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE CENTRAL DE MEZCLAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGUES, SIFONES, LUMINARIAS. CHAPAS. PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO,TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABLER0 DE DISTRIBUCION ETC.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO CLINICO	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO-NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGUES, SIFONES, LUMINARIAS. CHAPAS. PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO,TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABLER0 DE DISTRIBUCION ETC.
ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES QUE SEAN REQUERIDAS	EDIFICIO	SIN CODIGO		MAR-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES QUE SEAN REQUERIDAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
BATERIAS SANITARIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	COMPROBACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
CAMBIOS DE PROGRAMACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL SISTEMA TELEFONICO	EDIFICACION	SIN CODIGO	LLAMADO	FEBRERO	CONTRATISTA	SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS
CANAL Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	CONTRATISTA	LIMPIEZA
FUMIGACION Y DESRATIZACION	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO, AREA ADMINISTRATIVA, TORRE MATERNO INFANTIL, UNIDAD DE CANCER Y OTRAS SEDES	SIN CODIGO	MENSUAL	FEB A DIC	CONTRATISTA	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE AREAS LOCATIVAS DE LA ESE
GENERADOR DE VAPOR CALDERA DISTRAL	SALA DE MAQUINAS	2419	SEMESTRAL	FEB 21 AGOSTO 21	CONTRATO EXTERNO	INSPECCION DE TUBERIAS, FUGAS, MANOMETROS, SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, LAVADO QUIMICO, CAMBIO DE REGISTROS, EMPAQUES
GENERADOR DE VAPOR CALDERA CONTINENTAL	SALA DE MAQUINAS	2413	SEMESTRAL	FEB 25 AGOST 25	CONTRATO EXTERNO	INSPECCION DE TUBERIAS, FUGAS, MANOMETROS, SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, LAVADO QUIMICO, CAMBIO DE REGISTROS, EMPAQUES
LAVAMANOS	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO, AREA ADMINISTRATIVA, TORRE MATERNO INFANTIL, UNIDAD DE CANCER Y OTRAS SEDES	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	COMPROBACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
LUMINARIAS	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO, AREA ADMINISTRATIVA, TORRE MATERNO INFANTIL, UNIDAD DE CANCER Y OTRAS SEDES	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 7 ABRIL 7, JULIO 7 OCT7	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE TUBOS Y BALASTOS DAÑADOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL DE MUROS, CIELORAZOS, PUERTAS Y VENTANAS	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO, AREA ADMINISTRATIVA, TORRE MATERNO INFANTIL, UNIDAD DE CANCER	SIN CODIGO	BIMESTRAL		PERSONAL AGREMIADO - PERSONAL DE PLANTA	ARREGLO DE PINTURA Y OTROS
MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES TELEFONICAS	EDIFICIO	SIN CODIGO			CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES TELEFONICAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
PUERTAS Y VENTANAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	FEB 22 AGOSTO 22	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE SEGURIDAD, CAMBIO DE CHAPAS FUERA DE SERVICIO
RED DE VAPOR DE LAVANDERIA	LAVANDERÌA	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MARZO 15 SEPT 15	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÒN DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES , CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
RED DE VAPOR DE ESTERILIZACIÒN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN	SIN CODIGO	SEMESTRAL	FEB 8 AGOSTO 8	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÒN DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES .
RED VAPOR NUTRICIÒN	NUTRICIÒN	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MARZO 2 SEPT 2	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÒN DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES , CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES INALÁMBRICAS	EDIFICACION	SIN CODIGO	LLAMADO	FEBRERO	CONTRATISTA	SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SOPORTE DE LAS REDES INALÁMBRICAS
SIFONES Y DESAGUES	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA
TOMAS ELÈCTRICAS A 110 Y 220 V	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO UNIDAD DE CANCER, AREA	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 14 ABRIL 14, JULIO 14 OCT 14	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE TENSION, CAMBIO DE TOMAS DAÑADOS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	TORRE MATERNO INFANTIL	SIN CODIGO	SEMESTRAL	JUN - DIC	CONTRATISTA	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE CANCER	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	MAR - JUN - SEP - DIC	CONTRATISTA	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SOTANO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	JUN - DIC	CONTRATISTA	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	TERRAZA	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	JUN - DIC	CONTRATISTA	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	OTRAS SEDES	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	MAR - JUN - SEP - DIC	CONTRATISTA	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
CENTRAL DE GASES MÈDICOS OXIDO NITROSO	CENTRAL DE OXÌGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCTU2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMA DE EXTRACCIÒN AIRE NÙMERO UNO	SALA DE MAQUINAS	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 6 OCT 6	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE CHUMACERAS, TENSION A CORREAS
SISTEMA DE EXTRACCIÒN DE AIRE NÙMERO DOS	SALA DE MAQUINAS	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 8 OCT 6	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE CHUMACERAS, TENSION A CORREAS
SISTEMA DE VACIO NUMERO DOS, BOMBAS DOBLES.	CENTRAL DE VACIO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	ABRIL 2 JULIO 2 OCTU2	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
SISTEMA VACÌO NUMERO UNO, BOMBAS DOBLES	CENTRAL DE VACIO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	ABRIL 1 JULIO1 OCT 1	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
SISTEMAS DE GASES MÈDICO AIRE COMPRIMIDO MANIFUL	CENTRAL DE OXÌGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMAS DE GASES MÈDICO OXÌGENO, MANIFUL DOBLE	CENTRAL DE OXÌGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SISTEMAS DE GASES MÈDICOS OXÌGENO, TANQUE OXÌGENO LÌQUIDO	SOTANO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMAS DE GASES MÈDICOS OXIDO NITROSO	SOTANO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	CALDERAS	SIN CODIGO	CUATRIMESTRAL	FEB 14 JUN 14 OCT 14	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREKES
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	LAVANDERÌA	SIN CODIGO	CUATRIMESTRAL	FEB 15 JUN 15 OCT 15	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREKES
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	HALL PRINCIPAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO ADMINISTRACIÒN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO RAYOS X	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENTRADA A RAYOS X	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO LABORATORIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	BANCO DE SANGRE	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	LABORATORIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO CONSULTA EXTERNA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENDOSCOPIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO NUTRICIÒN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENTRADA A NUTRICIÒN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	NUTRICIÒN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	MEDICINA NUCLEAR	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO UNIDAD MENTAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	HALL UNIDAD MENTAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	NEUROFISIOLOGÌA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO OBSERVACIÒN ADULTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO OBSERVACIÒN PEDIATRIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	CIRUGÌA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO HALL SEGUNDO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENTRADA SALA DE PARTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	SALA DE PARTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENTRADA UNIDAD RENAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO CARDIOLOGÌA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	UCI ADULTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ESCALERA TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	INFECTOS TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	INTERIOR UCI PEDIATRÌA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ENTRADA NEONATOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ESCALERA CUARTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO CUARTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	UNIDAD BÀSICA NEONATAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	NEUROCIRUGÌA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ESCALERAS QUINTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)**

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (día/mes/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO QUINTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ESCALERA SEXTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO SEXTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	ESCALERA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	PASILLO SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BAÑO DE FLOTACION	RAYNBOW	N/R	004817	PATOLOGIA	07854	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BAÑO DE FLOTACION	TERMOFIN	N/R	553171	PATOLOGIA	005606	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BAÑO DE FLOTACION	SELECTA	01-C	612805	PATOLOGIA	008131	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRAL DE INCLUSION	LEICA	LEICA EG1150C	11059	PATOLOGIA	006805	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	COMPACT 2	3650006	PATOLOGIA	06307	CUATRIMESTRAL	S3/ENE- S3/MAY- S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CITOCENTRIFUGA CYTOSPIN	THERMO SCIENTIFIC	ASSUE4	CY69911010	PATOLOGIA	CITOSO	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGOS - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP001	458	PATOLOGIA	07156	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRIOSTATO PARA BIOPSIA	THERMO SCIENTIFIC	CRYOTOME E	CS3815M1009	PATOLOGIA	CRIOS0	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGOS - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	UNB 100	C105.0119	PATOLOGIA	05695	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	UNB 100	N/R	PATOLOGIA	004819	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSFA	9B03293	PATOLOGIA	02737	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO DE FLURESCENCIA	NIKON	ECLIPSE E400	6526247	PATOLOGIA	06874	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSF	SD03069	PATOLOGIA	09789	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	BX43	7E50843	PATOLOGIA	008133	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	LABOMED	LX 400	140665608	PATOLOGIA	006827	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX43	8D45597	PATOLOGIA	008671	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000µl	07H48203	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	100 -1000µl	07C1198	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	0,5 - 10µl	04C1063	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	10-100µl	05A3200	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20- 200µl	CT02189	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROTOMO	LEICA	RM2235	050038602	PATOLOGIA	01608	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROTOMO	LEICA	RM2125RTS	3562	PATOLOGIA	008132	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PLACA FRIA	LEICA	1150C	11163	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PLACA FRIA	LEICA	HISTOCORE ARCADIA C	6266	PATOLOGIA	009009	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE TEJIDOS	THERMO SCIENTIFIC	STP 120	49493	PATOLOGIA	PROTE0	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGOS - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	21243	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALT O METER	349KLX	3500038366	CONSULTA EXTERNA	006632	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06768	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC07471	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9300	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06725	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06385	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC07472	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	160KG	1620000990	CONSULTA EXTERNA	10613	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC7477	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	3500038392	CONSULTA EXTERNA	006630	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	EB9333	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC6772	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COLPOSCOPIO	LEISENGANG	N/R	53531	CONSULTA EXTERNA	09983	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCAUTERIO	SUPER FRECATOR	SFA-2758	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002942	CUATRIMESTRAL	S3/ENE - S3/MAY - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13727	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13744	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13723	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13726	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13715	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13722	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13724	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13725	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13730	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13717	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13711	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13714	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13720	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13728	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13718	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	13712	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002945	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	11196	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002944	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	13729	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	49000	15050248	CONSULTA EXTERNA	007039	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	S1-1E	1105560	CONSULTA EXTERNA	11179	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	ALCON	SL-1000	000974	CONSULTA EXTERNA	06916	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
YAG LASER	ALCON	3000LE	4533	CONSULTA EXTERNA	06917	ANUAL	S3/MAR	LABORATORIOS ALCON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LASER DE ARGON FOTOCOAGULADOR	ALCON	542-0001-501	07015644014	CONSULTA EXTERNA	10902	ANUAL	S3/MAR	LABORATORIOS ALCON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LENSOMETRO	TOPCON	LM-51	357656	CONSULTA EXTERNA	11122	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BINOCULAR CON UN LENTE DE 20	NETER	1951-P-2268	24049	CONSULTA EXTERNA	05068	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	KEELER	1951-P-2268	26692	CONSULTA EXTERNA	11197	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870001	CONSULTA EXTERNA	009284	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06775	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06774	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	20126	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	0033238	CONSULTA EXTERNA	009203	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	354	8354253150820	CONSULTA EXTERNA	007683	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROYECTOR DE OTOTIPO	AMERICAN	1217	AD8416	CONSULTA EXTERNA	05079	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROYECTOR DE OTOTIPO	TOPCON	CP-50	263074	CONSULTA EXTERNA	11200	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
QUERATROMETRO	TOPCON	OM-4	3011972	CONSULTA EXTERNA	14824	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA PARA OTORRINO	AUDIO EQUIPOS	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	13466	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	12060000610	CONSULTA EXTERNA	06427	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	070424163143	CONSULTA EXTERNA	TENI01	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	070117232950	CONSULTA EXTERNA	TEN702	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	070424143600	CONSULTA EXTERNA	TENS02	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	070424153023	CONSULTA EXTERNA	TEN504	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	070424161956	CONSULTA EXTERNA	TENCE1	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424203455	CONSULTA EXTERNA	TEN506	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424080410	CONSULTA EXTERNA	TEN501	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424144645	CONSULTA EXTERNA	TEN502	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424135924	CONSULTA EXTERNA	TENCE2	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424185610	CONSULTA EXTERNA	TENI02	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424152214	CONSULTA EXTERNA	TEN401	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424144110	CONSULTA EXTERNA	TEN606	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	70424163503	CONSULTA EXTERNA	T4N02	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	100113073557	CONSULTA EXTERNA	COE003079	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	070424134738	CONSULTA EXTERNA	TENS01	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	100112182256	CONSULTA EXTERNA	T4N03	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	070424154300	CONSULTA EXTERNA	TEN01	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	CEO297	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE003065	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	TYCOS	0208283702	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	TYCOS	0288283714	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	TYCOS	181109115258	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	N/R	750949	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	750810	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	751680	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	748545	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	752138	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	748496	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	749589	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	875043	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	SMARTREADPLUS	04-310-001	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	SMARTREADPLUS	04-310-001	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD ODONTOLOGICA	GNATUS	SYNCRUS GLF OPT 1	102290300	CONSULTA EXTERNA	06960	SEMESTRAL	S3/ENE - S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	AC05405	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02525	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	11078	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VIVIID S70	VS70211593S70N	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	008988	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ECOCARDIOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	VIVID IQ	6105312WXO	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	011088	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT 101	080.21897	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	005535	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #1	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	06266	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	05761	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #2	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	006267	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	05762	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #4	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	009597	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07927	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #5	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	009599	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07929	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #6	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	009596	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07926	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #7	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	009598	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07928	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0120291	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07980	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PRUEBA DE ESFUERZO	SPACELABS HEALTHCARE	CD12S	CD12S-000832	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	PRUEBA	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AGITADOR DE PLAQUETAS	STOCK	APL-48	AP05	BANCO DE SANGRE	14935	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	874	5874335176116	BANCO DE SANGRE	008886	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	874	5874335176015	BANCO DE SANGRE	008887	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540035	BANCO DE SANGRE	07852	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540036	BANCO DE SANGRE	04341	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540073	BANCO DE SANGRE	04318	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540074	BANCO DE SANGRE	BALA12	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540075	BANCO DE SANGRE	07853	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540076	BANCO DE SANGRE	05600	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3545593	BANCO DE SANGRE	BALA14	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3545594	BANCO DE SANGRE	BALA13	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546417	BANCO DE SANGRE	BALAN0	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546416	BANCO DE SANGRE	BALA15	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546415	BANCO DE SANGRE	BALA11	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	CAS	AD 1	980902879	BANCO DE SANGRE	AC09081	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	0000297-06	BANCO DE SANGRE	008494	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	3M LITTMAN	CLASSIC II	ADULTO	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	LORD	N/R	N/R	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	3M LITTMAN	CLASSIC II	ADULTO	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO PARA SECADO DE MATERIAL	BINDER	ED53	940394	BANCO DE SANGRE	02732	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MEZCLADOR AGITADOR	HEIDOL PH UNIMAX	2010	69400883	BANCO DE SANGRE	02773	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	4015265	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	20µl - 200µl	CU67014	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	NIKON	ALFAPHOT-2 YS2-H	1102489	BANCO DE SANGRE	02775	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	HUNTLEING	MP 1R	750A80102180	BANCO DE SANGRE	20536	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M18303390020	BANCO DE SANGRE	006864	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE TUBO	TUBE SEALERS	SE 600B	62060	BANCO DE SANGRE	07898	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N/R	160531100608	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	10119461	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N/R	160531081707	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	RI-CHAMPION	11002321	BANCO DE SANGRE	AC07422	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
TERMOMETRO DIGITAL	INFRARED	DT8280	N/R	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
VORTEX	BOECO	V1 PLUS	580701105	BANCO DE SANGRE	AC07420	ANUAL	S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
MICROPIPETA	BRAND	25µl	06P9160	UNIDAD TRANSFUNSIONAL	N/R	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	20µl - 200µl	CU67022	UNIDAD TRANSFUNSIONAL	N/R	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	LABSYSTEMS	5µl - 40µl	C73680	UNIDAD TRANSFUNSIONAL	N/R	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CENTRIFUGA SEROFUGA	HERMLE	Z-206	602150060	UNIDAD TRANSFUNSIONAL	012568	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESCONGELADOR DE PLASMA	HELMER	DH8	2035781	UNIDAD TRANSFUNSIONAL	007839	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO LASER	BTL	TOPLINE 4110	028T-B-02926	REHABILITACION	007956	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE TRACCION ELECTRICA	DYNATRON	900	1B4135049	REHABILITACION	10564	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR PORTATIL TENS	GRAFCO	GP-TXS	WIP205M57956	REHABILITACION	003979	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR PORTATIL TENS	GRAFCO	GP-TXS	WIP205M58369	REHABILITACION	003977	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR GALVANICO/FARADICO	MEDCIR	MGF11	B381	REHABILITACION	04527	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HIDRO COLLECTOR	N/R	M2	18785	REHABILITACION	12144	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MASAJEADOR	OMRON	HV-F158	20150502364UF	REHABILITACION	AC07543	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MASAJEADOR	OMRON	HV-F158	20150501983UF	REHABILITACION	AC07544	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE PARA PARAFINA	MAXWARMER	8002A	N/R	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE REMOLINO MIEMBRO INFERIOR CON SILLA	N/R	N/R	N/R	REHABILITACION	02826	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE REMOLINO MIEMBRO SUPERIOR	WHITEHALL	N/R	N/R	REHABILITACION	13252	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	PEDIATRICO	139973	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	CEO0297	70424084531	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ULTRASONIDO PARA FISIOTERAPIA	SOLONSYSTEM	1MHZ	106	REHABILITACION	EQUI11	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD COMBINADA DE ULTRASONIDO	BTL	TOPLINE 4820	028T-B-02926	REHABILITACION	007955	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD COMBINADA DE ULTRASONIDO	BTL	TOPLINE 4820	028T-B-006377	REHABILITACION	008289	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	N/R	N/R	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	CONAIR HOTLINE	N/R	N/R	REHABILITACION	014236	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	N/R	N/R	REHABILITACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR CON INFRAROJO	HOMEDICS	HH11R	115-1-A	REHABILITACION	RYT003138	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	010108-1290286	LABORATORIO	22207	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AUTOCLAVE	LABCOMPANION	ST-856	Z055291	LABORATORIO	006413	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WNB14	L4200363	LABORATORIO	011771	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	AIR SCIENCE	AHA-143-BA-A	AHA1403020	LABORATORIO	006413	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMARA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	IMPLAB	FLV140 AII	2013050368	LABORATORIO	011826	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	0000297-06	LABORATORIO	008493	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	SIGMA	2-EG	145739	LABORATORIO	005536	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	0000366-07	LABORATORIO	010826	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	0000369-07	LABORATORIO	010827	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA REFRIGERADA	BOECO	U-320R	0000132-07	LABORATORIO	006363	CUATRIMESTRAL	S4/ENE - S4/MAY - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR ELECTRONICO DE CELULAS	KRAMER	IHP001	1038	LABORATORIO	AC08003	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR ELECTRONICO DE CELULAS	KRAMER	IHP001	772	LABORATORIO	005163	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	IN 110 PLUS	D143--369	LABORATORIO	006828	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	IN 110 PLUS	D416-0370	LABORATORIO	008421	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	100µl	09Z6246	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	50µl	FI353524	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	CT70356	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	100µl	4050650	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	4073478	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	100µl	CU33503	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	100µl	GJ382649	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	200µl	7M4977	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	CT66734	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	50µl	336634	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	100µl	GK384023	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	200µl	GG775225	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	CT70361	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	CT66730	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	5µl - 50µl	GG771572	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	100µl - 1000µl	HH429335	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	20µl - 200µl	148668	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	10µl - 100µl	HG423781	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	10µl - 100µl	LG639583	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	LG639589	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	HUMAPETTE	10µl - 100µl	ARO2004	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	KD557289	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	MH923499	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	MH923458	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	4073358	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	4073353	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	SARTORIUS	5 - 50 µl	14509245	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	SARTORIUS	100 - 1000 µl	14547533	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46596	LABORATORIO	008192	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46778	LABORATORIO	008191	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46561	LABORATORIO	008193	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46594	LABORATORIO	008194	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA	MINDRAY	BA-88A	WR-OC003069	LABORATORIO	ANQUIO	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TROMBOELASTOGRAFO	HAEMOSCOPE	TEG5000	5031405181	LABORATORIO	0064301	ANUAL	S1/NOV	MILENIUM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VORTEX	BOECO	V1 PLUS	010203-112-2274	LABORATORIO	21704	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VORTEX	BOECO	V1 PLUS	010203-1407-2033	LABORATORIO	AC8006	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VORTEX	GLOBE SCIENTIFIC	GVM-AS	VB207AN0002438	LABORATORIO	010800	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA ELECTRONICA	SARTORIUS	PT610	61105283	LABORATORIO	04679	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012100335	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-5	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012100287	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-5	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012100157	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-5	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012100240	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-5	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531 E	01549	AMBULANCIA MEDICALIZADA	DESF02	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58994062040	AMBULANCIA MEDICALIZADA	006019	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR DEA	CARDIO SCIENCE	AEDB3	6003011	AMBULANCIA MEDICALIZADA	06298	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	CU MEDICAL	HDI	M2T09A017	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-4	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	13010	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	006412	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	727	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	EQOR03	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	LENZ	GZ-10	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-1	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR-200	871	AMBULANCIA MEDICALIZADA	14628	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05280	AMBULANCIA MEDICALIZADA	002912	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05259	AMBULANCIA MEDICALIZADA	07683	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-4B014369	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC06977	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069M20C19950001	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-2	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	THOMAS	1125	080600009126	AMBULANCIA MEDICALIZADA	02807	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	POWER NEBULTRA	18080	13S140812840	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC06981	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	1208000005657	AMBULANCIA MEDICALIZADA	09757	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1634	111200000535	AMBULANCIA MEDICALIZADA	006411	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	06120006296	AMBULANCIA MEDICALIZADA	20666	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	PULMO-MED	7E-A	00190	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	PULMO-MED	PHLEGM SUCTION	00034	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC06978	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	FOLEE	H003-C	201015704030031	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-6	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALP K2	N/R	792670	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC03827	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Adulto	130410134013	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Adulto	170821090749	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Adulto	874337	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALP K2	Pediatrico	751077	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Adulto	130208070023	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Adulto	170821091457	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	PHILIPS	RESPIRONICS	TV01312070E	AMBULANCIA MEDICALIZADA	006033	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT 60	13020665	AMBULANCIA MEDICALIZADA	007397	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	BIOROHM	VITAL SAVE GRAFHICS	4210206	AMBULANCIA MEDICALIZADA	011825-3	ANUAL	S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORNIQUETE NEUMATICO	RIESTER	KOMPRIMETER	150416383	AMBULANCIA MEDICALIZADA	007722	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORNIQUETE NEUMATICO	RIESTER	KOMPRIMETER	150416382	AMBULANCIA MEDICALIZADA	007723	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	160KG	1600009794	IAMI	07851	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	11710	IAMI	EQUI12	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	003044	IAMI	EQOR10	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	211	N/R	IAMI	06915	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	IAMI	N/R	ANUAL	S2/ENE	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	IAMI	N/R	ANUAL	S2/ENE	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	727	2110000000107189	IAMI	008893	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850069	IAMI	008874	SEMESTRAL	S1/ENE - S1/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	170830105447	IAMI	N/R	ANUAL	S2/ENE	SIEMENS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	752853	749015	IAMI	N/R	ANUAL	S2/ENE	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	160KGWA	1620003583	ALTO RIESGO OBSTETRICO	003283	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SAMSUNG MEDISON	ACCUVIX V20	B16601300001938	ALTO RIESGO OBSTETRICO	09263	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	IIA004459	ALTO RIESGO OBSTETRICO	20734	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	N/R	ALTO RIESGO OBSTETRICO	N/R	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	070424200747	ALTO RIESGO OBSTETRICO	13505	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	Portatil	170830072158	ALTO RIESGO OBSTETRICO	N/R	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KL	3500038391	IMAGENOLOGIA	006629	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	85612	IMAGENOLOGIA	11535	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631 E	1782	IMAGENOLOGIA	008514	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SIEMENS	ACUSON X300	311953	IMAGENOLOGIA	13560	TRIMESTRAL	S1/ENE - S1/ABR - S1/JUL - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	CHISON	IVIS 60	1410008	IMAGENOLOGIA	006997	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P9	LP9351673	IMAGENOLOGIA	008986	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/OCT	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ V2	6116178WX0	IMAGENOLOGIA	008987	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/OCT	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ E	6077185WX0	IMAGENOLOGIA	011092	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/OCT	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE RX PORTATIL	TOSHIBA	IME-100L	W1F10Z2048	IMAGENOLOGIA	RXPORT	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	SIEMENS	POLIMOBIL PLUS	20384	IMAGENOLOGIA	02583	TRIMESTRAL	S1/FEB - S1/MAY - S1/AGO - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX DIGITAL PORTATIL	PHILIPS	MOBILE DIAGNOST M50	18200078	IMAGENOLOGIA	008500	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMAX240	DF2402000271WK	IMAGENOLOGIA	009010	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/OCT	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	OPTIMAX240	DF2402100071WK	IMAGENOLOGIA	011089	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/OCT	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	CARESTREAM	DRX REVOLUTION	4566	IMAGENOLOGIA	11350 MINISTERIO	SEMESTRAL	S1/ABR - S1/SEP	SUMINISTRO RADIOGRAFICOS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX FIJO	SIEMENS	MULTIX SWING	1290	IMAGENOLOGIA	13557	TRIMESTRAL	S1/ENE - S1/ABR - S1/JUL - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX FLUOROSCOPIA	TOSHIBA	WINSCOPE PLESSART EX8	E3B1542040	IMAGENOLOGIA	007002	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S1/JUN - S1/OCT	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX DIGITAL FIJO	PHILIPS	PRIMARY DIAGNOST DR712310	536	IMAGENOLOGIA	008499	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIAS	N/R	VARIAS	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIAS	N/R	VARIAS	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAMOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	Pristina	764052BU7/764700BU1	IMAGENOLOGIA	009094	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121417	IMAGENOLOGIA	07988	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121746	IMAGENOLOGIA	08000	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0125457 DA	IMAGENOLOGIA	008517	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0125453 DA	IMAGENOLOGIA	008516	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	061100007074	IMAGENOLOGIA	001614	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	NEW ASKIR	310100/30	81330	IMAGENOLOGIA	008857	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TOMOGRAFO	TOSHIBA	ASTEION SUPER 4	4FC08X3469	IMAGENOLOGIA	11814	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TOMOGRAFO	PHILIPS	INGENUITY CORE	52114	IMAGENOLOGIA	008501	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TOMOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	OPTIMA CT 520	CBCRG2100006HM	IMAGENOLOGIA	011716	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA MECANICA PEDIATRICA	HEALTHO O METER	524KL	5240005854	URGENCIAS	008930	ANUAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038359	URGENCIAS	006428	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	3500039201	URGENCIAS	006753	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038315	URGENCIAS	006424	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	350003820	URGENCIAS	006430	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038316	URGENCIAS	006426	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038319	URGENCIAS	006427	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA PESA BEBE	SECA	354	3541317009	URGENCIAS	007682	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	500KL	5000175738	URGENCIAS	009182	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	002012	URGENCIAS	CAM28	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	N/R	URGENCIAS	9165	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02128	URGENCIAS	14499	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02254	URGENCIAS	13758	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02125	URGENCIAS	DESF01	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02523	URGENCIAS	20895	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	00865	URGENCIAS	008006	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH	EZ-13059329	URGENCIAS	011686	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH	EZ-04034851	URGENCIAS	010557	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH	EZ-03037534	URGENCIAS	009220	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	85017	URGENCIAS	20896	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	CHISON	IVIS 40	1405005	URGENCIAS	006996	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10520	URGENCIAS	07201	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10521	URGENCIAS	07202	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	CARDIOVIT AT-1	19079739	URGENCIAS	006416	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	17867	URGENCIAS	008123	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	URGENCIAS	09529	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	13153	URGENCIAS	EQORG8	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11710	N/R	URGENCIAS	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	POCKET LED	NA	URGENCIAS	008982	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	POCKET LED	NA	URGENCIAS	008983	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS PEDIATRICO	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG-STEIT	BERN	9003336	URGENCIAS	EQOFT5	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	APPASAMY	AIA11	1509190318	URGENCIAS	008979	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	V10	MV10B0A211613M3821	URGENCIAS	06810	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	V10	MV10B0A211613M3822	URGENCIAS	006809	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5348	53300601	URGENCIAS	07210	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05286	URGENCIAS	08703	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05273	URGENCIAS	08713	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05266	URGENCIAS	21745	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05274	URGENCIAS	20362	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	04321	URGENCIAS	21743	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05277	URGENCIAS	07100	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05285	URGENCIAS	08706	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	08322	URGENCIAS	006479	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06494	URGENCIAS	05802	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	26658	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06493	URGENCIAS	05800	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0120437	URGENCIAS	07983	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0121684	URGENCIAS	07998	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0121699	URGENCIAS	08001	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-6301	03854	URGENCIAS	20368	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	INFINITY VISTA	5516592867	URGENCIAS	21722	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112671	URGENCIAS	11893	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112679	URGENCIAS	03659	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112688	URGENCIAS	11892	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0128070	URGENCIAS	009118	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0128146	URGENCIAS	009122	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0128121	URGENCIAS	009117	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0128109	URGENCIAS	009120	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0130051	URGENCIAS	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065192	URGENCIAS	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063526	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	DEVIBIS PULMO AIDE	5650D	799307	URGENCIAS	02837	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	DEVIBIS PULMO AIDE	5610D	303618	URGENCIAS	12511	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850022	URGENCIAS	008881	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C0666002	URGENCIAS	006870	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660005	URGENCIAS	006872	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660044	URGENCIAS	006875	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M19710850085	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870053	URGENCIAS	9287	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19810870005	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M20506070106	URGENCIAS	010399	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	H19600260092	URGENCIAS	008956	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	170829083518	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	160531082218	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	170830094149	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	170809064407	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	130924122842	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	160531093417	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SCHOK	160531072047	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	LORD	N/R	1162025	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	908202	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	060300015079	URGENCIAS	06632	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080808	N/R	URGENCIAS	11827	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080808	N/R	URGENCIAS	11815	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080809	N/R	URGENCIAS	11817	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080808	N/R	URGENCIAS	11589	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080808	N/R	URGENCIAS	07188	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	N/R	N/R	URGENCIAS	06922	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080808	N/R	URGENCIAS	03512	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-11080306	N/R	URGENCIAS	01224	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TECHNOLOGIE MEDICALE	RVTM3	12080618	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TECHNOLOGIE MEDICALE	RVTM3	13073806	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TECHNOLOGIE MEDICALE	RVTM3	13073798	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070350	URGENCIAS	10008	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501050401	URGENCIAS	07478	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501080974	URGENCIAS	08884	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501090031	URGENCIAS	08883	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501090034	URGENCIAS	08885	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501050343	URGENCIAS	08888	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501101125	URGENCIAS	13771	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501101240	URGENCIAS	06675	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070355	URGENCIAS	10006	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12011	URGENCIAS	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	N/A	8803325172346	GASTROENTEROLOGIA	009650	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON MODULO DE ARGON	ERBE	VIO 300	11460789	GASTROENTEROLOGIA	008718	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	GASTROENTEROLOGIA	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAVADOR DE ENDOSCOPIOS	JOHNSON & JOHNSON	ENDOCLENS	2700140951	GASTROENTEROLOGIA	006326	ANUAL	S2/JUL	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121683	GASTROENTEROLOGIA	07997	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14CDO6660086	GASTROENTEROLOGIA	006863	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14CDO6660090	GASTROENTEROLOGIA	006862	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRR-701	780VRR-702028	GASTROENTEROLOGIA	08873	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI PUMP 1630	080900006113	GASTROENTEROLOGIA	20987	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR LCD	FUJINON	SC-5X19A-1511	12-204546	GASTROENTEROLOGIA	06476-1	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO PROCESADOR	FUJINON	VP-4400	4V395A486	GASTROENTEROLOGIA	09541	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4400	4S081A486	GASTROENTEROLOGIA	06478	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-590ZW/L	5C363A139	GASTROENTEROLOGIA	07338	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-450LS5	4C474A001	GASTROENTEROLOGIA	006476-1	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO DUODENOSCOPIO	FUJINON	ED-530XT	2D102A021	GASTROENTEROLOGIA	08735	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-590ZW	3G247A086	GASTROENTEROLOGIA	07339	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO DE DOBLE CANAL TERAPEUTICO	FUJINON	EG- 450D5	5G244A042	GASTROENTEROLOGIA	08737	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	NDS/FUJIFILM	SC-WU26-A1511	15-252136	GASTROENTEROLOGIA	007046-01	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO PROCESADOR	FUJINON	VP-4450HD	2C568G083	GASTROENTEROLOGIA	007046-2	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4450	2S095G029	GASTROENTEROLOGIA	007046-1	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-600WL	1C688K504	GASTROENTEROLOGIA	007046-3	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-6000WR	1G391K903	GASTROENTEROLOGIA	007046-4	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-6000WL	1G391K904	GASTROENTEROLOGIA	007046-5	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH OMETTER	BEAM SCALS	N/R	NEUMOLOGIA	04097	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02256	NEUMOLOGIA	14479	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB III	A23-053	NEUMOLOGIA	14637	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB NEW	A23-0J,08166	NEUMOLOGIA	008859	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB NEW	A23-0J,09646	NEUMOLOGIA	010828	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	D 203	5242	NEUMOLOGIA	20409	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	767	N/R	NEUMOLOGIA	13733	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	19090	N/R	NEUMOLOGIA	20167	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FIBROBRONCOSCOPIO	FUJINON	FB-120S	2B042A049	NEUMOLOGIA	08736	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FIBROBRONCOSCOPIO	KARL STORZ	TH130	2263200	NEUMOLOGIA	011087	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	BIOTRONITECH	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	CLK-4	8001884	NEUMOLOGIA	01363	SEMESTRAL	S3/MAY - S3/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	PS2-HP	1S041A177	NEUMOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	OHIO	H2012	QOLL00996	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60813	N/R	NEUMOLOGIA	003680	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	RUSH	N/R	160207	NEUMOLOGIA	003678	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05264	NEUMOLOGIA	07219	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660088	NEUMOLOGIA	006960	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660089	NEUMOLOGIA	006861	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRA-391	300VRA-091025	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007993	NEUMOLOGIA	09557	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	0302043416	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	070424091804	NEUMOLOGIA	TENNF1	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOBRONCOSCOPIO	FUJINON	EB-470S	3B046A063	NEUMOLOGIA	06484	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOFIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-PE2	2102671	NEUMOLOGIA	20897	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOPROCESADOR	OLYMPUS	OTV-S5	7774983	NEUMOLOGIA	05422	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOBRONCOSCOPIO PARA VIA AEREA	ZHUHAI SEESHEEN MEDICAL	BR-1249	227300013E	NEUMOLOGIA	010961	ANUAL	S1/ ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOBRONCOSCOPIO PARA VIA AEREA	ZHUHAI SEESHEEN MEDICAL	BR-1249	227300012E	NEUMOLOGIA	010961	ANUAL	S1/ ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	13010	N/R	CANGURO	11966	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	228-128	CANGURO	007706	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	CANGURO	N/R	ANUAL	S3/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530007479	CANGURO	002200	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PESA BEBE	HEALTH O METER	522KLWA	5220000505	CANGURO	7706	SEMESTRAL	S3/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M15903480011	CANGURO	007107	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850023	CANGURO	008875	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	160KGWA	1620000771	SALUD MENTAL	PESA 11	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	01641	SALUD MENTAL	20568	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	13010	N/R	SALUD MENTAL	20733	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	727	N/R	SALUD MENTAL	EQ0R00	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	727	N/R	SALUD MENTAL	EQ0R20	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	727	N/R	SALUD MENTAL	13721	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCOMPULSIVA	SOMATIC	THYMATRON	42404	SALUD MENTAL	20553	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	GENERICO	N.T.	N,T	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	GENERICO	N.T.	N,T	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	MODULUS CD	ABZW00554	SALUD MENTAL	05355	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05287	SALUD MENTAL	MON35	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	04255	SALUD MENTAL	07685	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850025	SALUD MENTAL	008880	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850068	SALUD MENTAL	008876	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-2	N/R	SALUD MENTAL	SUCC04	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI PUM	10100004104	SALUD MENTAL	SUC01	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160531084819	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	070424151529	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	160KGWA	181227184509	SALUD MENTAL	AC03030	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	070424144009	SALUD MENTAL	AC03025	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	181227182547	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	160531092843	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	161006104357	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	142 KL	1420073034	NEUROFISIOLOGIA	AC07996	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	NEUROFISIOLOGIA	13342	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROENCEFALOGRAFO	NIHON KOHDEN	JE-921A	10165	NEUROFISIOLOGIA	05848	SEMESTRAL	S3/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL	NIHON KOHDEN	JE-921A	11095	NEUROFISIOLOGIA	6452	SEMESTRAL	S3/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROMIOGRAFO	CADWELL	SIERRA WAVE	1009WVOO-15-061	NEUROFISIOLOGIA	ELMIO0	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	NEUROFISIOLOGIA	13734	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	NEUROFISIOLOGIA	13732	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	05242	NEUROFISIOLOGIA	20925	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	NEUROFISIOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
IMPENDANCIOMETRO AUDITIVO	TITAN DIAGNOSTIC	816817	0958382	NEUROFISIOLOGIA	N/R	ANUAL	S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS (CE0297)	070424200009	NEUROFISIOLOGIA	AC04093	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS (CE0297)	070424200138A	NEUROFISIOLOGIA	TEN610	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	040908071091	NEUROFISIOLOGIA	AC04132	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	091217062901	NEUROFISIOLOGIA	AC04131	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRANEOTOMO NEUMATICO	MEDTRONIC	MIDAS REX PM700	P00857952	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRANEOTOMO ELECTRICO	MEDTRONIC	IPC	NTC59361	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5810	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRANEOTOMO NEUMATICO	STKYKER	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	010735	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DERMATOMO	PADGET	B-RISK CLASS 2	1-11137	CENTRAL DE ESTERILIZACION	6449	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DERMATOMO	PADGET	S-RISK CLASS 2	1511	CENTRAL DE ESTERILIZACION	008899	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20112320	C000001676	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1920	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFORADOR	AESCULAP	COMPACT AIR DRIVE II	29955	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EQPENE	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFORADOR	AESCULAP	COMPACT AIR DRIVE II	25722	CENTRAL DE ESTERILIZACION	14556	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SIERRA OSCILANTE	AESCULAP	GA673	5423	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EQSOEL	SEMESTRAL	S1/FEB - S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PISTOLA AUTOMATICA	BARD MAGNUM	MG1522	51B50332	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S1/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SIERRA DE ESTERNON NEUMATICA	LINVATEC	NA	NA	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0314	QUIROFANO	006961 sala 1	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0303	QUIROFANO	006962 sala 1	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	MOVITA 750/1000	ASHE-0296	QUIROFANO	006979 sala 2	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0307	QUIROFANO	006977 sala 2	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0295	QUIROFANO	006976 sala 2	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0309	QUIROFANO	006971 sala 3	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0298	QUIROFANO	006970 sala 3	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0299	QUIROFANO	006968 sala 4	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0310	QUIROFANO	006967 sala 4	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0301	QUIROFANO	006973 sala 5	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0312	QUIROFANO	006974 sala 5	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0297	QUIROFANO	006981 sala 7	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0308	QUIROFANO	006982 sala 7	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0300	QUIROFANO	006984 sala 8	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0311	QUIROFANO	006985 sala 8	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 750/750	ASHE-0304	QUIROFANO	006993 sala 9	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0302	QUIROFANO	006964 sala 10	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0313	QUIROFANO	006965 sala 10	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAPNOGRAFO	NIHON KOHDEN	AG920RA	00514	QUIROFANO	0012113	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3646	QUIROFANO	006471	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3526	QUIROFANO	005793	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILIPS	IE33	B0Y850	QUIROFANO	005839	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7J56985A	QUIROFANO	07382	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7J57237A	QUIROFANO	07388	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F9D63596A	QUIROFANO	08717	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F9B63267A	QUIROFANO	10939	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T9K14302E	QUIROFANO	11574	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T4D40530EX	QUIROFANO	007054	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T4D40504EX	QUIROFANO	07053	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F4I25535T	QUIROFANO	04072	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI ARMONICO	ETHICON	GEN11	1111235437	QUIROFANO	11574	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI ARMONICO	ETHICON	GEN11	1111408300	QUIROFANO	006415	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-101	26424	QUIROFANO	006782	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX ARCO EN C	PHILIPS	BV Endura 718 075	1928	QUIROFANO	007925	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO OEC 850	B1S11071	QUIROFANO	20079	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO OEC ONE	BB65V20046HL	QUIROFANO	11090	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	GE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FACOEMULSIFICADOR	CONSTELATION	1502171001X	N/R	QUIROFANO	006999	ANUAL	S1/NOV	ALCON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	79103	N/R	QUIROFANO	QUI004854	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	79103	N/R	QUIROFANO	QUI004855	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	920072	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	294590	QUIROFANO	1177	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	924588	QUIROFANO	2053	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	XENON NOVA 300	CC0628053	QUIROFANO	06465	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GENERADOR MONOCANAL DE VASOS	VALLEYLAB	LS 10	L16E0661GX	QUIROFANO	007769	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GENERADOR ELECTROQUIRURGICO	VALLEYLAB	FT-10	T9I36446DX	QUIROFANO	008942	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	METPAK	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA	FAMED ZYWTEC	FAMLUX L0-230	110/00140	QUIROFANO	13326	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LÁMPARA CIELITICA	FAMED ZYWTEC	FAMLUX L0-230	0110/00139	QUIROFANO	13325	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	FAMED ZYWTEC	FAMLUX L0-230	110/00141-110/00142	QUIROFANO	10999	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	FAMED ZYWTEC	FAMLUX L0-230	110/00144 - 110/00143	QUIROFANO	13324	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	KLS MARTIN	E15/E9	ME15B3A081013C3960/3061	QUIROFANO	005648	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	KLS MARTIN	E15/E19	ME15B3A081013C3962/3063	QUIROFANO	005602	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF-0022	QUIROFANO	006963 SALA 1	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 560DC - POLARIS 700DC	ASHF-0123	QUIROFANO	006978 SALA 2	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF- 0023	QUIROFANO	006972 SALA 3	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF-0021	QUIROFANO	006969 SALA 4	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF- 0024	QUIROFANO	006975 SALA 5	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF-0020	QUIROFANO	006983 SALA 7	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF-0014	QUIROFANO	006986 SALA 8	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	ASHF-0015	QUIROFANO	006966 SALA 10	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	KLS MARTIN	89-010-9	MV10COQ181212M1912	QUIROFANO	20173	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	KLS MARTIN	89-010-10	MV10B0A151011M1305	QUIROFANO	20174	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2	APKT01014	QUIROFANO	005884	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2	APKT01012	QUIROFANO	005882	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00761	QUIROFANO	11872	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00431	QUIROFANO	11871	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE	ANBR02195	QUIROFANO	005183	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE	ANBS00108	QUIROFANO	005177	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS CE	URUK0092	QUIROFANO	08202	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASHN-0143	QUIROFANO	007389	SEMESTRAL	S3/MAY - S3/NOV	DRAGER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASHN-0144	QUIROFANO	007388	SEMESTRAL	S3/MAY - S3/NOV	DRAGER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS CE	ARUN-0008	QUIROFANO	12127	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET11K0003	QUIROFANO	007056	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET14E0007	QUIROFANO	007055	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0008	QUIROFANO	007058	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET14G0017	QUIROFANO	005915	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET14G0018	QUIROFANO	005916	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0009	QUIROFANO	007057	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0010	QUIROFANO	21308	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-S	ET21C0001	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MESA DE CIRUGIA	FAMED ZYWTEC	SU-020	1208/01411	QUIROFANO	13323	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	FAMED ZYWTEC	SU-020	1208/01396	QUIROFANO	13321	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET11K0004	QUIROFANO	21309	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	TOPCON	OMS-85	110110	QUIROFANO	04079	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	KARL ZEISS	OPMI 1 FR	340842	QUIROFANO	11178	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	KARL ZEISS	UNIVERSAL	419798	QUIROFANO	10149	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	KARL ZEISS	OPMI LUMERAI	6633123836	QUIROFANO	005950	SEMESTRAL	S1/MAY - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	SONY	LMD-2140 MD	2013067	QUIROFANO	20565-1	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	J31A10040	QUIROFANO	005875-1	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	PANASONIC	EJ-MLA26U	F2SA20128	QUIROFANO	005704-1	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	F2SA20133	QUIROFANO	002040	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	H5IA10027	QUIROFANO	007155	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	EJ-MLA26U	QUIROFANO	007156	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	KUIA10114	QUIROFANO	007157	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	KUIA10115	QUIROFANO	007158	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13068325HA	QUIROFANO	005178	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13401420HA	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13443156HA	QUIROFANO	005180	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13109846HA	QUIROFANO	005181	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH3000	SD009088893GA	QUIROFANO	MOVIT2	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH3000	SD007293325GA	QUIROFANO	MOVIT1	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0010	QUIROFANO	06804	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0037	QUIROFANO	06806	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05275	QUIROFANO	09052	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-6000	00139	QUIROFANO	07243	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6007932865	QUIROFANO	007389-01	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6007872573	QUIROFANO	007388-01	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2703K	0109672	QUIROFANO	007733	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0117134	QUIROFANO	007732	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	117160	QUIROFANO	77330	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0121518	QUIROFANO	07991	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0121557	QUIROFANO	07993	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0121719	QUIROFANO	08002	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0128137	QUIROFANO	009121	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0128200	QUIROFANO	009123	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2703K	0112307	QUIROFANO	08004	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	KARL STORZ	N/R	0000212	QUIROFANO	06465-2	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	KARL STORZ	CC06721-B	26432020	QUIROFANO	06468	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 20 S	MF 0943057	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 30 S	MF5-1243069	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 30 S	MF5-1243044	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	HUNTLEING	MP1R	750AX0102237-10	QUIROFANO	20506	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M20506070047	QUIROFANO	010395	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M20506070048	QUIROFANO	010396	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	CAM3500	CAM3500-1661	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	CAM300HD	927074	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	CAM300HD	935966	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	NEOPUFF	4979	QUIROFANO	21752	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHN38043	QUIROFANO	8242	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFH40824	QUIROFANO	8246	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHP38103	QUIROFANO	13708	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFHN40825	QUIROFANO	01935	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHN38037	QUIROFANO	137080-01	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHN38049	QUIROFANO	20663	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFHN40814	QUIROFANO	8255	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF791	760VRF-702044	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF791	760VRF-702019	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	VACUTRON	22-12-1108 0505	N/R	QUIROFANO	8255	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHMEDA	N/R	GFH408864	QUIROFANO	1962	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHN38039	QUIROFANO	8254	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	G-1226	N/R	QUIROFANO	7520	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	FAZZINNI	F-30 41	040001	QUIROFANO	QUI004757	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630 GL	120600000658	QUIROFANO	07072	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630 GL	010800001304	QUIROFANO	20665	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	642607	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	1402211114453	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOBRONCOSCOPIO DE VIA AEREA	MDH	A41	P180997-IPX7	QUIROFANO	008669	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0063	QUIROFANO	009359	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0066	QUIROFANO	010681	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0080	QUIROFANO	010682	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	500KL	5000175737	SALA DE PARTOS	009178	ANUAL	S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	N/A	8803325172347	SALA DE PARTOS	009649	ANUAL	S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-553	03524	SALA DE PARTOS	005791	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	815	SALA DE PARTOS	09229	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	814	SALA DE PARTOS	CAM155	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	816	SALA DE PARTOS	09290	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6458	SALA DE PARTOS	09157	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6439	SALA DE PARTOS	13743	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6443	SALA DE PARTOS	09231	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6434	SALA DE PARTOS	20383	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M160ME6464	SALA DE PARTOS	20391	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6444	SALA DE PARTOS	20385	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M160ME6465	SALA DE PARTOS	20386	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M160ME6452	SALA DE PARTOS	CAM166	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200020	SALA DE PARTOS	008688	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200015	SALA DE PARTOS	008689	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200028	SALA DE PARTOS	008686	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	021247800047	SALA DE PARTOS	008684	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILIPS	AFFINITI 70	US217F0289	SALA DE PARTOS	008196	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11470	N/R	SALA DE PARTOS	006767	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M19412300030	SALA DE PARTOS	008898	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	106114028	SALA DE PARTOS	DOPP00	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5091-14	SALA DE PARTOS	005822	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5092-14	SALA DE PARTOS	005821	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5124-14	SALA DE PARTOS	005824	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR-200	2574-14	SALA DE PARTOS	005825	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA	ST FRANCIS	ST-FOCUS 10S	SFC1050073	SALA DE PARTOS	02629	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA	ST FRANCIS	ST-FOCUS 10S	SFC1050072	SALA DE PARTOS	02384	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LÁMPARA CIELITICA DE UN BRAZO	CASTLE	N/R	DNM85002	SALA DE PARTOS	00715	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM 401	1335-06	SALA DE PARTOS	13871	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM 401	5517-14	SALA DE PARTOS	005823	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	DR. MACH	LED 200	14/13355	SALA DE PARTOS	005993	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA GINECOLOGICA	BENQ	EG-892	UB007-N5-0004	SALA DE PARTOS	005992	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA GINECOLOGICA	BENQ	EG-892	1B007-N6-0005	SALA DE PARTOS	005991	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01736	SALA DE PARTOS	10081	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01729	SALA DE PARTOS	10083	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01738	SALA DE PARTOS	10085	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109586	SALA DE PARTOS	005795	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109599	SALA DE PARTOS	005797	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109900	SALA DE PARTOS	005798	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109582	SALA DE PARTOS	005796	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109574	SALA DE PARTOS	005794	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121396	SALA DE PARTOS	007986	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139-M14604420008	SALA DE PARTOS	005896	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139-M14604420001	SALA DE PARTOS	005897	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	56314126-M13303700001	SALA DE PARTOS	05692	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M13303690001	SALA DE PARTOS	10080	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139-M14604420003	SALA DE PARTOS	06295	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M1330370005	SALA DE PARTOS	000342	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M1330370002	SALA DE PARTOS	05895	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126M-13303700003	SALA DE PARTOS	000349	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	460407-M15C10390001	SALA DE PARTOS	008162	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730001	SALA DE PARTOS	009172	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730002	SALA DE PARTOS	009173	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730003	SALA DE PARTOS	009174	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730004	SALA DE PARTOS	009175	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	552KL	5250002481	SALA DE PARTOS	005898	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	523KL	0033243	SALA DE PARTOS	009204	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850067	SALA DE PARTOS	008883	CUATRIMESTRAL	S2/ENE-S2/MAY - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	NEOPUFF	121015004983	SALA DE PARTOS	21972	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	TURM3260	12080631	SALA DE PARTOS	SUCC12	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	CUR61226	6FHP40171	SALA DE PARTOS	SUCC13	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	CUR1226	6FHP40200	SALA DE PARTOS	SUCC14	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	CUR1226	6FHP40174	SALA DE PARTOS	SUCC12	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	5130P	100500026537	SALA DE PARTOS	13918	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	5430P	100500026710	SALA DE PARTOS	13938	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	060300015047	SALA DE PARTOS	20554	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	100624181041	SALA DE PARTOS	203084	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160531094737	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	100112172146	SALA DE PARTOS	TENS00	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	100113083209	SALA DE PARTOS	AC3201	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	N/R	N/R	UCI GINECO	03835	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	N/R	N/R	UCI GINECO	21776	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	N/R	N/R	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073384	UCI GINECO	009245	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53009	UCI GINECO	09149	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	NEW ELEGANZA SMART	20100053251	UCI GINECO	CAEL21	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	NEW ELEGANZA SMART	20100053250	UCI GINECO	CAEL20	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53005	UCI GINECO	09150	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53006	UCI GINECO	09143	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53008	UCI GINECO	09142	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53004	UCI GINECO	09152	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53007	UCI GINECO	09148	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	9720B	53003	UCI GINECO	09151	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	01827	UCI GINECO	014483	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG 9020T	10579	UCI GINECO	13498	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROESTIMULADOR	MEDCIR	MT-104BR	10232100028	UCI GINECO	001850	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	METPAK	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	INFANT	HKN-93	23090402005	UCI GINECO	LAPF04	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	89-010-10	MV10B0A151011M1304	UCI GINECO	03866	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	KING VISION	3	C11128A0082221	UCI GINECO	001856	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01726	UCI GINECO	07234	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01727	UCI GINECO	10087	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01732	UCI GINECO	MON303	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01737	UCI GINECO	10025	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01730	UCI GINECO	00762	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01733	UCI GINECO	07206	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01731	UCI GINECO	06803	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01735	UCI GINECO	06672	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01728	UCI GINECO	10084	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	01734	UCI GINECO	000348	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128107	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0130046	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128133	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128164	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128183	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0130059	UCI GINECO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730006	UCI GINECO	009176	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M20107730008	UCI GINECO	009177	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94108902	UCI GINECO	13334	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94108897	UCI GINECO	13336	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	080900006098	UCI GINECO	13333	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JGHN38048	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	VACUMM	G-1226	GFHP40198	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38041	UCI GINECO	09451	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38038	UCI GINECO	10920	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38042	UCI GINECO	20468	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38040	UCI GINECO	12165	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38045	UCI GINECO	10922	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JHN38051	UCI GINECO	13595	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	VACUMM	G-1226	GFHP40197	UCI GINECO	10931	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	JGHR38047	UCI GINECO	001875	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFHP40175	UCI GINECO	001854	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFHQ40186	UCI GINECO	001851	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	G-1226	GFHQ40517	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	WENSTERN MEDICAL	M522960-0800107	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCHALLYN	TYCOS	161006071139	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0668	UCI GINECO	08886	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0665	UCI GINECO	13587	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0666	UCI GINECO	13589	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0663	UCI GINECO	13568	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-1603	UCI GINECO	13570	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-1602	UCI GINECO	13588	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0667	UCI GINECO	13569	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0669	UCI GINECO	13574	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	PHA1	A-0664	UCI GINECO	07410	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070438	UCI GINECO	10007	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070389	UCI GINECO	10003	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501100924	UCI GINECO	13775	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	35011101128	UCI GINECO	20074	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501101119	UCI GINECO	13772	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501061030	UCI GINECO	20069	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	35011061020	UCI GINECO	20073	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501061019	UCI GINECO	20072	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512110233	UCI GINECO	01236	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA	ASBF-0143	UCI GINECO	VENDR1	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA	ASBF-0141	UCI GINECO	VENDRO	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT	UNI-VEN 754	090637	UCI GINECO	001853	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA DIGITAL	METTER TOLEDO	WILDCAT	001884-1-GHC	UNIDAD RENAL	006899	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	874	10000000293025	UNIDAD RENAL	008888	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	874	10000000293028	UNIDAD RENAL	008889	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC -5631E	01765AD	UNIDAD RENAL	008515	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	ACU	N/R	N/R	UNIDAD RENAL	20323	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	727	N/R	UNIDAD RENAL	EQOR02	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	UNIDAD RENAL	006768	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3233	UNIDAD RENAL	21613	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3235	UNIDAD RENAL	21615	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3229	UNIDAD RENAL	21611	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3226	UNIDAD RENAL	21616	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3232	UNIDAD RENAL	21612	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3234	UNIDAD RENAL	21614	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3220	UNIDAD RENAL	21619	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3237	UNIDAD RENAL	21617	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	10W3228	UNIDAD RENAL	21618	SEMESTRAL	S2/FEB - S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	FRESENIUS MEDICAL	4008S-V10	OSXA2FDS	UNIDAD RENAL	010809	ANUAL	S1/DIC	FRESENIUS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	FRESENIUS MEDICAL	4008S-V10	OSXA2FDT	UNIDAD RENAL	010808	ANUAL	S1/DIC	FRESENIUS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	FRESENIUS MEDICAL	4008S-V10	OSXA2FDR	UNIDAD RENAL	010810	ANUAL	S1/DIC	FRESENIUS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05283	UNIDAD RENAL	08701	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00038	UNIDAD RENAL	06809	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05267	UNIDAD RENAL	07686	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0112960	UNIDAD RENAL	006482	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2703	114925	UNIDAD RENAL	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/MAR - S2/JUL - S2/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77396	UNIDAD RENAL	006319	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77395	UNIDAD RENAL	006318	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77394	UNIDAD RENAL	006312	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77393	UNIDAD RENAL	006314	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77392	UNIDAD RENAL	006313	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77391	UNIDAD RENAL	006315	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77390	UNIDAD RENAL	006320	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77389	UNIDAD RENAL	006311	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77388	UNIDAD RENAL	006317	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77387	UNIDAD RENAL	006316	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS MEDI PUMP	1130	10528	UNIDAD RENAL	20460	SEMESTRAL	S2/MAR - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	747714	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	748547	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	873295	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	750394	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	70308155482	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	3500041904	UNIDAD DE TRANSPLANTE	7117	SEMESTRAL	S2/MAR - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	767	N/R	UNIDAD DE TRANSPLANTE	EQDRIO	SEMESTRAL	S2/MAR - S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	UNIDAD DE TRANSPLANTE	N/R	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	181227172748	UNIDAD DE TRASPLANTE	N/R	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800097	UCI ADULTO	008677	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	900701400092	UCI ADULTO	008681	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800050	UCI ADULTO	008683	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800093	UCI ADULTO	008682	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800001	UCI ADULTO	008678	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901109900016	UCI ADULTO	008675	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800051	UCI ADULTO	008679	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800028	UCI ADULTO	008676	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800060	UCI ADULTO	008674	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Qualitas Beta PA-6435F	901102800097	UCI ADULTO	008680	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	100203094	UCI ADULTO	005989	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033018	UCI ADULTO	006540	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033002	UCI ADULTO	006542	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M158ME6436	UCI ADULTO	20393	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6435	UCI ADULTO	20375	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6456	UCI ADULTO	20377	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M160ME6466	UCI ADULTO	20380	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M160ME6438	UCI ADULTO	20394	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073068	UCI ADULTO	009221	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073060	UCI ADULTO	009222	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073449	UCI ADULTO	009266	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073035	UCI ADULTO	009273	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02265	UCI ADULTO	11478	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02266	UCI ADULTO	20065	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10629	UCI ADULTO	ELECT2	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10628	UCI ADULTO	ELECT3	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	150825577	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	150628581	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	150626576	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	150626482	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	190123643	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	N/R	150626597	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	89-010-10	MV10A0A120710MO 704	UCI ADULTO	08203	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5392	DJH039820P	UCI ADULTO	010537	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01033	UCI ADULTO	009072	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01032	UCI ADULTO	009073	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01045	UCI ADULTO	009074	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01046	UCI ADULTO	009075	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01058	UCI ADULTO	009076	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01054	UCI ADULTO	009077	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01051	UCI ADULTO	009078	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01035	UCI ADULTO	009079	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01042	UCI ADULTO	009080	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01048	UCI ADULTO	009081	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01077	UCI ADULTO	009082	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01057	UCI ADULTO	009083	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01053	UCI ADULTO	009084	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01050	UCI ADULTO	009085	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01047	UCI ADULTO	009086	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01011	UCI ADULTO	009087	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01044	UCI ADULTO	009088	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01076	UCI ADULTO	009089	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01055	UCI ADULTO	009090	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01052	UCI ADULTO	009091	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	G5-CU-152RK	01049	UCI ADULTO	009092	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06494	UCI ADULTO	05802	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06495	UCI ADULTO	05804	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM-2703	114919	UCI ADULTO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06495	UCI ADULTO	05804	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	11907	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10965	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12608	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10980	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10925	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10954	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10965	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	08985	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10513	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10170	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	NR	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	11943	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12619	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10520	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10545	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10133	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	11972	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12607	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	08979	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12606	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12609	ANUAL	S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHQ40188	UCI ADULTO	20413	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHQ540184	UCI ADULTO	12170	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHP40189	UCI ADULTO	12166	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHS40205	UCI ADULTO	20313	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHQ40518	UCI ADULTO	SUCC22	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHQ40483	UCI ADULTO	20312	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHR40523	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHQ41152	UCI ADULTO	SIL16	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHS40189	UCI ADULTO	SIL15	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHP40192	UCI ADULTO	20314	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHP40195	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHS40201	UCI ADULTO	SUCC21	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	JGHN38051	UCI ADULTO	13595	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	1226	GFHS40183	UCI ADULTO	SILL17	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	13073802	UCI ADULTO	20314	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	N/R	UCI ADULTO	SUCC20	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	13073804	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	13073793	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	13073805	UCI ADULTO	SILL14	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	TM	RVM3760	13073794	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07065GH	UCI ADULTO	SUCC25	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07241GH	UCI ADULTO	SUCC17	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07O65GH	UCI ADULTO	SUCC25	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445491083A	UCI ADULTOS 2 PISO	10665 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	CAREFUSION	VELA	CAT04868	UCI ADULTOS 2 PISO	10748 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	CAREFUSION	VELA	CAT04912	UCI ADULTOS 2 PISO	10749 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	CAREFUSION	VELA	CAT04885	UCI ADULTOS 2 PISO	10750 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	CAREFUSION	VELA	CAT04851	UCI ADULTOS 2 PISO	10751 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	CAREFUSION	VELA	CAT05692	UCI ADULTOS 2 PISO	10802 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050109	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050104	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050105	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050101	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050111	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050112	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	E360T	G202050110	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192951	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192943	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192956	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192953	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512193008	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192955	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512192954	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	202050112	UCI ADULTO 2 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070430	UCI ADULTO 2 PISO	10009	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	AIROX	SUPPORTAIR	4096200L446006	UCI ADULTO	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ACT PLUS	MEDTRONIC	ACT110	ACT1003583	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006749	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANGIOGRAFO	PHILLIPS	ALLURA XPER FB20 MCA	323	UNIDAD CARDIOVASCULAR	06698	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	3500041903	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007116	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	MOVITA 750/1000	ASHE-0306	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006991 sala 6	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000-1000	ASHE-0293	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006987 sala 6	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 750-750	ASHE-0294	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006988 sala 6	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0305	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006989 sala 6	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	MAQUET	HL20	94025475	UNIDAD CARDIOVASCULAR	06517	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	BIMEDCO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONSOLA DE CONTRAPULSACION	ARROW	LAP	140721	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6716	ANUAL	S4/NOV	MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	03647	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006470	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	03645	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006469	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILIPS	SPARQ	US01410001	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006447	SEMESTRAL	S2/MAY - S2/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	14055K	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006473	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	14052K	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006476	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	S5A166118AX	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007071	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11710	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006769	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INTERCAMBIADOR DE CALOR	TERUMO	HEMOTHERM	202-11401CE	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	603OO	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL	S5/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	REF 60813	NA	UNIDAD CARDIOVASCULAR	010404	ANUAL	S5/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 700DC-POLARIS 500DC	100000000094468 - 100000000097167	UNIDAD CARDIOVASCULAR	06990	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PERSEUS A 500	ASHN-0069	UNIDAD CARDIOVASCULAR	7209	SEMESTRAL	S3/MAR - S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00429	UNIDAD CARDIOVASCULAR	11870	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO	OSYPKA	PACE203H	1408018	UNIDAD CARDIOVASCULAR	005722	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	DJH006377P	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007042	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	DJH006383P	UNIDAD CARDIOVASCULAR	OO6515	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	DJH006381P	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006516	SEMESTRAL	S5/MAY - S5/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00014	UNIDAD CARDIOVASCULAR	10069	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	8324	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006478	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	8323	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006475	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562K	8325	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006480	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562K	8321	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006477	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	112953	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006486	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	112971	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006483	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	112952	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006481	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	112958	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006484	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	OMEGA INFINITY KAPPA	5495351767	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007209-01	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOTRANSFUSION	MEDTRONIC	AUTOLOG	ATL6110	UNIDAD CARDIOVASCULAR	06747	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660074	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006868	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C06660087	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006859	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108-0413	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	08250	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF-791	76VRF-702084	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF-791	76VRF-702046	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108-0413	7577	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	3500041328	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	007115	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	KENWELL	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	CAM127	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1103	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07309	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1102	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	14010	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1104	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	09232	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	859	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	09240	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1121	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07327	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	861	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	09239	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07310	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1106	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07317	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC30	85551	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	10883	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	007109	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	21360	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05276	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07240	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05269	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	07684	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM800	AA5C-11213	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	10707	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128162	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	009119	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B-YE	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	20504	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004103	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	SUCC08	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	041221152302	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	AC01856	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	3500041947	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07118	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	865	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09235	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	866	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09234	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	862	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09237	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	836	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07365	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	12197	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	002726	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	13579	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	002729	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	821	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	006307	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	2197	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09282	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	851	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09249	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	832	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09274	ANUAL	S3/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-101	8026421	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	006744	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	EQORG5	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05278	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	06813	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05271	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	08702	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128196	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	130052	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	386 KGS	1300000087	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07673	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850070	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	008873	CUATRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUL - S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-67A	089500000701	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21292	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1135	070400004201	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	01337	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-067	089400000902	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21294	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007995	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21293	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007996	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	002680	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	N/R	750242	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	500KL	5000175745	UCI PEDIATRICA	009179	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	522KL	5220000637	UCI PEDIATRIA	20489	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	130KG	N/R	UCI PEDIATRIA	AC01429	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106724	UCI PEDIATRIA	006678	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106725	UCI PEDIATRIA	006688	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106726	UCI PEDIATRIA	006684	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106727	UCI PEDIATRIA	006683	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106728	UCI PEDIATRIA	006682	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106729	UCI PEDIATRIA	006681	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106730	UCI PEDIATRIA	006686	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106731	UCI PEDIATRIA	006685	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106732	UCI PEDIATRIA	006687	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106733	UCI PEDIATRIA	006689	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140166734	UCI PEDIATRIA	006690	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140166735	UCI PEDIATRIA	006677	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106736	UCI PEDIATRIA	006680	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	20140106737	UCI PEDIATRIA	006679	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531E	03463	UCI PEDIATRIA	006160	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531E	03462	UCI PEDIATRIA	006161	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SONOSITE	P15800	WK1TW6	UCI PEDIATRIA	006414	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-1150	10325K	UCI PEDIATRIA	006162	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	1147019090	N/R	UCI PEDIATRIA	20648	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	ANVEX	N/R	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	ESTÁNDAR	N/R	N/R	UCI PEDIATRIA	21620	ANUAL	S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	UCI PEDIATRIA	AC07319	ANUAL	S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	MET PAK	170623106	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	MET PAK	190123647	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM-401	5614-14	UCI PEDIATRIA	006422	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM-401	5613-14	UCI PEDIATRIA	006421	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	DR. MACH	LED 200	14/13356	UCI PEDIATRIA	006423	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FIBROBRONCOSCOPIO	FUJIFILM	FB-120P	1B044K016	UCI PEDIATRIA	006405	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJIFILM	PS2-HP	N3041A057	UCI PEDIATRIA	006405	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07085	UCI PEDIATRIA	006146	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07087	UCI PEDIATRIA	006147	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07089	UCI PEDIATRIA	006148	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07090	UCI PEDIATRIA	006149	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07091	UCI PEDIATRIA	006150	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07092	UCI PEDIATRIA	006151	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07093	UCI PEDIATRIA	006152	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07094	UCI PEDIATRIA	006153	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07095	UCI PEDIATRIA	006154	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07097	UCI PEDIATRIA	006155	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07098	UCI PEDIATRIA	006156	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07099	UCI PEDIATRIA	006157	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07100	UCI PEDIATRIA	006158	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07101	UCI PEDIATRIA	006159	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	13230	UCI PEDIATRIA	007731	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006883	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006884	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006885	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006886	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006887	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006888	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006889	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006890	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006891	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006892	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006893	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006894	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006895	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	CONSOLA HORIZONTAL	N/R	UCI PEDIATRIA	006896	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060083	UCI PEDIATRIA	007791	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060116	UCI PEDIATRIA	007789	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13120535	UCI PEDIATRIA	007794	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060112	UCI PEDIATRIA	007790	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP14120213	UCI PEDIATRIA	007793	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP14120267	UCI PEDIATRIA	007792	SEMESTRAL	S2/JUN - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA09060BO	UCI PEDIATRIA	007067	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA05628BO	UCI PEDIATRIA	10656	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07913FO	UCI PEDIATRIA	007090	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07927FO	UCI PEDIATRIA	007089	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA09055BO	UCI PEDIATRIA	007063	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA09058B0	UCI PEDIATRIA	007062	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA05636BO	UCI PEDIATRIA	007059	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07239GH	UCI PEDIATRIA	001076	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA070626BO	UCI PEDIATRIA	007068	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07257GH	UCI PEDIATRIA	007065	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07257GH	UCI PEDIATRIA	001076	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA09054BO	UCI PEDIATRIA	007066	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07925FO	UCI PEDIATRIA	007087	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA09056BO	UCI PEDIATRIA	007060	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07916FO	UCI PEDIATRIA	007088	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07920FO	UCI PEDIATRIA	007091	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	N/R	VRA07099GH	UCI PEDIATRIA	001075	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	PRECISIÓN MEDICAL	PM3100	6920	UCI PEDIATRIA	000994	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-18-1108 1101	N/R	UCI PEDIATRIA	006922	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	AMVEX	VRH07101GH	N/R	UCI PEDIATRIA	000982	ANUAL	S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400709	UCI PEDIATRIA	006113	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400711	UCI PEDIATRIA	006116	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400716	UCI PEDIATRIA	006115	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400725	UCI PEDIATRIA	006117	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400731	UCI PEDIATRIA	006118	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400640	UCI PEDIATRIA	006114	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400747	UCI PEDIATRIA	006119	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400754	UCI PEDIATRIA	006120	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400760	UCI PEDIATRIA	006121	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400764	UCI PEDIATRIA	006122	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400769	UCI PEDIATRIA	006123	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400776	UCI PEDIATRIA	006124	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400778	UCI PEDIATRIA	006125	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400787	UCI PEDIATRIA	006126	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT	EAGLE II	VCDC140525	UCI PEDIATRIA	006340	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	METRAN	R100	00225	UCI PEDIATRIA	000978	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	METRAN	R100	00224	UCI PEDIATRIA	000979	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	SENSORMEDICS	3100A	BBW01205	UCI PEDIATRIA	07412	CUATRIMESTRAL	S1/FEB - S1/JUN - S1/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROENCEFALOGRAFO DE AMPLITUD	NATUS MEDICAL	OLYMPIC BRANZ	H19040242	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE HIPOTERMIA	CINCINNATI	BLAKETROL II	182-3-07627	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	01469	UCI NEONATAL	07239	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5199-06	UCI NEONATAL	21999	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5193-06	UCI NEONATAL	21998	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5349-07	UCI NEONATAL	14804	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5191-06	UCI NEONATAL	08881	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5192-06	UCI NEONATAL	06284	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5347-07	UCI NEONATAL	00682	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4198-12	UCI NEONATAL	22004	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	239-05	UCI NEONATAL	11980	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4196-12	UCI NEONATAL	22000	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4197-12	UCI NEONATAL	22001	CUATRIMESTRAL	S1/ABR - S1/AGO - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4384-13	UCI NEONATAL	21997	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4302-12	UCI NEONATAL	13340	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR200	2021-11	UCI NEONATAL	10137	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	DRAGER	CALEO	ASAF-0021	UCI NEONATAL	06282	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	DRAGER	CALEO	ASAF-0022	UCI NEONATAL	13322	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
INCUBADORA CERRADA	ATOM	AIR INCU I	200600741	UCI NEONATAL	012572	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	ATOM	AIR INCU I	200600742	UCI NEONATAL	012573	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	ATOM	AIR INCU I	200400607	UCI NEONATAL	012574	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	ATOM	AIR INCU I	200600743	UCI NEONATAL	012575	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM401	134806	UCI NEONATAL	14841	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	BABY THERM 8004	ASAF-0044	UCI NEONATAL	06283	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-4000	ASAK-0058	UCI NEONATAL	LAPF02	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-4000	ASAK-0048	UCI NEONATAL	LAPF01	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAC-0044	UCI NEONATAL	05354	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAC-0054	UCI NEONATAL	06287	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAK-0057	UCI NEONATAL	LAPF05	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAJ-0007	UCI NEONATAL	06266	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAK-0043	UCI NEONATAL	LAPCA0	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LV6T	434-06	UCI NEONATAL	13863	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LV6T	435-06	UCI NEONATAL	14801	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LV6T	432-06	UCI NEONATAL	05964	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05260	UCI NEONATAL	10070	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05261	UCI NEONATAL	07238	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05268	UCI NEONATAL	22006	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05270	UCI NEONATAL	22007	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05279	UCI NEONATAL	21744	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05262	UCI NEONATAL	07681	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02968	UCI NEONATAL	07052	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03600	UCI NEONATAL	00862	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03589	UCI NEONATAL	005115	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02966	UCI NEONATAL	07051	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03588	UCI NEONATAL	005114	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02410	UCI NEONATAL	22002	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02851	UCI NEONATAL	22003	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03586	UCI NEONATAL	005112	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02272	UCI NEONATAL	22008	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03584	UCI NEONATAL	005111	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0105675	UCI NEONATAL	10078	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0120410	UCI NEONATAL	007982	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121517	UCI NEONATAL	007990	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121536	UCI NEONATAL	007992	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	5263	UCI NEONATAL	10383	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112662	UCI NEONATAL	MOVIT4	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INIFINITY VISTA	5516592172	UCI NEONATAL	10067	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	BABY SCALE	TANITA	840810	UCI NEONATAL	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	727	2110000000107188	UCI NEONATAL	008892	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METTER	553KL	5530007868	UCI NEONATAL	PESA 10	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850024	UCI NEONATAL	008871	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	316036-M14701480083	UCI NEONATAL	AC8000	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYCKEL	NEOPUFF	121015004981	UCI NEONATAL	21971	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF-791	760VRF-702074	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF-791	760VRF-702074	UCI NEONATAL	20667	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF SERIES	702073	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ACARE	VRF SERIES	702049	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	WIKA	RVTM3	120800778	UCI NEONATAL	21750	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	WIKA	RVTM3	12080804	UCI NEONATAL	21746	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	WIKA	RVTM3	12080801	UCI NEONATAL	20667	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	6-1226	GFHQ40486	UCI NEONATAL	21750	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	6-1226	GFHQ40482	UCI NEONATAL	20352	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	6-1226	GFHQ40481	UCI NEONATAL	20354	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108-0202	120800778	UCI NEONATAL	07474	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108 0202	N/R	UCI NEONATAL	22669	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108 1102	N/R	UCI NEONATAL	11823	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-13-1108 1202	N/R	UCI NEONATAL	12821	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	22-17-1108 0202	N/R	UCI NEONATAL	11822	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630GL	31100011279	UCI NEONATAL	21971	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDIPUMP	03060000708	UCI NEONATAL	09708	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42472	UCI NEONATAL	22013	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42471	UCI NEONATAL	22012	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42425	UCI NEONATAL	22011	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42427	UCI NEONATAL	22009	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42420	UCI NEONATAL	22010	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	5000	55760	UCI NEONATAL	22014	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3510050777	UCI NEONATAL	10390	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3510050779	UCI NEONATAL	08733	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3510085147	UCI NEONATAL	20315	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512100493	UCI NEONATAL	08887	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	MAQUET	SERVOI	118142	UCI NEONATAL	06619	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	DRAGER	VN500	ASLL-0159	UCI NEONATAL	008719	SEMESTRAL	S4/JUN - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	847	HOSPITALIZACION	09243	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	854	HOSPITALIZACION	09296	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	846	HOSPITALIZACION	09297	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	849	HOSPITALIZACION	09241	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	845	HOSPITALIZACION	006310	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	07325	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002733	HOSPITALIZACION	09245	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002734	HOSPITALIZACION	CAEL13	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002735	HOSPITALIZACION	CAEL14	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002736	HOSPITALIZACION	CAEL15	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-13059311	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	011685	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT101	08027307	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007113	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0120407	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007981	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2351	07645	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	20365	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2351	07640	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	20366	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2351	07644	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	20005	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M15903480049	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007105	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007876	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	20467	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	S 130P	100500026668	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	13461	SEMESTRAL	S3/ABR - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N/R	1911300021829	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N/R	140918045528	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002739	HOSPITALIZACION	13785	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002724	HOSPITALIZACION	07362	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1108	HOSPITALIZACION	07349	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1110	HOSPITALIZACION	07363	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	08766	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	863	HOSPITALIZACION	CAM166	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200027	HOSP. 4 PISO	008690	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200026	HOSP. 4 PISO	008696	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J26825	HOSP. 4 PISO	006058	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073387	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073041	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071498	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	N/R	KY302D-32	AGE2020009	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	N/R	KY302D-32	AGE2020039	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	N/R	KY302D-32	AGE2020018	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5080100019410159	HOSP. 4 PISO	011534	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5080100019410166	HOSP. 4 PISO	011531	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5080100019410212	HOSP. 4 PISO	011530	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5092100020290033	HOSP. 4 PISO	011535	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5092100020290036	HOSP. 4 PISO	011537	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290134	HOSP. 4 PISO	011536	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290175	HOSP. 4 PISO	011529	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290176	HOSP. 4 PISO	011533	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290190	HOSP. 4 PISO	011522	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5092100020290195	HOSP. 4 PISO	011523	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290311	HOSP. 4 PISO	011524	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290324	HOSP. 4 PISO	011525	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290329	HOSP. 4 PISO	011521	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290330	HOSP. 4 PISO	011526	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290331	HOSP. 4 PISO	011532	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290333	HOSP. 4 PISO	011520	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290335	HOSP. 4 PISO	011527	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	6792100020290338	HOSP. 4 PISO	011528	ANUAL	S2/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	01973	HOSP. 4 PISO	008850	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10627	HOSP. 4 PISO	002161	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSP. 4 PISO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAY - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
GRAMERA	BOECO	BLC500	N/R	HOSP. 4 PISO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAY - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065195	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065183	HOSP. 4 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0128154	HOSP. 4 PISO	008851	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1130	HOSPITALIZACION 4 PISO	10720 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0448	HOSPITALIZACION 4 PISO	10718 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0463	HOSPITALIZACION 4 PISO	10719 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	460407-M15C10390002	HOSPITALIZACION 4 PISO	008163	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	727	2110000000107192	HOSP. 4 PISO	008891	SEMESTRAL	S4/MAY - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850066	HOSP. 4 PISO	008878	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	M15903480047	HOSP. 4 PISO	7104	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	M15903480052	HOSP. 4 PISO	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOK	1608030939227	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOK	170830073828	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOK	161006083759	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOK	160531083709	HOSP. 4 PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	838	HOSPITALIZACION	09273	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	841	HOSPITALIZACION	09174	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002723	HOSPITALIZACION	13343	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	848	HOSPITALIZACION	09242	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	839	HOSPITALIZACION	09172	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002015	HOSPITALIZACION	09295	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002014	HOSPITALIZACION	CAEL12	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002016	HOSPITALIZACION	09169	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002191	HOSPITALIZACION	13345	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002191	HOSPITALIZACION	20379	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	09167	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002193	HOSPITALIZACION	CAEL05	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	13739	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002732	HOSPITALIZACION	07366	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	13338	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	13349	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	CAM000	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	09158	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	01421	HOSPITALIZACION CIRUGIA	08712	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT 1	26234	HOSPITALIZACION CIRUGIA	006518	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIAS	VARIAS	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIAS	VARIAS	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05265	HOSPITALIZACION CIRUGIA	08720	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0121729	HOSPITALIZACION CIRUGIA	007999	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	316036-M1590348013	HOSPITALIZACION CIRUGIA	007106	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	360191-M19710850018	HOSPITALIZACION CIRUGIA	008885	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	100700000231	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SUCC05	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	91500009869	HOSPITALIZACION CIRUGIA	07160	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	1010004211	HOSPITALIZACION CIRUGIA	08972	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOCK	200112041558	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOCK	191221050509	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SCHOCK	200112025429	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	840	HOSPITALIZACION	20381	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002727	HOSPITALIZACION	13347	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002018	HOSPITALIZACION	13344	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002190	HOSPITALIZACION	CAM132	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002192	HOSPITALIZACION	CAM123	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	N/R	44818	HOSPITALIZACION	13348	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	2194	HOSPITALIZACION	CAM151	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	834	HOSPITALIZACION	09287	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	07369	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	09153	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1120	HOSPITALIZACION	CAM002	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1117	HOSPITALIZACION	CAM128	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	C505-506	HOSPITALIZACION	09292	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	2515	HOSPITALIZACION	CAEL04	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	07369	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	828	HOSPITALIZACION	CAM156	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002199	HOSPITALIZACION	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002722	HOSPITALIZACION	CAEL00	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002732	HOSPITALIZACION	007966	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION	CAM135	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC30	86402	CLINICA DE HERIDAS	07576	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIAS	VARIAS	N/R	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIAS	VARIAS	N/R	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	ILUMITEC	CBR-103	88989	CLINICA DE HERIDAS	LAMPA1	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850016	CLINICA DE HERIDAS	008877	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008225	CLINICA DE HERIDAS	22209	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	181227173818	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	181227181417	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600021	SEXTO PISO	10779 MINISTERIO	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600025	SEXTO PISO	10780 MINISTERIO	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600024	SEXTO PISO	10781 MINISTERIO	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002721	SEXTO PISO	009166	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072982	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072978	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073376	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073051	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073066	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071495	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071497	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071529	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000066436	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071526	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071472	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071477	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071499	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071528	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000066476	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071478	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071500	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000066435	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071531	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071530	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071474	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071535	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071479	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071525	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069828	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700001	SEXTO PISO	10811	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700002	SEXTO PISO	10812	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700006	SEXTO PISO	10813	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700009	SEXTO PISO	10814	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700016	SEXTO PISO	10815	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700020	SEXTO PISO	10816	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700023	SEXTO PISO	10817	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700024	SEXTO PISO	10818	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901002700025	SEXTO PISO	10819	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	901003200001	SEXTO PISO	10821	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	00863	SEXTO PISO	008005	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	CARDIOFAXC	14057	SEXTO PISO	006474	CUATRIMESTRAL	S4/ABR- S4/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	SEXTO PISO	N/R	SEMESTRAL	S2/ABR - S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11470	N/R	SEXTO PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11470	N/R	SEXTO PISO	SENIN1	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	GMD	N/R	N/R	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S2/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA	5516565870	SEXTO PISO	07205	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05284	SEXTO PISO	07235	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	114958	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109911	SEXTO PISO	005805	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121631	SEXTO PISO	007994	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05282	SEXTO PISO	07208	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	114969	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0114987	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114956	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114960	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114981	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114996	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114999	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0115001	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114988	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM2703	0114977	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26691	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26695	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26698	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26726	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26727	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035143	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035255	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035183	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035163	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035162	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035170	SEXTO PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S5/ABR - S5/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850017	SEXTO PISO	008879	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850020	SEXTO PISO	008882	CUATRIMESTRAL	S2/ABR - S2/AGO - S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	316036-M14CO6660075	SEXTO PISO	006867	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	316036-M14CO6660073	SEXTO PISO	006866	CUATRIMESTRAL	S3/ABR - S3/AGO - S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ALLIED CHEMETRON	22-12-1108	NR	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008229	SEXTO PISO	001618	SEMESTRAL	S2 ABRI - S2 OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008230	SEXTO PISO	001616	SEMESTRAL	S2 ABRI - S2 OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008233	SEXTO PISO	11173	SEMESTRAL	S2 ABRI - S2 OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	060300004022	SEXTO PISO	10946	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	080900006203	SEXTO PISO	20664	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007839	SEXTO PISO	SUCC07	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004267	SEXTO PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	03060000708	SEXTO PISO	09708	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	14028183932	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	170830101058	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	160531084939	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	161006084557	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	170830101429	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ADULTO	70830073119	SEXTO PISO	N/R	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0630129	SEXTO PISO	10646 MINISTERIO	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0702079	SEXTO PISO	10647 MINISTERIO	SEMESTRAL	S5/ABR - S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	35001100769	SEXTO PISO	20071	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501101095	SEXTO PISO	06699	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE- 3	360250-M2079030011	HOSPITALIZACIÓN 7 PISO	010596	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	PA-66250B-Z01	90081500001	SEXTO PISO	10820	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071501	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071476	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071502	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071494	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071470	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071496	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071473	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071471	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071533	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071507	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071475	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071506	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000071504	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	00000071503	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	00000073066	HOSPITALIZACION 7PISO	9280	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-04039881	HOSPITALIZACIÓN 7 PISO	010561	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60813	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0130052	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0128198	HOSPITALIZACION 7PISO	007985	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128170	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128162	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128109	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128137	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128146	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	128200	HOSPITALIZACION 7PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053306	HOSPITALIZACION 7PISO	011055	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053287	HOSPITALIZACION 7PISO	011056	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053240	HOSPITALIZACION 7PISO	011057	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053313	HOSPITALIZACION 7PISO	011058	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053230	HOSPITALIZACION 7PISO	011059	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053218	HOSPITALIZACION 7PISO	011060	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053259	HOSPITALIZACION 7PISO	011061	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053220	HOSPITALIZACION 7PISO	011062	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053308	HOSPITALIZACION 7PISO	011063	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053257	HOSPITALIZACION 7PISO	011064	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053225	HOSPITALIZACION 7PISO	011065	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053242	HOSPITALIZACION 7PISO	011066	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053297	HOSPITALIZACION 7PISO	011067	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053251	HOSPITALIZACION 7PISO	011068	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053232	HOSPITALIZACION 7PISO	011069	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053307	HOSPITALIZACION 7PISO	011070	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053388	HOSPITALIZACION 7PISO	011071	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053239	HOSPITALIZACION 7PISO	011072	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053256	HOSPITALIZACION 7PISO	011073	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053237	HOSPITALIZACION 7PISO	011074	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053297	HOSPITALIZACION 7PISO	011075	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053312	HOSPITALIZACION 7PISO	011076	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053219	HOSPITALIZACION 7PISO	011077	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053304	HOSPITALIZACION 7PISO	011078	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053236	HOSPITALIZACION 7PISO	011079	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQOA053253	HOSPITALIZACION 7PISO	011080	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870053	HOSPITALIZACION 7PISO	9283	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	101100007828	HOSPITALIZACION 7PISO	SUCC06	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004262	HOSPITALIZACION 7PISO	08981	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	N/R	101100007999	HOSPITALIZACION 7PISO	12522	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	181227182448	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	200112034958	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	200120142337	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	200112024619	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0081	HOSPITALIZACION 7PISO	010832	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	180KG	1620000762	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	07855	SEMESTRAL	S4/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069819	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069820	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069822	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069824	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069823	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069825	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069826	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069829	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069830	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069831	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069833	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069834	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069835	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069836	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000066581	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000066483	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069837	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069832	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Lynix	0000069821	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	857	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	008003	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	CARDIOFAX	10134	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	005801	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	N/R	N/R	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	09193	SEMESTRAL	S4/FEB - S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121676	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	007996	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109906	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	005803	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109904	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	005799	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05272	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	07221	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121393	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	007985	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19710850019	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	008884	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	N/R	030500022245	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	05873	CUATRIMESTRAL	S4/FEB -S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	160531081828	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	161006083939	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	091217061971	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	161006144817	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	161005151849	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SECA	874	10000000293020	HOSPITALIZACION VIP	008890	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200017	HOSPITALIZACION VIP	008687	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200021	HOSPITALIZACION VIP	008691	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200022	HOSPITALIZACION VIP	008692	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	018376200016	HOSPITALIZACION VIP	008685	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	21247800049	HOSPITALIZACION VIP	008693	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	21247800043	HOSPITALIZACION VIP	008694	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	18376200018	HOSPITALIZACION VIP	008695	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	PARAMOUNT	Serie A5	21247800038	HOSPITALIZACION VIP	008697	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2131	HOSPITALIZACION VIP	20570	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	29000-19090	c-50-005	HOSPITALIZACION VIP	007108	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT 101	27308	HOSPITALIZACION VIP	7112	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0030	HOSPITALIZACION VIP	20361	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0128172	HOSPITALIZACION VIP	008852	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION VIP	3637	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION VIP	3635	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036M15707290065	HOSPITALIZACION VIP	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036M15707290065	HOSPITALIZACION VIP	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	91500009868	HOSPITALIZACION VIP	7114	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004264	HOSPITALIZACION VIP	20171	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004263	HOSPITALIZACION VIP	3634	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004287	HOSPITALIZACION VIP	12638	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	191227153509	HOSPITALIZACION VIP	N/R	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ACELERADOR LINEAL	VARIAN	2100	1535	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMENSUAL	S1/ENE - S1/FEB - S1/MAR	J.RESTREPO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ARCO EN C BRAQUITERAPIA	UNIVERSAL	UNIMAX	MED3830891	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	EQRX01	TRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUN- S1/SEP - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	3500039238	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006751	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	3500039256	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006750	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039143	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006748	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039191	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006746	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039255	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006749	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039221	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006752	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039144	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006747	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BASCULA	HEALTH O METTER	349KL	35000039192	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006745	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	1468	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	09302	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	03648	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	006472	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE BRAQUITERAPIA	VARIAN	GAMMAMED PLUS	H640240	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/ENE -S4/MAY - S4/SEP	J.RESTREPO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	19090	C000029	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07426	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	19090	60-0029	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07425	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	114470	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07429	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	RIESTER	PORTATIL	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	UCA013457	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	19090	C-50-005	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07427	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	79103	07115LB02108	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	600002	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	AIR IMETAN	FM 100	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	SUNMED	GREENLINE	M287553334819	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	NIKON	YS 100	512345	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	11425	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121391	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	07984	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121397	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	07987	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121502	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	07989	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	INFINITY VISTA	5516567868	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	21721	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0128177	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008855	CUATRIMESTRAL	S4/ABR -S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128178	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	BABY SCALE	DETECTO	95397	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	09343	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADORA DE PLACAS	KODAK	X-OMAT 35	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	REVE01	TRIMESTRAL	S1/MAR - S1/JUN - S1/SEP - S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	BIONICS	BPM200	125JD5066	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	OXIMEP	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000068753	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008866	ANUAL	S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000068756	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008867	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000068752	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008868	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000068755	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008869	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000068754	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	008870	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080707	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011679	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080706	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011677	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080703	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011676	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080700	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011678	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080705	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011669	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080699	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011681	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080708	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011680	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080698	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011673	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080704	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011672	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080702	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011682	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080711	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011684	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080709	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011668	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080710	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011670	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080697	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011671	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	MUBI	SIRYUX	0000080701	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	011674	ANUAL	S1/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	2080002237	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	09394	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1030	90500000695	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	SUCC15	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	14022172153	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	14022113702	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	14022115654	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	4083163452	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC04620	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	14022113713	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	N/R	N/R	14022173052	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BALANZA DIGITAL	LEXUS	FENIX	YS131099	FARMACIA	006488	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE VACIO	THOMSON	GM-0.50	31750	FARMACIA-MEZCLAS	005774	ANUAL	S4/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	AIR	CSB100	059801	FARMACIA-MEZCLAS	006487	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II TIPO A2	C-4	SB CLASE II TIPO A	351114	FARMACIA-MEZCLAS	006488	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	N/R	N/R	FAR012184	FARMACIA-MEZCLAS	20564	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA POR IMPULSO	THOR	SIHPLE101	133866	FARMACIA	06493	ANUAL	S4/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA POR IMPULSO	THOR	SIHPLE101	133820	FARMACIA-MEZCLAS	06494	ANUAL	S4/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA POR IMPULSO	THOR	SIHPLE101	N/R	FARMACIA	06495	ANUAL	S4/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA POR IMPULSO	THOR	N/R	N/R	FARMACIA	008900	ANUAL	S4/NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TERMOMETRO INFRAROJO	N/R	N/R	180672024	FARMACIA	AC09065	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TERMOMETRO INFRAROJO	N/R	N/R	180671447	FARMACIA	AC09064	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VISOR DE PARTICULAS	N/R	N/R	N/R	FARMACIA-MEZCLAS	008939	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VISOR DE PARTICULAS	N/R	N/R	N/R	FARMACIA-MEZCLAS	008940	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002207	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	09160	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002205	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	009163	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	Nn/r	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	09159	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002208	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	20827	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	CAM139	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	09154	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	09155	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	N/R	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518858	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10803 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518945	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10804 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518934	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10805 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518880	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10806 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518921	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10807 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518916	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10808 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518977	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10809 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518920	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10810 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518938	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10811 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518972	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10812 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518932	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10813 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518792	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10814 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518940	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10815 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518925	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10816 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518801	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10817 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518953	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10818 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518933	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10819 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518862	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10820 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518876	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10821 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	518967	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	10822 MINISTERIO	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073372	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073036	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE- 3	360250-M20709030044	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	9875	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	009186	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	009896	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM2701	0128150	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S1/ENE - S1/MAY - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUCCIONADOR PORTATIL	SHUCO	S130P	20500021982	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	07220	SEMESTRAL	S1/MAR - S1/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	200112013949	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	AC09693	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	200112015949	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	AC09697	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	200112041249	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	AC09713	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	200112041328	HOSPITALIZACION EXPANSION ARCHIVO	AC09714	ANUAL	S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH O METER	349KLX	70316	UCI ADULTOS 3 PISO	9170	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600066	UCI ADULTOS 3 PISO	10782 MINISTERIO	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073075	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073061	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073058	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072980	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073026	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009229	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073062	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073059	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009232	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073078	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072983	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009235	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073406	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009241	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073388	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009243	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073047	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009247	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073052	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009248	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072981	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009249	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073385	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009257	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073040	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009262	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073377	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009263	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073373	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009264	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073402	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009268	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073408	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009269	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073037	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009270	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073450	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009274	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073386	UCI ADULTOS 3 PISO	SECRETARIA 009275	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	71532	UCI ADULTOS 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	71505	UCI ADULTOS 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	71534	UCI ADULTOS 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	71527	UCI ADULTOS 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	71524	UCI ADULTOS 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	SIEMENS	P500	392413	UCI ADULTOS 3 PISO	0106712	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ E	6077181WX0	UCI ADULTOS 3 PISO	11094	SEMESTRAL	S3/MAY - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ E	6077183WX0	UCI ADULTOS 3 PISO	011091	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M20CO3660010	UCI ADULTOS 3 PISO	011048	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M20CO3660014	UCI ADULTOS 3 PISO	011049	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M20CO3660011	UCI ADULTOS 3 PISO	011050	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	009183	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	009184	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	009185	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	009189	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2131-200 E-SCOPE	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	009190	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-011052363	UCI ADULTOS 3 PISO	011051	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-011052360	UCI ADULTOS 3 PISO	011052	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-03035183	UCI ADULTOS 3 PISO	010822	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE MEDICAL	NA	NA	UCI ADULTOS 3 PISO	AC09819	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETRO	OHIO	0-15LPM	OT15UOZ08723	UCI ADULTOS 3 PISO	NA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MARCAPASOS BICAMERAL	MEDTRONIC	5392	DJH038819P	UCI ADULTOS 3 PISO	009645	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS BICAMERAL	MEDTRONIC	5392	DJH038818P	UCI ADULTOS 3 PISO	009646	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS BICAMERAL	MEDTRONIC	5392	DJH038817P	UCI ADULTOS 3 PISO	009647	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009757462	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009712671	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009708863	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009720074	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009719361	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009717862	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009724667	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009712074	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009758862	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009755669	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009777761	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009724569	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009711868	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009764071	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009815266	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009715570	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009721465	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009704368	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009719459	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009716765	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009777164	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009721572	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009811573	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009760271	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009863267	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	DRAGER	INFINITY DELTA	6009720573	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/MAR - S4/JUL - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035241	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035144	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035138	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035157	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035266	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035256	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035277	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035098	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035126	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035197	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035221	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035253	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035171	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	BIOLIGHT	Q5	Q068A035249	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S4/FEB - S4/JUN - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01918	UCI ADULTOS 3 PISO	010487	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01919	UCI ADULTOS 3 PISO	010494	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01644	UCI ADULTOS 3 PISO	010495	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01648	UCI ADULTOS 3 PISO	010500	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01649	UCI ADULTOS 3 PISO	010501	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01647	UCI ADULTOS 3 PISO	010502	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01650	UCI ADULTOS 3 PISO	010503	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01641	UCI ADULTOS 3 PISO	010504	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SISTEMA DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	200804155935	UCI ADULTOS 3 PISO	010803	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	N/R	UCI ADULTOS 3 PISO	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11967	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11969	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11991	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11993	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11994	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12000	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12004	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12006	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12007	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12018	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12019	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12035	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12036	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12038	UCI ADULTOS 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0630132	UCI ADULTOS 3 PISO	10641 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0701091	UCI ADULTOS 3 PISO	10642 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0604011	UCI ADULTOS 3 PISO	10634 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0627048	UCI ADULTOS 3 PISO	10633 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0623032	UCI ADULTOS 3 PISO	10639 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0703011	UCI ADULTOS 3 PISO	10638 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0629098	UCI ADULTOS 3 PISO	10640 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/ABR - S4/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445051088A	UCI ADULTOS 3 PISO	10668 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445061083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10666 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445071083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10678 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445081083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10648 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445141083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10662 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445161083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10663 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445171083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10676 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445181083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10672 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445191083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10653 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445201083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10675 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445211083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10656 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445231083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10660 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445241083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10670 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445251083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10671 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445261083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10649 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445271083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10680 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445281083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10677 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445291083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10651 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445311083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10659 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445321083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10667 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445341083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10654 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445351083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10664 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445361083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10655 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445371083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10661 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445401083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10657 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445411083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10679 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445421083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10650 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445431083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10669 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445441083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10674 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445451083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10652 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445461083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10673 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NEUMOVENT	TS	200445481083A	UCI ADULTOS 3 PISO	10658 MINISTERIO	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0045	UCI ADULTOS 3 PISO	010829	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0055	UCI ADULTOS 3 PISO	010830	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0079	UCI ADULTOS 3 PISO	010831	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0087	UCI ADULTOS 3 PISO	010836	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10627	HOSP. 3 PISO	002161	CUATRIMESTRAL	S4/ABR - S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073072	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009223	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073027	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073079	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073077	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000072979	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009236	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073374	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009239	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073379	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009242	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073401	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009250	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073399	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009251	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073067	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009252	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073024	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009253	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073032	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009258	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073409	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009259	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073048	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009261	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073445	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009267	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073375	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009271	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073039	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009272	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073038	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009276	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	0000073064	HOSP. 3 PISO	SECRETARIA 009277	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	MUBI	Quaxar Esscential	69838	HOSP. 3 PISO	DONACION SECRETARIA	ANUAL	S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26657	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26659	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26694	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26701	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26702	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 3562	26723	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM 2703	114921	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	PVM 2703	114902	HOSP. 3 PISO	COMODATO SECRETARIA	SEMESTRAL	S4/MAY - S4/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870052	HOSP. 3 PISO	9285	CUATRIMESTRAL	S4/ABR - S4/AGO - S4/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131592	HOSP. 3 PISO	010207	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131636	HOSP. 3 PISO	010210	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131532	HOSP. 3 PISO	010211	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131635	HOSP. 3 PISO	010212	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131634	HOSP. 3 PISO	010227	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131530	HOSP. 3 PISO	010228	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131529	HOSP. 3 PISO	010239	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131541	HOSP. 3 PISO	010241	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131630	HOSP. 3 PISO	009332	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131629	HOSP. 3 PISO	009333	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131590	HOSP. 3 PISO	009336	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131631	HOSP. 3 PISO	009334	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131632	HOSP. 3 PISO	009331	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131589	HOSP. 3 PISO	009335	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131594	HOSP. 3 PISO	009341	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131591	HOSP. 3 PISO	009339	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131614	HOSP. 3 PISO	010229	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	CA-MI	NEW ASPIERET	131615	HOSP. 3 PISO	010213	SEMESTRAL	S4/MAR - S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	ACESCOPE	EASZ00041	0084	HOSP. 3 PISO	010833	ANUAL	S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	500KL	500175817	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	009180	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600042	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10753 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600042	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10754 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600040	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10755 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600035	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10756 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600070	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10757 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600003	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10758 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600029	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10759 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600090	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10760 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600014	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10761 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600015	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10762 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600046	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10763 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600011	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10764 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600010	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10765 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600045	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10766 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600006	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10767 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600027	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10768 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600031	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10769 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600036	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10770 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600019	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10771 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600033	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10772 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600006	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10773 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600049	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10774 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600007	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10775 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600072	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10776 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600038	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10777 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600026	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10778 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600009	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10783 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600048	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10784 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600055	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10785 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600034	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10786 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600022	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10787 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600050	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10788 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600009	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10789 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600017	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10790 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600016	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10791 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600039	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10792 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600005	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10793 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600001	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10794 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600030	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10795 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600008	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10796 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5081100018600067	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10797 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600043	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10798 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600023	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10799 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600002	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10800 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	SV2	5095100018600041	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10801 MINISTERIO	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-11052364	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	011053	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-0439892	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	011054	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ E	6077186WX0	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	11093	SEMESTRAL	S3/MAY - S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE- 3	360250-M20709030024	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010558	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE MEDICAL	N/R	N/R	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	N/R	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETRO	OHIO	0-15LPM	N/R	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	N/R	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	N/R	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS BICAMERAL	MEDTRONIC	5392	DJH038816P	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	N/R	ANUAL	S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065182	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063519	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065187	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065165	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065193	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04063534	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063518	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063536	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065199	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063538	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063522	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063523	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065196	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063513	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063534	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063517	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063527	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063512	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063520	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065164	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-04065185	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-02063510	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1129	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10733 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1131	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10741 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1132	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10737 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1134	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10744 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF1136	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10745 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0435	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10722 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0436	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10738 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0440	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10740 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0441	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10742 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0445	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10729 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0447	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10747 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0450	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10721 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0452	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10728 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0453	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10736 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0454	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10743 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0461	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10723 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0462	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10730 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0464	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10739 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0465	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10746 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0466	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10735 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0468	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10727 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0469	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10732 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0470	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10725 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0471	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10726 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0472	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10724 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0473	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10731 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120 S	S2SNF0474	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10734 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870054	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	9281	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19B10870005	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	92852	CUATRIMESTRAL	S3/FEB - S3/JUN - S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01905	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010418	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01640	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010419	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01903	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010420	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01902	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010421	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01908	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010422	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01632	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010423	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01638	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010424	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01634	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010425	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01639	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010426	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01627	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010437	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01621	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010438	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01625	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010439	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01628	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010440	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01629	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010441	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01624	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010442	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01623	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010443	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01630	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010444	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01626	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010445	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01622	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010446	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01693	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010447	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01696	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010448	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01698	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010449	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01692	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010450	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01690	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010451	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01697	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010452	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01691	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010453	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01699	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010454	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01908	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010455	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01695	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010515	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01638	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010467	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01865	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010468	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01862	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10472	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01861	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10470	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01863	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10478	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01864	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10475	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01868	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10469	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01904	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10517	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01866	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10471	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	OHIO	0-760	L3HZ01869	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10474	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501070388	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10004	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501100925	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	13777	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501050345	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	VENT02	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	760	3501050344	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	20077	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0616084	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10636 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0617075	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10635 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NORTHEM	CRIUS V6	V6-I0702001	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10643 MINISTERIO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11981	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11992	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-11997	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12650	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12913	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12979	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12986	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12987	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12992	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-13000	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-13007	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-13009	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-13012	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-13018	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12660	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12803	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12823	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12867	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12909	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12927	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12941	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12944	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12945	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12948	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12952	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12956	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-12957	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	COMODATO SECRETARIA	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	N/R	EASZ00041	0085	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10834	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	N/R	EASZ00041	0086	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10835	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	N/R	EASZ00041	0090	ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10837	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i1	04006631	ACTIVOS BODEGA	10683 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i2	04006365	ACTIVOS BODEGA	10684 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i3	04006508	ACTIVOS BODEGA	10685 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i4	04006319	ACTIVOS BODEGA	10686 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i5	04006783	ACTIVOS BODEGA	10687 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i6	04006663	ACTIVOS BODEGA	10688 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i7	04006635	ACTIVOS BODEGA	10689 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i8	04005172	ACTIVOS BODEGA	10690 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i9	04006177	ACTIVOS BODEGA	10691 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i10	04006658	ACTIVOS BODEGA	10692 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i11	04006796	ACTIVOS BODEGA	10693 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i12	04006518	ACTIVOS BODEGA	10694 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i13	04006211	ACTIVOS BODEGA	10695 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i14	04006498	ACTIVOS BODEGA	10696 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i15	04006638	ACTIVOS BODEGA	10697 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i16	04006230	ACTIVOS BODEGA	10698 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i17	04006921	ACTIVOS BODEGA	10699 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i18	04006494	ACTIVOS BODEGA	10700 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i19	04006801	ACTIVOS BODEGA	10701 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i20	04006477	ACTIVOS BODEGA	10702 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i21	04006854	ACTIVOS BODEGA	10703 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i22	04006717	ACTIVOS BODEGA	10704 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i23	04006761	ACTIVOS BODEGA	10705 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i24	04006726	ACTIVOS BODEGA	10706 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i25	04006950	ACTIVOS BODEGA	10707 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i26	04006778	ACTIVOS BODEGA	10708 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i27	04006468	ACTIVOS BODEGA	10709 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i28	04006685	ACTIVOS BODEGA	10710 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i29	04006512	ACTIVOS BODEGA	10711 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i30	04006649	ACTIVOS BODEGA	10712 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i31	04006490	ACTIVOS BODEGA	10713 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i32	04006536	ACTIVOS BODEGA	10714 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i33	04006608	ACTIVOS BODEGA	10715 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i34	04006533	ACTIVOS BODEGA	10716 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	Hawk-i35	04006502	ACTIVOS BODEGA	10717 MINISTERIO	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415704	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415696	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415713	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415645	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415712	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415703	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413735	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415699	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415639	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413730	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413769	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415635	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413766	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415676	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413716	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415706	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413743	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415691	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415647	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415643	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413713	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415705	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415722	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415701	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413774	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415633	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415628	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413759	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415720	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415715	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413714	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415623	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413710	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00413695	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	VP3	SK00415684	ACTIVOS BODEGA	COMODATO SECRETARIA	ANUAL	S4/ OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
APOYO TECNOLOGICO									
DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013560	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013581	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013584	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013586	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013588	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J01013592	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014539	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014540	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014547	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014548	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014549	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014550	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014551	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014553	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014555	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014557	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014559	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014561	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014562	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014563	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014566	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014569	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014573	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014574	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014575	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014576	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014579	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014582	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014583	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014585	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014587	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014589	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014600	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014603	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014611	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014612	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014615	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014623	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014627	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014628	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014629	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014630	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014636	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014639	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014649	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014651	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014653	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014657	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014658	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014659	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014662	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014663	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014664	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014672	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014675	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014678	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014679	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014681	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014695	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014699	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014704	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014705	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014706	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014708	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014716	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014721	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014726	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014729	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J02014730	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018159	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018163	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018166	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018169	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018172	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018183	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018184	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018185	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018187	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018190	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018202	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018203	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018206	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018213	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018214	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018216	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018217	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018218	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018222	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018225	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018226	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018227	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018228	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018230	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018233	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018235	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018239	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018243	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018244	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018245	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018246	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018248	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018251	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018254	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018257	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018259	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018261	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018262	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018265	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018266	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018270	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018276	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018281	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018282	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018283	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018285	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018289	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018291	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018292	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018296	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J04018299	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025317	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025322	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025334	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025335	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025336	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025341	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025347	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025348	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025351	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J06025356	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012834	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012835	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012837	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012842	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012846	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012847	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012848	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012853	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012861	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012862	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012868	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012880	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012882	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012884	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012885	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012886	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012887	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SF2J9C012889	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00101768	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00101774	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00101798	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00102630	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00102631	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00102654	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00102718	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211339	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211354	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211357	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211358	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211359	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211361	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211363	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211364	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211365	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211366	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211367	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211368	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211370	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211371	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211372	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211375	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211377	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211378	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211379	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211380	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211384	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211385	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211387	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211389	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211392	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211393	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211395	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211401	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00211417	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212348	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212349	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212364	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212369	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212373	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212375	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212379	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212386	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212389	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212393	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212395	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212396	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212397	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212402	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212408	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212411	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212415	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212422	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212423	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00212428	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213381	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213382	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213383	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213384	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213390	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213395	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213396	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213398	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213401	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213402	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213404	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213406	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213409	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213412	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213413	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213416	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213420	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213424	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213426	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213428	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213430	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213431	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213437	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213441	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213444	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213446	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213451	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213452	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213457	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213458	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213462	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213464	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213467	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213468	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213470	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213475	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213478	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213916	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213928	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213951	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00213962	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300195	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300219	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300377	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300379	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300381	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300383	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300384	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300389	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300390	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300391	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300392	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300393	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300395	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300396	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300398	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300403	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300405	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300406	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300407	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300408	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300409	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300412	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300416	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300417	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300418	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300419	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300423	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300424	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300425	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300426	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300430	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300431	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300436	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300438	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300440	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300442	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300445	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300449	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300450	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300451	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300453	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300456	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300460	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300462	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300465	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300466	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300467	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300468	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300470	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00300471	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301548	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301549	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301551	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301552	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301553	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301554	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301555	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301556	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301558	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301561	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301562	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301563	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301564	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301565	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301566	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301567	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301568	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301569	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301575	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301577	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301578	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301616	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00301842	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401184	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401194	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401225	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401599	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401605	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401606	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401608	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401626	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401630	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401631	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401633	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00401634	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402876	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402879	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402880	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402891	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402897	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00402938	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00516481	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00516489	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00517533	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604204	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604205	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604207	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604208	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604209	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604211	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604212	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604214	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604215	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604216	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604217	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604218	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604219	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604220	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604223	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604224	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604225	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604226	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604228	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604229	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604230	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604231	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604232	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604233	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604235	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604236	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604237	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604238	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604239	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604240	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604241	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604242	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604243	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604244	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604245	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604246	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604247	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604248	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604249	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604250	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604251	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604252	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604253	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604254	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604255	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604256	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604257	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604258	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604259	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604260	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604261	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604262	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604263	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604264	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604265	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604266	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604267	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604268	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604269	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604270	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604271	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604272	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604273	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604274	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604275	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604276	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604277	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604278	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604279	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604280	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604281	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604282	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604283	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604284	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604285	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604286	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604287	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604288	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604289	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604290	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604291	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604292	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604293	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604294	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604295	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604296	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604297	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604298	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604299	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604300	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604301	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604302	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604303	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604629	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604630	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604631	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604632	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604633	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604634	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604635	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604636	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604637	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604638	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604639	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604640	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604641	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604642	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604643	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604644	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604645	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604646	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604647	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604648	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604649	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604650	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604651	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604652	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604653	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604654	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604655	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604656	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604658	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604659	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604660	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604661	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604662	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604663	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604664	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604666	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604667	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604668	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604669	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604670	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604671	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604672	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604673	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604674	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604675	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604676	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604677	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604678	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604679	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604695	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604697	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604700	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604720	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604721	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604744	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604745	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604746	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604751	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604755	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604760	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604761	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604762	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604769	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00604772	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605738	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605739	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605740	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605741	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605743	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605744	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605747	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605749	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605753	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605754	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605759	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605760	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605761	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605762	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605766	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605769	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605772	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605781	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605782	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605783	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00605787	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606228	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606229	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606230	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606231	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606232	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606234	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606235	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606236	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606237	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606238	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606240	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606242	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606244	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606245	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606246	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606249	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606250	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606252	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606253	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606255	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606258	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606264	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606265	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00606266	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615078	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615079	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615081	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615084	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615086	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615087	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615088	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615089	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615094	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615097	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615099	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615102	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615104	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615105	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615106	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615108	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615113	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615116	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615117	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615118	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615120	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615127	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615128	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615133	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615136	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615138	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615146	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615148	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615158	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615159	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615161	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615163	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615165	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615171	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615172	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615187	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615190	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615198	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615200	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615203	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615205	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615207	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615208	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615212	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615219	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615220	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615229	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615234	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615235	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615236	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615237	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615240	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615241	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615244	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615245	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615246	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615249	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615250	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615258	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615264	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615271	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615272	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615275	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615277	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615278	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615283	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615284	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615285	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615288	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615289	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615290	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615291	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615293	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615296	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615297	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615303	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615310	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615322	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00615326	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618083	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618084	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618087	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618092	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618093	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618094	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618098	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618104	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618107	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618109	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618118	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618125	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618128	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618130	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618131	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618132	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618135	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618136	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618138	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618139	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618140	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618142	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618145	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618148	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618150	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618152	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618155	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618157	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618158	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618160	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618163	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618164	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618166	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618167	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618168	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618170	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618171	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618172	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618173	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618174	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618175	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618177	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618178	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618186	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618199	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618203	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618206	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618214	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618216	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618220	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618223	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618228	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618493	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618512	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618525	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618527	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618528	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618531	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618534	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618535	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618539	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618540	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618541	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618543	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618544	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618545	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618546	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618559	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618561	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618562	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618565	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618567	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618569	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618570	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618582	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618584	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618586	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618587	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618588	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618589	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618590	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618591	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618592	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618595	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618596	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618597	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618599	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618604	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618607	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618609	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618610	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618619	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618620	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618622	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00618623	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619854	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619858	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619869	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619875	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619902	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619926	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619940	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00619943	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00702937	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00702938	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00702942	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00702986	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00702987	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703010	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703024	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703026	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703027	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703030	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703033	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703034	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703039	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703047	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703052	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703055	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703057	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703058	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703060	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703062	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703063	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703064	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703065	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703066	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703070	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703071	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703072	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703075	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703079	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703080	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703091	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703092	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703093	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703097	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703098	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703099	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703102	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703103	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703106	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703107	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703109	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703110	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703112	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703113	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703116	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703117	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703118	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703120	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703121	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703123	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703126	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703127	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703130	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703136	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703140	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703143	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703144	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703147	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703149	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703157	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703159	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703161	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703163	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703164	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703165	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703171	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703174	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703176	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703181	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703191	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703193	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703195	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703196	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703197	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703198	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703200	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703201	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703202	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703211	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703213	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703218	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703219	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703220	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703229	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703233	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703236	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703237	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703239	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703240	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703242	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703243	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703244	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703245	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703246	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703251	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703252	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703253	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703255	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703256	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703257	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703259	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703260	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703261	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703262	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703266	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703267	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703269	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703270	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703272	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703273	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703275	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703278	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703280	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703282	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703283	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00703284	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704328	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704330	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704333	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704336	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704337	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704343	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704344	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704345	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704349	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704352	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704353	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704355	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704357	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704358	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704360	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704362	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704367	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704368	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704369	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704382	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704383	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704386	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704390	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704394	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704396	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704397	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704412	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704418	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704419	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704423	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704432	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704433	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704439	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704447	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704448	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704450	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704451	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704463	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704464	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704467	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704468	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704469	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704472	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704473	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704474	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704476	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704477	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704478	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704479	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704480	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704481	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704483	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704484	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704485	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704487	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704488	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704489	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704491	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704494	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704495	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704496	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704497	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704498	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704499	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704500	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704501	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704502	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704503	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704505	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704506	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704507	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704508	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704512	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704513	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704514	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704516	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704519	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704520	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704521	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704522	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704523	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704524	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704526	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704527	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704528	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704529	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704530	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704534	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704538	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704539	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704540	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704541	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704542	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704543	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704545	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704548	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704549	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704550	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704551	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704552	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704553	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704554	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704564	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704565	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704570	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704572	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704576	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704579	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704584	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704585	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704586	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704587	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704589	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704590	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704597	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704598	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704607	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704608	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704612	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704613	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704616	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704617	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704620	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704621	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704622	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704623	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704625	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704626	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704627	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704628	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704632	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704634	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704636	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704637	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704639	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704647	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704709	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704841	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704842	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704843	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704852	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704853	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704865	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704873	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704876	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704882	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704896	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704899	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704900	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704901	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704903	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704907	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704908	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704912	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704916	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704917	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704918	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704921	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704922	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704924	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704927	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704928	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704929	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704930	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704932	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704934	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704936	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704938	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704939	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704940	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704941	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704944	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704946	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704947	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704951	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704952	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704957	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704958	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704959	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704960	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704961	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704963	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704964	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704965	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704966	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704967	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704968	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704971	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704972	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704976	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704977	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704978	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704985	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00704986	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900539	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900547	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900551	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900554	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900560	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900561	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900564	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900567	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900571	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900576	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900586	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900603	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900604	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00900621	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00901990	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00901997	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902004	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902024	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902029	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902042	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902045	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902047	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902048	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902049	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902050	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902053	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902055	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902066	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902087	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902091	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902092	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902094	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902098	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902110	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902121	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902142	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902144	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902149	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902153	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902155	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902158	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902160	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902165	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902169	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902170	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902179	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902180	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902181	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902182	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	BAXTER	EVO IQ	EVO IQ LVP COL	HOSPITAL	SK00902184	ANUAL	S1/DIC	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PRIMACOMFORT 110V ENGLISH	BAXTER	109799	1261057	UNIDAD RENAL	1261057	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PRISMAFLEX 7.XX ROW	BAXTER	114870	PA16641	UNIDAD RENAL	PA16641	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOMECHOICE, DOMESTIC	BAXTER	5C4471	675053	UNIDAD RENAL	675093	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOMECHOICE, DOMESTIC	BAXTER	5C4471	675093	UNIDAD RENAL	675190	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1281063	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1281406	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1281460	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1281672	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1281732	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282488	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282503	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282517	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282530	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282534	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282745	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1282747	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1289692	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13055367	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13055383	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13080401	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13080523	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13080736	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C13080793	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1354008	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1354032	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1354064	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C1380570	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088302	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088316	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088335	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088448	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088488	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C14088521	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C15143462	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144828	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144896	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144899	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144924	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144927	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144929	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144957	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144960	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16144977	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16153333	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16153334	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C16153336	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C18198543	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19259765	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19259858	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19259860	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19259865	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19259876	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260325	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260334	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260366	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260394	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260397	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260405	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260409	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260410	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C19260427	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297878	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297879	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297881	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297884	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297885	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297887	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297889	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297890	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297891	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297892	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297900	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297911	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297934	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297977	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	COVIDIEN	482400	C1281460	UNIDAD CUIDADO INTENSIVO	C20297983	ANUAL	S4/ AGO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300153890	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300199574	HOSP. 306	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300214921	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300215063	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300215683	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSIÓN	HOSPIRA	Sapphire Multiterapia	300218836	ALMACEN	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/SEP	ICUMED	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF12170029	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF12170030	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF12170031	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14165080	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14165082	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14165083	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14165084	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168007	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168040	UCI GINECO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168042	UCI GINECO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168043	UCI GINECO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168060	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF14168067	INFECTOLOGIA PEDIATRIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201015	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201039	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201040	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201041	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201042	URGENCIAS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201050	BASICA NEONATAL	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201052	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168540	N/A	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801708	URGENCIAS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801739	N/A	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201049	URGENCIAS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201051	URGENCIAS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	FREGO	AF17201053	ULAN	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUL	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	JHONSON &JHONSON	2220	N/R	QUIROFANO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	JHONSON &JHONSON	2220	N/R	QUIROFANO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GENERADOR	JHONSON &JHONSON	GEN 11	N/R	QUIROFANO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GENERADOR	JHONSON &JHONSON	GEN 11	N/R	QUIROFANO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO INOVENT TRANSPORT	LINDE	16059200000	CCCJ00211	UCI NEONATOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/NOV	LINDE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0235	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0034	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0119	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	DO405509	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0071	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0258	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0257	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	DO201190	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	DO405510	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM01733	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0120	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0070	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0068	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0057	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VAPORIZADOR	DRAGER	V2000	ASEM0211	CIRUGIA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/SEP	ABBVIE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR INMUNOHEMATOLOGIA	DIAMED	TECHNO TWIN STATION	501	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/FEB	BIOCIENTIFICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LECTOR DE MICROPLACAS	DIAMED	Lyra	213	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/FEB	BIOCIENTIFICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LECTOR DE TARJETAS	DIAMED	ID BANJO READER	2469	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/FEB	BIOCIENTIFICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADOR DE TARJETAS	DIAMED	37 S I	1003441	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/FEB	BIOCIENTIFICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	DIAMED	24 S	2002116	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/FEB	BIOCIENTIFICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR INMUNOHEMATOLOGIA	CORE	Core Unit 150	B523-06	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	BIOSERVICE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA DE ULTRASONIDO	BD	SITE RITE B	DYADO23	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/DIC	BARD COLOMBIA SAS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA DE ULTRASONIDO	BD	SITE RITE B	DYADO25	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/DIC	BARD COLOMBIA SAS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA DE ULTRASONIDO	BD	SITE RITE B	DYADO26	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/DIC	BARD COLOMBIA SAS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOMATICO DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD PARA MICROBIOLOGIA	BD	Phoenix 100	PX1951	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOMATIZADO DE HEMOCULTIVOS	BD	Bacter FX	FT1589	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGIA	BD	Phoenix AP	AP0059	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA RAPIDA DETECCION DE MICOBACTERIAS	BD	Bactec MGIT 320	MTO328	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO CRISTAL AUTOREADER	BD	Autoreader	MD10A168	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VISUALIZADOR DE VENAS	BD	Accuven AV400	AV14490035	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR DE VELOCIDAD DE SEDIMEGTACION GLOBULAR	BD	Mini -cube	361	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S3/JUN	SUBIECOM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA	COBAS	501	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUIMICA	COBAS	311	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PRUEBAS ESPECIALES	COBAS	601	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PRUEBAS ESPECIALES	COBAS	411	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE UROANALISIS	URIT	1500	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE UROANALISIS	URIT	500B	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE COAGULACION	HUMAN	HUMACLOT PRO	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE COAGULACION	HUMAN	HUMACLOT PRO	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC 6000	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC 6000	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ELECTROLITOS	HUMAN	HUMALYTE PLUS 5	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE HEGLOBINA GLICADA	HUMAN	HUMANEX AIC	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CITOMETRIA DE FLUJO	ABBOTT	PIMA CD4	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ELISA	HUMAN	ELISYS QUATTRO	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	COBAS	B221	N/R	LABORATORIO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	COBAS	B221	N/R	URGENCIAS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	COBAS	B221	N/R	UCI ADULTOS	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	COBAS	B221	N/R	UCI PEDIATRICA	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE GASES ARTERIALES	COBAS	B221	N/R	EXPANSION OSCAR MORENO	APOYO TECNOLOGICO	ANUAL	S4/DIC	COMPROLAB	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ETIQUTEADORA	TERRAGEN	NR	NR	NR	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	M & M EQUIPOS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA	NR	RE-120	3160080	NR	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	M & M EQUIPOS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA	NR	RE-120	30160763	NR	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	M & M EQUIPOS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA	NR	RS-220	3206965	NR	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S2/FEB - S2/JUN - S2/OCT	M & M EQUIPOS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PF48i	2035755	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AGITADOR DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP48L	7528	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA PARA DONACION	TERUMO	TRAC	2002-104389	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA PARA DONACION	TERUMO	TRAC	2002-104385	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA PARA DONACION	TERUMO	TRAC	2002-104391	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA PARA DONACION	TERUMO	TRAC	2003-251057	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADOR ELECTRICO	TERUMO	XS1010	14093184	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SEPARADOR DE COMPONENTES	TERUMO	TACEII PLUS	2013-03325	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SEPARADOR DE COMPONENTES	TERUMO	TACEII PLUS	2013-03340	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SEPARADOR DE COMPONENTES	TERUMO	TACEII PLUS	2013-03334	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA REFRIGERADA	PRESVAC	DP2065R12B	11559	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	CUATRIMESTRAL	S3/MAR - S3/JUL - S3/NOV	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	LECTOR STAT FAX	303-2580	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	ANNAR DIAGNOSTICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	INCUBADORA STAT FAX 2200	2200-3048	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	ANNAR DIAGNOSTICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	AGITADOR COR 3030D	12100196	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	ANNAR DIAGNOSTICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	LAVADORA STAT FAX 2600	2600-3453	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	ANNAR DIAGNOSTICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	BIOMERIUX	EQUIPO VIDAS 30	DASA2388	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	BIOMERIUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	BIOMERIUX	FILL ARRAY	FA5114	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	BIOMERIUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPUTADOR	BIOMERIUX	COMPUTADOR PORTATIL	8E08SC016729	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	BIOMERIUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CPU	BIOMERIUX	CPU HP 5700	CZC103C2P6	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	BIOMERIUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR	BIOMERIUX	MONITOR HP S1933	CNC120QLWV	LABORATORIO CLINICO	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S1/JUN - S1/DIC	BIOMERIUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE AFERESIS	TERUMO	TRIMA ACCEL	1T05532	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE AFERESIS	TERUMO	TRIMA ACCEL	IT00608	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE AFERESIS	TERUMO	TRIMA ACCEL	IT00736	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	TERUMO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA	HEMOCUE	301	927813003	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	VITAL TECNOLOGIA MEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA	HEMOCUE	301	1507820112	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	VITAL TECNOLOGIA MEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA	HEMOCUE	301	927813131	BANCO DE SANGRE	APOYO TECNOLOGICO	SEMESTRAL	S3/JUN - S3/DIC	VITAL TECNOLOGIA MEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRES ACONDICIONADOS									
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	CONFORT	N/R	SFFOQDJ9FP7081000081	TRU	11759	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	CONFORT	N/R	SFFOQDJ9FP7081000101	URGENCIAS VIP	11760	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC24CR	C10205490410424130038	UNIDAD CARDIOVASCULAR RECEPCION	AIR061	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	NEW0002	CONSULTA EXT 16- 17	14333	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	YORK	YMKFXCO48BBH-B-X	#276501445120900023	FACTURACION CONSULT EXT	20613	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130027	CENTRAL DE MATERIALES	14674	MENSUAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130027	CENTRAL DE MATERIALES	14674	MENSUAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130030	SALA# 4 CIRUGIA	7298	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00011E	SALA 5 - FARMACIA CIRUGIA	2762	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ000025	PROGRAMACION CIRUGIA	AIR045	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	YORK	YKEA48FS	# 667101977110400074	SALA # 6 CIRUGIA	2083	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC24BTVA1	Y20XPAGB300007X	FARMACIA # 4	20614	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC-24CR	C101265360510A28130036	FARMACIA # 2	14842	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC-24CR	C101265360510A28130	FARMACIA # 3	11449	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC-24CR	C101205490410424130013	FARMACIA # 1	8726	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	INNOVAIR	CE60C2DB2	340B4252210209040160013	GASES MEDICINALES	11613	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CH070CAV1	Y2A0PAGF100099K	OBSERVACION 2	8725	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	BLUELINE	MCC60CR	D202011980712C71603	MIU	5829	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	INNOVAIR	C36C2ABA	NEW0008	SALA AISLADOS PEDIATRIA	AIR057	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00003	PASILLO URG. PEDIATRIA 1	5674	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	TRANE	2MCC0536C10R0BL	#622255093320200022	PASILLO URG. PEDIATRIA 2	8326	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00009	PASILLO URG. PEDIATRIA 3	5672	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	Y565PALC800023KY	SALA CUNAS	AIR025	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100003	ENDOSCOPIA RECEP	AIR052	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	STARLIGHT	MCC-24CR	C101265360510A281300	ECOCARDIOGRAMA	20594	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	7PALQ900009F	TAC	9113	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900009	RX SALA 3	7295	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC48FTVA	E862PALA100041	RX COORD.	14332	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900046M	RX SALA 1	8728	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900053N	B.S /PASILLO CENTRAL	12667	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC24BTVA	E869PAGSA00011	B.S/INMONUHEMATOLOGIA	21912	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900030	B.S/INFECCIOSAS	9109	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00004W	U. RENAL HEMODIALISIS	14671	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00002J	UNIDAD CARDIOVASCULAR RECUPERACION	11806	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC24BTVA	E869PAGZ100026D	HOSPITALIZACION PISO 3	AIR050	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100001	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 3 PISO	AIR054	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100004	UCI ANESTECIA	14330	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100007	UCI ANESTECIA	5843	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC24BTVA1	Y20XPAGC500010F	PATOLOGIA	4832	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100008	RECEPCION SUBGERENCIA	AIR051	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	ACO24JN4DCH	OE82PAGH200024D	SECRE. GERENCIA	7711	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC24BTVA	E869PAGZ3000152	SALA DE CRISIS TMI	14056	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100011	URGENCIAS VIP	AIR034	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE INVERTER	SAMSUNG	CH070CAV1	Y2A0PAGF100107J	TRU	1202	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CASSETTE INVERTER	CARRIER	42KTD055VS	340B97573020B160160010	RX TOMOGRAFO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	YORK	K4EU090A33A	N0A738382C	U. CANCER	13701	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TRANE	TEM34A0C60S51	180146A73V	BODEGA MEDICAMENTOS	8321	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	STARLIGHT	FCAPK410-360H-TP2C-3	M20101144557	EXPANSION ARCHIVO	10711	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TECAM	7EVZB60136PTC	14101037	U. CANCER	6089	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TECAM	7EVZB60136PTC	14101038	U. CANCER	6090	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TRANE	CGAM 100F 2L02	U15E48798	QUIROFANOS	6878	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	DAIKIN	ACZ150EPMMM-ER00	STMU151100062	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	DAIKIN	ACZ150EPMMM-ER00	STMU151100059	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJG400165V	U. CANCER	6960	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJFC00379E	CORRESPONDENCIA 2	6706	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200120J	CONSULTA EXT 7	20976	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200102Z	CONSULTA EXT 11	AIR042	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF700113F	SERV. AMBULATORIO	6522	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF700230F	SERV. AMBULATORIO	6520	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPA3FB00011F	SOTANO AMBIENTAL	6707	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENB3	403HASP00510	GARANTIA DE CALIDAD	5834	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF900081V	QUIROFANO	AC08477	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAKF800268R	QUIROFANO	AC08454	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24VKV-8	.3408097350795270120047	TRU	.008744	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1624A1000BA	3D55080000721	REANIMACION	8737	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1612A1000BA	3E92380000184	BODEGA FARMACIA URGENCIAS	8319	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HANK00247	PROCEDIMIENTOS SEPTICOS	5675	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HAXC00274	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS	5673	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENC3	312HACQD00211	AISLADOS PEDIATRIA	5671	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENC3	312HAPU00208	STAR MEDICOS PEDIATRIA	5670	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENC3	312HANK00319	STAR ENFERMERIA PEDIATRIA	5669	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HAXC00250	REANIMACION	5676	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HAGF00287	VALORACION	5677	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HAMG00243	TERAPIA RESPIRATORIA	5678	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	312HAER00244	YESOS PEDIATRIA	5679	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200122W	TRIAGE PEDIATRIA	1201	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24KV-8	3,4081E+21	CAJA URGENCIAS	.008740	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500157F	SERV. ALIMENTOS MEZCLAS	5910	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJT100067M	SERVICIO DE ALIMENTOS	20975	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJC200006E	SERVICIO ALIMENTOS DESPENSA	21281	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD300005Y	COORDINACION SERV. ALIMENTOS	5167	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPASBC00069Z	SERV. ALIMENTOS	9573	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC2	410HAPU000224	NEUMOLOGIA CONSULT 1	6703	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJFB00035L	NEUMOLOGIA CONSULT 2	6702	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC2	410HAHHY00225	NEUMOLOGIA CONSULT 3	6711	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJFC00049Y	PROCEDIMIENTOS	6712	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF300076M	COORD. SALUD MENT.	5837	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4512A1000AA	3C85160003876	CONSULTORIO. SALUD MENT.	8124	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENB3	303HALW00240	TERAPIA OCUPACIONAL	5838	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4512A1000AA	3C85160003875	UNIDAD MENTAL DATA CENTER		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.340809735039526012O111	IAMI		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500137V	ALTO RIESGO OBSTETRICO (IIAMI)	6290	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAKCA00147K	FACTURACION JEFE	11807	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD300050F	CARTERA	1235	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJBC00048X	RADICACION FACT	5666	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500156E	ECOGRAFIA	6291	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF600004A	MAMOGRAFIA 2	6293	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJF500186R	MAMOGRAFIA	6292	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200025Z	TRANSCRIPCIONES	13523	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4524A1000AA	3C85770000235	OFIC DR. POLANIA	8322	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJFB00070F	FISIATRIA (CANGURO)	6708	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAKFC00330A	FISIATRIA (IAMI)	6709	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85960001408	B.S/SALA DE ESPERA	8128	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500669X	BS. CONSULT 1	9105	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85960001269	B.S/FRACCIONAMIENTO 2	8127	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500668D	B.S/ DESCANSO MEDICO	6288	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF700168E	BS. COORD	6287	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500718T	B.S ALMACENAMIENTO 1	6289	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF700112K	B.S/ ALMACENAMIENTO 2	6286	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKF100019X	U. TRANSPLANTE	5830	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500276B	U. RENAL CONSULT.	5833	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85970000295	U. RENAL BODEGA	8125	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4512A1000AA	3C85160001910	U. RENAL SALA DE PROCEDIMIENTOS	8185	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3408007120195130120065	UNIDAD CARDIOVASCULAR COORDINACION	.008745	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500611M	CONSULTORIO 2 PARTOS	6283	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500746X	COORD. UCI GO	6285	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500275T	TERAPIA UCI GO	6281	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	NEW0009	STAR MEDICO UCI GO	6284	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800046P	HOSPITALIZACION PISO 3	.008961	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800056A	HOSPITALIZACION PISO 3	.008962	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800059P	HOSPITALIZACION PISO 3	.008957	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800073K	HOSPITALIZACION PISO 3	.008960	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800049D	HOSPITALIZACION PISO 3	.008959	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF261E	.3408387670698280130035	HOSPITALIZACION PISO 3	.008963	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR24JVSSCWKN	0DLYPAJG400036Y	UPS UCI PEDIATRIA	7000	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF121E	340A773580507290130153	DESCANSO MEDICO UCI FAJARDO	10604	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJF500140Z	LACTARIO	5831	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3908097350395260120079	LACTARIO	.008750	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF300095D	EPIDEMIOLOGIA	5809	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAMC600198K	ENFERMERIA 4° PISO	9107	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJC200020V	HABITACION 426	13500	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1624A1000BA	3D55080000613	OF. CIRUGIA DR. ROLANDO	8735	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1624A1000BA	.3D55080000717	RESIDENTES 6 PISO	.008739	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7062001722	HABITACION 612 A 614	10696	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7062001824	HABITACION 615 A 618	10697	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7062001825	HABITACION 609 A 611	10698	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7062001827	HABITACION 605 A 608	10699	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	3,4081E+21	HAB. 701	.008749	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85960000228	HAB. 705	7709	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM18C3NC3	410HAGF00327	HAB. 711	6714	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24KV-8	.3408097350795270120178	ALMACEN 2	.008743	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM182CENC3	410HAKA00309	ALMACEN 1	6698	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3408097350395260120077	PATOLOGIA	.008747	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3408097350395260120107	TESORERIA RECEPCION	.008752	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAKFC00015K	CONTABILIDAD	6705	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CENB3	312HALW00816	PLANEACION COORDINACION	5835	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4WYW4518A100AA	3C85960000227	SALUD OCUPACIONAL DIEGO	7708	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4WYW4518A100AA	3C85960000287	FACTURACION COVID	8126	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3408007120195130120270	SALA DE JUNTAS	.008746	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4524A1000AA	N/A	GERENCIA	.008736	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24KV-8	.3408097350795270120057	COSTO/PRESUPUESTO	.008742	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24VKV-8	.3408097350795270120192	SUB. GER. FINANCIERA	.008741	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	.3408097350395260120132	SUB. TEC CIENTIF	.008751	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJBC00052L	GESTION HUMANA 1	4521	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD300052W	GESTION HUMANA 4	5195	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD50023M	LAB. 7MO PISO	20973	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD5000080	LAB. 7MO PISO	AIR023	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF121E/CMF121E	EMF121E7012000044	LABORATORIO BIO MOLECULAR	9095	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF121E/CMF121E	EMF121E7121904259	LABORATORIO BIO MOLECULAR	9096	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF121E/CMF121E	EMF121E7012000228	LABORATORIO BIO MOLECULAR	9097	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF121E/CMF121E	EMF121E7121904264	LABORATORIO BIO MOLECULAR	9098	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MIRAGE	EMF261E/CMF261E	EMF261E7012000214	LABORATORIO BIO MOLECULAR	9099	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	LG	VM122CEN	2415103117	MONITOREO	6700	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	CH105CAV	Y2BSPAGFA00025B	AUDITORIO 3 PISO	6695	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	CH105CAV	Y2BSPAGFA00030Y	AUDITORIO 3 PISO	6696	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJBC00047D	MTTO	14338	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1612A1000BA	3E92380000278	SIAU	8316	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1612A1000BA	3E92380000449	SIAU	8318	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4524A1000AA	3C85770000158	SIAU	8315	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJF500142A	ROPERIA	5832	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200112T	TOMA DE MUESTRAS	20978	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200107X	TOMA DE MUESTRAS	20977	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW4524A1000AA	3C85770000322	TOMA DE MUESTRAS	8323	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	SAMSUNG	AR12RVFHCWKNCB	0GH7PDBM800061M	TOMA DE MUESTRAS	.008958	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS12VKV-8	340951554039CO90130052	TORRE MATERNO SOTANO	10674	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	PANASONIC	CS-YS24VKV-8	3,4098E+21	TORRE MATERNO SOTANO	10675	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1612A1000BA	3E92390111778	CUARTO MEDICO OSCAR MORENO	10713	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INVERTER	TRANE	4MYW1612A1000BA	N/A	CUARTO TECNICO OSCAR MORENO	10714	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001604	U. CANCER	11745	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001152	OFICINA DOC. RODRIGO ACEVEDO	11747	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102000856	HOSPIT. VIP HAB. 00	11750	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001593	HOSPIT. VIP HAB. 01	11751	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102000647	HOSPIT. VIP HAB. 02	11752	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102000633	HOSPIT. VIP HAB. 03	11753	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	LG	VM122CENB3	303HANK00175	REANIMACION AISLADO	1200	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF261E	340B66375050A110130037	FACTURACION DE SALUD MENTAL	11609	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF181E	340B66375030A110130758	OFICINAS SALUD MENTAL	11610	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E710200866	FACTURACION PARTOS	11744	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001459	FACTURACION 4 PISO	11748	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E710200866	FACTURACION 5 PISO	11749	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E710200864	HAB. 718/719	11741	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E710200842	HAB. 720A/720B	11742	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E710201095	HAB. 721/722	11743	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7102000164	CENTRO DE CABLEADO SÓTANO	11757	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102000863	HOSPIT. VIP HAB. 06 Y 07	11755	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001600	HOSPIT. VIP HAB. 08 Y 09	11754	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	EMF121E7102001134	QUIROFANOS	11746	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF120E	340B66319010A07130505	FARMACIA REEMPAQUE	11612	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	340b66319050a070130310	FACTURACION SOAT	11610	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF181E	340B66375030A110130649	ADMISIONES	11611	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF181E	EMF181E7102000478	CENTRO DE CABLEADO DE CONTABILIDAD 2 PISO	11756	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF261E	EMF26E7102000134	DATA CENTER LARGO	11758	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LSR122AAL	309KA00275	U. CANCER	4668	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	S242CL	701KASL01214	U. CANCER	1607	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA18FS	#505401132070200099	U. CANCER	3242	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA12FS	#5201132070200010	U. CANCER	3253	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA12FS	#217001011080300294	U. CANCER	AIRE08	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEAD9FS	#505001264070900046	U. CANCER	AIRE09	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LSC092UM	411KAYR00066	U. CANCER	9388	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAKS600151L	U. CANCER	121482	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	TEMPSTAR	TWH09SKDE	#1061360120506	CORRESPONDENCIA 1	AC08450	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBAN	D922PAKPC00229D	CONSULTA EXT 1	8729	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBAN	N/A	CONSULTA EXT 2	14336	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300033J	CONSULTA EXT 3	AIR016	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22PAJSC00551K	CONSULTA EXT 4	AIR020	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09PSBAN	Y210PAKS600249K	CONSULTA EXT 5	14334	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	VM182CENC3	410HAQD00252	CONSULTA EXT 6	6701	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJS800075X	CONSULTA EXT 12	9999	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA00S24B	CONSULTA EXT 14	AIR022	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	N/A	CONSULTA EXT 15	AIR024	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJS800100K	CONSULTA EXT 18	AIR021	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA003700	CONSULTA EXT 19	11802	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJ2300264T	ENTREGA DE ORDENES	AIR011	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAKFC00335V	ALMACEN SOTANO	AC08453	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAK9600214P	HOSPIT. VIP STAR M.	121475	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12RSBAN	Y22TPAK5600239A	HOSPIT. VIP HAB. 04	121479	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAKS600091A	HOSPIT. VIP HAB. 05	121480	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y21APAJS30083L	PREPARACION DE MEDICAMENTOS VIP	121478	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24MPAKS600083D	GARANTIA DE CALIDAD	14325	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18FSBAN	Y23WPAJ58000228	GARANTIA DE CALIDAD	14670	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA09FS	#100001723110600523	QUIROFANO	AIR046	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ3000742	QUIROFANO	AIR015	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500182X	DIRECCION DE FARMACIA	20598	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAJB200170L	CAJA URGENCIAS	14353	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	TRANE	4MYW4524A1000AA	3C85770000716	REF. Y CONTRAREF.	8129	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ200546L	PROCEDIMIENTOS	AIR049	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ200444Z	URGENCIAS	7116	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ200442B	STAR MEDICO URGENCIAS	1204	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y47HPAJT2000	TRIAGE	AIR036	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAK2300156X	TRIAGE 2	AIR029	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAJK2300548B	OFTAMOLOGIA	AIR053	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAKS800195L	CRU	AIR031	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300085B	ENDOSCOPIA ALTAS	12940	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23PAKZ300027K	ENDOSCOPIA BAJAS	AIR026	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAMZC00040T	ECOCARDIOGRAMA	20593	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHDA12FS	#213401908191100171	SICOLOGIA 125	20603	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHDA12FS	#2134019080911100604	SICOLOGIA CONSULT 126	20608	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	N/A	NEW0007	SICOLOGIA	14345	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y226PAJSC00518K	CONSULT. U. MENTAL	AC08452	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	TOSHIBA	AC12B21V	NEW0006	NEUROSICOLOGIA	14664	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85950001132	VACUNACION IAMI	7707	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA09FS	#505001023110200301	DESCANSO MEDICO OSCAR MORENO	AIR001	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y241PASZ100178E	CARTERA	20612	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18FBEN	Y0W1PAJQA00140Z	AUDITORIA MEDICA	8629	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHEA12FS	N213401160091200384	FACTURACION RX	14557	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKS900112V	TAC	7321	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	CARRIER	FKGD243C	0505Y51783	RX COORD.	21280	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18FBAN	D860PAJP801503N	TRANSCRIPCIONES	13522	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24FBCN	F428PAJQS01050M	AUDITORIA MEDICA PISO 4	1926	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAKS600078V	CENTRO CABLEADO SOTANO	14340	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAKSA00068X	SISTEMAS	20596	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YJEA12FS	#1000001662130400103	SISTEMAS	AIR032	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAJZ100883T	CONMUTADOR	11017	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LS-C122RMAO(N)	411KAJ00612	BIENESTAR LABORAL	AIR003	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS1254GB	AA6WP21X700400M	FISIATRIA TERAPIA OCU (CANGURO)	14341	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS1254GB	AAGWP21X700289P	FISIATRIA 122 (IAMI)	5092	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS1254GB	AA6WP21X700434E	FISIATRIA 121 (CANGURO)	14339	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHDA12FS	#213401908091100251	B.S/CALIDAD	9108	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHDA09FS	#213301908091100273	B.S/FRACCIONAMIENTO 1	7169	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	NEW0010	B.S/BODEGA INTERNA	AIR047	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHDA12FS	#213401908091100504	B.S/PASILLO 3	9106	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	YORK	YHEA36FS	#218101824110500011	B.S/ S. TRASFUCIONAL	AIR041	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SHIMASU	N/A	NEW0014	UCI ADULTOS	14331	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18QSBAN	Y23WPAJS800034T	U. TRANSPLANTE	11808	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJSA00095M	TRATAMIENTO DE AGUA	14669	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	CCH012CD	#3556150003853	U. RENAL COORD	14665	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22SPAJ5800096Z	U. RENAL CONSULT. 2	14663	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LS-C24TMBO	410KAZK00325	UNIDAD CARDIOVASCULAR BODEGA	21785	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LS-C092QMAO	311KA00698	UNIDAD CARDIOVASCULAR CONSULTORIO	21919	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	LS-C092QMAO	311KA01087	UNIDAD CARDIOVASCULAR PERSONAL	21779	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	CONFORT	KF-32GW	YS1N100802000028	UNIDAD CARDIOVASCULAR PERSONAL	21798	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y21APAJS500181D	ECOGRAFO PARTOS	9101	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAKZ300532V	MEDICOS PARTOS	AC08451	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAKB900039K	GINECO RESIDENTES	AIR027	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09USBAN	Y21APAJS400132D	CENTRO CABLEADO 3 PISO	9103	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAMZ600597J	PREPARACION DE MEDICAMENTOS 4 PISO	14343	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	HACEB	AAA5509120BL	#3068411111031	CLINICA DE HERIDAS 5 PISO	AIR035	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	NEW0012	PREPARACION DE MEDICAMENTOS 5 PISO	6704	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y221PAKS600285Y	PREPARACION DE MEDICAMENTOS 6 PISO	121481	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09USBAN	Y21APAJS500284D	CENTRO CABLEADO 6 PISO	121477	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500365F	CUARTO MEDICAMENTOS 7	6932	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12TUBAN	Y440PAKB300047M	CUARTO MEDICOS 7 PISO	6948	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F124PAJQ500469R	HAB. 702	6934	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500398A	HAB. 703	6933	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500201N	HAB. 704	12620	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500428Y	HAB. 706	6937	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500202E	HAB. 707	6938	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500423L	HAB. 708	12634	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500	HAB. 709	6940	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500444H	HAB. 710	6941	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500464D	HAB. 712	6943	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500184E	HAB. 713	20602	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	NEW0011	HAB. 723	6939	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y2288AKS900532L	HAB. 724/25	6946	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500187E	HAB. 726/27	20597	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAJB200171T	BODEGA MEDICAMENTOS	20658	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300004A	BODEGA MEDICAMENTOS	6930	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJS900075A	OFICINA HOSPITALIZACION	6710	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24FBCN	F428PASQC00094X	TESORERIA	6272	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJD1000453V	OFIC RECURSOS FISICOS	1521	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12FBEN	F152PAJQB01701F	PLANEACION	AIR056	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	LG	S122CJ	909KALC00528	HUMANIZACION	AIR007	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ300275V	BIOMEDICA	AC08456	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ300260W	OFICINA JURIDICA	AIR014	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y23PAJC00530D	REVISOR FISCAL	AIR017	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23XPAJSA00158X	ASESORIA GERENCIA	AIR012	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300195J	OFICINA DE CONTRATACION JEFE	AIR018	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJFC00096J	OFICINA DE CONTRATACION	6713	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAK5A00372N	OFICINA COSTOS	20599	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y225PAJC00354F	OFICINA JURIDICA	AIR040	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300049V	SUB.ADMINISTRATIVA	13800	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ00283R	SUB. TEC CIENTIF	AIR038	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ300202W	SUMINISTROS 1	AIR000	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y21PAL2400265V	SUMINISTROS 2	AIR028	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09W8WB	NEW0001	GESTION HUMANA 2	21278	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24MPAKS600017M	CONTROL INTERNO 1	1541	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AST12WHWB	PADY300405H	CONTROL INTERNO 2	14048	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS12USBAN	Y225PAKS800105D	GESTION HUMANA 3	6481	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	STARLIGHT	MSG12CR	NEW0003	CONTROL DISCIPLINARIO	7296	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA00457V	TOMA DE MUESTRAS	11804	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BASIC	SAMSUNG	AS09USBAN	Y21APAJS500140L	CENTRO CABLEADO EXPANSIÓN	121476	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER	TRANE	4MYW1624A1000BA	.3055080000618	HOSPIT. VIP PASILLO		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER	LG	VM182CL	303KARW00230	SALA DIGITALIZACION	6451	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER	MIRAGE	EMF121E	340B66384030A120130269	RX TOMOGRAFIA - CUARTO DE CONTROLES		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	CARRIER	50DJ012H1	L002939	U. CANCER	AC08458	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	CARRIER	50DJ012H1	L002938	U. CANCER	AC08459	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	CARRIER	50DJ012H1	L002987	U. CANCER	AC08460	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	CARRIER	50DJ012H1	L002936	U. CANCER	AC08461	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	YORK	NOM48C00A2AAA1	N1C1875576	SALA # 7 CIRUGIA	AC0875	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	YORK	NOM48C00A2AAA1	N1C1902170	SALA # 8 CIRUGIA	AC08476	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	TRANE	TSC090F3E0A1F	173010152L	NEURO	8130	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PAQUETE	TRANE	TSC120F3E0A0000	173411328L	FACTURACION PPAL	8134	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	SAMSUNG	AC036JNCDKC	QEKSPAOH200011F	SALA DE ESPERA	7710	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	LENOXX	LXCM20CUFBC	#4999364600035	SALUD MENTAL	5844	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	STARLIGHT	MMS36N	3631100226GC	GLOSAS	AIR037	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	SAMSUNG	AC036MNCDKH	0SSHPAOK300011E	TRAB. PARTOS	8317	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	SAMSUNG	AC036MNCDKH	0SSHPAOK300014X	ATENCION PARTOS	8324	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	BLUELINE	MVB-36CR	D202297460214C03160007	UCI ANESTECIA	6958	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	BLUELINE	MUB-60CR	D202257230414824160048	ALMACEN BODEGA	6697	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	SAMSUNG	AC036JNCDKC	0EVKSPAOH200010Z	PATOLOGIA	7724	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	STARLIGHT	LXCC20C - UFBC	S-H2042510600204	MORGUE	7168	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	YORK	YOEA36FS-ADH	#501301612080300052	PATOLOGIA	21707	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	STARLIGHT	LG60C2N	6040100877GC	ARCHIVO CENTRAL	6269	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RECUPERADOR	LENOX	50R3647XH23	20144500191	QUIROFANOS		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	CARRIER	E10V008HI	J99210B-1002718	U. CANCER	AC08462	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	CARRIER	R10V 060 HI	H002146	U. CANCER	AC08471	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	YORK	KAEU090A33A	NOK6919284	U. CANCER	AC08472	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	CARRIER	40RR016	4721069	QUIROFANO	AC08464	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	BLUELINE	MVA-60CW	D202019410513103160017	ESTERILIZACION	1199	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	BLUELINE	MVA-60CW	N/A	COORDINACION URGENCIAS	5684	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	YORK	COV-3613A1	C703213640515211400016	RX SALA 2	6956	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	TRANE	TEM3A0B36S31SAA	17045KC73V	B.S /DONANTES	8325	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	TECAM	N/A	N/A	PARTOS CENTRAL	AC08457	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	BLUELINE	COV-6013A3	C703213640615211400014	SALA DE ALTO RIESGO OBSTETRICO	6959	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	YORK	H3CI20A25	NOH8267142/140	UCI GINECOBSTETRICA	AC08465	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	YORK	LB180C00A6AAA	NOM9356085	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 3 PISO	AC08463	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	STARLIGHT	FCP6000BV	L0401979439	U. BASICA NEONATAL	6493	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	CARRIER	40RUAA08A2A6A	1211U10931	LAB. 7MO PISO - TECHO 8 PISO	AC08473	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	CARRIER	40RUAA08A2A6A	2411620116	LAB. 7MO PISO - TECHO 7 PISO	AC08474	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	BLUE LINE	MVA-60CW	D202019410513103160018	SOTANO UPS 150 KVA	AIR030	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	BLUE LINE	MVA-60CW	D202019410513103160020	SOTANO UPS 150 KVA	10453	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT CENTRAL	TRANE	4TTR4060L1000A	180142WR3V	DATA CENTER	8320	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SPLIT DESNUDO	YORK	R1MX	2007F-4796-92222	U. CANCER	N/A	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD MOVIL	N/A	48204C966	140715897	BS MOVIL	N/A	CUATRIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD MOVIL	N/A	48204C966	140715898	BS MOVIL	N/A	CUATRIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	BLUE LINE	MOVB-36C-N	1,30461E+14	U. CANCER	7712	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	YC120C00A2AAA2A	N1C1860580		20606	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	YC120C00A2AAA2A	N1A1706303		20607	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	YC120C00A2AAA2A	N1C1860581			BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	YC120C00A2AAA2A	N1A1706304			BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT14136-C	15091282	UCI ADULTOS	7719	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT14136-C	15091281	UCI ADULTOS	7720	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TRANE	20A120G300AA	16054KE3YA	UCI ADULTOS	7717	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TRANE	20A120G300AA	16094KEEYA	UCI ADULTOS	7718	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT08136-C	14020112	UCI ADULTOS	5782	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT08136-C	14020208	UCI ADULTOS	5784	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT08136-C	14010042	UCI ADULTOS	5779	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT08136-C	14020207	UCI ADULTOS	5781	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TRANE	4TTA3060D3000CA	15035T954F	UCI ZAMBRANO	6796	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TRANE	4TTA3060D3000CA	15035T9K4F	UCI ZAMBRANO	6797	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT14136-C	15030369	UCI ZAMBRANO	6794	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	1UZT14136-C	14030370	UCI ZAMBRANO	6795	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EXTRACTOR	TECAM	4FSM330046	14101054	QUIROFANOS		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	BLUE LINE	CFD142501312	240803	U. CANCER	13453	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	COMEFRI	CFD144250233	420905	CENTRAL DE MEZCLAS		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	LB240C00AAA1A	NOF9914544	URGENCIAS PPAL	20605	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	YORK	LB240C00AAA1A	NOF9936704	URGENCIAS PPAL	20605	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	3ADBT21	16050690	UCI ADULTOS	7715	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	3ADBT17	16050691	UCI ADULTOS	7716	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	4FZX16236ODT	13080971	UCI ADULTOS	5777	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	4FZX16236ODT	13080969	UCI ADULTOS	5780	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	4FZX12236ODT	15010065	UCI ZAMBRANO	6798	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO	TECAM	4FZXV-28236OBT	15030369 / 14030370	UCI ZAMBRANO	6793	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADWT13	14101032	QUIROFANOS	AC08466	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADWT13	14101030	QUIROFANOS	AC08467	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADWT13	14101032	QUIROFANOS	AC08468	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADWT15	14101033	QUIROFANOS	AC08469	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADWT17	14101034	QUIROFANOS	AC08470	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 17	15050C38	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 17	15050639	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 13	15050640	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 13	15050641	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 13	15050642	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 06	15050645	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 06	15050643	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 06	15050644	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 06	15050646	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADW/AHD 13	15050647	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TRANE	HFCF08	.34147850825010	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TRANE	HFCF08	.34147850915004	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TRANE	HFCF08	.34147850915061	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TRANE	HFCF08	.34147850915007	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TRANE	HFCF06	.3414775915008	TORRE MATERNO		BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADBT-06	20010042	TORRE MATERNO	9952	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADBT-26	20010043	TORRE MATERNO	9950	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	3ADBT-09	20010044	TORRE MATERNO	9948	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	5PWDU-03 136XPV	20010045	TORRE MATERNO	10569	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C3407643301193250100010	TORRE MATERNO	9954	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B2540038	TORRE MATERNO	9956	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400049	TORRE MATERNO	9958	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400027	TORRE MATERNO	9960	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400006	TORRE MATERNO	10562	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400019	TORRE MATERNO	10563	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400001	TORRE MATERNO	10564	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400041	TORRE MATERNO	10565	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C3407643301193250100008	TORRE MATERNO	10566	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400002	TORRE MATERNO	10567	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	TECAM	4AFC136CA	C704800891117B25400047	TORRE MATERNO	10568	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MANEJADORA HIDRONICA	STARLIGHT	FCAPKW-360H-TP-4	M20091144475	PLACA QUIROFANOS	10711	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UPS FANCOIL	TECAM	4AFC68W	C703191380614707400006	QUIROFANO		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UPS FANCOIL	TECAM	4AFC68W	C703191380614707400002	QUIROFANO		BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EXTINTORES									
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ROPERIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	7 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	7 PISO - CENTRO DE ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	7 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	LABORATORIO CLINICO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	LABORATORIO CLINICO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	LABORATORIO CLINICO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	LABORATORIO CLINICO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	6 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	6 PISO - CENTRO DE ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	6 PISO - DATACENTRO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	6 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	5 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	5 PISO - CENTRO DE ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	5 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	4 PISO - UNIDAD BASICA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	4 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	4 PISO - CENTRO DE ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	4 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	AUDITORIO 3 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	3 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	3 PISO - CENTRO DE ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	3 PISO - DATACENTRO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UCI NEONATOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	3 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	INFECTOLOGIA PEDIATRICA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UCI PEDIATRICA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	CONMUTADOR 1 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CARDIOVASCULAR	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	UNIDAD CARDIOVASCULAR	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD RENAL	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD RENAL - CUARTO MAQUINAS	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD RENAL	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	2 PISO - CENTRO ACOPIO UCI ADULTOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	9.000 Gr.	UCI ADULTOS	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	9.000 Gr.	UCI ADULTOS	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UCI GINECOLOGICA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - SALA DE PARTOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	2 PISO - SALA DE PARTOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - CENTRAL ESTERIL.	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - CENTRAL ESTERIL.	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	FARMACIA 2 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	2 PISO - CENTRO ACOPIO - SALAS CX	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	2 PISO - LADO CIRUGIA GABINETE	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	ENTRADA NUEVAS SALAS CIRUGIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	SALAS DE CIRUGIA - SALA CORONARIA 6- 9	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	SALAS DE CIRUGIA - URGENCIAS 8 - 7	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	SALAS DE CIRUGIA - GABINETE	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	SALAS DE CIRUGIA - SALAS 3 - 4	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	SALAS DE CIRUGIA - UCI GINECO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	SALAS DE CIRUGIA - GABINETE	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	SALAS DE CIRUGIA - PASILLOS RESIDUOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	SALAS DE CIRUGIA - PASILLOS RESIDUOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	SALAS DE CIRUGIA - GABINETE	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	SALAS DE CIRUGIA - PASILLOS RESIDUOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	FARMACIA PRINCIPAL 1 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CENTRAL MEZCLAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	FARMACIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CONMUTADOR	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	GABINETE 1 PISO LADO ASCENSOR	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	DATACENTRO - 1 PISO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	DATACENTRO - 1 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	RAYOS X - SALA 1	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	RAYOS X	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	RAYOS X - ENTRADA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	9.000 Gr.	FACTURACION PRINCIPAL	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	9.000 Gr.	FACTURACION PRINCIPAL	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BIOMEDICA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD MENTAL	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	NUTRICION - GABINETE	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	K	TIPO K	2.5 GL.	NUTRICION	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	K	TIPO K	2.5 GL.	NUTRICION	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ENDOSCOPIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	NEUMOLOGIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	CENTRO DE ACOPIO 1 PISO S.O	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	AFUERAS PLANTA DE OXIGENO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	PLANTA DE OXIGENO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	PLANTA DE OXIGENO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CONSULTA EXTERNA-NUEVO EDIFICIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	URGENCIAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	URGENCIAS - DATACENTRO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	URGENCIAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	URGENCIAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS - REJA ROJA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	GABINETE SOTANO - ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BODEGA ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	BODEGA ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OFICINA ADMINISTRATIVA - ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BODEGA FARMACIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	BODEGA FARMACIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	LAVANDERIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	LAVANDERIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	LAVANDERIA	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	PATOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	PATOLOGIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	PATOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	PATOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	SOTANO - BALAS DE OXIGENO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	DATACENTRO - SOTANO ADMIN.	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	BODEGA - ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	BODEGA - SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	CENTRO ACOPIO - VIGIAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CENTRO ACOPIO - VIGIAS	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	ARCHIVO CLINICO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	ARCHIVO CLINICO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	ARCHIVO CLINICO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	ARCHIVO CLINICO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CONSULTA EXTERNA-NUEVO EDIFICIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CONTROL INTERNO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	CONSULTA EXTERNA-NUEVO EDIFICIO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	MANTENIMIENTO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	MANTENIMIENTO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	A	AGUA	2.5 GL.	PORTERIA SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	PORTERIA SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB.	BANCO DE SANGRE - CENTRO ACOPIO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BANCO DE SANGRE	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BANCO DE SANGRE	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	MOVIL - BANCO DE SANGRE	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	MOVIL - BANCO DE SANGRE	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	NEUROFISIOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	GABINETE ONCOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - ADMON	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - 2 PISO SISTEMAS	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - QUIMIO PEDIATRICA	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - STAN ENFERMERIA	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - QUIMIO ADULTOS	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - ENTRADA BUNKER	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - BUNKER	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	DATACENTRO UNIDAD CANCEROLOGIA (SISTEMAS)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - SISTEMAS	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - PLANTA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	30 LB	UNIDAD CANCEROLOGIA - PLANTA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CANCEROLOGIA-(ENTRADA FACTURACION 1 PISO)	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	CAMBIO A EXTINTOR ABC
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CANCEROLOGIA - CONSULTORIOS	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - CAFETERIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OFICINA SIAU 1 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OFICINA CALIDAD 1 PISO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	CARRO SUB. ADMINISTRATIVA / OTM 021	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA URS 349	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA URS 349	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA MEDICACALIZADA / OWI 570	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA OBH 438	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA MEDICACALIZADA / OWI 570	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA - CHINA - OEV 850	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA MEDICACALIZADA / OWI 570	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA URS 349	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	AMBULANCIA OBH 438	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	30 LB	BODEGA - SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	20 LB	CENTRAL MEZCLAS - ONCOLOGIA	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	5 LB	BODEGA - SOTANO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BODEGA - ALMACEN	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	OFICINA SST - TORRE MATERNO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	CENTRAL DE MEZCLAS - TORRE MATERNO	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	BODEGA - SOTANO	NA	ANUAL	JUNIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	SISTEMAS - MESA DE AYUDA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	SOLKAFLAN	3.700 Gr.	IAMI	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #2 - 1 PISO PASILLO CONJUNTO ENTRADA URGENCIAS)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #7 -1 PISO ENTRADA PRINCIPAL RECEPCION INFORMACION-FRENTE EDUCACION MEDICA)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #5 -1 PISO ENTRADA RAYOS X)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #1 PISO AL LADO ESCALERAS EMERGENCIAS)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO LADO ESCALERAS EMERGENCIAS - GABINETE)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO AL PIE DEL ASCENSOR ENTRADA - GABINETE #2)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO AL PIE DEL ASCENSOR - GABINETE)	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	10 LB	EXPANSION OSCAR MORENO	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	CENTRAL DE MEZCLAS - UNID. CANCEROLOGIA	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	BC	CO2	15 LB	EXPANSION ARCHIVO - GINECO OBSTETRICIA	NA	ANUAL	MAYO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO LADO ESCALERAS EMERGENCIAS - GABINETE #1)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO BODEGA SST - GABINETE # 3)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO COLUMNA CONTINUA ARCHIVO - GABINETE # 4)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (SOTANO MANTENIMIENTO - GABINETE # 5)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #3 - 1 PISO UCI PEDIATRICA)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #4 - 1 PISO HOSPITALIZACION PEDIATRICA - SALA ESPERA)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #6 - 1 PISO PASILLO HOSPITALIZACION INFECTOLOGIA PEDIATRICA)	NA	ANUAL	JULIO 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #8 - 1 PISO AUDITORIO DE VACUNACION)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #1 - 2 PISO ESCALERAS EMERGENCIAS)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #2 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #3 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #4 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #5 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #6 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #7 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #8 - 2 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #1 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #2 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #3 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #4 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #5 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #6 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE E465:E670 INFANTIL (GABINETE #7 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
EXTINTOR	ABC	MULTIPROPOSITO PQM	10 LB	TORRE MATERNO INFANTIL (GABINETE #8 - 3 PISO)	NA	ANUAL	DICIEMBRE 2.022	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
REFRIGERACION									
CUARTO FRIO	TECUMSEH	TAG6251B12	4835192203	B.SANGRE	CUARTO1	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
CUARTO FRIO	COLD CHAIN	NA	NA	ALMACEN BODEGA	NA	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CUARTO FRIO	TECUMSEH	52YFTFHY	6566090100	BODEGA FARMACIA	5415	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
CUARTO FRIO	DANFOSS	SBE15020N	7001002/2	DESECHOS PATOLOGICOS	5363	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
CUARTO FRIO	DANFOSS	HEA2502116D	1312-170-10	LABORATORIO CLINICO	5661	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
CUARTO FRIO CONGELACION	HISPANIA	HEA2506D	1312-17011	NUTRICION	5663	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CUARTO FRIO REFRIGERACION	MIPAL	BVA025A/2	7164-00112	NUTRICION	5664	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	MIMET	W14BTF	570920	B.SANGRE	12592	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
NEVERA	FRIO MIX	NEVR25	881130150225	B.SANGRE	5654	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
NEVERA	FRIO MIX	NEVB200	200504156600341	B.SANGRE	7896	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881190680229	UCI PEDIATRIA/ TORRE MATERNO INFANTIL	5855	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280068	UCI NEONATAL/ TORRE MATERNO INFANTIL	5854	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR20BMAE	8611-3058-0142	LACTARIO/ TORRE MATERNO INFANTIL	5812	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881130180005	UCI ADULTOS 1	5652	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881130180007	UCI ADULTOS 2	5651	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	POLO NORTE	N/D	3251	UNIDAD RENAL	2163	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680267	UCI OBSTETRICA	5858	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	886140580066	FARMACIA CIRUGIA	5868	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280069	SALAS DE CIRUGIA	5859	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
NEVERA	COLDLINE	CL3425T	30540	SALA DE PARTOS	2146	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	FORTE V 70	51371044-B	FARMACIA PRINCIPAL	5865	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	NV900BMAE	889130680051	MEZCLAS	N/R	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680207	URGENCIAS ADULTOS	5860	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR12BMAE	882140580119	OBSERVACION PEDIATRIA	5861	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680297	URGENCIAS PEDIATRIA/ TORRE MATERNO INFANTIL	5864	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	G326DBMAE	886140580112	OBSERVACION ADULTOS	5863	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680285	UNIDAD MENTAL	5869	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680212	ONCOLOGIA	5867	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	G326DBMAD	926190480101	FARMACIA ONCOLOGIA	008666	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR12 DBMAD	N/R	PATOLOGIA	8520	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR12 DBMAD	N/R	PATOLOGIA	8519	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680298	SERVICIO TRASFUNCIONAL	5862	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	SELECTA	158889	210059	SERVICIO TRASFUNCIONAL	3859	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR12DBMAE	882140580109	HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGIA	5848	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680292	INFECTOLOGIA	5850	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680269	FARMACIA	5847	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
NEVERA	IMBERA	VR12DBMAE	882140580082	MEDICINA INTERNA	5849	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680268	QUIRURGICOS 1	5870	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680288	QUIRURGICOS 2	5857	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680206	NEUROCIRUGIA	5852	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	88114068291	HOSPITALIZACION 7 PISO	5851	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680284	HOSP. 4 PISO	5853	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680296	INFECTOS PEDIATRIA	5856	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280052	HOSP. 3 PISO	5866	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VRO8DMAE	881200180059	EXPANSION OSCAR M	9633	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VRO8DMAE	881200680104	EXPANSION OSCAR M	9661	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VRO8DMAE	881200680113	HOSP. 3 PISO	9401	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	IMBERA	VRO8DMAE	881200680109	HOSP. 3 PISO	9402	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	H111213517	LABORATORIO CLINICO	N/R	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	D1110-854-31	LABORATORIO CLINICO	07029	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	F091097517	LABORATORIO CLINICO	2976	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	HACEB STOP	RVC13NAL	AA60342696	LABORATORIO CLINICO	3802	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA	INDUFRIAL	FORTE V17R	11152082962130000	LABORATORIO CLINICO	11788	CUATRIMESTRAL	S4 ABR-S4 AGO - S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
NEVERA PARA CUERPOS	MATACHANA	MTC4426	9641	MORGUE	4835	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
NEVERA PARA CUERPOS	MATACHANA	MTC4426	9640	MORGUE	4836	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONGELADOR	INDUCOL	H-DPO-17082	657231051112000	IAMI	11000	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONGELADOR	BIO-12	FE-26	N/R	B.SANGRE	10455	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280021	SERVICIO TRASFUNCIONAL	6776	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR/ NEVERA	IMBERA	CV18DBMAE	869150280022	NUTRICION	6777	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR/ NEVERA	IMBERA	CV18DBMAE	869150280014	NUTRICION	6778	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR/ NEVERA	IMBERA	CV18DBMAE	869150280018	NUTRICION	6779	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR/ NEVERA	IMBERA	CV18DBMAE	869150280015	NUTRICION	6780	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR/ NEVERA	IMBERA	CV18DBMAE	869150280016	NUTRICION	6781	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550	9300035	B.SANGRE	6775	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	444000004	B.SANGRE	7821	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	444000002	B.SANGRE	7822	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	9000014	B.SANGRE	7820	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	N/R	N/R	B.SANGRE	N/R	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	HERMER	IPF125	2092020	B.SANGRE	11538	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	HERMER	IPF125	2087300	B.SANGRE	11539	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ELECTROLUX	FE26	74900038	TRASPLANTE	7360	BIMESTRAL	S3 FEB-S3 ABR S3 JUN-S3 AGO S3 OCT-S3 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONGELADOR	CHALLENGER	CV 430	180920-4304130079	MORGUE	8521	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONGELADOR	MIMET	W16BTF	570840	B.SANGRE	7895	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	INDUFRIAL	ICV5-15	1132-100-04	LABORATORIO CLINICO	5662	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONGELADOR	INDUCOL	CV-8BLICDLD	290	LABORATORIO CLINICO	11829	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
ULTRACONGELADOR	HERMER	IUF 116	208786	LABORATORIO CLINICO	10521	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONGELADOR 2 TAPAS	ECOFRIAL	ICC-50	1436-0055	FARMACIA	006374	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
REFRIGERADOR	SWAN	BD1585	SW2014010078	FARMACIA	6898	BIMESTRAL	S3 ENE-S3 MAR S3 MAY-S3JUL S3 SEP-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
REFRIGERADOR	VEST FROST	MK304	20094173191	IAMI	3035	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
REFRIGERADOR	VEST FROST	MK204	20204902724	IAMI	11001	BIMESTRAL	S4 FEB-S4 ABR S4 JUN-S4 AGO S4 OCT-S4 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0075-1247	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3 FEB	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0059-1247	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3 FEB	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	N/R	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	S3 FEB	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	42863-0698-1247	FARMACIA CIRUGIA	N/R	ANUAL	S3 FEB	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0001-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 FEB	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-00665-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0109-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0150-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	48659-0195-1427	ONCOLOGÍA CALIDAD	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0427-1150	FARMACIA ONCOLOGÍA	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0149-1247	PREPARACION ONCOLOGÍA	N/R	ANUAL	S3 MAR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0694-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ENE	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	58693-0302-1702	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ENE	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	58693-0171-1702	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ENE	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0114-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ENE	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0119-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ENE	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0073-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	ANUAL	S3 ABR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0115-1247	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	S3 ABR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0111-1247	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	S3 ABR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	NA	ALMACEN	N/R	ANUAL	S3 ABR	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	60451-0396-1725	BODEGA FAR 3	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0032-1150	BODEGA FAR 4	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	42863-0680-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0185-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0365-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	48859-0208-1427	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 MAY	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	43229-0051-1250	BODEGA FAR 1	N/R	ANUAL	S3 JUN	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0020-1247	BODEGA FAR 2	N/R	ANUAL	S3 JUN	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	NA	ALMACEN	N/R	ANUAL	S3 JUN	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0122-1247	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	S3 JUN	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	519670-0371-1516	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	S3 JUN	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	54520-0239-1542	UCI OBSTETRICA	N/R	ANUAL	S3 JUL	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0005-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 JUL	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0040-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 JUL	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0179-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 JUL	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0031-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	ANUAL	S3 JUL	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	NA	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S3 AGO	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	NA	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	N/R	ANUAL	S3 AGO	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0088-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 AGO	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	432229-0058-1250	VACUNACION	N/R	ANUAL	S3 AGO	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	60451-0450-1725	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S3 AGO	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	60854-0348-1728	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S3 SEP	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	60854-0327-1728	BANCO DE SANGRE-MOVIL	N/R	ANUAL	S3 SEP	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0029-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 SEP	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0043-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 SEP	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0449-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 SEP	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	42863-0021-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 OCT	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	39932-0030-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 OCT	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0132-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 OCT	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0100-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 OCT	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0026-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0425-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS , RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
DISPENSADORES DE AGUA									
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	6028	STAR ENFERMERIA 7 PISO	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	6029	INFECTOS ADULTO - CAFETIN	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	MEDICINA INTERNA - CAFETIN	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	6064	MEDICINA INTERNA - CAFETIN	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	N/R	NEUROCIRUGIA	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONO H2O	N/R	N/R	NEUROCIRUGIA - PASILLO	AC08331	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	7722	NEUMOLOGIA PEDIATRICA	1161	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 4 PISO COCINETA	NVT012601	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	6061	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA TMI	6099	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONO BRIZA	N/R	164148	LACTARIO ULAN	CO8501	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PLANTA DE OZONO	DISPUOZONO	N/R	N/R	LACTARIO ULAN	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	UCI GINECO	AC08052	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	ACERO SUPER MINI	7712	SALA DE PARTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	QUALITY INTERNATIONAL	N/R	N/R	UNIDAD RENAL	6456	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	DISPUOZONO	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONO BARIFE	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	SUPEROZONO	N/R	N/R	OBSERVACION ADULTOS	AC06946	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	BREEZE	N/R	N/R	HOSPITALIZACION VIP	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFIL	N/R	7705	HOSPITALIZACION VIP	AC06945	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFILTER´S	N/R	N/R	SALA TERAPIA PADIATRIA	AC06786	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	OZONOFILTER´S	N/R	N/R	OBSERVACION PEDIATRIA	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
DISPENSADORES DE AGUA	KALLEY	K-WD15C	15C1907132	CONSULTA EXTERNA PASILLO	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	DISPUOZONO	N/R	N/R	ONCOLGIA CAFETIN	N/R	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA	DA-50	70900006	ONCOLOGIA SALA ESPERA	14281	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA	DA-50	40400049	ONCOLOGIA CONSULTORIOS	DISPE1	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
DISPENSADORES DE AGUA	ABBA	DA-50	70300052	BANCO DE SANGRE CAFETIN	7320	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	N/R	N/R	N/R	LAVANDERIA	AC08015	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
PLANTA DE OZONO	N/R	N/R	N/R	MANTENIMIENTO	AC08323	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA DE BASE, FILTROS Y DESINFECCION DE MANGUERA. CAMBIO FILTROS TRIMESTRAL
OTROS EQUIPOS INDUSTRIALES Y HERRAMIENTAS									
ASCENSOR CAMILLERO 1	OTIS	GEN 2		EDIFICIO	7485	MENSUAL	CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASCENSOR CAMILLERO 2	OTIS	GEN 2		EDIFICIO	7486	MENSUAL	CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASCENSOR CAMILLERO DOBLE	THYSSENKRUPP	DONG YANG TAC50		TORRE MATERNO INFANTIL	ASCE05 - 8314	MENSUAL	CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ASCENSOR CAMILLERO SENCILLO	THYSSENKRUPP	DONG YANG TAC50		TORRE MATERNO INFANTIL	ASCE04 - 8313	MENSUAL	CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASENSOR SENCILLO	THYSSENKRUPP	DONG YANG TAC50		TORRE MATERNO INFANTIL	ASCE03 - 8312	MENSUAL	CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASCENSOR PEQUEÑO	TEC		HUN008831	EDIFICIO	ASCE03	MENSUAL	S2 DE CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS	P500	MGDF5061 U19049T	SUB ESTACION	14342	MENSUAL/ SEMESTRAL / 250 HORAS	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS	P500	MGDF5061B12128A	SUB ESTACION	7047	MENSUAL/ SEMESTRAL / 250 HORAS	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS	P500	MGDF5061 B13441E	SUB ESTACION		MENSUAL/ SEMESTRAL / 250 HORAS	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA	PG WILSON	P220HE	126065/26	UNIDAD DE CANCER		MENSUAL / SEMESTRAL	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS	P750	DGDF6043-U10765D	TORRE MATERNO INFANTIL	8502	MENSUAL/ SEMESTRAL / 250 HORAS	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS	P750	DGDF6043-U10793D	TORRE MATERNO INFANTIL	8503	MENSUAL/ SEMESTRAL / 250 HORAS	SEMANAL-MENSUAL S2 JUN S2 DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
ESTERILIZADOR	STERRAD	100NX	1042130068	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5176	SEMESTRAL	S4MAY -S4NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	N.T.	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	ZZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	AMSCO	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED	WD290	99402,1021	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S1 JUN -S1 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
CAMARA DE PLAQUETAS	COLD CHAIN COLOMBIA S.A.S	CCC-CP-03	CCC-23042019	SERVICIO TRASFUNCIONAL	008518	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA PLAQUETAS	FRB2012	PLQ0001	AO0001	SERVICIO TRASFUNCIONAL	6634	BIMESTRAL	S4 ENE-S4 MAR S4 MAY-S4JUL S4 SEP-S4 NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
ESTERILIZADOR	STERRAD	100NX	1042130068	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5176	SEMESTRAL	S4MAY -S4NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	N.T.	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	ZZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	AMSCO	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S3 FEB-S3 MAY S3 AGO-S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED	WD290	99402,1021	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S1 JUN -S1 DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
COMPRESOR	SIGMA	CSD-125	1084	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR	SIGMA	CSD-125	1083	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR DE AIRE	ATLASCOPCO	SF 11	AJI695083	GASES MEDICINALES	PLANTO 2 1-3	SEMESTRAL	JUN/DIC	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR DE AIRE	ATLASCOPCO	SF8	AJJ695018	GASES MEDICINALES	PLANTO 2 1-2	SEMESTRAL	JUN/DIC	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR DE AIRE	ATLASCOPCO	SF8	APJ770643	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN/DIC	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SECADOR	KAESER	TF 173	1049	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
SECADOR	KAESER	TF 173	1056	PLANTA DE OXIGENO	PLANTO 1 1-5	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO-OCT-DIC	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
SECADOR DE AIRE	ATLASCOPCO	PXS	CAI86849S	GASES MEDICINALES	11827	ANUAL	S2 MAY	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
SECADOR DE AIRE MEDICINAL	ATLASCOPCO	CD 35	APJ089390	GASES MEDICINALES	11828	SEMESTRAL	S4 MAY-S2 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERIFICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SECADOR DE AIRE MEDICINAL	ATLASCOPCO	CD 35	APJ089389	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	S4 MAY-S2 NOV	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACIÒN DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO,VERI+J17FICACIÒN DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
CORTADORA	KAIXUAN	ELECTRIC MINI SHEAR	112391	ROPERIA	6808	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
CORTADORA	MIS	RC 100	14110208	ROPERIA	AC07174	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
ESTAMPADORA	HEAT TRANSFER MACHINE	RC-100 /38A	145047	ROPERIA	6784	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
FILETEADORA	GEMSY	GEM7700-05	49623040821	ROPERIA	6806	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINA DE COSER	PFAFF	CS2004 TYPE 260	909816 S 37571	ROPERIA	13849	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINA DE COSER	PFAFF	CS4002	130-412 M.S12622	ROPERIA	13859	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINA DE COSER MECTRONICA FILETEADORA	KANSEW	KS757FD	207054	ROPERIA	010560	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINA DE COSER MECTRONICA PLANA	KANSEW	KS8800D-H	2058917	ROPERIA	010559	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINA DE COSER PLANA	JPUNTO	8900	4111040041	ROPERIA	6807	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
MAQUINDA DE COSER PLANA	BRUCE Q5	Q5	18061043059	ROPERIA	8512	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
SELLADORA DE POLIETILENO	NR	NR	NR	ROPERIA	AC08025	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
BASCULA DIGITAL ADULTO	SILVER MAX	N/R	N/R	LAVANDERÍA	BASCU23	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	CONTRATO EXTERNO	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
BASCULA PARA PESAR ROPA	KM	N/R	N/R	LAVANDERÍA	BASCU09-1	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	CONTRATO EXTERNO	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
LAVADORA INDUSTRIAL	MACLEAN	LMA	1010-20	LAVANDERÍA	LAVAD03	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS , VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
LAVADORA INDUSTRIAL	GIABAU	RMS623LC-H	2350164/14	LAVANDERÍA	LAVAD01	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS , VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
LAVADORA INDUSTRIAL	TROY	WXC200	4799	LAVANDERÍA	LAVAD02	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS , VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PLANCHADORA - SECADORA	GIRBAU	PB-3221	2175783-15	LAVANDERÍA	PLANCH1	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
PRENSA PLANCHADORA	TROY	554	SPHB4722014	LAVANDERÍA	PRENS00	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL SISTEMA NEUMATICO
PRENSA PLANCHADORA	TROY	554	SPHB4722013	LAVANDERÍA	PRENS02	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL SISTEMA NEUMATICO
SECADOR A VAPOR GIRBAU ED660 CAPACIDAD 33 KILOS	GIRBAU	ED660	2292964	LAVANDERÍA	SECA02	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
SECADOR A VAPOR GIRBAU ED660 CAPACIDAD 33 KILOS	GIRBAU	ED660	2294110	LAVANDERÍA	SECA02	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
SECADORA DOS	TROY	37BS	STM-M-22006-CC	LAVANDERÍA	SECAD01	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
SECADORA UNO	TROY	37BS	STM-M-220007-CC	LAVANDERÍA	SECAD01	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MCANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
BASCULA	N/R	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	7094	SEMESTRAL	JUN-DIC	CONTRATO EXTERNO	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
ESTUFA ASADORA INDUSTRIAL	COCINDINOX	5893-3	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	5953	SEMESTRAL	FEB/AGO	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX	5893-4	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	5949	SEMESTRAL	FEB/AGO	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX	5893-5	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	5951	SEMESTRAL	FEB/AGO	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX	5893-6	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	5952	SEMESTRAL	FEB/AGO	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
HORNO INDUSTRIAL	VULCAN HOBART ANDINA	HGCS	481826945	SERVICIO DE ALIMENTOS	6802	SEMESTRAL	FEB/AGO	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL	N/R	N/R	43028500672	SERVICIO DE ALIMENTOS	7952	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL	N/R	N/R	43028500674	SERVICIO DE ALIMENTOS	7954	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL	N/R	N/R	N/R	SERVICIO DE ALIMENTOS	5828	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4094	SERVICIO DE ALIMENTOS	8619	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4093	SERVICIO DE ALIMENTOS	8620	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4095	SERVICIO DE ALIMENTOS	8622	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4096	SERVICIO DE ALIMENTOS	8623	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4057	SERVICIO DE ALIMENTOS	MARMI0	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCIÓN A VAPOR	N/R	N/R	4064	SERVICIO DE ALIMENTOS	MARMI1	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SELLADORA DE BOLSA	STERIKING	2012 RS1209	30160080	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE BOLSA	STERIKING	2017RS300	30170780	CENTRAL DE ESTERILIZACION	14556	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE BOLSA	STERIKING	2017 RS300	30170775	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE BOLSA	STERIKING	2016 RS120A	30160703	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CORTADORA DE BOLSA	MYM	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE BOLSA	STERIKING	2017-RS300	30170776	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CORTADORA DE PAPEL	MYM	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPRESOR	INGERSOLL	RAND 30T	N/R	MANTENIMIENTO	02351	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
COMPRESOR	DEWALT	D2002M-WK	2969155603	MANTENIMIENTO	8422	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
CORTADORA 2 1/2'	BLACK & DECKER	CS1024	B3	MANTENIMIENTO	AC07572	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
EQUIPO DE SOLDADURA	HOBART	TR250	N/R	MANTENIMIENTO	5340	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO PORTATIL DE SOLDADURA	ARCO / WEST	N/R	N/R	MANTENIMIENTO	7262	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESMERIL	N/R	N/R	N/R	MANTENIMIENTO	GRAP01	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
GUADAÑA	MITSUBISHI	TUY3PFD-UST	156453	MANTENIMIENTO	006995	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
HIDROLAVADORA K100	KATCHER	K100	N/R	MANTENIMIENTO	AC07569	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
MAQUINA DESTAPADORA DE CAÑERIAS 3/4 A 3"	RIDGID KOLLMAN	k-50	N/R	MANTENIMIENTO	2420	SEMESTRAL	MAR - SEP	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	MEGOHMETER	MEGOTMET	N/R	MANTENIMIENTO	MAN009051	SEMESTRAL	MAR - SEP	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MOTOSIERRA	STIHL	MS 180	1130-012-3042	MANTENIMIENTO	007758	SEMESTRAL	FEB/AGO	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA GRANDE	DEWALT	D28491-B3	N/R	MANTENIMIENTO	PULI01	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA GRANDE	BLACK & DECKER	4052	SE4	MANTENIMIENTO	20649	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA PEQUEÑA	DEWALT	DWE4010	B3	MANTENIMIENTO	AC06762	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA PEQUEÑA	DEWALT	DWE4120	B3	MANTENIMIENTO	AC06812	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TALADRO GRANDE	DEWALT	20051159	N/R	MANTENIMIENTO	AC07576	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TALADRO GRANDE	DEWALT	D25133	B3	MANTENIMIENTO	AC07575	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TALADRO PEQUEÑA 1/2'	DEWALT	W5085	B3	MANTENIMIENTO	AC07573	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TANQUE DE AGUA CALIENTE	COMESA	N/R	5-5-5-563	MANTENIMIENTO	102203	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TANQUE DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE	N/R	N/R	DRF008908	MANTENIMIENTO	TANQU2	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE	N/R	N/R	DRF008907	MANTENIMIENTO	TANQU3	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE DE CONDENSADO	N/R	MAN007403	N/R	MANTENIMIENTO	13831	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE DE CONDENSADO	N/R	MAN007404	N/R	MANTENIMIENTO	13830	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE DE CONDENSADO	N/R	MAN010046	N/R	MANTENIMIENTO	TANQU0	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TRANSFORMADOR DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	N/R	N/R	N/R	MANTENIMIENTO	2443	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TRANSFORMADOR DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	N/R	N/R	N/R	LAVANDERIA	102412	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TRANSFORMADOR DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	ITEM	KC-12	N/R	LAVANDERIA	102413	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TRANSFORMADOR DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	N/R	N/R	N/R	LAVANDERIA	TRANS1	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPRESOR	N/R	N/R	5344	MAQUINAS	4902	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPRESOR RECICLADOR	CPS	CR30	5329	MAQUINAS	4903	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPRESOR	N/R	N/R	N/R	NUTRICION	5871	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412174	CANCEROLOGIA	8202	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412173	FUNCIONARIOS ENTRADA 1	8201	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412176	FUNCIONARIOS ENTRADA 2	8204	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412177	NEUROFISIOLOGIA	8205	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412171	URGENCIAS	8199	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412174	CANCEROLOGIA	8201,6	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TORNIQUETE	PATRIA	3003D	SES30031412172	VISITANTES 2	8200	ANUAL	JUN	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CENTRO DE CARGA NÙMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO	N/R	N/R	N/R	SOTANO	N/R	SEMESTRAL	S2 FEB S2 AGO	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREAKERS
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CENTRAL	N/R	N/R	DRF010835	SOTANO	MONTA00	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE TENSIONES, COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE TABLEROS DE MEDICION

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CENTRAL	N/R	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCER	N/R	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE TENSIONES, COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE TABLEROS DE MEDICION
CALDERA 1	CONTINENTAL	F92CL	92C150 408	MAQUINAS	CALDE00	ANUAL	NOVIEMBRE	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CALDERA 2	DISTRAL	MCA DISTRAL MD	MAN007406	MAQUINAS	CALDE01	ANUAL	NOVIEMBRE	CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE AGUA HIDROFLOW	N/R	N/R	N/R	TERRAZA	MAN007414	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE MANOMETROS, SISTEMA ELECTRICO, FUGAS
BOMBA DE AGUA NARANJA	PEERLESS UMP	1X2X8	2814	SOTANO TANQUE AGUA	13855	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA NARANJA	PEERLESS UMP	1X2X8	2816	SOTANO TANQUE AGUA	2421	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA VERDE	BARNES DE COLOMBIA	HE3-100	161172091	UNIDAD MENTAL	10463	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA VERDE	BARNES DE COLOMBIA	HE3-100	1910052085	UNIDAD MENTAL	10464	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBAS DE AGUA	PEARL VPS	3-17 30H36EE	21H-V2200032212-0048	CALDERA	N/R	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBAS DE AGUA	PEARL VPS	URBL IST	30822-1	CALDERA	N/R	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBAS DE AGUA	PEARL VPS	3-17 30H36EE	21H V2200032212-0050	CALDERA	N/R	SEMESTRAL	S2 ABR-S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE VACIO 1	KAESER	ASV41 SIGMA	1022	AREA DE VACIO	NAF011117	SEMESTRAL	S4/ENE - S4/JUL	CONTRATISTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA VACIO 2	KAESER	ASU41 SIGMA	1024	AREA DE VACIO	NAF011718	SEMESTRAL	S4/FEB - S4/AGO	CONTRATISTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
COMPRESOR	CR- ROYAL ITALIAN	OLF-550	NO TIENE	TERRAZA DE CANCEROLOGIA	S/N	SEMESTRAL	S4/MARZO - S4/SEP	CONTRATISTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
MOBILIARIO INSTITUCIONAL									
MUEBLES DE EQUIPO MÈDICO Y PARAMEDICO	N/R	N/R	N/R	EDIFICIO	N/R	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RUEDAS, PINTURA
MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVOS	N/R	N/R	N/R	EDIFICIO	N/R	SEMESTRAL	S3MAY - S3NOV	PERSONAL DE PLANTA	AJUSTE, LUBRICACION Y PINTURA
SILLAS DE RUEDAS Y ATRILES	N/R	N/R	N/R	EDIFICIO	N/R	SEMESTRAL	MAR - SEP	PERSONAL DE PLANTA	REVISION DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, PINTURA
CAMAS, MESAS DE NOCHE, MESAS PUENTE, ESCALERRILLAS, CAMILLAS Y DEMAS MUEBLES DE PACIENTES	N/R	N/R	N/R	EDIFICIO	N/R	SEMESTRAL	MAR - SEP	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION PARTES MECANICAS, PINTURA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Telefónos 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Vehículos**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION					LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	LINEA	MODELO	PLACA						
AMBULANCIA MEDICALIZADA	NISSAN	URVAN	2021	GEV 376	HOSPITAL	011825 1-1	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA MEDICALIZADA	RENAULT	TRAFIC	2015	URS 349	HOSPITAL	URS 349	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA MEDICALIZADA	NISSAN	D22/NP300	2014	OBH438	HOSPITAL	OBH 438	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA MEDICALIZADA	VOLKSWAGEN	CRAFTER 35	2008	OWI 570	HOSPITAL	OWI 570	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA	JAC	HFC	2015	OEU 850	HOSPITAL	OEU 850	TRIMESTRAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMPERO GERENCIA	FORD	EDGE	2013	OWI 610	HOSPITAL	OWI 610	BIMENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMIONETA FURGON	TOYOTA	HILUX 4X2	2000	OTM 021	HOSPITAL	OTM 021	BIMENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD MOVIL	HINO	FC9	2015	OWI 643	HOSPITAL	OWI 643	TRIMESTRAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR AIO	HP	ProOne 400 G2	MXL6061MPB	CENTRAL DE ESTERILIZACION	007534	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	HP	ProOne 400 G2	MXL60620G9	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	007560	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310z - Type 10QH	S1H0599R	ALMACEN	008448	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G79	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008506	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G79	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008506	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G6U	COORDINACION - SALUD MENTAL	008507	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310z - Type 10QH	S1H0598V	COORDINACION - UNIDAD DE CANCER	008444	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G71	COORDINACION SST	008509	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G6Q	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008505	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	E73z All-in-One (ThinkCentre)	S10039KY	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	006330	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310z - Type 10QH	S1H0596B	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008443	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310z - Type 10QH	S1H0599A	OFICINA ASESORA JURIDICA	008445	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G78	REVISORIA FISCAL	008508	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	E73z All-in-One (ThinkCentre)	S10038EQ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006394	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	E72z All-in-One (ThinkCentre)	S1HEK06	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	5611	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	V310Z	S1H05G6V	SUMINISTROS	008504	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR AIO	LENOVO	E72z All-in-One (ThinkCentre)	S1HEG97	TECNICA MADRE CANGURO	005714	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR CLON		CLON	CLON	COSTOS	010570-2	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	COMPAQ	Notebook HP 430	5CB13618DR	NEUROCIRUGIA	PORT17	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	DELL	LATITUDE E5530	HJQKXY1	NEUROFISIOLOGIA	AC06970	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	HP 430	5CB13618F1	BANCO DE SANGRE	PORT03	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	245 G7 RYZEN	5CG026BTR6	CONTAINER BIOETICO	010727	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	HP 430	5CB13618D3	HOSP GINECO ZONA EXPANSION ANTIGUO ARCHIVO	10666	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	HP 430	5CB13618FY	HOSP. PEDIATRIA TMI	20552	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	ProBook 4310s	CNU0221FZB	NEUROFISIOLOGIA	08705	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	15-DA2004LA	CND0490G6H	OFICINA PTAP	11491	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	ProBook 4310s	CNU9376D14	PLANEACION	20547	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	ProBook 4310s	CNU938DV05	RADIOTERAPIA - UNIDAD DE CANCER	10288	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	ProBook 6360b	2CE1310PFD	RESERVA - SALUD MENTAL	20545	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP COMPAQ	COMPAQ 8100 ELITE	MXL10621J7	MESA DE AYUDA Y SOPORTE - TECNOLOGIA INFORMATICA	09091	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF25972C	ALMACEN	010623	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K3NV	CARTERA	006613	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03MKRA	CARTERA	006369	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DSJH	CONTRATACION	007646	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG82	COORDINACION CIRUGIA - HOSPITALIZACION CIRUGIA	005710	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF02VZGZ	COORDINACION CIRUGIA - HOSPITALIZACION CIRUGIA	006604	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DMVV	COORDINACION SST	007647	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03MKR0	DISPENSACION FARMACIA PPAL	006607	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DK58	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	007644	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DKKE	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	007648	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF2581YN	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	010621	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG8X	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. GINECO	005745	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DEPN	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	21978	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DF2B	GARANTIA DE LA CALIDAD	005773	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K738	GARANTIA DE LA CALIDAD	006609	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF0C75J9	GARANTIA DE LA CALIDAD	007391	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LWPBX	GERENCIA	008567	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DGAF	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	005748	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF02V32A	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	006605	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K3PU	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	006610	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LWK68	HOSP. ONCOLOGIA (NUEVA)	008575	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DGAK	HOSP. PEDIATRIA TMI	000461	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DEYT	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	000462	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DF61	NEUROCIRUGIA	005734	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF256J0Y	NEUROCIRUGIA	010627	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9H	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	22128	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG93	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	005709	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LZEVS	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008571	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	X1 Carbon 6th Gen	PF1EE95S	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008442	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DK6V	OFICINA ASESORA JURIDICA	007643	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF02UZ2X	OFICINA GERENCIA	006601	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DME3	OFICINAS MERCADEO	007649	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11BSCS	PLANEACION	007651	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9B	PLANEACION	21977	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LZ291	PLANEACION	008577	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DGBT	PROCEDIMIENTOS - CLINICA DE HERIDAS	005731	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03MKU0	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	006606	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9Z	SALA DE PARTOS	005138	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG7H	SALA DE PARTOS	000456	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LZBEM	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	008565	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K5XR	SOPORTE NUTRICIONAL ADULTOS	006600	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K3Q2	TALENTO HUMANO	006612	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DL6J	TRABAJO SOCIAL - UNIDAD DE CANCER	007650	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DL7N	UCI ADULTOS	007652	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG6P	UCI ADULTOS	000465	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9A	UCI ADULTOS	005144	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E430 THINKPAD	MP1DGA4	UCI ADULTOS	22181	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K4SH	UCI ADULTOS	006371	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF02V1SS	UCI ADULTOS	006370	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9X	UCI ADULTOS 2 PISO	000412	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DF38	UCI ADULTOS 2 PISO	000464	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9R	UCI ADULTOS 3 PISO	22179	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF256DK0	UCI ADULTOS 3 PISO	010622	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF257103	UCI ADULTOS 3 PISO	010632	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF256J4Y	UCI ADULTOS 3 PISO	010624	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF2579XV	UCI ADULTOS 3 PISO	010625	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF258ALE	UCI ADULTOS 3 PISO	010628	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E492	PF25ZSFV	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010552	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E493	PF25XXVW	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010553	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF2577S7	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010626	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF2586CT	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010629	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF2594B0	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010630	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E14 THINKPAD	PF257C70	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010631	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG6W	UCI GINECO	000458	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03K3JX	UCI GINECO	006608	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LWME5	UCI GINECO	008581	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG8W	UCI Gineco - Obstétrica - Estación de Enfermería	000457	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DEYA	UCI NEONATAL	005754	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E440 THINKPAD	PF03MJTC	UCI NEONATAL	006372	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PFSLZ0SS	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	008583	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E480 THINKPAD	PF1LWZY5	UNIDAD CARDIOVASCULAR	008579	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DGAL	UNIDAD CARDIOVASCULAR	005531	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP11DSPH	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007653	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DEMN	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22134	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DEYX	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22122	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DF5K	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22126	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG7X	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22133	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9F	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22123	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	B40-80 Laptop	MP1DG9N	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22130	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	3254	MP1DF74	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22124	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E490	PF2616SM	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	10550	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	E491	PF25XF33	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010551	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	TOSHIBA	SATELLITE Pro C640/C650 Series	6A292802Q	SIAU	PORT15	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	TOSHIBA	SATELLITE L45-B	6E059947S	SOPORTE NUTRICIONAL ADULTOS	005826	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	COMPAQ	E72z AIO (ThinkCentre)	MXJ9020C8V	BODEGA ACTIVOS USADOS	05714	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RM2	COORDINACION FARMACIA	011170	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMS	COORDINACION FARMACIA	011149	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RD2	FACTURACION CONTAINER	011232	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RDY	FACTURACION CONTAINER	011212	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGQ	FACTURACION CONTAINER	011162	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R90	FACTURACION COVID	011210	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RK9	FACTURACION COVID	011229	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFK	FACTURACION AMBULATORIO	011177	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBP	FACTURACION PRINCIPAL	011160	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLY	FACTURACION PRINCIPAL	011176	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RP6	FACTURACION SALA PARTOS	011108	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620JG	ALMACEN	007495	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZ0	ANATOMIA PATOLOGICA	007542	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYX	APOYO ADMINISTRATIVO ING BIOMEDICA	007532	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLL	BANCO DE SANGRE	007520	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9M	BANCO DE SANGRE	007580	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MQR	BIENESTAR LABORAL	007510	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N3	BIENESTAR LABORAL	007607	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYZ	BODEGA FARMACIA	007528	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9F	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	007536	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MV	CARTERA	007675	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MC	CARTERA	007677	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L2	CARTERA	007672	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620K4	CARTERA	007628	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYS	CARTERA	007505	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L3	CARTERA	007578	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M8H	CARTERA	007667	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N1	CARTERA	007668	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LP	CARTERA	007666	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZK	CARTERA	007635	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKT	CARTERA	007637	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M83	CARTERA	007669	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620ML	CARTERA	007631	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LS	CARTERA	007665	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KL2	CARTERA	007632	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KX	CARTERA	007623	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620M5	CARTERA	007670	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LZ	CONSULTA ESPECIALIZADA	007636	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LT	CONSULTORIOS - SALUD MENTAL	007599	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZQ	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	007519	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KMK	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	007523	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KS	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	007611	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYF	CONSULTORIOS - UNIDAD RENAL	007508	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R98	CONTRATACION	011233	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620K7	CONTRATACION	007681	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620H6	CONTRATACION	007570	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M81	CONTROL INTERNO	007496	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KM1	CONTROL INTERNO	007564	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9Z	CONTROL INTERNO	007497	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620JV	CONTROL INTERNO	007518	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M95	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	007498	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L1V	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	007526	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L1R	COORDINACION - IMAGENOLOGIA	007550	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M86	COORDINACION - SALUD MENTAL	007549	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMS	COORDINACION FARMACIA	011149	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKY	COORDINACION FARMACIA	011208	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KQ	COORDINACION QUIROFANOS	007608	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCQ	COORDINACION SST	011121	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCL	COORDINACION SST	011101	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KMJ	COSTOS	007624	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGN	ENDOSCOPIAS	011165	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KY0	ENDOSCOPIAS	007562	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZN	EPIDEMIOLOGIA	007597	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZY	EPIDEMIOLOGIA	007507	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MB4	EPIDEMIOLOGIA	007596	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGZ	ESTACION DE ENFERMERIA - CLINICA DE HERIDAS	011156	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620K0	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	007567	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RL4	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. CIRUGIA	011200	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCY	ESTACION DE ENFERMERIA - SALUD MENTAL	011118	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KXM	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	007561	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KY5	ESTACION ENFERMERIA - UNIDAD DE CANCER	007642	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJC	FACTURACION 4 PISO	11129	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLD	FACTURACION 4 PISO	011191	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCR	FACTURACION 5 PISO	011120	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLT	FACTURACION 5 PISO	011179	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RD6	FACTURACION 5 PISO	011230	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMQ	FACTURACION AMBULATORIO	011152	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGH	FACTURACION AMBULATORIO	011171	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLZ	FACTURACION AMBULATORIO	011173	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJT	FACTURACION AUDITORIA	011115	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBQ	FACTURACION AUDITORIA	011157	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RDH	FACTURACION AUDITORIA	011221	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8S	FACTURACION AUDITORIA	011225	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMV	FACTURACION CANGURO	011146	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9X	FACTURACION CIRUGIA	011175	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKQ	FACTURACION CIRUGIA	011214	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RDF	FACTURACION CIRUGIA	011224	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RB3	FACTURACION CONTAINER	011169	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RB2	FACTURACION CONTAINER	011172	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKD	FACTURACION COVID	011223	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNK	FACTURACION EXPANSION	011131	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJ9	FACTURACION EXPANSION	011132	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RDX	FACTURACION EXPANSION	011215	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8Q	FACTURACION EXPANSION	011228	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RHD	FACTURACION ONCOLOGIA	011147	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGL	FACTURACION ONCOLOGIA	011168	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF4	FACTURACION ONCOLOGIA	011203	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RP7	FACTURACION PRINCIPAL	011107	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RP1	FACTURACION PRINCIPAL	011109	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNS	FACTURACION PRINCIPAL	011110	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RK4	FACTURACION PRINCIPAL	011111	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RK0	FACTURACION PRINCIPAL	011112	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCM	FACTURACION PRINCIPAL	011122	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNR	FACTURACION PRINCIPAL	011123	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNQ	FACTURACION PRINCIPAL	011125	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJH	FACTURACION PRINCIPAL	011126	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC9	FACTURACION PRINCIPAL	11130	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC6	FACTURACION PRINCIPAL	011136	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RND	FACTURACION PRINCIPAL	011137	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNB	FACTURACION PRINCIPAL	011140	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC2	FACTURACION PRINCIPAL	011142	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RHM	FACTURACION PRINCIPAL	011144	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RH8	FACTURACION PRINCIPAL	011150	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBX	FACTURACION PRINCIPAL	011151	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBT	FACTURACION PRINCIPAL	011154	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMM	FACTURACION PRINCIPAL	011155	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RGT	FACTURACION PRINCIPAL	011159	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBK	FACTURACION PRINCIPAL	011163	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RM7	FACTURACION PRINCIPAL	011164	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBG	FACTURACION PRINCIPAL	011166	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLR	FACTURACION PRINCIPAL	011182	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9M	FACTURACION PRINCIPAL	011184	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFD	FACTURACION PRINCIPAL	011186	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9L	FACTURACION PRINCIPAL	011187	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFC	FACTURACION PRINCIPAL	011189	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9K	FACTURACION PRINCIPAL	011190	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9C	FACTURACION PRINCIPAL	011196	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF7	FACTURACION PRINCIPAL	011198	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF6	FACTURACION PRINCIPAL	011201	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF3	FACTURACION PRINCIPAL	011206	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF1	FACTURACION PRINCIPAL	011209	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKV	FACTURACION PRINCIPAL	011211	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKM	FACTURACION PRINCIPAL	011217	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RDR	FACTURACION PRINCIPAL	011218	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8T	FACTURACION PRINCIPAL	011222	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RK5	FACTURACION PRINCIPAL	011231	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RP6	FACTURACION SALA PARTOS	011108	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMH	FACTURACION SALA PARTOS	011158	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RL2	FACTURACION SALA PARTOS	011202	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8V	FACTURACION SALA PARTOS	011219	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJN	FACTURACION URGENCIAS	011124	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNP	FACTURACION URGENCIAS	011128	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9R	FACTURACION URGENCIAS	011178	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R95	FACTURACION URGENCIAS	011204	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RL0	FACTURACION URGENCIAS	011205	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R94	FACTURACION URGENCIAS	011207	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620HY	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	007506	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYW	GARANTIA DE LA CALIDAD	007572	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M84	GARANTIA DE LA CALIDAD	007530	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L0L	GARANTIA DE LA CALIDAD	007573	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MB1	GARANTIA DE LA CALIDAD	007577	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L21	GARANTIA DE LA CALIDAD	007582	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLB	GESTION DOCUMENTAL	007588	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KXQ	GESTION DOCUMENTAL	007529	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZP	GESTION DOCUMENTAL	007589	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620M7	GESTION DOCUMENTAL	007641	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L12	HABITACIONES - CLINICA DE HERIDAS	007512	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLQ	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007513	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N7	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	007585	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MW	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	007515	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620HC	HOSP. PEDIATRIA TMI	007640	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KM6	HOSP. PEDIATRIA TMI	007563	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M91	HUMANIZACION - OFICINA	007587	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L5	IAMI - OFICINA	007504	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KY3	IAMI - OFICINA	007522	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LH	IAMI - VACUNACION	007674	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L0	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	007619	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYN	LABORATORIO CLINICO	007539	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KK	LACTARIO - ULAN	007600	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCX	MESA DE AYUDA Y SOPORTE - TECNOLOGIA INFORMATICA	011119	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RL7	MESA DE AYUDA Y SOPORTE - TECNOLOGIA INFORMATICA	011197	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M93	NEUROFISIOLOGIA	007533	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9J	NEUROFISIOLOGIA	007568	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KT	NEUROFISIOLOGIA	007591	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MR	NEUROFISIOLOGIA	007680	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LY	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	007615	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LJ	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	007617	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620JR	OFICINA 2 - SST	007501	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L22	OFICINA 2 - SST	007571	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RH4	OFICINA ASESORA DE PROYECTOS	011153	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7Q	OFICINA ASESORA DE PROYECTOS	007544	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJR	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	011116	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9B	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	011199	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFM	OFICINA ASESORA JURIDICA	011174	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LG	OFICINA ASESORA JURIDICA	007679	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M97	OFICINA ASESORA JURIDICA	007541	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N8	OFICINA ASESORA JURIDICA	007678	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFJ	OFICINA GERENCIA	011180	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KY6	OFICINAS MERCADEO	007500	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZL	OFICINAS MERCADEO	007576	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M56	OFICINAS MERCADEO	007579	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7V	PLANEACION	007543	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MN	PLANEACION	007546	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M57	PLANEACION	007553	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7X	PLANEACION	007590	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKP	PRESUPUESTO	007622	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M98	QUIMIO ADULTOS - UNIDAD DE CANCER	007540	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZM	QUIMIO ADULTOS - UNIDAD DE CANCER	007639	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620J3	RADIOTERAPIA - UNIDAD DE CANCER	007517	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620M0	RADIOTERAPIA - UNIDAD DE CANCER	007612	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7M	RADIOTERAPIA - UNIDAD DE CANCER	007537	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYV	RADIOTERAPIA - UNIDAD DE CANCER	007638	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MB3	RECURSOS FISICOS - OFICINA	007524	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZX	RECURSOS FISICOS - OFICINA	007538	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLD	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007633	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7N	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007555	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KXZ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007595	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKR	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007604	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N6	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007605	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKZ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007606	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MX	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007609	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KL4	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007610	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KZ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007634	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLY	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	007593	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MP	SERVICIO AL CLIENTE - UNIDAD DE CANCER	007613	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9Q	SERVICIO DE ALIMENTOS - OFICINA	007569	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7R	SOPORTE NUTRICIONAL	007586	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M9P	SOPORTE NUTRICIONAL	007598	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	011185	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJY	SUBGERENCIA FINANCIERA	011113	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RN0	SUBGERENCIA FINANCIERA	011143	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061L2H	SUBGERENCIA FINANCIERA	007671	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7Z	SUBGERENCIA FINANCIERA	007516	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MS	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	007625	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LK	SUMINISTROS	007626	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620N4	SUMINISTROS	007627	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LB	TALENTO HUMANO	007509	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKY	TALENTO HUMANO	007551	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M8D	TECNICA MADRE CANGURO	007547	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RL9	TESORERIA - OFICINA	011194	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M87	TRABAJO SOCIAL 4 PISO	007502	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RD0	TRABAJO SOCIAL - SALUD MENTAL	011117	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KTM	TRABAJO SOCIAL - SALUD MENTAL	007548	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KLX	TRIAGE - UNIDAD DE CANCER	007545	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L4	UCI ADULTOS	007630	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RJW	UCI ADULTOS 2 PISO	011114	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KR	UCI ADULTOS 2 PISO	007601	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KKS	UCI ADULTOS 2 PISO	007602	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620HZ	UCI GINECO	007503	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620L7	UCI GINECO	007531	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RF9	UCI NEONATAL	011195	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYH	UCI NEONATAL	007574	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KY9	UCI NEONATAL	007525	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZD	UCI NEONATAL	007521	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MZ	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	007620	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KYM	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	007554	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061KZV	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	007583	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RCB	UNIDAD CARDIOVASCULAR	011127	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9P	UNIDAD CARDIOVASCULAR	011181	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MPR	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007565	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFB	UNIDAD DE TRANSPLANTE	011192	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R9D	UNIDAD DE TRANSPLANTE	011193	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LD	UNIDAD DE TRANSPLANTE	007535	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RHT	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	011135	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RHP	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	011141	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KH	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007499	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620KW	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007618	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061MB0	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007511	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620M6	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007621	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620LC	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007629	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620M1	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007614	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL6061M7S	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007575	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G2	MXL60620MM	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	007616	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN05307D1		011106	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC5		011139	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC1		011145	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RBZ		011148	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RMC		011161	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RLG		011188	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKK		011220	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RKB		011226	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8W		011216	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520R8Y		011213	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RC7		011133	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RD8		011227	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RFG		011183	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RHR		011138	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RM5		011167	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN0520RNJ		011134	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	PRO ONE 400 G6	8CN05307D2		011105	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D4	ALMACEN	010749	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070CY	ALMACEN	010793	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070SE	ALMACEN	010740	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D2	ALMACEN	010745	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070E4	ALMACEN	010779	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070KW	ALMACEN	0010785	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070MY	ALMACEN	010763	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N3	ALMACEN	010774	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070PS	ALMACEN	010795	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074NN	ALMACEN	010736	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRZ	ALMACEN	008617	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK27	ALMACEN	005533	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR59	ALMACEN	22067	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL78	ALMACEN	21940	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HW	ALMACEN	006582	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033PE	ALMACEN	006228	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LUH	ALTO RIESGO OBSTETRICO - ARO - IAMII	008628	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL26	ALTO RIESGO OBSTETRICO - ARO - IAMII	5610	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJL	ANATOMIA PATOLOGICA	008643	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LH6	ANATOMIA PATOLOGICA	008638	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMH	ANATOMIA PATOLOGICA	008660	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK77	ANATOMIA PATOLOGICA	001641	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK38	ANATOMIA PATOLOGICA	001644	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT52	ANATOMIA PATOLOGICA	001639	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH98	ANATOMIA PATOLOGICA	001640	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEF93	ANATOMIA PATOLOGICA	001642	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCW	ARCHIVO - UNIDAD DE CANCER	008585	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMD	BANCO DE SANGRE	008662	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL14	BANCO DE SANGRE	22025	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D3	CAJA CONSULTA EXTERNA - TESORERIA	010748	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHV25	CAJA CONSULTA EXTERNA - TESORERIA	22142	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT08	CAJA DE URGENCIAS - TESORERIA	22054	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033Q2	CANCEROLOGIA	006243	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJC	CARTERA	008636	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRF	CARTERA	008640	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRD	CARTERA	008645	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM84	CARTERA	22050	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHV88	CARTERA	22023	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP44	CARTERA	22056	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM02	CARTERA	005166	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP49	CARTERA	21985	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038GC	CARTERA	006550	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039LU	CARTERA	006303	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRP	CARTERA	006564	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR0	CENTRAL DE ESTERILIZACION	008603	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DA	CENTRAL DE MEZCLAS 1 PISO	010782	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NE	CENTRAL DE MEZCLAS 1 PISO	010770	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR73	CONSULTA ESPECIALIZADA	21942	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PNQ	CONSULTA ESPECIALIZADA	006574	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038GN	CONSULTA ESPECIALIZADA	006570	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033H1	CONSULTA ESPECIALIZADA	006587	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033HP	CONSULTA ESPECIALIZADA	006580	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038CH	CONSULTA ESPECIALIZADA	006572	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HT	CONSULTA ESPECIALIZADA	006571	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRN	CONSULTA ESPECIALIZADA	006577	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10036GP	CONSULTA ESPECIALIZADA	006573	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033PA	CONSULTA ESPECIALIZADA	006578	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038CJ	CONSULTA ESPECIALIZADA	006555	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033P6	CONSULTA ESPECIALIZADA	006557	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038JM	CONSULTA ESPECIALIZADA	006566	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038FD	CONSULTA ESPECIALIZADA	006567	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033GH	CONSULTA ESPECIALIZADA	006585	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JJ	CONSULTA ESPECIALIZADA	006597	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JV	CONSULTA ESPECIALIZADA	006583	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNH81	CONSULTORIOS - SALUD MENTAL	21718	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR1	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008601	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033PP	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	006336	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033GP	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	006337	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10036PL	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	006338	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K4	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	006333	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LKE	CONSULTORIOS - UNIDAD RENAL	008633	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KNU	CONTABILIDAD	008639	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LM9	CONTABILIDAD	008627	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJA	CONTABILIDAD	008654	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP37	CONTABILIDAD	22156	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10036MV	CONTABILIDAD	006354	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038G9	CONTABILIDAD	006355	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N9	CONTRATACION	010771	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KM9	CONTRATACION	008664	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL76	CONTRATACION	21711	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH11	CONTRATACION	003899	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KD	CONTRATACION	006353	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJD	CONTROL INTERNO	008635	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL21	CONTROL INTERNO	005148	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT80	CONTROL INTERNO	005158	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH20	CONTROL INTERNO	005643	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070HB	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	10694	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRB	COORDINACION - IMAGENOLOGIA	006594	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070HH	COORDINACION - SALUD MENTAL	10693	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LUJ	COORDINACION - UNIDAD DE CANCER	008591	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK67	COORDINACION - UNIDAD RENAL	000409	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KJ	COORDINACION ENFERMERIA - QUIROFANOS	006396	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP64	COORDINACION FARMACIA	22062	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT53	COORDINACION FARMACIA	21946	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330-20ICB	S1H06LJZ	COORDINACION FARMACIA	AC06694	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070CT	COORDINACION IMAGENOLOGIA	0010787	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DZ	COORDINACION PLANTA DE GASES MEDICINALES	0010751	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070CR	COORDINACION SST	010788	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070CW	COORDINACION SST	010794	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	B40-80 Laptop	MP15DRZY	COORDINACION SST	008250	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK37	COORDINACION SST	005175	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002DN2	COORDINACION SST	AC07509	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL93	COORDINACION URGENCIAS	22088	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR55	COORDINACION URGENCIAS	22078	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR65	COORDINACION URGENCIAS	22084	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HF	COORDINACION URGENCIAS	006591	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK54	COSTOS	001598	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033MA	COSTOS	006052	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HB	COSTOS	006357	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQX	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	008607	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038EE	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	006547	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL21	DIGITALIZACION - IMAGENOLOGIA	21965	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT05	DIGITALIZACION - IMAGENOLOGIA	21957	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK25	DISPENSACION FARMACIA PPAL	005703	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL45	ECOGRAFIAS - IMAGENOLOGIA	21961	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR81	ECOGRAFIAS - IMAGENOLOGIA	21963	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR8	ENDOSCOPIAS	008595	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCX	ENDOSCOPIAS	008615	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK64	ENDOSCOPIAS	001613	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQV	EPIDEMIOLOGIA	008609	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KF	EPIDEMIOLOGIA	006553	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070KG	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	010692	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LT4	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	008587	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070KD	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	010695	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR35	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	22167	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCK66	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	22169	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR45	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	22165	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK21	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	001607	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK88	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	5617	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT48	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	22146	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PSW	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	006234	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038EF	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	006233	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PQK	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	006229	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033HF	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	006227	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PN8	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. M.I.	006232	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070H7	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	010689	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070HV	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	010690	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PSV	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	006551	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JA	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	006568	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR83	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. GINECO	22171	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL17	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. GINECO	005752	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PPR	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. GINECO	006241	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JY	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. GINECO	006242	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KP6	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	008629	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HV	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	006235	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038J3	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	006236	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR95	FACTURACION - IMAGENOLOGIA	21993	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033HK	FACTURACION - IMAGENOLOGIA	006584	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D5	FACTURACION PRINCIPAL	010747	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074NS	FACTURACION PRINCIPAL	010799	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070EF	FACTURACION PRINCIPAL	010754	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070MW	FACTURACION PRINCIPAL	010759	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070CU	FACTURACION PRINCIPAL	010790	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N7	FACTURACION PRINCIPAL	010775	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N5	FACTURACION PRINCIPAL	010761	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NW	FACTURACION PRINCIPAL	010783	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074PE	FACTURACION PRINCIPAL	010796	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D6	FACTURACION PRINCIPAL	010789	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DB	FACTURACION PRINCIPAL	010781	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D1	FACTURACION PRINCIPAL	010742	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070L0	FACTURACION PRINCIPAL	010786	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070R3	FACTURACION PRINCIPAL	010743	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070G1	FACTURACION PRINCIPAL	010752	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074PF	FACTURACION PRINCIPAL	010798	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070T0	FACTURACION PRINCIPAL	010773	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N2	FACTURACION PRINCIPAL	010765	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NB	FACTURACION PRINCIPAL	010758	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074PM	FACTURACION PRINCIPAL	010738	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DQ	FACTURACION PRINCIPAL	010755	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NM	FACTURACION PRINCIPAL	010768	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NZ	FACTURACION PRINCIPAL	010764	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070PL	FACTURACION PRINCIPAL	010778	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074PJ	FACTURACION PRINCIPAL	010797	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D0	FACTURACION PRINCIPAL	010744	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070S6	FACTURACION UNIDAD MENTAL	0010741	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMN	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008578	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJH	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008604	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LST	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008606	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJZ	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008584	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP39	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	22033	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK39	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	21717	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP70	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	22037	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT39	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	005619	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL77	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	22035	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PNX	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	006529	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033L2	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	006530	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KZ	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	006531	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KS4	GARANTIA DE LA CALIDAD	008648	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT63	GARANTIA DE LA CALIDAD	21988	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK03	GARANTIA DE LA CALIDAD	000411	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK40	GARANTIA DE LA CALIDAD	004290	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HL	GARANTIA DE LA CALIDAD	006349	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033MB	GARANTIA DE LA CALIDAD	006350	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQW	GERENCIA	008608	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HW	GESTION DOCUMENTAL	006599	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL83	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	21713	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033GW	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	006548	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP82	HABITACIONES - CLINICA DE HERIDAS	22157	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK10	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	5615	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCK94	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	22161	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH30	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	001608	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PR4	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	21720	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033GM	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	006225	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HR	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	006224	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KL	HABITACIONES - HOSP. CIRUGIA	006223	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR13	HOSP GINECO ZONA EXPANSION ANTIGUO ARCHIVO	005168	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DP	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	010753	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJM	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	008599	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSG	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	008618	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL69	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	21710	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHV74	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	21894	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KS	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	006231	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039L9	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	006351	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070LZ	HOSP. MEDICINA INTERNA 4 PISO	010792	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N8	HOSP. MEDICINA INTERNA 4 PISO	010772	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJK	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	8642	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JQ	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	006331	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HV	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	006590	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LUK	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	008593	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK84	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	5618	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCN10	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	22173	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL67	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	001606	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033HD	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	006245	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038CY	HOSP. ONCOLOGIA - UNIDAD DE CANCER	006246	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK02	HOSP. PEDIATRIA TMI	5613	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP66	HOSP. PEDIATRIA TMI	22066	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR31	HOSP. PEDIATRIA TMI	22163	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH32	HOSP. PEDIATRIA TMI	001603	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PP2	HOSP. PEDIATRIA TMI	006244	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033KM	HUMANIZACION - OFICINA	006549	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH38	IAMI - CONSULTORIO	005717	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMK	IAMI - OFICINA	008659	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039H5	IAMI - OFICINA	006565	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070D9	IAMI - VACUNACION	010791	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N1	IAMI - VACUNACION	010766	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK66	INFECTOLOGIA ADULTOS	5614	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK05	INFECTOLOGIA ADULTOS	000474	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038ED	INFECTOLOGIA ADULTOS	006238	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL68	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	000459	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK83	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	000455	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL27	INFECTOLOGIA PEDIATRICA TMI	001604	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038DG	LABORATORIO CLINICO	006386	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SJ	LABORATORIO CLINICO	010523	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMC	LACTARIO - ULAN	008663	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330	S1H070D8	MEDICINA INTERNNA	10746	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSH	NEUMOLOGIA	008621	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KS1	NEUMOLOGIA	008641	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK23	NEUROCIRUGIA	001605	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJB	NEUROFISIOLOGIA	008651	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCN49	NEUROFISIOLOGIA	22044	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRW	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	008564	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCS	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	008600	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H06KR7	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	008586	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H06KPQ	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	008598	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL92	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	21715	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP55	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	22092	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP86	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	22110	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL65	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	22076	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM80	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	22098	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR63	OBSERVACION PEDIATRIA - URGENCIAS	21709	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NT	OFICINA ASESORA DE PROYECTOS	010776	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070S8	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	010739	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H07007	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	010750	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KME	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008661	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSM	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008616	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KN6	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008652	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR5	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008597	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCH	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	008612	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR37	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	21944	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL51	OFICINA ASESORA JURIDICA	22148	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL07	OFICINA ASESORA JURIDICA	005645	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KB	OFICINA ASESORA JURIDICA	006352	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRA	OFICINA ASESORA JURIDICA	006378	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070HE	OFICINA DE ASESORES 2 PISO EDIFICIO GERENCIA	010691	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DM	OFICINA GERENCIA	010756	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070T6	OFICINA GERENCIA	010767	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N6	OFICINA GERENCIA	010777	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM03	OFICINA GERENCIA	21714	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK38	OFICINA GERENCIA	005721	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSW	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	008626	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR04	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	21712	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRC	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	006596	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PRE	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	006595	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KPT	PLANEACION	008619	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038EP	PLANEACION	006527	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HG	PLANEACION	006526	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070DG	PRESUPUESTO	010780	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR87	PRESUPUESTO	21900	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJV	QUIMIO PEDIATRIA - UNIDAD DE CANCER	008631	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	B40-80 Laptop	MP15BNE6	RECURSOS FISICOS - INFRAESTRUCTURA	008248	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038GK	RECURSOS FISICOS - OFICINA	006359	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K7	RECURSOS FISICOS - OFICINA	006325	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LMP	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	008602	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRY	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	008632	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSS	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	008630	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR80	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	22064	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KG	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	006392	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KA	REHABILITACION Y TERAPIAS	006560	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSX	REVISORIA FISCAL	008614	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KPU	REVISORIA FISCAL	008623	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR85	SALA CIRUGIA 10	22189	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH52	SALA DE DIALISIS - UNIDAD RENAL	000408	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL12	SALA DE DIALISIS - UNIDAD RENAL	000410	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCN	SALA DE PARTOS	008610	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCK	SALA DE PARTOS	008611	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR32	SALA DE PARTOS	22152	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR79	SALA DE PARTOS	22138	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR70	SALA DE PARTOS	22140	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK96	SALA DE PARTOS	000463	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP85	SALA DE PARTOS	000460	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK22	SALA DE PARTOS	000466	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH31	SALA DE PARTOS	000467	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL81	SALA DE PARTOS 2	21716	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT94	SALA DE PARTOS CONSULTORIO 2	22136	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K0	SALA DE PROCEDIMIENTOS - SALUD MENTAL	006237	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM79	SALA DE TOMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	21967	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM81	SALA DE TOMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	21991	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP51	SALA DE TOMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	21995	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038F5	SALA RX 2 - IMAGENOLOGIA	006579	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT36	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22185	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR72	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22187	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR92	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22191	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM71	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22193	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP22	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22195	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP43	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22197	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR54	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22201	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT42	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22203	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT77	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	22052	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JH	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006381	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10036LB	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006393	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038CM	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006395	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KW	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006397	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PP0	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006554	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039LJ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006581	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K1	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006380	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HJ	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	006382	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR93	SALAS DE CIRUGIA 6 Y 9 - UNIDAD CARDIOVASCULAR	22199	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PNV	SALAS DE CIRUGIA 6 Y 9 - UNIDAD CARDIOVASCULAR	006398	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033MC	SEDE EXTERNA CONSULTA ESPECIALIZADA CRA 13 # 10-30	006562	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070N0	SEDE EXTERNA UNIDAD DE CANCER CR 13 # 10-30	010760	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KH	SEDE EXTERNA UNIDAD DE CANCER CR 13 # 10-30	006324	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KSL	SERVICIO AL CLIENTE - UNIDAD DE CANCER	008644	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033KD	SERVICIO AL CLIENTE - UNIDAD DE CANCER	006335	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JW	SERVICIO AL CLIENTE - UNIDAD DE CANCER	006332	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSV	SERVICIO DE ALIMENTOS - OFICINA	008613	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038GD	SERVICIO DE ALIMENTOS - OFICINA	006532	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KRJ	SIAU	008589	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCK96	SIAU	22144	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038CP	SIAU	006576	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038FV	SOPORTE NUTRICIONAL	006383	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039L7	SOPORTE NUTRICIONAL	006384	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KS2	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	008647	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCM	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	008655	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMY	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	008656	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033HG	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	006556	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCJ	SUBGERENCIA FINANCIERA	008650	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PSY	SUBGERENCIA FINANCIERA	006552	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KPX	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	008657	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR38	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	21902	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038J1	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	006592	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038DN	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	006589	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL28	SUMINISTROS	22038	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PL0	SUMINISTROS	006598	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038E3	SUMINISTROS	006559	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K6	SUMINISTROS	006593	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NA	TALENTO HUMANO	010769	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCQ	TALENTO HUMANO	008665	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHV26	TALENTO HUMANO	22060	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP79	TALENTO HUMANO	21934	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP30	TALENTO HUMANO	005155	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HN	TALENTO HUMANO	006377	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PPB	TALENTO HUMANO	006379	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039HX	TALENTO HUMANO	006563	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PSM	TALENTO HUMANO	006546	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002DP0	TALLER DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	AC07510	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK99	TECNICA MADRE CANGURO	004328	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK59	TECNICA MADRE CANGURO	004329	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH28	TECNICA MADRE CANGURO	000415	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK27	TERAPIA OCUPACIONAL - SALUD MENTAL	5607	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NR	TESORERIA - OFICINA	010784	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP24	TESORERIA - OFICINA	21892	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10033H2	TESORERIA - OFICINA	006390	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KM	TESORERIA - OFICINA	006391	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM92	TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO - TORRE MATERNO	22040	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039K3	TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO - TORRE MATERNO	006586	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCN01	TOMOGRAFO TORRE MATERNO INFANTIL- IMAGENOLOGIA	21959	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070NF	TRABAJO SOCIAL	10762	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JT	UCI ADULTOS	006389	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V310Z Core i5	SS1H0599K	UCI ADULTOS 2 PISO	008447	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LUC	UCI ADULTOS 2 PISO	008625	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSU	UCI ADULTOS 2 PISO	008634	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQ4	UCI ADULTOS 2 PISO	008620	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCN09	UCI ADULTOS 2 PISO	22046	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK69	UCI ADULTOS 2 PISO	005758	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK78	UCI ADULTOS 2 PISO	005759	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL28	UCI ADULTOS 2 PISO	000413	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK63	UCI ADULTOS 2 PISO	000450	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL86	UCI ADULTOS 2 PISO	000449	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK89	UCI ADULTOS 2 PISO	000452	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KMM	UCI ADULTOS 3 PISO	008658	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070A9	UCI ADULTOS 3 PISO	009297	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UP	UCI ADULTOS 3 PISO	009299	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UR	UCI ADULTOS 3 PISO	009301	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UU	UCI ADULTOS 3 PISO	009302	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070V0	UCI ADULTOS 3 PISO	009303	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070V7	UCI ADULTOS 3 PISO	009304	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H0704R	UCI ADULTOS 3 PISO	009305	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UW	UCI ADULTOS 3 PISO	009306	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H07092	UCI ADULTOS 3 PISO	009307	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UJ	UCI ADULTOS 3 PISO	009308	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UY	UCI ADULTOS 3 PISO	009309	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070UQ	UCI ADULTOS 3 PISO	009310	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06ZT2	UCI ADULTOS 3 PISO	009311	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070Q8	UCI ADULTOS 3 PISO	009312	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070QG	UCI ADULTOS 3 PISO	009315	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070GF	UCI ADULTOS 3 PISO	009298	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H070JP	UCI ADULTOS 3 PISO	009300	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070V4	UCI ADULTOS 3 PISO	009314	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070UZ	UCI ADULTOS 3 PISO	009313	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	B40-80 Laptop	MP15BJ88	UCI ADULTOS 3 PISO	008249	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	B40-80 Laptop	MP15DNGD	UCI ADULTOS 3 PISO	008251	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEK24	UCI ADULTOS 3 PISO	001627	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SO	UCI ADULTOS 3 PISO	010526	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SZ	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010528	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SN	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010531	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SY	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010532	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SG	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010533	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070RE	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010534	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SA	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010527	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SQ	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010529	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SM	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010530	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070RG	UCI ADULTOS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010554	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQY	UCI GINECO	008605	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LCT	UCI GINECO	008637	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LML	UCI GINECO	008653	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LRS	UCI GINECO	008624	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEF88	UCI GINECO	000454	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK50	UCI GINECO	000453	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJG	UCI NEONATAL	008646	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH23	UCI NEONATAL	005153	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEG09	UCI NEONATAL	005156	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR27	UCI NEONATAL	000473	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL88	UCI NEONATAL	005157	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL69	UCI NEONATAL	005150	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEL63	UCI NEONATAL	005159	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KK	UCI NEONATAL	006356	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KPS	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	008622	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR91	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	000470	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK48	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	000469	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JB	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	006239	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10038HZ	UCI PEDIATRICA TORRE MATERNO INFANTIL	006240	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEH46	UNIDAD BASICA NEONATAL	000471	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT50	UNIDAD CARDIOVASCULAR	21983	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S1002PSS	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006388	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039LP	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006588	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR12	UNIDAD CARDIOVASCULAR-SECRETARIA	21932	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNK85	UNIDAD DE TRANSPLANTE	005738	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039JF	UNIDAD DE TRANSPLANTE	006385	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039LH	UNIDAD DE TRANSPLANTE	006558	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H070MX	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	010757	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	S1H074PC	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	010737	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR2	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008570	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSZ	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008582	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LHY	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008560	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR4	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008568	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KSQ	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008561	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KQZ	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008566	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KPN	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008580	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LJJ	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008563	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KR9	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008562	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KNV	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008588	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06LSL	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	008596	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP32	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22118	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP38	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	21969	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT15	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22080	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP08	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22102	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCM95	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22106	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT86	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22108	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FCL75	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22116	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT12	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22120	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HNL15	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	005711	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1HEG06	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	005712	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHT03	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22094	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHP90	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22048	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E72z AIO (ThinkCentre)	S1FHR22	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	22074	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039KC	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	006561	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	E73z AIO (ThinkCentre)	S10039LZ	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	006575	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V310z AIO - Type 10QH	S1H0599G	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	8446	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	AIO V330	SS1H06KSJ	URGENCIAS TRIAGE CONTINGENCIA	008649	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070RB	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010524	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070FW	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010525	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SH	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010535	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	S1H070SU	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010537	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	S1H070RG	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010538	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	V330 AIO 19.5	SS1H070SU	URGENCIAS ZONA DE EXPANSION OSCAR MORENO	010555	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	COMPAQ	DX2400	MXL9391855	HUMANIZACION - OFICINA	08205	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	COMPAQ	Presario	MXX6250KQD	MANTENIMIENTO	10695	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	DELL	Vostro 220 S	4DBSLL1	DISPENSACION FARMACIA PPAL	CPU003	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TORRE	DELL	OPTIPLEX XE	9DKX2Y1	NEUROFISIOLOGIA	005948	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL10621J5	ALMACEN	10640	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	PRO 3000	MXL01824L3	ANATOMIA PATOLOGICA	COM041	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ937031G	APOYO ADMINISTRATIVO ING BIOMEDICA	14302	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ D220	MXD432035F	BANCO DE SANGRE	11095	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	Compaq dc7900 Base Model Small Form Factor PC	MXJ932000D	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	21106	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2080LNZ	CARTERA	20908	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL207186F	CONSULTORIOS-SALUD MENTAL	09591	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2080LL2	CONSULTORIOS-SALUD MENTAL	11883	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JMQ	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	14132	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DX 2400	MXL939155J	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	09133	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JNW	COORDINACION CIRUGIA-HOSPITALIZACION CIRUGIA	08669	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BDB	COORDINACION SST	11072	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL0211RZR	COORDINACION URGENCIAS	13904	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL0211S02	COORDINACION URGENCIAS	07124	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BLR	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	13467	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ937031W	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	06614	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2080LP6	ESTACION ENFERMERIA	20879	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ937038G	FARMACIA CIRUGIA	14308	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5700	MXJ81201JZ	FARMACIA-UNIDAD DE CANCER	07353	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL20335W4	GARANTIA DE LA CALIDAD	20972	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BMW	GESTION DOCUMENTAL	CPU034	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	MXJ8350BP2	MXJ8350BP2	HABITACIONES - HOSP. PEDIATRIA	CPU023	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JNH	HABITACIONES-HABITACIONES-HOSP. CIRUGIA	06719	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JMS	HABITACIONES-HOSP. CIRUGIA	11745	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL1061FLY	HOSPITALIZACION 7 PISO	20454	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	HP ProDesk 400 G1	MXL4421K76	LABORATORIO CLINICO	21263	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BNC	OFICINA 2-SST	COMP22	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	Compaq dc5800	MXJ937031J	PLANEACION	14319	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JNM	SALA DE PROCEDIMIENTOS-SALA DE PROCEDIMIENTOS-SALUD MENTAL	02310	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ90206VY	SALA DE TOMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	20942	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	Estación de trabajo HP Z420	2UA24206S6	SALA DE TRANSCRIPCIONES - IMAGENOLOGIA	13919	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	Estación de trabajo HP Z420	2UA2400WRM	SALA DE TRANSCRIPCIONES-IMAGENOLOGIA	09977	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DX 2400	MXL81706RN	SERVICIO DE ALIMENTOS-ECONOMATO	CPU006	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2080LL1	SIAU	20939	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2040TGP	SIAU	07780	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JP3	SIAU	07998	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2080LNB	SIAU	20938	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DX 2400	MXL9140713	SIAU	09337	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BH9	TALENTO HUMANO	COMP23	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JTM	TRABAJO SOCIAL	07356	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ9020F2D	TRABAJO SOCIAL 4 PISO	06464	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL10621J8	UCI ADULTOS 2 PISO	CPU000	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL10621J9	UCI ADULTOS 3 PISO	CPU010	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JN4	UCI GINECO	20738	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL0211S04	UCI GINECO	10037	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JN5	UCI NEONATAL	20890	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 6200 Pro	MXL2021JNS	UNIDAD CARDIOVASCULAR	21109	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ9370326	UNIDAD RENAL - RECEPCION	10034	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 7100 ELITE	MXL0230BDC	URGENCIAS MIU	20894	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ 8100 ELITE	MXL0211RZP	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	20193	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP	COMPAQ DC 5800	MXJ9020C7Y	URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS	07127	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	HP COMPAQ	COMPAQ DC5800	MXJ8120510	PLANEACION	11537	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	JANUS	CPU JANUS INTEL CORE I3	201028529641	CONTAINER BIOETICO	010732	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	JANUS	CPU JANUS INTEL CORE I3	201028529646	CONTAINER BIOETICO	010731	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	LENOVO	M72e Desktop (ThinkCentre)	MJ45M1G	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	AC06801	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	LENOVO	M72e Desktop (ThinkCentre)	MJ45M2T	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	AC06807	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TORRE	LENOVO	M72e Desktop (ThinkCentre)	MJ45M2W	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	AC06804	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	LENOVO	M72e Desktop (ThinkCentre)	MJ45M5A	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	AC06798	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPUTADOR TORRE	LENOVO	S30 Workstation (ThinkStation)	MJ39VRE	RECURSOS FISICOS - OFICINA	006720	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTROLADORA DE DISCOS DUROS V3700 V2	LENOVO	HC4	7813Y38	DATACENTER	008290	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	EMERSON	LIEBERT CRV	Y13GBM0010	DATACENTER	5658	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BLADE	HP	C3000 ENCLOSURE	USE848HYLT	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BLADE CENTER HX5	IBM	7873AC1	06MZYT1	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BLADE CENTER HX5	IBM	7873AC1	06MZYT0	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BLADE CENTER HX5	IBM	SERIE H	KQ8R8R8	DATACENTER	20992	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	CANON	M11059	DW311963	COORDINACION - UNIDAD RENAL	20189	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	CANON	DR-C240	HD314633	GESTION DOCUMENTAL	008172	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	CANON	DR-C240	HD314639	GESTION DOCUMENTAL	008171	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	CANON	DR-C240	HD314647	GESTION DOCUMENTAL	008173	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028585	ALMACEN	008169	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028587	CARTERA	008167	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ814441	CONTRATACION	006693	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012455	CONTRATACION	ESCAN03	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016447	CONTROL INTERNO	007935	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016433	COORDINACION FARMACIA	007932	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012440	COORDINACION FARMACIA	ESCAN02	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016424	GARANTIA DE LA CALIDAD	007936	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8013188	IAMI - OFICINA	007934	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8013171	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	007937	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016435	PLANEACION	007933	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028569	REHABILITACION Y TERAPIAS	008170	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012439	SUMINISTROS	ESCAN04	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028565	UNIDAD DE TRANSPLANTE	008166	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	EPSON ES-400	ES-400	X2H8028562	SUBGERENCIA FINANCERA	008165	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB300Z	ALMACEN	008800	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306X	ANATOMIA PATOLOGICA	008807	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306Q	APOYO ADMINISTRATIVO ING BIOMEDICA	008821	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3064	BANCO DE SANGRE	008824	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1269	BANCO DE SANGRE	006616	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1244	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	006399	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB3003	CARTERA	008802	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN43AM2617	CARTERA	006387	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN965B305M	CONSULTA ESPECIALIZADA	008844	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 3000 S3	CN96MB306T	CONTABILIDAD	008812	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306H	CONTRATACION	008816	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305X	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	008828	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1027	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	006615	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3072	COORDINACION - IMAGENOLOGIA	008804	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305H	COORDINACION - SALUD MENTAL	008835	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET 5000S4	CN7C9B6029	COORDINACION - UNIDAD DE CANCER	008510	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3063	COORDINACION SST	008825	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB3012	COORDINACION URGENCIAS	008795	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1273	COORDINACION URGENCIAS	006625	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3065	COSTOS	008823	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306V	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	008809	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3012	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	008839	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1741	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	006534	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305N	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	008834	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306G	ENDOSCOPIAS	008817	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN07FA800K	EPIDEMIOLOGIA	010614	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1132	EPIDEMIOLOGIA	006621	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306M	FACTURACION - IMAGENOLOGIA	008814	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN43CM1647	FACTURACION - IMAGENOLOGIA	006624	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306J	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008815	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB300S	GERENCIA	008840	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 3000 S3	CN96MB306P	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	008813	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	SJ7500	SG4B61100F	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	006821	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB300J	HABITACIONES - HOSP. MEDICINA INTERNA	008798	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB3002	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	008803	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3069	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	008819	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB300B	HUMANIZACION - OFICINA	008810	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3071	LABORATORIO CLINICO	008805	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3066	LABORATORIO CLINICO	008822	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1237	LABORATORIO CLINICO	006622	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1609	NEUMOLOGIA	006617	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305T	OFICINA ASESORA DE PROYECTOS	008831	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1533	OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	006618	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306C	OFICINA ASESORA JURIDICA	008818	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1096	OFICINA ASESORA JURIDICA	006614	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306W	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	008808	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1531	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	006620	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB300S	OFICINAS MERCADEO	008797	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3062	PRESUPUESTO	008826	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3061	RECEPCION - UNIDAD DE CANCER	008827	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1340	RECURSOS FISICOS - OFICINA	006361	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO 3000 S3	CN96MB305Q	RECURSOS FISICOS - OFICINA	008833	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3067	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	008837	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305W	REVISORIA FISCAL	008829	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 3000 S3	CN96OB300C	SALA DE PARTOS	008799	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB3004	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	008801	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB306R	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	008811	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3046	SIAU	008843	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB30701	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	008806	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1701	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	006623	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET 5000S4	CN7C9B601P	SUMINISTROS	008511	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB3068	TALENTO HUMANO	008820	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB303C	TALENTO HUMANO	008838	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN43AM2639	TALENTO HUMANO	006626	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96OB3017	TESORERIA - OFICINA	008796	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 3000 S3	CN96LB303T	UCI ADULTOS	008842	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305V	UCI GINECO	008830	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN413M1643	UCI GINECO	006400	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305S	UCI NEONATAL	008832	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96MB305C	UNIDAD CARDIOVASCULAR	008836	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	PRO 1000 Móvil	CN429M1324	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006619	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESCANER	HP	LASER JET PRO3000	CN96LB3077	UNIDAD RENAL	008841	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FIREWALL	DELL	SonicWALL NSA 2600	C0EAE482583C	DATACENTER	5657	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FLEX SYSTEM ENTERPRISE SHASIS	LENOVO	HC2	J11XBM1	DATACENTER	008290	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FPC	EMERSON	Liebert FPC FPC05C247MA4525	M13G7U0066	DATACENTER	5659	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	L575	W98Y253968		008439	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL L3110	X644398775	CONTAINER BIOETICO	010728	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	EPSON L355	S3YK098359	CONTROL INTERNO	001633	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	L355	S3YK506527	COORDINACION SST	007029	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	M188D	P3QF304408	DISPENSACION FARMACIA PPAL	007818	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	EPSON L355	S3YK213707	ESTACION ENFERMERIA - UNIDAD DE CANCER	005739	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U220D	F77F275586	FACTURACION AMBULATORIO	11514	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	M188D	P3QF306269	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008187	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U220 POS	P3QP354933	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008860	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U220D	F77F275558	FARMACIA PRINCIPAL	011515	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U220D	F77F275529	FARMACIA PRINCIPAL	011512	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	EPSON	TM-U220D	F77F275559	FARMACIA PRINCIPAL	011513	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U220D	F77F275530	FARMACIA PRINCIPAL	011511	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	EPSON U0311	EZWF016811	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	006835	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-U675	EZWF016813	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	006836	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	EPSON FX 2190	FCTY122052	RX MAMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	14630	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-T88V	X6TT008294	TESORERIA - OFICINA	008953	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	EPSON FX -890	E8BY178349	TESORERIA - OFICINA	13388	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-890	E8BY326984	TESORERIA - OFICINA	7311	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-T88V	X6TT008304	TESORERIA - OFICINA	008954	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-T88V	X6TT008306	TESORERIA - OFICINA	008955	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	EPSON L355	L355	S3YK098005	GARANTIA DE LA CALIDAD	004289	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M501DN BN	PHBTR57275	ALMACEN	008770	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVB00947	ALMACEN	007659	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57235	ANATOMIA PATOLOGICA	008755	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VNB3N32997	BANCO DE SANGRE	13413	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VNB3N32997	BANCO DE SANGRE		TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57334	BIENESTAR LABORAL	008769	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VNB3J11990	CAJA DE URGENCIAS - TESORERIA	002793	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER M202 DW	PHBVF02386	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	007483	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVG00317	CARTERA	007658	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57271	CENTRAL DE ESTERILIZACION	008771	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57347	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008758	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56833	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008785	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57338	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008767	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57336	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008768	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56826	CONSULTORIOS - UNIDAD DE CANCER	008790	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M501DN BN	PHBTR56831	CONTABILIDAD	008787	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	PRO 3000 S3	CN96MB306T	CONTABILIDAD	8712	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400	VNB3X11564	CONTRATACION	IMP017	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET M506dn	PHBGT05611	CONTRATACION	008457	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606	VNB3G03801	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	IMP009	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET M602	CNCCF3C0PD	COORDINACION - IMAGENOLOGIA	001643	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M501DN BN	PHBTR57343	COORDINACION - IMAGENOLOGIA	008762	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56838	COORDINACION - SALUD MENTAL	008783	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Pro M454DW Color Wifi	VNB3D03950	COORDINACION - UNIDAD DE CANCER	008904	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56841	COORDINACION - UNIDAD DE CANCER	008782	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VND3801676	COORDINACION CIRUGIA - HOSPITALIZACION CIRUGIA	14636	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606	VNB3J17442	COORDINACION URGENCIAS	20318	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LS P1006	VNB3N3301	COORDINACION DE TRANSPLANTES		TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	DESKJET JET D2360	TH62R11380	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	IMP011	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VNB3G04277	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	IMPO11	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400 M401DN	VNB3X11556	ECOGRAFIAS - IMAGENOLOGIA	005783	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57351	EDUCACION MEDICA CONTINUADA	008754	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVH00316	ENDOSCOPIAS	007654	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VND3B36161	EPIDEMIOLOGIA	11829	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VND3B36161	EPIDEMIOLOGIA	10829	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTRJ7350	ESTACION ENFERMERIA - HOSP. 7 PISO	008778	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57340	ESTACION ENFERMERIA - SALUD MENTAL	008765	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET M426FDW MFP Multifuncional	PHBLM36DK6	FACTURACION	008794	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET 400 M401DN	VNB3X11563	GARANTIA DE LA CALIDAD	004287	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1505	VND3B58446	GESTION DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA	20983	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P3015	VNB3Y43120	HABITACIONES - HOSP. MEDICINA INTERNA	005716	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400	VNB3X11559	HOSPITALIZACION ADMINISTRATIVA	005665	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57352	HOSP. PEDIATRIA TMI	008753	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVC00531	HUMANIZACION - OFICINA	007657	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400 M401DN	VNB4N03543	IAMI - OFICINA	5599	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57273	IAMI - OFICINA	008776	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57341	NEUROCIRUGIA	008764	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57234	NEUROFISIOLOGIA	008781	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56834	NEUROFISIOLOGIA	008784	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET 1102W	VND3G66374	NEUROFISIOLOGIA	005944	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR52518	OFICINA 2 - SST	008773	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVB00261	OFICINA 2 - SST	007662	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	PRO 400	VNB3X11554	OFICINA ALIMENTOS		TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET M426FDW MFP Multifuncional	PHBLM36DLH	OFICINA ASESORA DE PROYECTOS	008793	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56830	OFICINA ASESORA JURIDICA	008788	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	COLOR LASERJET PRO MFP476NW	CNB6G6W92D	OFICINA GERENCIA	006628	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57346	OFICINA SERVICIO AMBULATORIO	008759	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET CM1312 MFP	CNF8B958K3	PLANEACION	AC08317	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57238	PLANEACION	008777	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET M402	PHBVH00308	PRESUPUESTO	007484	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57236	QUIMIO ADULTOS - UNIDAD DE CANCER	008779	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57274	QUIMIO PEDIATRIA - UNIDAD DE CANCER	008772	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	M4001DN	VNB3X11552	RECEPCION - UNIDAD RENAL	000351	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400 M401DW	VNB4N03544	RECURSOS FISICOS - OFICINA	005532	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	M102W	VNB3J74649	RECURSOS FISICOS - OFICINA	AC08023	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	PRO 400 M400dw	VNB4N03544	RECURSOS FISICOS OFICINA	0055323	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57237	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	008775	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57345	REVISORIA FISCAL	008760	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56828	RX MAMOGRAFIA - IMAGENOLOGIA	008789	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET 1020	CNB2231798	SALA DE CIRUGIA	20539	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M501DN BN	PHBTR57342	SALA DE PARTOS	008763	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400	VNB3X11554	SERVICIO DE ALIMENTOS - OFICINA	10628	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	MFP 1212	CNG9CCM104	SIAU	20450	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56832	SOPORTE NUTRICIONAL	008786	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1102W	VNB3Q53533	SOPORTE NUTRICIONAL ADULTOS	08661	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M102W	VNB3B50211	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	008186	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M402DW	PHBVB00534	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	007664	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VNB3G28887	SUBGERENCIA FINANCIERA	IMP018	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET 600 M602	CNDCG5L17W	TALENTO HUMANO	005727	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57344	TALENTO HUMANO	008761	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 402DW	PHBVB00117	TECNICA MADRE CANGURO	007660	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57241	TESORERIA - OFICINA	008774	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VNB3J18570	TRABAJO SOCIAL PSICOLOGIA	10646	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P2035N	VNB3F26431	TRIAGE - UNIDAD DE CANCER	21116	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LASER JET 1020	CNB0806774	UCI ADULTOS	11579	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1606DN	VND3402455	UCI ADULTOS	14806	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	COLOR LASERJEF PRO M454DW	VNB3D03941	UCI ADULTOS 3 PISO	008903	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57339	UCI GINECO	008766	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR56713	UCI NEONATAL	008780	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57348	UNIDAD CARDIOVASCULAR	008757	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VNB3H10953	UNIDAD DE CANCER	AC04454	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET P3015	VNB3R42858	UNIDAD DE TRANSPLANTE	005792	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET 600 M602	CNCCF3C0PX	UNIDAD RENAL	001600	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JET Prom501dn BN	PHBTR57239	URGENCIAS TRIAGE CONTINGENCIA	008791	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	HP	LASER JEF 1010	CNFB085159	APOYO ADMINISTRATIVO ING BIOMEDICA	07411	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	LASSER IMAGER	MAR/CARESTREAM MOD/5850	70036000	DIGITALIZACION - IMAGENOLOGIA	14496	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	SAMSUNG	LASER ML-2160	Z7BMB8GCAB0018W	TRABAJO SOCIAL PSICOLOGIA	22155	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2070	06YCB8KG5D00TXV	UCI PEDIATRICA	007021	TRIMESTRAL	4S Feb- 4S May-4S Ago- 4S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA		PRO3000 S4	CN07FA800K	UCI PEDIATRICA	10614	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA		PRO 3000 S3	CN9608300C	SALA DE PARTOS	8799	TRIMESTRAL	3S Feb- 3S May-3S Ago- 3S Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA DE ETIQUETAS	ZEBRA	ZT410	185182000572	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008847	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPRESORA DE ETIQUETAS	ZEBRA	ZT410	185182000575	FARMACIA - UNIDAD DE CANCER	008848	TRIMESTRAL	2S Feb- 2S May-2 Ago- 2S-Nov	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR	APC	KVM Switch		DATACENTER			3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
QNAP	QNAP	TS-451	Q176I06238	DATACENTER	007979	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
QNAP	QNAP	TS-873U-RP	Q177109106	DATACENTER	008273	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
QNAP	QNAP	TVS-1272XU-RP	QC18070211	DATACENTER	008717	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant BL460c		DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant BL460c		DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant BL460c G7	MXQ2030D7Z	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant BL460c G7	MXQ20108SX	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant BL460c G7	MXQ2030D7Z	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant DL380p Gen8	CN8125M446	DATACENTER	20993	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant DL380p Gen8	SIS012676	DATACENTER	20994	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	HP	ProLiant DL380p Gen8	BRC611N0BL	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	LENOVO	ThinkStation S30	MJ39NTM	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR	LENOVO	ThinkStation S30	MJ39NTC	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR THINKSSYSTEM SN550	LENOVO	7X16CTO1WW	J1001070	DATACENTER	008290-1	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVIDOR THINKSSYSTEM SN550	LENOVO	7X16CTO1WW	J1000YLA	DATACENTER	008290-2	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
STORAGE	HP	StorageWorks Ultrium 448 SAS		DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
STORAGE	HP	StorageWorksMSA2000	SIS012677	DATACENTER	20995	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
STORAGE	HP	StorageWorksP2000		DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
STORAGE	IBM	Stormwize V3700	7808524	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G153700059H	ADMINISTRACION	AC08408	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G152800015H	ADMINISTRACION	AC08407	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G153700008H	ADMINISTRACION	AC08406	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G153700011H	ADMINISTRACION	AC08405	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200085J	ADMINISTRACION	AC08404	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-28GT	A05115A173400066F	ADMINISTRACION	008278	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	A05117G181200004J	ADMINISTRACION	008427	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181500006k	BANCO DE SANGRE	008433	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-28GT	A05115A173200047F	CANCEROLOGIA	008276	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181200003j	CANCEROLOGIA	008425	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181200006j	CANCEROLOGIA	008426	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000152G	CONTABILIDAD	AC08383	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800068	CONTABILIDAD		SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800027	CONTABILIDAD		SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G201900039	CONTABILIDAD	11798	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A05115A173200014F	CONTABILIDAD	008274	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181500005k	CONTABILIDAD	008430	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000120G	DATA CENTER	AC08433	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000145G	DATA CENTER	AC08434	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000209G	DATA CENTER	AC08435	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G125100032F	DATA CENTER	AC08436	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G130500336F	DATA CENTER	AC08437	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G130500033F	DATA CENTER	AC08438	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G150300178H	DATA CENTER	0	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A053024194600073	DATA CENTER	011097	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200032J	DATA CENTER	AC08441	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A047364130800017C	DATA CENTER	AC08439	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	A05117G164500172H	DATA CENTER	008181	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X610-24SPs/X	A04501A142400040E	DATA CENTER	AC08442	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X610-24SPs/X	A230CC00E	DATA CENTER	AC08443	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-XS916MXT	A05285A180200012D	DATA CENTER	008435	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000204G	FACTURACION	AC08384	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G133400337G	FACTURACION	AC08385	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G141600195G	FACTURACION	AC08386	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G135000146G	FACTURACION	AC08387	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G153300099H	FACTURACION	AC08388	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-x510-28GTX	A04736G153200036J	FACTURACION	AC08390	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200078J	FACTURACION	AC08389	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-52GTX	A05117G181200007J	FACTURACION	008434	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G123500002F	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	AC08358	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131600167F	MATERNO_CCA	AC08359	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192500258	MATERNO_CCA	009874	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192500176	MATERNO_CCA	009876	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800018	MATERNO_CCA	009937	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800033	MATERNO_CCA	009939	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800037	MATERNO_CCA	009941	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800053	MATERNO_CCA	009943	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800070	MATERNO_CCA	009945	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305A190400035	MATERNO_CCA	009947	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX	G24SK2012	MATERNO_CCA	009892	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192900120	MATERNO_CCB	009884	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192900205	MATERNO_CCB	009886	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800008	MATERNO_CCB	009949	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800010	MATERNO_CCB	009951	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800039	MATERNO_CCB	009953	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800043	MATERNO_CCB	009955	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800025	MATERNO_CCB	009957	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800028	MATERNO_CCB	009959	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX	G24SK6019	MATERNO_CCB	009890	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800049	MATERNO_GARITA		SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192700090	MATERNO_SOTANO	009878	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192500156	MATERNO_SOTANO	009880	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A05143G192500187	MATERNO_SOTANO	009882	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800015	MATERNO_SOTANO	009929	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800062	MATERNO_SOTANO	009931	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305A190400040	MATERNO_SOTANO	009933	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05605G193800067	MATERNO_SOTANO	009935	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX	G24SK6007	MATERNO_SOTANO	009888	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X930-28GTX	A052704193900013	MATERNO_SOTANO	009894	SEMESTRAL	4S Abril- 4S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181200008j	REDES E INFRAESTRUCTURA	008428	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G20190005 L	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA		SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GP	A053024191900022	REHABILITACION Y TERAPIAS	011045	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	x510-28GTX	A047364130800016	SALAS DE CIRUGIA 1	AC08424	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	x510-28GTX	A047364130800027	SALAS DE CIRUGIA 1	AC08423	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	x510-28GTX	A047364130800032	SALAS DE CIRUGIA 1	AC08422	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	x510-28GTX	A047365130800015	SALAS DE CIRUGIA 1	AC08421	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G144500051 G	SALAS DE CIRUGIA 2	AC08416	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G144800002 G	SALAS DE CIRUGIA 2	AC08417	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G144500054 G	SALAS DE CIRUGIA 2	AC08418	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G133900057 G	SALAS DE CIRUGIA 2	AC08419	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	x510-28GSX		SALAS DE CIRUGIA 2	AC08420	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G152800017H	SEXTO PISO	AC08356	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131000404F	SEXTO PISO	AC08357	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200027J	SEXTO PISO	AC08355	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	A05117G181200005J	SEXTO PISO	008429	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-28GT	A05115A173200009F	SOTANO	008277	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181500009k	SOTANO	008432	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181500003k	SOTANO	008431	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131000402F	TERCER PISO	AC08367	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131600082F	TERCER PISO	AC08366	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131600131F	TERCER PISO	AC08365	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131600084F	TERCER PISO	007072	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G131600024F	TERCER PISO	AC08364	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G153700006H	TERCER PISO	AC08363	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200033J	TERCER PISO	AC08368	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X530L-52GTX	a10237g203000051 s	Uci Adultos		SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G130500015F	URGENCIAS	AC08375	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G133900068G	URGENCIAS	AC08374	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G133400330G	URGENCIAS	AC08373	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-8000GS/24	A03968G152800023H	URGENCIAS	AC08372	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510-28GTX-10	A04736G153200022J	URGENCIAS	AC08371	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-28GT	A05115A173200008F	URGENCIAS	008275	SEMESTRAL	2S Abril- 2S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X230-28GT	A05305G193800013	ZONA DE EXPANSION ONCOLOGIA		SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-X510L-52GT	a05117g181500001 k	ZONA DE EXPANSION ONCOLOGIA	008440	SEMESTRAL	3S Abril- 3S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SWITCHE	ALLIED TELESIS	AT-XS916MXT	A05285A180200001D		008436	SEMESTRAL	1S Abril- 1S Octubre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
THINKSSYSTEM SN850	LENOVO	7X15CTO1WW	J1007EK0	DATACENTER		SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SMT 3000	AS1805332581	CAMA 216	008497	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SMT 3000	AS1805332582	CAMA 217	008495	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SMT 3000	AS1805332580	CAMA 218	008498	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SMT 3000	AS1805332587	CAMA 219	008496	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SUA2200	JS623036337	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	003730	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SUA1000	AS0837220998	CENTRO DE CABLEADO	UPS009	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	SMART-UPS 2200	JS0740005316	ECOGRAFO	14219	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	APC	BR1000G	B1426X13642	LABORATORIO CLINICO	AC06969	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	APC	SURTA 2000XL	JSO949002269	RADIOTERAPIA	UPS026	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	UPO11-2AX	MA2A450037	CAMA 201	005530	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	UPO11-3AX	MA314380053	CAMA 202	006433	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	UPO11-2AX	MA2A1450019	CAMA 203	006074	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	B-UPR706	090303-1290232	NEUROFISIOLOGIA	AC07609	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	UPO11-1AX	MA322660022	SEXTO PISO	UPS001	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	CDP	UPO11-1AX	MA3226600016	TERCER PISO	10604	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1312064470	CAMA 200	005683	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012682	CAMA 200	005790	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012576	CAMA 201	005786	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1502001374	CAMA 205	005787	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1502001391	CAMA 206	UPS030	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012766	CAMA 207	005771	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1502001588	CAMA 208	15994	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012743	CAMA 210	11149	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012647	CAMA 211	14832	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1401012501	CAMA 214	005841	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II		CENTRO DE CABLEADO	AC08348	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	900031509200225	ECOGRAFIA	007409	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	EAST	EA903II	E1411005442	CAMA 204	006791	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST	EA903II	E1502001521	CAMA 205	006839	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EAST ONLNE	EA903IIRT	900031701140101	CENTRO DE CABLEADO	AC08347	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert Nxr60	2101200538214C020001	CUARTO TECNICO 1	007034	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert Nxr60	2101200538214A01000D	CUARTO TECNICO 2	007159	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert NXr 90	21012005372126010001	DATA CENTER	AC08346	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert NXr150	332148010003	ENTRADA VEHICULAR SOTANO	007032	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert NXr150	33214A020001	ENTRADA VEHICULAR SOTANO	007031	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	GXT4-10000 RT208	1600201348BW953	FACTURACION	007713	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	GXT3-10000RT208	1335201188BW103	SALAS DE CIRUGIA	AC07601	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	GXT3-10000RT208	1431801806 BW103	SALAS DE CIRUGIA	007033	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert GXT3	1125800019BW103	SEXTO PISO	UPS010	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert GXT3	1125800021BW103	TERCER PISO	AC07599	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON	Liebert Nxr120	2101200535214C010006	UCI PEDIATRICA	006994	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON LIEBERT	GXT3-6000RT208	1421701625BW013	EXPANSION ARCHIVO	006803	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	EMERSON LIEBERT	GXT3-10000RT208	1328801060BW103	URGENCIAS	AC07607	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	ENERGEX	ULT-10K	10032810804	ADMINISTRACION	06279	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	KEHUA TECH	KR2000	P307AA0F0356	CAMA 208	14833	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	KEHUA TECH	KR3000	B312HA0F5063	VIGILANCIA	005845	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	NETION	750 VA	E1910047669	CENTRO DE CABLEADO	AC09152	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	1 KVA	E1911060470	CONSULTA EXTERNA	010520	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067266	CONSULTORIO 1	AC09136	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067265	CONSULTORIO 1	AC09133	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067268	CONSULTORIO 2	AC09135	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067267	CONSULTORIO 2	AC09134	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047356	CONSULTORIO 3	AC09131	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066032	CONSULTORIO 3	AC09145	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066068	CONSULTORIO 4	AC09132	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066065	CONSULTORIO 4	AC09126	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066955	CONSULTORIO 5	AC09124	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047357	CONSULTORIO 6	AC09127	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047355	CONSULTORIO 7	AC09128	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066067	CONSULTORIO 7	AC09125	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066031	CONSULTORIO 8	AC09146	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067205	CONSULTORIO 8	AC09144	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066066	CONSULTORIO 9	AC09129	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067206	CONSULTORIO 9	AC09143	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047358	ESTACION ENFERMERIA	AC09130	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	NETION	750 VA	E1910047374	ESTACION ENFERMERIA	AC09137	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047372	ESTACION ENFERMERIA	AC09138	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047371	ESTACION ENFERMERIA	AC09140	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067207	ESTACION ENFERMERIA	AC09141	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911067208	ESTACION ENFERMERIA	AC09142	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066029	FACTURACION	AC09147	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1911066030	FACTURACION	AC09148	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047670	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	AC09151	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910044766	NEUROFISIOLOGIA	AC09150	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	1 KVA	E1911060867	PLANTA DE GASES	AC09153	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	1 KVA	E1911060865	RACK	AC09123	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047668	SISTEMAS DE INFORMACION	AC09149	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NETION	750 VA	E1910047373	TESORERIA - CAJA	AC09139	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NICOMAR	MICRONET 1000	EL6111800079	ENDOSCOPIA	UPS002	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NICOMAR	MICRONET 1000	EL6111800115	ENDOSCOPIA	11142	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	NICOMAR	MICRONET 750	EL4114603603	NEUROFISIOLOGIA	AC07612	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	POWEST- TITAN	POWEST-TITAN-3KVA	1070104-84470044	CAMA 203	007843	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	POWEST-TITAN	POWEST-TITAN-3KVA	161122-17570034	CAMA 204	007840	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	POWEST-TITAN	POWEST-TITAN-3KVA	170104-84470043	CAMA 209	007842	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	POWEST-TITAN	POWEST-TITAN-3KVA	170104-84470052	CAMA 220	7841	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	POWEST-TITAN	TITAN RM99100	33120121105210	CUARTO TECNICO	10715	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	POWEST-TITAN	EA9920	110027860972604200020	CUARTO TECNICO 1P	9917	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	QBEX	EPSILON 6K	091222-70120007	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	003739	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	QBEX	EPSILON 6K	836211011100049	CRIOSTATO	UPS007	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	QBEX	EPSILON-3K	83311201100273	NEUROFISIOLOGIA	20986	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	QBEX	EPSILON-3K	83311201100293	RADIOTERAPIA	AC07604	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	QBEX	Epsilon 10.000	091218-70130005	SOTANO	AC07608	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	STAR TEC	ST-U-3K	83312101500364	BACKUP	11805	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	STAR TEC	ST-U-3K	83312011100363	REFERENCIA	11808	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	STARTEC	ST-U-650	221410301480	CORRESPONDENCIA	AC07603	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	TITAN	6K	130317-36040027	CONTABILIDAD	001534	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	TITAN	1KVA	100507-69690073	PLANTA DE GASES	AC07602	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	TRIPP-LITE	BP240V10RT3U	9650AY0BPP577400053	CANCEROLOGIA	AC07605	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT4-10000RT208	1906803024BW953	C.C SOTANO	9923	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100327	CAMA 202	009440	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT-MT+3000	83311904100028	CAMA 207	008858	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100324	CAMA 212	009436	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100326	CAMA 213	009437	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100364	CAMA 215	010688	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100330	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	009441	TRIMESTRAL	1S Mar-1S Jun-1S Sep- 1S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	EXM	2101201724217C090006	CENTRO DE CABLEADO	8492	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT-MT+3000	83312011100029	CONSULTORIO	11096	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT4-10000RT208	1828003080BW953	CUARTO TECNICO 1P	9927	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT4-10000RT208	1906803032BW953	CUARTO TECNICO 1P	9925	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT4-10000RT208	1828003070BW953	CUARTO TECNICO 1P	9921	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT4-10000RT208	1828003089BW953	CUARTO TECNICO 1P	9919	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312001100009	PATOLOGIA	008971	TRIMESTRAL	4S Mar-4S Jun-4S Sep- 4S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	GXT-MT+3000	83312011100034	REHABILITACION	11095	TRIMESTRAL	3S Mar -3S Jun -3S Sep- 3S Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	833112005100402	UCI PEDIATRICA	009435	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UPS	VERTIV LIEBERT	3 KVA	83312005100323	UCI PEDIATRICA	009438	TRIMESTRAL	2S Mar-2S Jun-2S Sep- 2S-Dic	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
WORKSTATION	LENOVO	S30 Workstation (ThinkStation)	MJ39NTC	DATACENTER - TECNOLOGIA INFORMATICA	006718	SEMESTRAL	1S Marzo - 1S Septiembre	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANTA TELEFONICA	PANASONIC	KXTDA-100	N/R	UNIDAD DE CANCELOROGIA	N/R	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANTA TELEFONICA	AVAYA	GS 450	N/R	CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL	N/R	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	8854	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	INFECTOLOGIA PEDIATRICA	8854	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	UCI PEDIATRICA	8854	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	UCI NEONATAL	8854	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA	8856	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	NEUMOLOGIA PEDIATRICA	8856	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	NEUROCIRUGIA	8856	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	UNIDAD MENTAL	7951	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA	7041	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	7759	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	7760	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
SISTEMA LLAMADO ENFERMERIA	INTERCALL	N/R	N/R	SEPTIMO PISO	6084	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	REVISION, CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA PARTES Y COMPONENTES
CAMARA DOMO INFRAROJO	DTX	N/R	201409290140	CANCEROLOGIA ENTRADA PRINCIPAL	20639	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	OT-503	693053101221	SALIDA FUNCIONARIOS	AC08354	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR4	493972878	PUERTA PRINCIPAL ENTRADA VISITANTES	AC06997	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-D70V24	DTX057025	ASCENSORES ENTRADA PRINCIPAL		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	513430703	PASILLO PUERTA INTERNA URGENCIAS - OBSERVACION	AC07092	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295368	PASILLA DE URGENCIAS-CAPITA Y RAYOS X	7772	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295376	PASILLO PUERTA INTERNA URGENCIAS - OBSERVACION	7774	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	OT 503	693053101221	CAPILLA	AC08353	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295388	ENTRADA FUNCIONARIOS CONTROL BIOMETRICO	7779	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	TAC TOMOGRAFIA	20621	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	RX 1	20620	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	RX 2	20627	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	RX 3	20622	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	613295404	IAMI	7782	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	613295418	FACTURACION CIRUGIA RAMPA	7784	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	613295406	UNIDAD MENTAL - SALA DE ESPERA	7783	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	OT 503	693053101221	INGRESO NUTRICION-ASCENSOR	AC08352	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI BALA INFRAROJA	N/R	CG35A	552705160063	ENTRADA CARDIOLOGIA NO INVASIVA		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T.VFIR3	613295393	2 PISO UCI GINECO	7781	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295367	COCINA	7771	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	VG-6376LR	VG637611090136113	PUERTA ENTRADA MERCADO		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972860	PLANTA DE OXIGENO	AC06989	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493973188	SALIDA UNIVERSIDAD - PLANTA DE OXIGENO	AC06993	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO PTZ CON INFRAROJO	DTX	N/R	201409290152	URGENCIAS	CAMAR01	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	N/R	KDV-1089SH20	C1M2724	URGENCIAS - APOYO		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	613295369	URGENCIAS FACTURACION EXTERNA	7773	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972880	PUERTAS PEDIATRIA URGENCIAS	AC06998	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493973059	SALA TRIAGE - URGENCIAS	AC06994	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	513430704	PASILLO REANIMACION URGENCIAS	AC07091	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	N/R	711501560283	SOTANO BODEGA MEDICAMENTOS	AC08445	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO	N/R	N/R	N/R	SOTANO - PUERTA MONITOREO		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	OT 503	693053101221	SOTANO - ASCENSORES	AC06896	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	OT 503	693053101221	SOTANO - PASILLO CONSULTORIOS	AC08351	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	OT 503	693053101221	SOTANO - PASILLO SALA DE ESPERA	AC08349	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	613295377	SALA DE ESPERA SOTANO	7775	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	OT 503	693053101221	SOTANO - SALIDA A GERENCIA	AC08350	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO PTZ	HIKVISION	DS2AE5225TIA	152942213	PARQUEADERO SOTANO	8292	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	N/R	A20090/0001	MORGUE		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE16DOT-VFIR3F	166358823	PLANTAS ELECTRICAS SOTANO EXTERNA	AC08001	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	793972831	LAVANDERIA SOTANO	AC06999	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972884	PLANTAS ELECTRICAS SOTANO INTERNA	AC07001	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972879	TABLEROS PLANTAS ELECTRICAS	AC07002	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	FARMACIA 1 PISO PUERTA	20624	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	FARMACIA 1 PISO DESPACHO	20625	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	2011091200653	FARMACIA 1 PISO BDEGA	20626	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINIDOMO SIN INFRAROJO	N/R	CG35A	522705160019	PASILLO 7 PISO	20629	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295366	ASCENSOR 7 PISO	7770	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO	N/R	CG35A	551304130255	PASILLO 6 PISO	20628	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295380	ASCENSOR 6 PISO	7777	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	VIXZION	N/R	N/R	PASILLO 5 PISO		CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295387	ASCENSOR 5 PISO	7778	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	N/R	RK3422LSN-B36	9104007	PASILLO 4 PISO	20631	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493973067	ASCENSOR 4 PISO	AC06990	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI BALA SIN INFRAROJO	N/R	CG35A	552705160183	PASILLO 3 PISO	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295379	ASCENSOR 3 PISO	7776	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO	N/R	C635A	552705160033	2 PISO CIRUGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	613295393	CANCEROLOGIA SERVICIO AL CLIENTE	7781	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINIDOMO SIN INFRAROJO	N/R	RC D42	ENCM41-2012-10	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	SIERA XPRO	PRO-7050-NTSC	2012122500130	PASILLO CALLE 9	5741	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	N/R	SV-3048 AV	1107120014	ENTRADA ONCOLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO INTRAROJO	N/R	GC35A	552705160045	ENTRADA CALLE 9	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO PTZ	DTX	N/R	N/R	ENTRADA PRINCIPAL USUARIOS	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR:0011227	CANCEROLOGIA ENTRADA INTERNA	AC06904	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972869	CANCEROLOGIA CAFETERIA	AC06992	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493973065	CANCEROLOGIA ESTACION ENFERMERIA	AC06991	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	NERC-DE6003	DTX095299	CANCEROLOGIA FARMACIA	AC06901	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	GRC-DE60V26N	GR:0011247	CANCEROLOGIA PASILLO OFICINA BUNKER	AC06900	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR:0011241	CANCEROLOGIA OFICINA BUNKER	AC06902	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR:0008390	CANCEROLOGIA PUERTA BUNKER	AC06898	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR:0011206	CANCEROLOGIA - BUNKER	AC06899	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972868	CANCEROLOGIA JARDIN 1	AC06995	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972882	CANCEROLOGIA JARDIN 2	AC06996	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DVR GRABADOR DIGITAL 24 CH	HIKVISION	DS-7324HWI-SH	490456707	SALA DE MONITOREO	6721	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 32 CH	HIKVISION	DS-7332HGHI-SH	681774031	SALA DE MONITOREO	7931	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 32 CH	HIKVISION	DS-7332HGHI-SH	681774089	SALA DE MONITOREO	7930	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 64 CH	HIKVISION	DS-9664NI-18	798412297	SALA DE MONITOREO	8393	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	SAMSUMG	UN32EH4000MXZL	Z4SM3CFC300007X	SALA DE MONITOREO	22205	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	PANASONIC	TC-L32X35M	EXDB11226777	SALA DE MONITOREO	20647	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	SAMSUMG	UN32D4003BMXZL	Z3Y53CUB602583D	SALA DE MONITOREO	MOHP01	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 50"	SAMSUMG	UN50FH5303KXZL	01XW3CBF400506P	SALA DE MONITOREO	6722	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 24 CH	HIKVISION	DS-7324HQH-IK4	143311683	SALA DE SISTEMAS CANCEROLOGIA	8291	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NVR 16 CANALES	DAHUA	DHI-NVR4416-16P-4KS2	3E05516PAMFV5PF	RACK UNIDAD MENTAL	20646	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00153	NEUROFISIOLOGIA - BANCO SANGRE ENTRADA	8260	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00196	NEUROFISIOLOGIA - BANCO SANGRE -SALIDA	8261	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00162	UNIDAD CANCEROLOGIA ENTRADA	8257	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00131	UNIDAD CANCEROLOGIA SALIDA	8262	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00025	GERENCIA - SALIDA	8264	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00069	GERENCIA - ENTRADA	8266	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00175	PARQUEADERO GERENCIA ENTRADA	8258	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00095	PARQUEADERO GERENCIA - SALIDA	8263	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00127	ACCESO FUNCIONARIOS SALIDA	8254	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00015	ACCESO FUNCIONARIOS ENTRADA	8265	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00137	VISITANTES SALIDA	8256	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00192	VISITANTES ENTRADA	8259	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00009	URGENCIAS SALIDA	8253	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA	DAHUA	DH-IPC-HFW5431E-Z	3E05566PAA00158	URGENCIAS - ENTRADA	8255	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMPLIFICADOR	TOA	A-1121 LH	11179322	UNIDAD DE CANCER	11492	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REPRODUCTOR DE CD	TECHNICS	SL.PD7	DP1BB004423	UNIDAD DE CANCER	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salu
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORA DE VOLUMEN POR ZONAS	N/R	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCER	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PARLANTE DE TECHO	YAMAKI	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCER	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3 PARLANTE DE TECHO	YAMAKI	PT-6225T	N/R	OFICINA BUNKER - UNIDAD DE CANCER	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
111 PARLANTES DE TECHO	YAMAKI	N/R	N/R	HOSPITAL	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMPLIFICADOR	PHONIC	ICON 3000	N/R	SALA CONMUTADOR	6205	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMPLIFICADOR	PHONIC	ICON 3000	N/R	SALA CONMUTADOR	6208	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MEZCLADOR DE AUDIO	PHONIC	AM440	MFP1H60364	SALA CONMUTADOR	6209	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MICROFONO	ZANSUI	K-690	N/R	SALA CONMUTADOR	N/R	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	SISTELECTRO	RL 3KVA	N/R	SALA CONMUTADOR	6207	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGLETA	CHALLENGER	EU 500	N/R	SALA CONMUTADOR	6201	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGLETA	CHALLENGER	EU 500	N/R	SALA CONMUTADOR	6204	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NVR		N/R	N/R	SISTEMAS SALIDA UNIVERSITAR	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MONITOR INDUSTRIAL	AOC	N/R	N/R	ENFERMERIA UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	VIVOTEK	N/R	N/R	ENFERMERIA UNIDAD MENTAL	7951-16	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	VIVOTEK	N/R	N/R	JARDIN 2 UNIDAD MENTAL	7951-20	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	VIVOTEK	N/R	N/R	JARDIN 2 UNIDAD MENTAL	7951-17	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	VIVOTEK	N/R	N/R	COMEDOR UNIDAD MENTAL	7951-21	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	VIVOTEK	N/R	N/R	COMEDOR UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	SALON UNIDAD MENTAL	7951-6	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 01 UNIDAD MENTAL	7951-10	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 02 UNIDAD MENTAL	7951-9	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 06 UNIDAD MENTAL	7951-4	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 07 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 08 UNIDAD MENTAL	7951-2	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 09 UNIDAD MENTAL	7951-8	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 10 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado

ANEXO N°1

Juntos Crecemos en Salud
#HospitalHumanizado
HUILA CRECE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: **Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática**

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 11 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 12 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 13 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 14 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 18 UNIDAD MENTAL	NR	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA CUPULA DE ESQUINA	VIVOTEK	CD8371	N/R	HABITACION 19 UNIDAD MENTAL	7951-1	CUATRIMESTRAL	MAR - JUN - OCT	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO