



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
DOTACION HOSPITALARIA DE LA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NEIVA**



**FECHA DE EMISION:
AGOSTO 2015**

VERSIÓN : 01

CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y
DOTACION HOSPITALARIA EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
2018**

1. INTRODUCCIÓN:

El Plan de Mantenimiento se constituye en un instrumento de planeación, mediante el cual la E.S.E. orienta sus acciones hacia la conservación de la infraestructura física y los equipos en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido, con base en procesos establecidos y una programación desarrollada y evaluada de manera mensual, con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que encuentran oportunidad en la solicitud del servicio, cumplimiento en el mantenimiento preventivo, información durante el mantenimiento correctivo, confiabilidad del servicio, servicio integral, sentido de pertenencia.

La institución desarrolla acciones tendientes a asegurar en el funcionamiento eficiente y continuado de los ambientes, las instalaciones, los equipos, mediante la prevención, la conservación y el mejoramiento de los mismos, a fin de lograr una mayor vida útil, seguridad de operación y economía en costos. En este sentido, el mantenimiento llega a tener connotación, cuando se conserva en operación continua, confiable, segura, económica en la totalidad de las instalaciones, inmuebles y equipos que la institución tiene para la prestación de atención de salud a la comunidad surcolombiana.

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617 de 1995 reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 sobre el Mantenimiento Hospitalario. El Decreto 2174 de 1996, por el cual se organiza el Sistema de Garantía de Calidad, establece en su artículo 3 las características de la calidad, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

de recursos, calidad que depende en buena medida de la realización del mantenimiento hospitalario.

2. DEFINICIÓN:

Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo y de la Planta física hospitalaria.

3. OBJETIVO:

Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos de la ESE Hospital Universitario de Neiva.

3.1 OBJETIVOS GENERALES

- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.
- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a los directivos de la institución y demás dependencias el

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente en la prestación del servicio, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

- Entrenamiento inicial y continuo por lo menos una vez a año, a todo el personal asistencial en la seguridad y el uso efectivo de los equipos biomédicos.
- Reporte rápido y efectivo de los problemas presentados: incidente, accidentes, peligros potenciales y problemas de riesgos relativos a equipos biomédicos o a la dotación.
- Implementar procesos que garanticen la minimización de riesgos asociados con la adquisición de las tecnologías.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios.
- Proporcionar documentación esencial y necesaria de todos los equipos y su ubicación.
- Minimizar la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar la documentación de mantenimiento de todos los equipos y espacios.
- Garantizar una continua prestación de servicios de salud, gracias al perfecto funcionamiento de los equipos.
- Establecer procedimientos con los cuales examinar periódicamente las condiciones materiales de equipos biomédicos, a fin de asegurar la eliminación o minimización y control de riesgos, así como su conservación en condiciones óptimas de funcionamiento reduciendo las posibles averías y fallos provocados por el mal estado de los mismos.

3.2. OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:

El Plan de Mantenimiento de la infraestructura y dotación presenta los siguientes objetivos:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CÓDIGO: GAF-RF-F-003-006J

- Ejecutar y administrar adecuadamente el presupuesto de mantenimiento con base en el Plan de mantenimiento hospitalario y la norma legal vigente.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.
- Brindar cumplimiento con las actividades programadas según el Plan de Mantenimiento Preventivo.
- Informar a las áreas el programa de mantenimiento preventivo
- Garantizar el cumplimiento del programa de calibración
- Disminuir el tiempo de respuesta entre la solicitud y revisión del equipo
- Informar continuamente el estado del mantenimiento correctivo
- Garantizar que el trabajo realizado esté a satisfacción del usuario.

4. ALCANCE:

Este documento es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo de mantenimiento preventivo en los diferentes servicios, y su elaboración será anual y su terminación será el funcionamiento adecuado de cada elemento de la planta física.

5. DEFINICIONES:

Plan de mantenimiento. Es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al servicio de mantenimiento de la institución. El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de la institución.

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CÓDIGO: GAF-RF-F-003-006J

Infraestructura hospitalaria. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

Dotación hospitalaria. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: los equipos industriales de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativos y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

Equipo industrial de uso hospitalario. Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

Equipo biomédico. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

Equipo de comunicaciones e informática. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

Plan de mantenimiento preventivo: Es el mantenimiento que se realiza a la infraestructura física, durante un año en periodos definidos sistemáticamente, estableciendo un cronograma el cual busca prevenir daños inoportunos, garantizando la calidad y seguridad del funcionamiento de todos los elementos de la planta física.

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CÓDIGO: GAF-RF-F-003-006J

Plan de mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento que se realiza una vez suceda un evento inesperado en algún componente de la infraestructura, que debe ser atendida de manera inmediata, garantizando el buen funcionamiento y evitando daños secundarios que pueden producir sobre costos y la parálisis de un servicio.

Adecuación: Intervención de la infraestructura física, en la que no se modifican las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, mejorando las condiciones existentes de acabados y tecnología.

Baño: Ambiente que cuenta con lavamanos, sanitario y ducha.

Barrera física: Elementos materiales que permiten separar áreas o espacios, ambientes o servicios entre sí.

Disponibilidad: Que tiene el recurso en el momento en que se requiere pero que no necesariamente hace parte integral del área, ambiente, o del servicio, pudiendo estar ubicado en áreas o ambientes distintos y en el caso de instalaciones o redes suplirse con dispositivos elementos o equipos independientes.

Lavamanos: Aparatos dotados con llaves para suministro de agua y sifón, de uso exclusivo para lavado de manos, la grifería, donde se requiera por las condiciones de asepsia (áreas quirúrgico-obstétrica y de procedimientos, será con accionamiento manos libres).

Lavapatos: Aparatos sanitarios dotados con un sistema que garantice un arrastre hidráulico, para vertimiento de residuos líquidos, secreciones o excretas, dotado con ducha (o aspersor) tipo teléfono.

Pocetas de aseo: Área de uso específico para efectuar las operaciones de aseo y limpieza de carácter general (pisos, paredes, mesones, etc.). Cuenta con punto hidráulico y desagüe, localizadas, en general, dentro de ambientes organizados para recibir también los elementos de aseo (trapeadores, detergentes, baldes, contenedores, carros de aseo, etc.).

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CÓDIGO: GAF-RF-F-003-006J

Pocetas de lavado: Aparatos dotados con llave para suministro de agua cuello de cisne y sifón con rejilla, destinados a operaciones de lavado de materiales, elementos, etc. pueden ser de distintas dimensiones de acuerdo con el uso específico que tienen asignado. Generalmente localizados sobre mesones o independientes.

Remodelación: Intervención de la infraestructura física, en la que se modifican las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, mejorando las condiciones existentes y ajustándose a nuevos requerimientos de espacios, uso, acabados y nuevas tecnologías.

Unidad sanitaria: Ambiente que cuenta con lavamanos y sanitario.

Vertedero: Aparato de uso exclusivo para vertimiento de residuos líquidos, en material lavable, dotado con sifón, rejilla, llave de suministro de agua cuello de cisne y con ducha (o aspersor) tipo teléfono

6. CONTENIDO O CUERPO:

El plan de mantenimiento contempla los Items que se definen para la infraestructura y para la dotación en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Decreto 1769 de 1994 de acuerdo con las características y condiciones de la institución.

Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura física hospitalaria:

- **Edificios** se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen las puertas, ventanas, baños, entre otros.
- **Instalaciones físicas:** son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo garitas de vigilancia, garajes para automotores, cuartos donde se alojan las plantas eléctricas, los sistemas de suministro de gases, entre otras.

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

- **Sistema de Redes:** forman parte de este Las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, las redes telefónicas, las Instalaciones hidráulicas y sanitarias, las instalaciones de vapor, redes locales, redes de conducción de gases y medicinales.
- **Áreas adyacentes:** son los jardines, los parques, las entradas etc.

Se entiende por dotación hospitalaria:

Equipo biomédico:

- De diagnóstico son, por ejemplo: los equipos de rayos X, los ecógrafos, los equipos de medicina nuclear, los tomógrafos axiales computarizados, los equipos de resonancia magnética nuclear, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los electroencefalógrafos, los holter, los capnógrafos, los medidores de O2 y CO2 indirectos, entre otros.
- De tratamiento y mantenimiento de la vida se consideran las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos exteriores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, los equipos de radioterapia y de terapia por radiaciones ionizantes, los equipos de diálisis, diatermias, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara cirúrgica), entre otros.
- De rehabilitación se consideran los aparatos para: terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.
- De prevención pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.
- De análisis de laboratorio son, por ejemplo: los medidores de acidez o base (ph metros), centrifugas, balanzas, baños de maría, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores para banco de sangre etc.

Equipo industrial de uso hospitalario:

- Plantas eléctricas son los generadores de electricidad que se emplean cuando el fluido eléctrico normal falla.

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

- Equipos de lavandería y cocina son, por ejemplo: las lavadoras, las calandrias, las planchas, las marmitas, las secadoras, las ollas, los carros termos, las batidoras, las licuadoras, grecas etc.
- Las calderas, las bombas de agua, motobombas.
- Autoclaves y equipos de esterilización sean estos eléctricos o de vapor o por óxido de etileno u otras técnicas respectivamente.
- Refrigeración y aire acondicionado incluye las neveras para conservación de biológicos, los componentes de la red de frío etc.
- Relacionados con servicios de apoyo se encuentran las herramientas de aseo, los incineradores, las máquinas de coser, aspiradoras, etc.
- Otros se consideran los ascensores, los compresores, tornos, taladros y herramientas de taller, bebederos, etc.
- Equipos de seguridad incluyen los extintores, las alarmas sonoras y visuales, entre otros.

Muebles para uso administrativo y para uso asistencial: se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, las camas ginecológicas, los carros de medicamentos, muebles de las salas de espera entre otros.

Equipos de comunicaciones e informática: los teléfonos, los citófonos, los computadores, las calculadoras, proyectores, retroproyectores, filmadoras, sistemas de televisión, sistemas de llamado de enfermería, relojes eléctricos, etc.

El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de cada institución

7. MARCO LEGAL:

El Gobierno Nacional en Colombia, ha venido promulgando una serie de disposiciones cuya finalidad es la de preservar el medio ambiente, mejorar la

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

calidad de vida y evitar los efectos negativos en la salud de la población colombiana.

Mencionaremos a continuación algunas reglamentaciones expedidas al respecto a este tema:

Ley 9 de 1979	Denominado: Código Sanitario Nacional.
Ley 100 de 1993	"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". Artículo 189 Mantenimiento hospitalario
Ley 715 de 2001	Art. 42: Sistema único de habilitación, el Sistema de garantía de la calidad y Sistema único de acreditación
Decreto 1769 de 1994 (agosto 3)	"Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984"
Decreto 1617 de 1995 (septiembre 25)	Por el cual se aclara el Decreto 1769 del 3 de agosto de 1994
Superintendencia Nacional de Salud Circular externa No. 29 Marzo 13 de 1997	Inspección, vigilancia y control en la asignación y Ejecución de los recursos destinados al mantenimiento Hospitalario y en la elaboración y aplicación de los Planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.
Decreto 1011 de 2006	Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Resolución 14.871 de 1985	Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos
Resolución 4445 de 1996	Ministerio de Salud y Protección Social; Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

	del Título IV de la Ley 09 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
Resolución 2003 del 2014	Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:

El plan de mantenimiento elaborado por la ESE Hospital Universitario, debe contemplar los ítems que se definen para la infraestructura en los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del Decreto 1769 de 1994 de acuerdo con las características y condiciones de la institución.

El plan de mantenimiento incluye:

Mantenimiento de la infraestructura

- Edificios.
- Instalaciones físicas.
- Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales.
- Áreas adyacentes a las edificaciones.
- Otros pertenecientes a la infraestructura.

Mantenimiento de la dotación

- El equipo biomédico
 - De imágenes diagnósticas
 - De laboratorio

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425
Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
www.huhmp.gov.co
Neiva - Huila



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
DOTACION HOSPITALARIA DE LA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO DE NEIVA**



**FECHA DE EMISION:
AGOSTO 2015**

VERSIÓN : 01

CODIGO: GAF-RF-F-003-006J

- De terapia, tratamiento y rehabilitación
- De mantenimiento de la vida
- El equipo industrial de uso hospitalario
 - Plantas eléctricas.
 - Equipos de lavandería y cocina.
 - Calderas.
 - Bombas de agua.
 - Autoclaves y equipos de esterilización.
 - Equipos de refrigeración y aire acondicionado.
 - Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
 - Otros equipos industriales.
 - Equipos de Seguridad.
- Los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales.
- Los equipos de comunicaciones e informática.
 - Equipos de cómputo.
 - Centrales telefónicas.
 - Equipos de radiocomunicaciones.
 - Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información.
 - Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario.
 - Otros equipos de comunicaciones e informática.

8. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Los recursos financieros destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria.

De conformidad con el artículo 1o del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) del presupuesto total en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
CODIGO: GAF-RF-F-003-006J		

la Nación y con las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales.

El artículo 9o del Decreto 1769 de 1994 Tratándose de los hospitales públicos, los recursos destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento.

Los recursos financieros destinados para el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva para la vigencia se encuentran en los rubros presupuestales 2010101, 2010201, 2020101 y 2020201 denominados Mantenimiento Hospitalario para la adquisición de bienes y servicios tendientes a la conservación, reparación y reposición.

2010101	Mantenimiento Hospitalario	Bienes	Administración	620.000.000
2010201	Mantenimiento Hospitalario	Servicios	Administración	1.000.000.000
2020101	Mantenimiento Hospitalario	Bienes	Operación	2.750.000.000
2020201	Mantenimiento Hospitalario	Servicios	Operación	5.000.000.000
TOTAL				\$9.370.000.000

9. INFORME DE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS EN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Para dar cumplimiento al párrafo del artículo 9o del Decreto 1769 de 1994, la E.S.E remitirá a más tardar el 30 de enero de 2018, certificación escrita con la firma del representante legal y del revisor fiscal a la Secretaría de Salud, en las

¡Corazón para servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.huhmp.gov.co

Neiva - Huila

 HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACION HOSPITALARIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
		FECHA DE EMISION: AGOSTO 2015
		VERSIÓN : 01
		CÓDIGO: GAF-RF-F-003-006J

que se indique el valor y el porcentaje del presupuesto y/o de los ingresos totales utilizados en las actividades de mantenimiento hospitalario, durante la vigencia 2018, de acuerdo al formato SNS 2000-001 anexo No 4 de la Circular No.29 de 1997 de la Superintendencia Nacional de Salud.


LILIANA TORRES LOZADA
Gerente (D)

Proyectó: Dora Ximena Bermeo Falla

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION: Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/día/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
BATERIAS SANITARIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	COMPROBACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
CAMBIOS DE PROGRAMACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL SISTEMA TELEFONICO	EDIFICACION	SIN CODIGO	LLAMADO	FEBRERO	CONTRATISTA	SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS
CANAL Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA
CENTRAL DE GASES MEDICOS OXIDO NITROSO	CENTRAL DE OXIGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCTU2	LINDE S.A.	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANDMETROS, VALVULAS DE CONTROL
FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO	SIN CODIGO	MENSUAL	FEB A DIC	CONTRATISTA	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE AREAS LOCATIVAS DE LA ESE
GENERADOR DE VAPOR CALDERA DISTRAL	SALA DE MAQUINAS	2418	SEMESTRAL	FEB 21 AGOSTO 21	CONTRATO EXTERNO	INSPECCION DE TUBERIAS, FUGAS, MANDMETROS, SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, LAVADO QUIMICO, CAMBIO DE REGISTROS, EMPAQUES
GENERADOR DE VAPOR CALDERA CONTINENTAL	SALA DE MAQUINAS	2413	SEMESTRAL	FEB 25 AGOST 25	CONTRATO EXTERNO	INSPECCION DE TUBERIAS, FUGAS, MANDMETROS, SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, LAVADO QUIMICO, CAMBIO DE REGISTROS, EMPAQUES
LAVAMANOS	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	COMPROBACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO
LUMINARIAS	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO UNIDAD DE CANCER	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 7 ABRIL 7, JULIO 7 OCT7	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE TUBOS Y BALASTOS DAÑADOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL DE MUROS, CIELORAZOS, PUERTAS Y VENTANAS	EDIFICIO PRINCIPAL	SIN CODIGO	BIMESTRAL		PERSONAL AGREMIADO	ARREGLO DE PINTURA Y OTROS BIMESTRALES
MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES TELEFONICAS	EDIFICIO	SIN CODIGO			CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES TELEFONICAS
PUERTAS, VENTANAS	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	FEB 22 AGOSTO 22	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE SEGURIDAD, CAMBIO DE CHAPAS FUERA DE SERVICIO
RED DE VAPOR DE LAVANDERIA	LAVANDERIA	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MARZO 15 SEPT 15	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
RED DE VAPOR DE ESTERILIZACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SIN CODIGO	SEMESTRAL	FEB 8 AGOSTO 8	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES.
RED VAPOR NUTRICION	NUTRICION	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MARZO 2 SEPT 2	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUGAS Y ESTADO DE TRAMPAS, CHEQUES, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/dia/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES INALÁMBRICAS	EDIFICACION	SIN CODIGO	LLAMADO	FEBRERO	CONTRATISTA	SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SOPORTE DE LAS REDES INALÁMBRICAS
SIFONES Y DESAGÜES	EDIFICIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA
SISTEMA DE EXTRACCION AIRE NUMERO UNO	SALA DE MAQUINAS	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 6 DCT 6	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE CHUMACERAS, TENSION A CORREAS
SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE NUMERO DOS	SALA DE MAQUINAS	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 9 OCT 6	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE CHUMACERAS, TENSION A CORREAS
SISTEMA DE VACIO NUMERO DOS, BOMBAS DOBLES	CENTRAL DE VACIO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	ABRIL 2 JULIO 2 OCT 2	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
SISTEMA VACIO NUMERO UNO, BOMBAS DOBLES	CENTRAL DE VACIO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	ABRIL 1 JULIO 1 OCT 1	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
SISTEMAS DE GASES MEDICO AIRE COMPRIMIDO MANIFUL	CENTRAL DE OXIGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMAS DE GASES MEDICO OXIGENO, MANIFUL	CENTRAL DE OXIGENO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMAS DE GASES MEDICOS OXIGENO, TANQUE OXIGENO LIQUIDO	SOTANO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
SISTEMAS DE GASES MEDICOS OXIDO NITROSO	SOTANO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	ABRIL 2 OCT 2	CONTRATISTA	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS, VALVULAS DE CONTROL
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	CALDERAS	SIN CODIGO	CUATRIMESTRAL	FEB 14 JUN 14 OCT 14	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREAKES
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	LAVANDERIA	SIN CODIGO	CUATRIMESTRAL	FEB 15 JUN 15 OCT 15	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREAKES
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	HALL PRINCIPAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	PASILLO ADMINISTRACIÓN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	PASILLO RAYOS X	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	ENTRADA A RAYOS X	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	PASILLO LABORATORIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	BANCO DE SANGRE	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION
TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	LABORATORIO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACION

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/día/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO CONSULTA EXTERNA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ENDOSCOPIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO NUTRICIÓN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ENTRADA A NUTRICIÓN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	NUTRICIÓN	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	MEDICINA NUCLEAR	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO UNIDAD MENTAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	HALL UNIDAD MENTAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	NEUROFISIOLOGIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO OBSERVACIÓN ADULTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO OBSERVACIÓN PEDIATRIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	QUIRUGIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO HALL SEGUNDO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ENTRADA SALA DE PARTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	SALA DE PARTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/día/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ENTRADA UNIDAD REVAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO CARDIOLOGIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	UCI ADULTOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESCALERA TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	INFECTOS TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO TERCER PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	INTERIOR UCI PEDIATRIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ENTRADA NEONATOS	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESCALERA CUARTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO CUARTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	NEUROCIRUGIA	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESCALERAS QUINTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO QUINTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESCALERA SEXTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO SEXTO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones fisicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/dia/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESCALERA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	PASILLO SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	TERRAZA SEPTIMO PISO	SIN CODIGO	DIARIO	NO APLICA	PERSONAL DE PLANTA	POR LAS MAÑANAS APAGAR BREAKERS DE ILUMINACION NO NECESARIA, POR LA TARDE PRENDER BREAKERS NECESARIOS, PARA ILUMINACIÓN
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SOTANO	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 24 MAY 24 AGOS 24 NOV 24	CONTRATISTA	LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDAD MENTAL	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 28 MAY 28 AGOS 28 NOV 28	CONTRATISTA	LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	TERRAZA	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	MARZO 1 JUN 1 SEPT 1 DIC 1	CONTRATISTA	LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TOMAS ELÉCTRICAS A 110 Y 220 V	SOTANO, 1,2,3,4,5,6,7 PISO UNIDAD DE CANCER	SIN CODIGO	TRIMESTRAL	FEB 14 ABRIL 14, JULIO 14 OCT 14	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE TENSION, CAMBIO DE TOMAS DAÑADOS
OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA ENTIDAD		72101507	11 MESES	FEB-DIC	CONTRATISTA	EN CONSECUENCIA CON LA ANTIGÜEDAD DE LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL Y EL DETERIORO CAUSADO POR SU USO, SUMADO A LAS LLUVIAS Y DEMÁS FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTAN CONSTANTEMENTE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL, SE HACE NECESARIO REALIZAR REPARACIONES CONSTANTES EN TODOS LOS ESPACIOS QUE PERMITAN MANTENER LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS, ADEMÁS DE REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE EVITEN PONER EN RIESGO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DENTRO DE LA ENTIDAD.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE FARMACIA, CENTRAL DE MEZCLAS Y PLANTA DE GASES MEDICINALES	EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAYO- NOVIEMBRE	PERSONAL DE PLANTA- CONTRATISTA	ACTIVIDADES EN LAVAMANOS, DESAGÜES, SIFONES, LUMINARIAS, CHAPAS, PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, CIELO RAZO, TECHO, PAREDES, PINTURA, TABLERO ELECTRICO GENERAL Y TRABERO DE DISTRIBUCION ETC.
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO		MAR-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO		FEB-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907 / 8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Infraestructura (incluye instalaciones físicas, redes y áreas adyacentes)

DESCRIPCION	LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (mes/di/año)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	EDIFICIO	SIN CODIGO		FEB-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, INCLUYENDO ESPACIOS HUMANIZADOS (SALA DE ESPERA)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	EDIFICIO	SIN CODIGO		FEB-DIC	CONTRATISTA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO		FEB-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA. CON SALA DE ESPERA HUMANIZADAS
REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL	EDIFICIO	SIN CODIGO		JUN-DIC	CONTRATISTA	REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.	EDIFICIO	SIN CODIGO		FEB-DIC	CONTRATISTA	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.
IMPLEMENTACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS	EDIFICIO	SIN CODIGO		MAY-DIC	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS
CONSTRUCCION DEL BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL	EDIFICIO	SIN CODIGO		ABR-DIC	CONTRATISTA	CONSTRUCCION DEL BUNKER DEL ACELERADOR LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO		ABR-DIC	CONTRATISTA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA
ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES QUE SEAN REQUERIDAS	EDIFICIO	SIN CODIGO		MAR-DIC	CONTRATISTA	ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES QUE SEAN REQUERIDAS
DISEÑO DEFINITIVOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PRIMER PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	EDIFICIO	SIN CODIGO		MAR-DIC	CONTRATISTA	DISEÑO DEFINITIVOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PRIMER PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Vehiculos

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
AMBULANCIA - NUEVA	RENAULT	2015	URS 349	HOSPITAL	URS 349	MENSUAL	ENE A OIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA BASICA	TOYOTA LAND CRUISER	1999	DJG 277	HOSPITAL	OJG 277	BIMENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA MEDICALIZADA VOLKSWAGEN CRAFTER	VOLKSWAGEN CHAIFER 35	2008	OWI 570	HOSPITAL	OWI 570	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHICULO CLASE CAMPERO	FORD	2013	DWI 810	HOSPITAL	OWI 610	TRIMESTRAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMIONETA FURGON	TOYOTA HILUX 4X2	2000	OTM 021	HOSPITAL	OTM 021	TRIMESTRAL	ENE A OIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA MEDICALIZADA	NISSAN	2014	OBH438	HOSPITAL	OBH438	MENSUAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMBULANCIA	JAC	2015	OEU 850	HOSPITAL	DEU 850	TRIMESTRAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD MOVIL	HINO	2015	OWI 643	HOSPITAL	OWI 643	TRIMESTRAL	ENE A DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
BAÑO DE FLOTACION	RAYBOW	N/R	N/R	PATOLOGIA	7654	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BAÑO DE FLOTACION	TERMOFIN	N/R	N/R	PATOLOGIA	5606	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BAÑO DE FLOTACION	SELECTA	01-C	612605	PATOLOGIA	6131	SEMESTRAL	S3/MAY S3/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRAL DE INCLUSION	LEICA	LEICA EG1150C	11163	PATOLOGIA	6805	SEMESTRAL	S3/MAY S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	CLAY AOAMS	COMPACT 2	3850006	PATOLOGIA	6307	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CITOCENTRIFUGA CYTOSPIN	THERMO SCIENTIFIC	ASSUE4	CY69911010	PATOLOGIA	CITOSO	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRIOSTATO PARA BIOPSIA	THERMO SCIENTIFIC	CRYOTOME E	CS3615M1009	PATOLOGIA	4623	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DISPENSADOR DE PARAFINA	THERMO SHANDON	3120069	166-TO560	PATOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	UN8 100	C105.0119	PATOLOGIA	4820	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	MEMMERT	N/R	N/R	PATOLOGIA	4619	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSFA	9B03293	PATOLOGIA	2737	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	MOTIC	B3 PROFESIONAL	30104433	PATOLOGIA	4809	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA	NIKON	ECLIPSE E400	652624	PATOLOGIA	6674	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSF	SD03069	PATOLOGIA	9789	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	BX43	7E50843	PATOLOGIA	6133	SEMESTRAL	S3/MAY S3/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROTOMO	LEICA	RM2235	050038602	PATOLOGIA	APA005982	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROTOMO	LEICA	RM2125RTS	03552	PATOLOGIA	8132	SEMESTRAL	S3/MAY S3/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE TEJIDOS	THERMO SCIENTIFIC	STP 120	N/R	PATOLOGIA	ADA011033	SEMESTRAL	S3/ENE S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06579	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06765	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC07473	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	21243	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	HEALT O METER	349KLX	3500038366	CONSULTA EXTERNA	6632	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC08770	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC07474	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	KENWELL	EB9332	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	SOEHNLE	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC08770	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	SOEHNLE	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC07472	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COLPOSCOPIO	N/R	N/R	53531	CONSULTA EXTERNA	004848	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	ALCON	ULTRA SCAN	0302310701X	CONSULTA EXTERNA	COE003582	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCAUTERIO	SUPER FRECATOR	SFA-2758	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002942	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT 101	080.21897	CONSULTA EXTERNA	5535	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13727	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13744	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13723	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13729	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13715	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13722	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13724	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13725	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13730	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13716	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13727	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13711	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13714	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13720	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13728	CUATRIMESTRAL	S3/ENE S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	767	N/R	CONSULTA EXTERNA	13718	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PARED	WELCH ALLYN	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	13712	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002945	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE003098	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE002944	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	5829	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/JUN S3/MAY S3/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTODIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	49000	15050248	CONSULTA EXTERNA	007039	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	N/R	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOCURADO	DBA	N/R	D12020492C	CONSULTA EXTERNA	COE003064	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	S1-1E	1105580	CONSULTA EXTERNA	4924	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	HAG-STRECT- BERN	Z2143	100006957	CONSULTA EXTERNA	004918	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	ALCON	SL-1000	000974	CONSULTA EXTERNA	004933	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LASER DE ARGON	ALCON	3000LE	4533	CONSULTA EXTERNA	14824	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LASER DE ARGON	N/R	0001-501	7015644014	CONSULTA EXTERNA	10902	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTODIAGNOSTICO	TOPCON	5D	253074	CONSULTA EXTERNA	004934	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BINOCULAR CON UN LENTE DE 20	NETER	1951-P-2268	026692	CONSULTA EXTERNA	COE008013	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06775	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	AC06774	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B	N/R	CONSULTA EXTERNA	20126	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROYECTOR DE OTOTIPO	AMERICAN	1217	AD8416	CONSULTA EXTERNA	COE003599	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PROYECTOR DE DIOTRIPD	TOPCON	CP-50	263074	CONSULTA EXTERNA	COE007993	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
QUERATOMETRO	TOPCON	OM-4	57528	CONSULTA EXTERNA	11198	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA PARA OTORRINO	AUDIO EQUIPOS	N/R	N/R	CONSULTA EXTERNA	13466	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	D60300014816	CONSULTA EXTERNA	COE003065	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	KATYA MEDICAL	SUOIA	SU1408000235	CONSULTA EXTERNA	DO669A	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	GARANTIA
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	70424163143	CONSULTA EXTERNA	TEN01	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	70117232950	CONSULTA EXTERNA	TEN02	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	70424143600	CONSULTA EXTERNA	ACO6576	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	70424153023	CONSULTA EXTERNA	TEN604	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	70424161956	CONSULTA EXTERNA	TENCE1	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424203455	CONSULTA EXTERNA	TEN606	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424080410	CONSULTA EXTERNA	TEN501	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424144645	CONSULTA EXTERNA	TEN502	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424135924	CONSULTA EXTERNA	TENCE2	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424185610	CONSULTA EXTERNA	ACO6538	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424152214	CONSULTA EXTERNA	TEN401	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	70424144110	CONSULTA EXTERNA	TEN606	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	70424163503	CONSULTA EXTERNA	TEN02	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	100113073557	CONSULTA EXTERNA	COE003079	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	070424134738	CONSULTA EXTERNA	ACO6363	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	100112182256	CONSULTA EXTERNA	TEN03	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CEO297	070424154300	CONSULTA EXTERNA	TEN01	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO PEDIATRICO	ALPK2	CEO297	N/R	CONSULTA EXTERNA	COE003065	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DONTOLÓGICA	GNATUS	SYNCRUS GLF OPT 1	102290300	CONSULTA EXTERNA	COE003060-58	SEMESTRAL	S3/JUN S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	NIHON KOHOEN	TEC-5531E	02525	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	11078	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VIVO 7	12288V7L	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	003726	ANUAL	S3/MAY	GENERAL ELECTRIC	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #1	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	05761	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #2	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	05762	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #4	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07927	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #5	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07929	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #6	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07926	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HOLTER #7	SPACELABS HEALTHCARE	EVO	N/R	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07928	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0120291	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	07980	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PRUEBA DE ESFUERZO	SPACELABS HEALTHCARE	CD12S	CD12S-000832	CARDIOLOGIA NO INVASIVA	PRUBA	ANUAL	S3/MAY	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AGITADOR DE PLAQUETAS	STOCK	APL-48	AP 05	BANCO DE SANGRE	14935	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	HEALTH O METTER	160 KG	1600002651	BANCO DE SANGRE	07897	SEMESTRAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUA	SECA	200KG	8813265151211	BANCO DE SANGRE	7684	SEMESTRAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540036	BANCO DE SANGRE	07852	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540036	BANCO DE SANGRE	04341	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540073	BANCO DE SANGRE	04318	SEMESTRAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540074	BANCO DE SANGRE	BALA12	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540075	BANCO DE SANGRE	07853	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3540076	BANCO DE SANGRE	05600	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3545593	BANCO DE SANGRE	BALA14	SEMESTRAL	S4/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3545594	BANCO DE SANGRE	BALA13	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546417	BANCO DE SANGRE	BALAN0	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546416	BANCO DE SANGRE	BALA15	SEMESTRAL	S4/ENE	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BALANZA MECANICA	GENESIS	CM 350	3546415	BANCO DE SANGRE	BALA11	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	CAS	AD 1	980902879	BANCO DE SANGRE	05600	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC	3650030	BANCO DE SANGRE	05776	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA SEROFUGA	CLAY ADAMS	SEROFUGA200 2	3730048	BANCO DE SANGRE	02731	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESCONGELADOR DE PLASMA	HELMER	DHB	2035781	BANCO DE SANGRE	07839	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO PARA SECADO DE MATERIAL	BINDER	ED53	940394	BANCO DE SANGRE	02732	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONDOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MEZCLADOR AGITADOR	HEIDOLPH UNIMAX	2010	69400883	BANCO DE SANGRE	04273	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	25µl	06P9160	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	THERMO SCIENTIFIC	10µl	DH75909	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	20µl - 200µl	CU67022	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	4015285	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BDECO	20µl - 200µl	CU67014	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	LABSYSTEMS	5µl - 40µl	C73680	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	NIKON	ALFAPHOT-2 YS2-H	1102489	BANCO DE SANGRE	02775	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	HUNTLEING	MP 1R	750A80102180	BANCO DE SANGRE	20536	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14CD6660072	BANCO DE SANGRE	06864	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADOR PORTATIL COLOR AZUL	TUBE SEALERS	SE 700	701337	BANCO DE SANGRE	06864	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SELLADORA DE TUBO	TUBE SEALERS	SE 800B	82060	BANCO DE SANGRE	07898	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	ALPK2	ADULTO	711106	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	WELCH ALLYN	N/R	71011190674	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	RI-CHAMPION	11002603	BANCO DE SANGRE	AC07421	ANUAL	5/4JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	RI-CHAMPION	11002321	BANCO DE SANGRE	AC07422	ANUAL	5/4JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TERMOMETRO DIGITAL	INFRARED	DT8280	N/R	BANCO DE SANGRE	004225	ANUAL	5/4JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VORTEX	BOECO	V1 PLUS	580701105	BANCO DE SANGRE	N/R	ANUAL	5/4JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCULA	SOEHNLE	130KG	N/R	REHABILITACION	AC05182	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO LASER	INTERLASER	COMPACT	100	REHABILITACION	003972	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO LASER	BTL	TOPLINE 4110	028T-B-02926	REHABILITACION	N/R	ANUAL	5/1JUL	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANDOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	11710	REHABILITACION	003983	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE TRACCION ELECTRICA	DYNATRON	900	1B4135049	REHABILITACION	RYT003107	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR PORTATIL TENS	GRAFCO	GP-TXS	WIP205M57966	REHABILITACION	3979	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR PORTATIL TENS	GRAFCO	GP-TXS	WIP205M56389	REHABILITACION	3977	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	REHABILITACION	N/R	ANUAL	5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR GALVANICO/FARADICO	MEDCIR	MGF11	B381	REHABILITACION	003944	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESTIMULADOR GALVANICO/FARADICO	METTLER	226	118MW1205	REHABILITACION	RYT003158	CUATRIMESTRAL	5/1FEB 5/1JUN 5/1OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HIDRO COLLECTOR	N/R	M2	18785	REHABILITACION	RYT003220	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA INFRAROJA	HANALUX	HOHENSONNE	N/R	REHABILITACION	003945	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA INFRAROJA DE MESA CUELLO CISNE	N/R	N/R	N/R	REHABILITACION	AC05218	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICRONEBULIZADOR PORTATIL	DEVIBIS PULMO AIDE	56100D	799307	REHABILITACION	003924	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	DEVIBIS PULMO AIDE	5650D	D3403873	REHABILITACION	003960	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	DEVIBIS PULMO AIDE	5610D	303618	REHABILITACION	003924	SEMESTRAL	5/1FEB 5/1AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TANQUE PARA PARAFINA DE SEIS LIBRAS	PARABATH	24050	2004-00420	REHABILITACION	RYT003224	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE REMOLINO MIEMBRO INFERIOR CON SILLA	NIR	NIR	NIR	REHABILITACION	RYT003219	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TANQUE REMOLINO MIEMBRO SUPERIOR	WHITEHALL	NIR	NIR	REHABILITACION	RYT003218	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	WELCH ALLYN	CEO0297	070424084631	REHABILITACION	NIR	ANUAL	S1/AGOS S1/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ULTRASONIDO PARA FISIOTERAPIA	SOLONSYS	1MHZ	106	REHABILITACION	RYT003136	CUATRIMESTRAL	S1/FEB S1/JUN S1/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD COMBINADA DE ULTRASONIDO	BTL	TOPLINE 4820	028T-B-02926	REHABILITACION	NIR	ANUAL	S1/JUL	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD COMBINADA DE ULTRASONIDO	BTL	TOPLINE 4820	028T-B-05900	REHABILITACION	NIR	ANUAL	S1/JUL	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	OSTER	398,08A	NIR	REHABILITACION	014240	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	OSTER	398,08A	NIR	REHABILITACION	014238	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	NIR	NIR	REHABILITACION	NIR	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	NIR	NIR	REHABILITACION	NIR	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	NIR	NIR	REHABILITACION	NIR	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	NIR	NIR	REHABILITACION	NIR	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	WAHL	NIR	NIR	REHABILITACION	NIR	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR	CONAIR HOTLINE	HH11R	NIR	REHABILITACION	014236	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIBRADOR CON INFRAROJO	HOMEDICS	HH11R	115-1-A	REHABILITACION	RYT003138	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESCALADORA	ATLETIC	STEPPER	NIR	REHABILITACION	003949	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
ELEPTICA	ATLETIC	STEPPER	NIR	REHABILITACION	003952	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
MULTIFUERZA	INTERFISICA	MULTIFUERZA 4 POSICIONES	NIR	REHABILITACION	003950	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
BICICLETA ESTATICA	SUPER BIKE	ESTATICA	NIR	REHABILITACION	003954	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
AGITADOR DE MAZZINI	ORBITAL SNAKER	OS-20	010108-1260286	LABORATORIO	2207	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	SARTORIUS	PT610	61105263	LABORATORIO	LCI003975	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BAÑO DE MARIA	MEMMERT	W270	820477	LABORATORIO	7160	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC III	5120015	LABORATORIO	6840	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CENTRIFUGA	SIGMA	2-EG	145739	LABORATORIO	005536	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR ELECTRONICO DE CELULAS	KRAMER	IHP001	1038	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR ELECTRONICO DE CELULAS	KRAMER	IHP001	772	LABORATORIO	05163	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONTADOR MANUAL DE CELULAS	N/R	N/R	N/R	LABORATORIO	11422	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA	MINDRAY	BA-88A	WR-OC030369	LABORATORIO	ANQUIJO	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	SELECTA	N/R	N/R	LABORATORIO	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
HORNO DE LABORATORIO	ISOTEMP	FISHER	N/R	LABORATORIO	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	N/R	N/R	N/R	LABORATORIO	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46596C	LABORATORIO	008192	ANUAL	S1/DIC	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46778C	LABORATORIO	008191	ANUAL	S1/DIC	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46581C	LABORATORIO	008193	ANUAL	S1/DIC	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31	7D46594C	LABORATORIO	008194	ANUAL	S1/DIC	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	100µl	0926246	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	10µl	08R5541	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	50µl	F1353524	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	CT70356	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	100µl	4050650	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	4073478	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	100µl	CU33503	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MICROPIPETA	ACCUMAX	100µl	GJ382649	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BRAND	200µl	7M4977	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	CT66734	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	50µl	338634	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	100µl	GK384023	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	ACCUMAX	200µl	G6775225	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	50µl	CT70361	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA	BOECO	20µl	CT66730	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	0.5µl - 1µl	GG72125	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	5µl - 50µl	GG771572	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	100µl - 1000µl	HH429335	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	20µl - 200µl	148668	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	HUMAPETTE	100µl - 1000µl	YL4054294	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	10µl - 100µl	KG423781	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECD	10µl - 100µl	LG639583	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	LG639589	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	HUMAPETTE	10µl - 100µl	ARO2004	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	BOECO	100µl - 1000µl	KU557269	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROPIPETA VARIABLE	ACCUMAX	10µl - 100µl	KG423781	LABORATORIO	N/R	SEMESTRAL	S4/MAYO S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
RELOJ MULTI TIMES	BAXTER	CATC6541	005132	LABORATORIO	VAC04777	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TROMBOELASTOGRAFO	HAEMDSCOPE	TEG5000	5031405181	LABORATORIO	0064301	SEMESTRAL	S4/MAY S4/NOV	MILENIUM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531 E	01549	AMBULANCIA MEDICALIZADA	DESFO2	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR DEA	SCHILLER	FRED EASY	58991092040	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6019	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DEFIBRILADOR DEA	CARDIO SCIENCE	AED83	60330111	AMBULANCIA MEDICALIZADA	06298	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	727	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	EQ003	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	727	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6412	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR-200	871	AMBULANCIA MEDICALIZADA	14628	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	ANUAL	1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-235/K	05280	AMBULANCIA MEDICALIZADA	2912	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-235/K	5259	AMBULANCIA MEDICALIZADA	7633	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-4B014369	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC0677	CUATRIMESTRAL	1/MAR 1/JUL 1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	THOMAS	1125	080600009126	AMBULANCIA MEDICALIZADA	2807	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEBULIZADOR	POWER NEBULTRA	18080	135140812840	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	1208000005657	AMBULANCIA MEDICALIZADA	9757	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	111200000535	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6411	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	081200006296	AMBULANCIA MEDICALIZADA	20666	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR	PULMO-MED SUCTION	PHLEGM	N/R	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC06978	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-A	00190	AMBULANCIA MEDICALIZADA	N/R	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	ALP K2	N/R	2870	AMBULANCIA MEDICALIZADA	AC03827	ANUAL	1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	PHILIPS	RESPIRONICS	TV01312070E	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6033	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT 60	B61-0012	AMBULANCIA MEDICALIZADA	7397	SEMESTRAL	1/MAR 1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BALANZA	HEALTH O METER	160KG	1600009794	IAMI	7851	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PAREO	WELCH ALLYN	767	N/R	IAMI	EODRIO	CUATRIMESTRAL	S4/ENE S4/MAY S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	IAMI	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	IAMI	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE DIGITAL	HEALTH O METER	563KL	5630007858	IAMI	3040	SEMESTRAL	S4/ENE S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO ADULTO	ALPK2	457610	874299	IAMI	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	752853	749015	IAMI	N/R	ANUAL	S4/MAY	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUULA	HEALTH O METER	160KGWA	1620003583	ALTO RIESGO OBSTETRICO	3283	SEMESTRAL	S1/FEB S1/AGOS	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SAMSUNG MEDISON	ACCUVIX V20	B16601300001938	ALTO RIESGO OBSTETRICO	9263	CUATRIMESTRAL	S1/FEB S1/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSOMETROS	WELCH ALLYN	PARED	070424200747	OBSTETRICO	13505	ANUAL	S1/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PAREO	WELCH ALLYN	PARED	N/R	ALTO RIESGO OBSTETRICO	20734	CUATRIMESTRAL	S1/FEB S1/JUN S1/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	85612	IMAGENOLOGIA	11535	SEMESTRAL	S1/FEB S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DIGITALIZADOR CR	CARESTREAM	VITA	47441025	IMAGENOLOGIA	IMA004031	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	CARESTREAM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DIGITALIZADOR CR	CARESTREAM	CLASSIC	52411206	IMAGENOLOGIA	IMA004031	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	CARESTREAM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SIEMENS	ACUSON X300	311953	IMAGENOLOGIA	IMA004091	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	SIEMENS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	SIEMENS	IMB-80	N/R	IMAGENOLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/FEB S1/JUN S1/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 33	P2-305	IMAGENOLOGIA	N/R	TRIMESTRAL	S1/FEB S1/MAY S1/AGO S1/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	TOSHIBA	IME-100L	W1F10Z2048	IMAGENOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	SIEMENS	POLIMOBIL	908D-1524	IMAGENOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	SIEMENS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX FUO	AMER/COMP	ESPECTRA 32E	44335-0396	IMAGENOLOGIA	N/R	TRIMESTRAL	S1/FEB S1/MAY S1/AGO S1/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EQUIPO DE RX FLUO	SIEMENS	MULTIX SWING	B1811071	IMAGENOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	SIEMENS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX FLUOROSCOPIA	TOSHIBA	WINSCOPE PLESSORT	E381542040	IMAGENOLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S1/JUN S1/OCT	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIAS	N/R	VARIAS	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIAS	N/R	VARIAS	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
IMPRESORA LASER	CARESTREAM	DRYVIEW 5880	52706597	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/SEP	CARESTREAM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
IMPRESORA LASER	CARESTREAM	DRYVIEW 5800	K52203917	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/SEP	CARESTREAM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	IMAGENOLOGIA	SIN CODIGO	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAMOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	SENO 800T	203883BV4	IMAGENOLOGIA	N/R	TRIMESTRAL	S1/FEB S1/MAY S1/AGO S1/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121417	IMAGENOLOGIA	07986	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121746	IMAGENOLOGIA	08000	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	VARIAS	N/R	VARIAS	IMAGENOLOGIA	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TOMOGRAFO	TOSHIBA	ASTEION SUPER 4	AFC08X3469	IMAGENOLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S1/JUN S1/OCT	TOP MEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA MECANICA PEDIATRICA	HEALTHO O METER	1524KL	159734	URGENCIAS	08278	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038358	URGENCIAS	006428	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500039202	URGENCIAS	006753	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038315	URGENCIAS	006424	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038320	URGENCIAS	006430	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038316	URGENCIAS	006426	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038319	URGENCIAS	006427	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500038360	URGENCIAS	006425	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASQUILA	HEALTHO O METER	349KLX	3500039201	URGENCIAS	006754	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:


Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARID	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02128	URGENCIAS	14499	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02254	URGENCIAS	13758	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02125	URGENCIAS	DESFO1	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531 E	02523	URGENCIAS	20896	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	ZOLL	M SERIES	700J16603	URGENCIAS	07241	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	00885	URGENCIAS	008006	ANUAL	S3/AGO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	85017	URGENCIAS	20896	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	SONOSITE	180 PLUS REF. PC2522-20	03DWR2	URGENCIAS	08731	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO PORTATIL	CHISON	MIS 40	1405005	URGENCIAS	6996	CUATRIMESTRAL	S1/JUN S1/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10520	URGENCIAS	07201	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10521	URGENCIAS	07202	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	SCHILLER	CARDIOVIT AT-1	19079739	URGENCIAS	06416	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	N/R	URGENCIAS	09529	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	N/R	URGENCIAS	EQOR68	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11710	N/R	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	CUATRIMESTRAL	SZ/FEB SZ/JUN SZ/OCT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/JUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FLUOMETROS	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	N/R	N/R	N/R	URGENCIAS	NA	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG-STEIT	BERN	9003336	URGENCIAS	EQ0FT5	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	V10	MV10B0A211613M382 1	URGENCIAS	06810	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	V10	MV10B0A211613M382 2	URGENCIAS	06609	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	PEP021967P	5330061	URGENCIAS	07210	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA	5516592887	URGENCIAS	21722	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA	5516529170	URGENCIAS	7203	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0120437	URGENCIAS	07983	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0121684	URGENCIAS	07986	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KONDEN	PVM 2701	0121699	URGENCIAS	08001	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112679	URGENCIAS	03659	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112671	URGENCIAS	11893	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112688	URGENCIAS	11892	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05274	URGENCIAS	20362	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05286	URGENCIAS	08703	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05273	URGENCIAS	08713	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05266	URGENCIAS	21745	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	D4321	URGENCIAS	21743	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05277	URGENCIAS	07100	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05285	URGENCIAS	8706	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	08322	URGENCIAS	6479	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00034	URGENCIAS	7099	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00033	URGENCIAS	13748	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00031	URGENCIAS	6805	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C0666001	URGENCIAS	006869	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14C0666002	URGENCIAS	006870	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14907220012	URGENCIAS	006874	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06660044	URGENCIAS	006875	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06660005	URGENCIAS	006876	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06660004	URGENCIAS	006871	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06660088	URGENCIAS	06860	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06660089	URGENCIAS	06881	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	CHEMETRON	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	VIARIOS	N/R	N/R	URGENCIAS	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	060300015079	URGENCIAS	06632	SEMESTRAL	S2/FEB S2/JAGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	780	3501070350	URGENCIAS	10008	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501050401	URGENCIAS	7478	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	780	3501080974	URGENCIAS	8884	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501090031	URGENCIAS	8883	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501090034	URGENCIAS	8885	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501050343	URGENCIAS	8888	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	780	3501050400	URGENCIAS	7477	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501050346	URGENCIAS	20078	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBIURI	VALLEY LAB	FORCE2	F412553ST	GASTROENTEROLO GIA	4072	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FIBROBRONCOSCOPIO	FUJINON	FB-120S	2B042A049	GASTROENTEROLO GIA	GAS004497	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	CLK-4	7728311	GASTROENTEROLO GIA	GAS004365	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	DS3 HD	100444127	GASTROENTEROLO GIA	GAS004364	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4400	4S081A486	GASTROENTEROLO GIA	GAS004327	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	Exera CLV-160	7546382	GASTROENTEROLO GIA	GAS004325	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4450	2S095G029	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	GASTROENTEROLO GIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN JOHNSON & JOHNSON	60813	N/R	GASTROENTEROLO GIA	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAVADOR DE ENDOSCOPIOS	JOHNSON & JOHNSON	ENDOCLENS	2700140951	GASTROENTEROLO GIA	N/R	ANUAL	S2/JUL	JOHNSON & JOHNSON	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PROCESADOR CON MODULO DE CAMARA	OLYMPUS	EXERA CV-160	7539859	GASTROENTEROLO GIA	GAS004368	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	PHILLIPS	23PF532028	BZQA0535172783	GASTROENTEROLO GIA	GAS004376	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	121683	GASTROENTEROLO GIA	07997	ANUAL	S3/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14CDD06600086	GASTROENTEROLO GIA	8863	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA OE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14CDD06600090	GASTROENTEROLO GIA	6862	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA OE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	ALLIED HEALTHCARE	22-12-1108 1001	N/R	GASTROENTEROLO GIA	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI PUMP 1630	080900006113	GASTROENTEROLO GIA	20987	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI PUMP 1630	80900006205	GASTROENTEROLO GIA	3654	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA DE ARGON	ALSA	N-IP250/DA	A09N-54/08	GASTROENTEROLO GIA	GAS004335	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	FUJINON	SC-5X19A-1511	12-204546	GASTROENTEROLO GIA	GAS004330	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	NDS/FUJIFILM	SC-WL26- A1511	15-252136	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	OLYMPUS	CF-VL	2512520	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-450LS5	4C474A001	GASTROENTEROLO GIA	GAS004483	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-590ZW/L	5C363A139	GASTROENTEROLO GIA	GAS004499	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO COLONOSCOPIO	FUJINON	EC-600WL	1C688K504	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO DUODENOSCOPIO	FUJINON	ED-530XT	2D102A021	GASTROENTEROLO GIA	GAS004482	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO DUODENOSCOPIO	OLYMPUS	JF-V2	2510459	GASTROENTEROLO GIA	SIN CODIGO	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO	FUJINON	EB-470S	3B048A063	GASTROENTEROLO GIA	GAS004485	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-PE2	2102671	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-590ZW	3G247A086	GASTROENTEROLO GIA	GAS004500	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-XP 160	2711387	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCIÓN:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VIDEO GASTROSCOPIO	DLYMPIUS	GIF-V2	2513892	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO DE DBLE CANAL TERAPEUTICO	FUJINON	EG-450D5	5G244A042	GASTROENTEROLO GIA	GAS004496	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-6000WL	1G391K903	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
VIDEO GASTROSCOPIO	FUJINON	EG-6000WL	1G391K904	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
VIDEO PROCESADOR	FUJINON	VP-4400	4V395A486	GASTROENTEROLO GIA	GAS004331	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
VIDED PROCESADOR	FUJINON	VP-4450HD	2C568G083	GASTROENTEROLO GIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	JOMEDICAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
BASCULA	HEALTH OMETTER	BEAM SCALS	N/R	NEUMDLOGIA	4087	SEMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMINTD SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
DESPIRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02256	NEUMDLOGIA	14479	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMINTD SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
ESPIROMETRO	MIR	SPIRDLAB II	A23-05.09749	NEUMDLOGIA	ESPIR1	SEMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMINTD SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB III	A23-053	NEUMDLOGIA	14637	SEMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMINTD SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE DRGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	D 203	5242	NEUMDLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE DRGANOS PDRATIL	WELCH ALLYN	767	N/R	NEUMDLOGIA	13733	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PDRATIL	WELCH ALLYN	19090	N/R	NEUMOLOGIA	20167	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMINTD SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	NEUMDLOGIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
FLUJIMETRO	DHO	H2012	QOLLO0996	NEUMDLOGIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	RUSH	N/R	160207	NEUMDLOGIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N/R	NEUMDLOGIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	5264	GASTROENTEROLO GIA	3676	CUATRIMESTRAL	S2/FEB S2/JUN S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05264	NEUMDLOGIA	GAS008072	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
PULSDXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C0666008B	NEUMOLOGIA	8960	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO



HOSPITAL
NIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empres Social del Estado

ANEXO N°1



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Bimédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSDOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14C06690089	NEUMOLOGIA	6961	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	LM INSTRUMENTS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADOR DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007993	NEUMOLOGIA	GAS004337	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	WELCH ALLYN	TYCOS	0302043416	NEUMOLOGIA	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	070424091804	NEUMOLOGIA	TENNFL	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	N/R	N/R	N/R	CANGURO	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530007479	CANGURO	PESA05	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METER	522KLWA	5220000505	CANGURO	PESA05	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	13010	N/R	CANGURO	11966	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	N/R	22B-128	CANGURO	007706	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
FONENDOSCOPIO	N/R	N/R	N/R	CANGURO	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
PULSDOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M15903480011	CANGURO	007107	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	KONCO MINOLTA	PULSDX-3001	B31034666	CANGURO	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH O METER	160KGWA	1620000771	SALUD MENTAL	N/R	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
OESFIBRILADOR	NIHON KHDEN	TEC-5531E	01641	SALUD MENTAL	20568	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	13010	N/R	SALUD MENTAL	20733	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PARED	WELCH ALLYN	727	N/R	SALUD MENTAL	EQ0000	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCOMPULSIVA	SOMATIC	THYMATRON	42404	SALUD MENTAL	N/R	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	BIODM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCIÓN:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FONENDOSCOPIOS	GENÉRICO	N.T.	N.T	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
LARINGOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S2/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATAX DHMEDA	MDULUS CD	ABZW00554	SALUD MENTAL	5355	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05287	SALUD MENTAL	MON35	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	04255	SALUD MENTAL	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
SUCUIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-2	N/R	SALUD MENTAL	HSM002345	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	OURASHOK	16053108155B	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	813701	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	160KGWA	070424151529	SALUD MENTAL	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BASCUJA	PRECISION MOYENNE	22 BIS	2120A3	NEUROFISIOLOGIA	1342	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROENCEFALOGR AFO	NIHON KOHDEN	EEG 12000J	00149	NEUROFISIOLOGIA	05948	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROENCEFALOGR AFO PORTATIL	NIHON KOHDEN	JE-921A	10325	NEUROFISIOLOGIA	6452	CUATRIMESTRAL	S3/FEB S3/JUN S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROMIOGRAFO	CADWELL	SIERRA WAVE	1009WVOO-15-061	NEUROFISIOLOGIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/FEB S4/JUN S4/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	757	N/R	NEUROFISIOLOGIA	13734	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	N/R	N/R	NEUROFISIOLOGIA	10702	CUATRIMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	05242	NEUROFISIOLOGIA	20925	CUATRIMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
FONENDOSCOPIOS	WELCH ALLYN	N/R	N/R	NEUROFISIOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
IMPENDANCIOMETRO AUDITIVO	TITAN DIAGNOSTIC	816817	N/R	NEUROFISIOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/NDV	METROACUSTIK	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYGDS (CE0297)	070424200009	NEUROFISIOLOGIA	ACD4093	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS (CE0297)	070424200138A	NEUROFISIOLOGIA	TEN810	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYGDS (CE0297)	302133710	NEUROFISIOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S3/FEB S3/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AEROTOMD	N/R	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1396	SEMESTRAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARI	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CRANEOTOMO NEUMATICO	MEDTRONIC	MIDAS REX MR7	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	MEOREX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CRANEOTOMO ELECTRICO	MEDTRONIC	PM700	P00857962	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S2/MAY S2/NOV	MEDIREX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTRODERMATOMO	PADGET	B-RISK CLASS 2	1-11137	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20112320	CG5304	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1376	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20112320	AA10481	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	CIRCONACMI	ALU-2B	FU0612	CENTRAL DE ESTERILIZACION	1963	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	CIRCONACMI	AIL-15	12100511	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AC2236	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ ARTROSCOPIO	STRYKER	220-162	0406065	CENTRAL DE ESTERILIZACION	3025	SEMESTRAL	S4/FEB S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SIERRA OSCILANTE	AESCLAP	ACCULAN 3TI	005423	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S2/JUN S2/DIC	BBRAIN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AC3000	ASFH-0128	QUIROFANO	6982	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	MOVITA 7501000	ASHE-0306	QUIROFANO	6991	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0293	QUIROFANO	6987	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 750-750	ASHE-0294	QUIROFANO	6988	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0305	QUIROFANO	6989	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0297	QUIROFANO	6981	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0308	QUIROFANO	6982	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0300	QUIROFANO	6984	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0311	QUIROFANO	6985	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0309	QUIROFANO	6971	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0298	QUIROFANO	6970	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0299	QUIROFANO	6968	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0310	QUIROFANO	6967	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0314	QUIROFANO	6961	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0303	QUIROFANO	6962	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Pardo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA EXTERNA HO	DRAGUER	NA	ASH-0006	QUIROFANO	NA	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	MOVITA 750/1000	ASHE-0296	QUIROFANO	6979	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AC3000	ASH-0129	QUIROFANO	6980	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0285	QUIROFANO	6972	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0302	QUIROFANO	6984	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0307	QUIROFANO	6977	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0301	QUIROFANO	6973	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	AGILA 1000- 1000	ASHE-0312	QUIROFANO	6974	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BRAZO CIELITICO	DRAGUER	FORTA	ASHE-0313	QUIROFANO	6985	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMARA EXTERNA HD	DRAGUER	NA	ASHE-0005	QUIROFANO	NA	ANUAL	S3/OCT	DRAGUER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAPNOGRAFO	NIHON KOHDEN	AG920RA	00514	QUIROFANO	0012113	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3646	QUIROFANO	6471	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA OE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3526	QUIROFANO	5793	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILLIPS	IE33	B0Y850	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/MAR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	AESCLAP	GN 300	1496	QUIROFANO	QUI004551	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	AESCLAP	GN 300	1495	QUIROFANO	QUI008516	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA OE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7J56985A	QUIROFANO	7382	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7J57237A	QUIROFANO	7388	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F9D63596A	QUIROFANO	8717	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA OE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARI	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F9863287A	QUIROFANO	2071	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	S5A16618AX	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T9K14302E	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T4D40530EX	QUIROFANO	7054	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T4D40504EX	QUIROFANO	7053	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	S5A16618AX	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI ARMONICO	ETHICON	GEN11	1111235437	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAR S1/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI ARMONICO	ETHICON	GEN11	1111408300	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAR S1/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	SCHILLER	AT-1	19049974	QUIROFANO	04113	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	SCHILLER	AT-101	26424	QUIROFANO	6782	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX ARCO EN C	PHILIPS	BV Endura 718 075	1928	QUIROFANO	007925	ANUAL	S1/MAY S1/NOV	PHILIPS	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX ARCO EN C	GENERAL ELECTRIC	BRIVO OEC 850	B1S11071	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/JUL S1/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FACOMULSIFICADOR	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S3/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	79103	N/R	QUIROFANO	QUI004854	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOSFORO	WELCH ALLYN	79103	N/R	QUIROFANO	QUI004855	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	920072	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	QUIROFANO	1177	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	TEKNO	LIGHT XA-300	QUIROFANO	2053	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	XENON NOVA 300	QUIROFANO	1464	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GENERADOR MONOCANAL DE VASOS	VALLEYLAB	LS 10	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE PRESION	RIESTER	METPAK	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA	FAMED ZYWTEC	FAMLUX LO-230	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA	FAMED ZYWTEC	FAMLUX LO-230	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	FAMED ZYWTEC	FAMLUX LO-230	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	FAMED ZYWTEC	FAMLUX LO-230	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	KLS MARTIN	E15/E9	QUIROFANO	5648	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	KLS MARTIN	E15/E9	QUIROFANO	5602	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	KLS MARTIN	E15/E19	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 560DC - POLARIS 700DC	QUIROFANO	7004 SALA 2	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	QUIROFANO	6983 SALA 7	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	QUIROFANO	6975 SALA 5	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELITICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	QUIROFANO	6986 SALA 8	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
LAMPARA CIELTICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	AS HF-0031 - AS HF-0026	QUIROFANO	6969 SALA 4	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELTICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	AS HF-0034 - AS HF-0029	QUIROFANO	6963 SALA 1	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELTICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	AS HF-0032 - AS HF-0027	QUIROFANO	6966 SALA 10	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELTICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 200 - POLARIS 100	AS HF-0033 - AS HF-0028	QUIROFANO	6972 SALA 3	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA CIELTICA DE DOS BRAZOS	DRAGER	POLARIS 7000C POLARIS 5000C	10000000094488 - 100000000097167	QUIROFANO	6990 SALA 6	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELTICA	KLS MARTIN	89-010-9	MV100CQ181212M1912	QUIROFANO	20173	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELTICA	KLS MARTIN	89-010-10	MV1080A151011M1305	QUIROFANO	20174	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGUER	AIR SHIELDS	PX04778	QUIROFANO	373	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	SI/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LITOTRIPTOR- ARCO EN C	MEDISPEC	E 2000	0307054	QUIROFANO	2061	ANUAL	SI/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LITOTRIPTOR INTRACORP	MEDISPEC	LITHOSPEC	046-182	QUIROFANO	N/R	ANUAL	SI/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MALETA DE GOLECKI	KARL STORZ	1302BD2 - 10331E	NA	QUIROFANO	N/R	ANUAL	SI/JUL	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2	APKT01014	QUIROFANO	5884	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2	APKT01012	QUIROFANO	5882	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00761	QUIROFANO	11872	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00431	QUIROFANO	1990	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN00429	QUIROFANO	QUI004545	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE	ANBR02195	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE	ANBS00108	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS CE	URUK0092	QUIROFANO	8202	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASHF-0028	QUIROFANO	7389	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASHF-0004	QUIROFANO	7388	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PERSEUS A 500	ASHF-0069	QUIROFANO	7209	CUATRIMESTRAL	SI/MAR SI/JUL SI/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET11K0003	QUIROFANO	1984	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET11K0004	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET14E0007	QUIROFANO	5915	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0008	QUIROFANO	5916	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	OR-2600-B	ET14G0017	QUIROFANO	5915	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET14G0018	QUIROFANO	5916	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0009	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	BELMONT	DR-2600-B	ET15J0010	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	FAMED ZYWTEC	SU-020	120801411	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	TOPCON	OMS-85	110110	QUIROFANO	001912	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	KARL ZEISS	OPMI 1 FR	340842	QUIROFANO	QUI004741	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	KARL ZEISS	UNIVERSAL	419798	QUIROFANO	QUI004598	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	KARL ZEISS	OPMI LUMERA I	6633123836	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MODULO DE CÁMARA	TEKNO	CAM3500Z	K46050A-5899	QUIROFANO	N/R	ANUAL	SI/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MODULO DE CÁMARA HD	TEKNO	CAM HD	N/R	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	SI/MAR SI/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
MODULO DE CAMARA HD	TEKNO	CAM HD	NIR		SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LCD	SONY	LMD-2140MD	2001166	QUI004736	ANUAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LOO	SDNY	TRINTON	6001799	QUI004729	ANUAL	S1/MAY S1/NOV	NOVATECNICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATA SCOPE	TRIO	MC-05314-D4	2120	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13109846HA	005181	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13068325HA	005178	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13401420HA	005181	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	B650	SEW13443156HA	005180	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH3000	SD009088993GA	2059	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH3000	SD007293325GA	MOV11	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH3000	SD009099144GA	7550	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	6200 SERIES	62211284	2057	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0010	2138	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0037	2134	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05275	9052	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-6000	00139	1942	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6007932865	NIR	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY DELTA XL	6007872573	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	OMEGA INFINITY KAPPA	548535767	QUIROFANO	N/R	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2703K	109672	QUIROFANO	7733	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	117134	QUIROFANO	77332	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	117160	QUIROFANO	77330	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	001518	QUIROFANO	07691	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0121557	QUIROFANO	07993	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701K	0121719	QUIROFANO	08002	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2703K	0112307	QUIROFANO	08004	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	SONY	LMD-2140 MD	2013067	QUIROFANO	QUI008525	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	J31A10040	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	F2SA20128	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	F2SA20133	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR LED	PANASONIC	EJ-MLA26U	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S3/AGO	AMAREY	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	KARL STORZ	N/R	0000212	QUIROFANO	QUI004733	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	KARL STORZ	CC06721-B	26432020	QUIROFANO	QUI004738	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 20 S	MF 0943057	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 30 S	MF5-1243069	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
NEUMO INSUFLADOR	TEKNO	FLOW 30 S	MF5-1243044	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	HUNTLEING	MP1R	750AX0102237-10	QUIROFANO	1976	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	HUNTLEING	MP1R	750AX0101885-09	QUIROFANO	00197	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	2022502-0-1	DC638144-P	QUIROFANO	001914	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	2022502-0-1	DC638144-P	QUIROFANO	001915	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	CAM3500	CAM3500-1861	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	754-2501 HD	927074	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADOR DE VIDEO	TEKNO	754-2501 HD	935986	QUIROFANO	N/R	SEMESTRAL	S1/MAY S1/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	NEOPUFF	1.21015E+11	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	FAZZINI	F-30 41	040001	QUIROFANO	QUI004757	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630 GL	120600000658	QUIROFANO	2126	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630 GL	010800001304	QUIROFANO	QUI004573	SEMESTRAL	S1/MAR S1/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	WELCH ALLYN	TYCOS	0305303430	QUIROFANO	N/R	ANUAL	S1/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KORDEN	TEC-553	03524	SALA DE PARTOS	005791	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	615	SALA DE PARTOS	09229	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	914	SALA DE PARTOS	CAM155	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	616	SALA DE PARTOS	SOP005367	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6458	SALA DE PARTOS	09157	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6439	SALA DE PARTOS	13743	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6443	SALA DE PARTOS	109231	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6434	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M160ME6464	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6453	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M159ME6444	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M160ME6465	SALA DE PARTOS	20386	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILIPS	AFFINITI 70	US217F0289	SALA DE PARTOS	008196	ANUAL	S2/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILLIPS	ENVISOR	US30800758	SALA DE PARTOS	SOP005428	CUATRIMESTRAL	S1/MAR S1/JUL S1/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	FO39268T	SDF005517	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F5D0243T	05639	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	11470	N/R	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIDS	N/R	N/R	N/R	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5091-14	005822	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5092-14	005821	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	5124-14	005824	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR-200	2574-14	005825	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA	ST FRANCIS	ST-FOCUS 10S	SFC1050073	02629	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA	ST FRANCIS	ST-FOCUS 10S	SFC1050072	02384	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LÁMPARA CIELITICA DE UN BRAZO	CASTLE	N/R	DNM85002	00715	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM 401	2574-14	005823	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	DR. MACH	LED 200	14265	005893	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	ORDISI	N/R	16166	05202	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA GINECOLOGICA	BENQ	EG-892	UB007-N5-0004	005891	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:


PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MESA GINECOLOGICA	BENQ	EG-892	1B007-N6-0005	SALA DE PARTOS	005992	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	ST FRANCIS	OT-2200	T22000135	SALA DE PARTOS	SDP005538	SEMESTRAL	S2/MAR S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	MATHIEU MARZET	AMPLINOX	A870203	SALA DE PARTOS	13703	SEMESTRAL	S2/MAR S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01736	SALA DE PARTOS	10081	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01729	SALA DE PARTOS	10083	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01738	SALA DE PARTOS	10085	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	109586	SALA DE PARTOS	005795	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109599	SALA DE PARTOS	005797	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109900	SALA DE PARTOS	005798	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109582	SALA DE PARTOS	005796	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0106574	SALA DE PARTOS	005794	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121396	SALA DE PARTOS	007986	ANUAL	S2/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	F9 EXPRESS	560139- M14604420003	SALA DE PARTOS	005896	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139- M14604420001	SALA DE PARTOS	005897	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	56314126- M13303700001	SALA DE PARTOS	005892	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126- M13303690001	SALA DE PARTOS	10080	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	560139- M14604420003	SALA DE PARTOS	008295	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:


PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M1330370005		CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M1330370002		CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	314126-M1330370003		CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EOAN	F9 EXPRESS	460407- M15C10390001		ANUAL	S2/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA	SOEHNLE	PHARO	DU0300427	12558	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH OMETER	553KL	5530008175	SDP005511	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH OMETER	553KL	5250002481	5888	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	NEOPUFF	121015004983	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	PRECISION MEDIC	N/R	N/R	SDP005327	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	5130P	100500026537	SDP005305	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI- PUMP	099400001447	SDP005486	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	5430P	100500026710	SDP005485	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	060300015047	SDP005310	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	N/R	N/R	N/R	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA	SOEHNLE	N/R	N/R	03835	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JAGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA	SOEHNLE	N/R	N/R	21776	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53009	09149	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LINEET	NEW ELEGANZA SMART	20100053251	CAEL21	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LINEET	NEW ELEGANZA SMART	20100053250	CAEL20	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53005	N/R	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53006	13593	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53008	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53004	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53007	UCI GINECO	0914B	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	9720B	53003	UCI GINECO	09151	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531K	01827	UCI GINECO	14483	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFIA	NIHON KOHDEN	ECG 9020T	10579	UCI GINECO	1349B	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUIDOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE PRESION	RIESTER	METPAK	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	INFANT	HKR-93	23090402005	UCI GINECO	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	89-010-10	MV1080A151011M130 5	UCI GINECO	03866	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	KING VISIDN	3	C11128A0082221	UCI GINECO	001866	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01726	UCI GINECO	00725	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01727	UCI GINECO	10087	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01732	UCI GINECO	MON303	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01737	UCI GINECO	10025	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01730	UCI GINECO	00762	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01733	UCI GINECO	07206	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01731	UCI GINECO	06803	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01735	UCI GINECO	06672	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01728	UCI GINECO	10084	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01734	UCI GINECO	000348	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9	F9M3030700078DGL	UCI GINECO	10074	SEMESTRAL	S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9	F9M3030810105DGL	UCI GINECO	10073	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9	F9M3030810096DGL	UCI GINECO	10076	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	080900006098	UCI GINECO	13333	SEMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	N/R	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	08896	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	13587	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	13589	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	13568	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	13570	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	N/R	N/R	N/R	UCI GINECO	13588	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TORRE MULTIFUNCIONAL	NIR	NIR	NIR	UCI GINECO	13569	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	NIR	NIR	NIR	UCI GINECO	13574	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	NIR	NIR	NIR	UCI GINECO	07410	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070390	UCI GINECO	10005	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070438	UCI GINECO	10007	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070355	UCI GINECO	10006	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070389	UCI GINECO	10003	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070430	UCI GINECO	10009	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501070388	UCI GINECO	10004	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	840	3512110233	UCI GINECO	01236	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA	ASBF-0143	UCI GINECO	VEN307	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	DRAGER	SAVINA	ASBF-0141	UCI GINECO	VEN307	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT	UNI-VEN 754	090637	UCI GINECO	001853	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	METTER TOLEDO	WILDCAT	001884-1-GHC	UNIDAD RENAL	006889	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	SOHNLE	NIR	NIR	UNIDAD RENAL	TERM009	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA DIGITAL	SOHNLE	NIR	NIR	UNIDAD RENAL	TERM026	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA PESA BEBE	ACU	NIR	NIR	UNIDAD RENAL	20323	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	727	NIR	UNIDAD RENAL	001336	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	NIR	UNIDAD RENAL	006768	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	NIR	NIR	UNIDAD RENAL	NIR	ANUAL	S2/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21613	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21615	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21611	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21616	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21612	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21614	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21619	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21617	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE HEMODIALISIS	NIPRO	SURDIAL	UNIDAD RENAL	21618	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	UNIDAD RENAL	08701	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	UNIDAD RENAL	06809	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	UNIDAD RENAL	NIR	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	UNIDAD RENAL	006482	CUATRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUL S2/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6319	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6318	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6312	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6314	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6313	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6315	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	UNIDAD RENAL	6320	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77389	UNIDAD RENAL	6311	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77388	UNIDAD RENAL	6317	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SILLA MULTIPROPOSITO	LOS PINOS	3PL 3M BCS TERM	77387	UNIDAD RENAL	6316	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS MEDI PUMP	1130	10528	UNIDAD RENAL	0480	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	748579	UNIDAD RENAL	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	747714	UNIDAD RENAL	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	ALPK2	N/R	748547	UNIDAD RENAL	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH O METER	349KLX	3500041904	UNIDAD DE TRANSPLANTE	7117	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONDENDOSCOPIOS	LITMAN	QUALITY	N/R	UNIDAD DE TRANSPLANTE	N/R	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	WELCH ALLYN	SHOEN	70318155982	UNIDAD DE TRANSPLANTE	AC02002	ANUAL	S2/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M158ME6436	UCI ADULTO	20393	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M158ME6441	UCI ADULTO	20388	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M158ME6442	UCI ADULTO	20392	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M158ME6431	UCI ADULTO	20384	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6458	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6456	UCI ADULTO	20377	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6457	UCI ADULTO	20390	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M160ME6459	UCI ADULTO	20374	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M160ME6466	UCI ADULTO	20380	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	P1440B	M159ME6453	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033011	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1006033026	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1005032019	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1005032068	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMIH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1006033042	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1006033044	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033021	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1006033024	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	1002030094	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033018	UCI ADULTO	6540	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC 2030	0911033002	UCI ADULTO	6542	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
DESPIRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02265	UCI ADULTO	11478	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MANITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
DESPIRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02266	UCI ADULTO	20065	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROBISTURI	VALLEY LAB	FORCE FX	SF9E04354A	UCI ADULTO	1675	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10629	UCI ADULTO	ELECT2	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10627	UCI ADULTO	002161	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	ECG-9620T	10628	UCI ADULTO	ELECT3	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
INFUSORES DE PRESION	RIESTER	METPAK	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
LAMPARA PIELITICA	MARTIN	89-010-10	MV10A0A120710M0704	UCI ADULTO	08203	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
LARINGOSCOPIO ADULTO	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07648	UCI ADULTO	20371	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9° N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07640	UCI ADULTO	20366	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07647	UCI ADULTO	1701	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07644	UCI ADULTO	20378	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07648	UCI ADULTO	20373	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07649	UCI ADULTO	20372	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07643	UCI ADULTO	13749	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07650	UCI ADULTO	06807	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07645	UCI ADULTO	20365	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07642	UCI ADULTO	20367	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	07641	UCI ADULTO	13735	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 6301	03853	UCI ADULTO	20370	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM 6301	03854	UCI ADULTO	20368	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01322	UCI ADULTO	20363	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01323	UCI ADULTO	13747	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01324	UCI ADULTO	13745	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01325	UCI ADULTO	13746	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermando Moncaleano Pardo

DIRECCION:

Calle 9° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01326	UCI ADULTO	20364	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01328	UCI ADULTO	20369	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-2353K	01327	UCI ADULTO	08425	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06493	UCI ADULTO	5800	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06494	UCI ADULTO	5802	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	06495	UCI ADULTO	5804	CUATRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUL S3/NOV	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12607	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10925	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10980	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10965	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10954	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	08865	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10513	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	11943	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12619	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MTD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10520	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10545	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	11907	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	10133	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFAND	N/R	N/R	UCI ADULTO	11972	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFAND	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	08979	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12536	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12609	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TORRE MULTIFUNCIONAL	AGAFANO	N/R	N/R	UCI ADULTO	12608	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	06030014842	UCI ADULTO	CIA002218	SEMESTRAL	S4/MAR S2/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	UCI ADULTO	N/R	ANUAL	S3/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501061020	UCI ADULTO	20073	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR BENNETT	760	3501061030	UCI ADULTO	20069	CUATRIMESTRAL	S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501061022	UCI ADULTO	VENT00	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501061019	UCI ADULTO	20072	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501061034	UCI ADULTO	20076	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501051191	UCI ADULTO	20070	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501060345	UCI ADULTO	VENT02	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501060399	UCI ADULTO	20068	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501060397	UCI ADULTO	20067	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501061033	UCI ADULTO	13776	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501060344	UCI ADULTO	20077	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501100769	UCI ADULTO	20071	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501100923	UCI ADULTO	20075	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501100924	UCI ADULTO	13775	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501100925	UCI ADULTO	13777	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101065	UCI ADULTO	06689	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101119	UCI ADULTO	13772	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101123	UCI ADULTO	06670	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101234	UCI ADULTO	06675	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101240	UCI ADULTO	07475	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	760	3501101239	UCI ADULTO	07475	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR DE TRANSPORTE	AIXOX	SUPPORTAIR	4096200L446006	UCI ADULTO	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ACT PLUS	MEDTRONIC	ACT110	ACT1003593	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6749	ANUAL	S4/MAY	MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANGIOGRAFO	SIEMENS	AXION ARTIS U	07008530	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	SIEMENS	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ANGIOGRAFO	PHILLIPS	ALERA XPER FB20 MCA	323	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6698	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	PHILLIPS	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH O METER	349KLX	3500041903	UNIDAD CARDIOVASCULAR	007116	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	MAQUET	HL20	94025475	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6517	ANUAL	S4/MAY	MAQUET	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONSOLA DE CONTRAPULSACION	ARROW	LAP	140721	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6716	ANUAL	S4/MAY	CPT	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHEN	TEC-5531	03647	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006470	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHEN	TEC-5531	03645	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006469	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ECOGRAFO	PHILLIPS	SPARQ1ICA	US01410001	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006447	ANUAL	S4/JUL	PHILLIPS	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFICO	NIHON KOHEN	ECG-1150	14055K	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006473	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
INTERCAMBIADOR DE CALOR	SARNS	11160	1242	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
FUENTE DE MARGAPASOS BIOMERICAL	OSYBK	N/R	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	5572	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60300	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL	S4/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARGAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6750	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MARGAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	0JH006383P*	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006515	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

PLAN DE MANTENIMIENTO:

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO	MEDTRONIC	5392 MKT LTA MCA	DJH06377P*	UNIDAD CARDIOVASCULAR	AC06984	SEMESTRAL	S4/MAR S4/SEP	MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MESA DE CIRUGIA	HOTBORN	OC-2000	QJHB001-2000	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	ANUAL			CONTRATO EXTERNO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00014	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	08324	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006478	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	08323	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006475	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562K	08325	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006480	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 3562K	8321	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006477	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0112953	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006486	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0112971	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006483	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0112952	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006481	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0112958	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006484	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SISTEMA AUTOTRANSFUSION	MEDTRONIC	AUTOLOG	ATL6110	UNIDAD CARDIOVASCULAR	6747	ANUAL		MEDTRONIC	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCIONADOR PORTATIL	SILFAB	N33-G	002889	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	CUATRIMESTRAL	S4/MAR S4/JUL S4/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TROMBELASTOGRAFO	HAEMOSCOPE	TEG5000	5031405181	UNIDAD CARDIOVASCULAR	0064301	SEMESTRAL	S4/MAR S4/NOV	MILENIM	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELIPTICA	PROFIT	N/R	N/R	CARDIOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1/ABR S1/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
CAMINADORA 1	PROTEUS	PT-500T	N/R	CARDIOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1/ABR S1/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
CAMINADORA 2	N/R	TE-711	N/R	CARDIOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1/ABR S1/OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PEDALERA REHABILITACIÓN	RECOVERY	COM14R	N/R	CARDIOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S1 ABR S1 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICAC
BASCUILA	HEALTH O METER	349KLX	3500041328	INFECTOLOGIA	007115	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA	KENWELL	N/R	N/R	INFECTOLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA	N/R	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1103	INFECTOLOGIA	07309	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1102	INFECTOLOGIA	07326	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1104	INFECTOLOGIA	09232	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	859	INFECTOLOGIA	09240	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1121	INFECTOLOGIA	07327	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	861	INFECTOLOGIA	09239	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA	07310	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1106	INFECTOLOGIA	07317	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESTIBRIDADOR	WELCH ALLYN	PIC30	85551	INFECTOLOGIA	10883	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	INFECTOLOGIA	HPE001917	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJIONMETROS	N/R	N/R	N/R	INFECTOLOGIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	INFECTOLOGIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05276	INFECTOLOGIA	07240	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 235-1K	05269	INFECTOLOGIA	07684	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM800	AA5C-11213	INFECTOLOGIA	10707	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MANITTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M9	W51L07391M	INFECTOLOGIA	07237	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M9	W51L07401M	INFECTOLOGIA	13921	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-208-YE	N/R	INFECTOLOGIA	20504	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	1010004103	INFECTOLOGIA	SUCC08	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-67A	109700001649	INFECTOLOGIA	SUCC09	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	ALPK 2	N/R	6339996	INFECTOLOGIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH O METER	349KLX	3500041947	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07118	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH O METER	398KGS-01	13000000087	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	000986	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1116	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07364	ANUAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1111	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07350	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1112	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07361	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	864	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09236	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	863	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09240	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	865	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09235	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	866	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09234	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	862	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	09237	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	860	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	00922	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	836	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	07365	SEMESTRAL	S5/MAR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT-101	8026421	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	006744	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	EOORG5	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05278	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	06813	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM 2351K	05271	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	08702	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACE LABS	91415-A	91415-501762	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH OMETER	386 KGS-01	1300000087	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	000986	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	SAFE HEART	N/R	3002WF704245	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	007098	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H 100B	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	13507	CUATRIMESTRAL	S5/MAR S5/JUL S5/NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-67A	089500000701	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21292	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1135	070400004201	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	01337	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130-667	089400000902	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21244	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007999	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	12522	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007995	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	21293	SEMESTRAL	S5/MAR S5/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
TENSIOMETROS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUL	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
BASCUA	HEALTH D METER	522KL	5220000637	UCI PEDIATRIA	20489	SEMESTRAL	S3/FEB S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
BASCUA	SOEHNLE	130KG	N/R	UCI PEDIATRIA	AC01429	SEMESTRAL	S3/FEB S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106724	UCI PEDIATRIA	6678	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106725	UCI PEDIATRIA	6688	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106726	UCI PEDIATRIA	6684	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106727	UCI PEDIATRIA	6683	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106728	UCI PEDIATRIA	6682	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106729	UCI PEDIATRIA	6681	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106730	UCI PEDIATRIA	6686	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106731	UCI PEDIATRIA	6686	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106732	UCI PEDIATRIA	6687	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106733	UCI PEDIATRIA	6689	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106734	UCI PEDIATRIA	6690	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106735	UCI PEDIATRIA	6677	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106736	UCI PEDIATRIA	6680	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	LINET	ELEGANZA SMART	0140106737	UCI PEDIATRIA	6679	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO
CENTRAL DE MONITOREO	NIHON KOHDEN	MU-960RK	00987	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO D ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531	03463	UCI PEDIATRIA	6160	CUATRIMESTRAL	S4/FEB S4/JUN S4/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5532	03462	UCI PEDIATRIA	6161	CUATRIMESTRAL	S4/FEB S4/JUN S4/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF D	NIHON KOHDEN	EOG-1150	10325	UCI PEDIATRIA	6162	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	1147019090	N/R	UCI PEDIATRIA	20648	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	ANVEX	N/R	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	MET PAK	150626521	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INFUSOR DE LIQUIDOS	RIESTER	MET PAK	110325924	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S4/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RAIANTE	MEDIX	SM-401	S614-14	UCI PEDIATRIA	8422	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RAIANTE	MEDIX	SM-401	S613-14	UCI PEDIATRIA	8421	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PELITICA	DR. MACH	LED 200	14/13356	UCI PEDIATRIA	8423	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FIBROBRONCOSCOPIO	FLUJIFILM	FB-120P	1B044K016	UCI PEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	S4/MAY S4/NOV	JOMEDIAL	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07085	UCI PEDIATRIA	6146	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07087	UCI PEDIATRIA	6147	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07089	UCI PEDIATRIA	6148	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	D7090	UCI PEDIATRIA	6149	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07091	UCI PEDIATRIA	6150	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07092	UCI PEDIATRIA	6151	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:


PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07093	UCI PEDIATRIA	6152	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07094	UCI PEDIATRIA	6153	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07095	UCI PEDIATRIA	6154	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07097	UCI PEDIATRIA	6155	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07098	UCI PEDIATRIA	6156	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07099	UCI PEDIATRIA	6157	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICD
MONITOR DE SIGNDS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07100	UCI PEDIATRIA	6158	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNDS VITALES	NIHON KOHDEN	MU-631RK	07101	UCI PEDIATRIA	6159	CUATRIMESTRAL	S5/FEB S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562K	13230	UCI PEDIATRIA	7731	SEMESTRAL	S5/FEB S5/JUN	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICD
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMEO	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	S5/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	55/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PANEL MULTIFUNCIONAL	ARAMED	UCI	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	55/JUN	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060083	UCI PEDIATRIA	7791	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060116	UCI PEDIATRIA	7789	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13120535	UCI PEDIATRIA	7794	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP13060112	UCI PEDIATRIA	7790	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP14120213	UCI PEDIATRIA	7793	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UNIDAD DE CALENTAMIENTO	COVIDIEN	WT6000	SP14120267	UCI PEDIATRIA	7792	SEMESTRAL	55/FEB 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	UCI PEDIATRIA	N/R	ANUAL	55/JUN	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400709	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400711	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400716	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400720	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400731	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400640	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400747	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400754	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	55/FEB 55/JUN 55/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMIH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400760	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400764	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400769	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400776	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400778	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELCOR PURITAN BENNETT	PB-980	35B1400787	UCI PEDIATRIA	N/R	CUATRIMESTRAL	SS/FEB SS/JUN SS/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	METRAN	R100	00225	UCI PEDIATRIA	000985	SEMESTRAL	S4/MAY S4/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	METRAN	R100	00224	UCI PEDIATRIA	000979	SEMESTRAL	S4/MAY S4/NOV	AMAREY NOVAMEDICA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO PEDIATRICO/ADULTO DE ALTA FRECUENCIA	SENSORMEDICS	3100A	BBW01205	UCI PEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	S4/JUN S4/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	01469	UCI NEONATAL	7239	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE RX PORTATIL	TOSHIBA	KCD-10M7	B4613161	UCI NEONATAL	CIN002805	TRIMESTRAL	S1/FEB S1/MAY S1/AGO S1/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL	S1/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5199-06	UCI NEONATAL	21999	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5193-06	UCI NEONATAL	21998	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5349-07	UCI NEONATAL	14804	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5191-06	UCI NEONATAL	08881	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5192-06	UCI NEONATAL	6284	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	PC-305	5347-07	UCI NEONATAL	0682	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	23905	UCI NEONATAL	11980	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4198-12	UCI NEONATAL	22000	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4197-12	UCI NEONATAL	22001	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4384-13	UCI NEONATAL	21997	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	MEDIX	NATAL CARE LX	4302-12	UCI NEONATAL	13340	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	MEDIX	TR200	202111	UCI NEONATAL	5110	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
INCUBADORA CERRADA	DRAGER	CALEO	ASAF-0021	UCI NEONATAL	06282	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
INCUBADORA CERRADA	DRAGER	CALEO	ASAF-0022	UCI NEONATAL	13322	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM401	134806	UCI NEONATAL	14841	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	BABY THERM 8004	ASAF-0044	UCI NEONATAL	06283	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-4000	ASAK-0058	UCI NEONATAL	LAPF02	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-4000	ASAK-0048	UCI NEONATAL	LAPF01	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEOIX	LV6T	434-06	UCI NEONATAL	13863	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEOIX	LV6T	435-06	UCI NEONATAL	14801	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LV6T	432-06	UCI NEONATAL	05954	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	NIR	NIR	NIR	UCI NEONATAL	NIR	ANUAL	SI/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA	5516592172	UCI NEONATAL	10067	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR OE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05260	UCI NEONATAL	10070	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR OE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05261	UCI NEONATAL	07238	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR OE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05268	UCI NEONATAL	22006	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH


DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05270	UCI NEONATAL	22007	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05279	UCI NEONATAL	21744	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00034	UCI NEONATAL	13736	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05262	UCI NEONATAL	7681	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02968	UCI NEONATAL	07052	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03600	UCI NEONATAL	00862	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03589	UCI NEONATAL	05115	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02968	UCI NEONATAL	07051	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03588	UCI NEONATAL	005114	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02410	UCI NEONATAL	22002	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	02951	UCI NEONATAL	22003	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	03586	UCI NEONATAL	005112	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	2272	UCI NEONATAL	22008	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	3584	UCI NEONATAL	005111	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0105675	UCI NEONATAL	10078	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



HOSPITAL NIVERNARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
CALLE 9 N° 15-25

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARID	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0120410	UCI NEONATAL	007982	ANUAL	SI/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121517	UCI NEONATAL	007990	ANUAL	SI/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121536	UCI NEONATAL	007992	ANUAL	SI/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	BABY SCALE	TANITA	840810	UCI NEONATAL	N/R	SEMESTRAL	SI/ABR SI/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	354	8354253150820	UCI NEONATAL	007683	SEMESTRAL	SI/ABR SI/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	SECA	354	8354253151116	UCI NEONATAL	007682	SEMESTRAL	SI/ABR SI/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
REANIMADOR NEONATAL	FISHER & PAYKEL	NEOPUFF	121015004981	UCI NEONATAL	21971	ANUAL	SI/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
REGULADORES DE SUCCION	N/R	N/R	N/R	UCI NEONATAL	N/R	SEMESTRAL	SI/ABR SI/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630GL	31100011279	UCI NEONATAL	20349	SEMESTRAL	SI/ABR SI/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42472	UCI NEONATAL	22013	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42471	UCI NEONATAL	22012	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42425	UCI NEONATAL	22011	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42427	UCI NEONATAL	22009	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	4000	42420	UCI NEONATAL	22010	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL	SLE	5000	55760	UCI NEONATAL	22014	CUATRIMESTRAL	SI/ABR SI/AGO SI/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3510050777	UCI NEONATAL	10390	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3510050779	UCI NEONATAL	08733	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	351005147	UCI NEONATAL	20315	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	NELLCOR PURITAN BENNETT	840	3512100493	UCI NEONATAL	08887	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
VENTILADOR MECANICO	MAQUET	SERVOI	118142	UCI NEONATAL	06619	CUATRIMESTRAL	S1/ABR S1/AGO S1/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	852	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09248	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	853	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09244	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	847	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09243	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	854	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09296	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	855	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09299	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	857	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09247	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	844	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09246	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	850	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09233	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	846	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09297	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	849	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09241	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELECTRICA	SON	SUPER DREAM	845	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	006310	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	07325	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	002733	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	09245	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SIDN	SUPER DREAM	002734	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	CAEL13	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	002735	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	CAEL14	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	002736	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	CAEL15	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTRICA	SION	SUPER DREAM	824	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	00091	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC30	86402	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	07576	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	SCHILLER	AT101	08027307	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007113	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0120407	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	007981	ANUAL	S2/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	071100007165	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	005874	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	101100007676	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	20467	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1631	071100007166	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	000799	SEMESTRAL	S2/ABR S2/DCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	S 130P	100500026668	HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	13461	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
TENSIOMETROS	NIR	N/R	N/R	HOSPITALIZACION NEUROCIQUIRIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	856	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	09298	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	002012	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	COMP28	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER OREAM	002739	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	13785	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	002724	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	07362	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	873	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	13740	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	833	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	09285	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	1108	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	07349	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	07269	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	1110	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	07363	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	20389	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELECTICA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	08766	ANUAL	S2/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	SCHILLER	DEFIGARO 4000	1089991100792	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	20457	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	SCHILLER	AT 1	190.49980	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	N/R	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	N/R	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
GRAMERA	BDECO	BLC500	N/R	HOSP. GINECO- OBSTETRICIA	N/R	SEMESTRAL	S2/ABR S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MONITOR DE SIGNOS VITALES	WELCH ALLYN	PROPAQ LT	KA020441	HOSP. GINECO-OBSTETRICIA	20458	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR FETAL	EDAN	F9 EXPRESS	460407 - M15C10390002	HOSP. GINECO-OBSTETRICIA	008163	ANUAL	S2/NOV	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METTER	N/R	52200121	HOSP. GINECO-OBSTETRICIA	20490	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSP. GINECO-OBSTETRICIA	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJIONETROS	N/R	N/R	N/R	UNIDAD BASICA NEONATAL	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	UNIDAD BASICA NEONATAL	N/R	ANUAL	S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAC-0044	UNIDAD BASICA NEONATAL	004154	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAC-0054	UNIDAD BASICA NEONATAL	004153	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAK-0057	UNIDAD BASICA NEONATAL	LAPF05	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAJ-0007	UNIDAD BASICA NEONATAL	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT4000	ASAK-0043	UNIDAD BASICA NEONATAL	N/R	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-04112662	UNIDAD BASICA NEONATAL	CIN010516	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	5263	UNIDAD BASICA NEONATAL	10383	CUATRIMESTRAL	S3/MAY S2/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	HEALTH O METTER	553KL	5530007866	UNIDAD BASICA NEONATAL	PESA 10	SEMESTRAL	S3/MAY S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	MEDI PUMP	0306000708	UNIDAD BASICA NEONATAL	UBN000695	SEMESTRAL	S3/MAY S2/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	636	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09273	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	843	HOSPITALIZACION CIRUGIA	000666	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	841	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09174	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	842	HOSPITALIZACION CIRUGIA	000313	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002723	HOSPITALIZACION CIRUGIA	13343	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	848	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09242	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002199	HOSPITALIZACION CIRUGIA	HMI0017	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	C505-506	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09282	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	07369	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	639	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09172	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002015	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09295	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002014	HOSPITALIZACION CIRUGIA	CAEL12	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	20379	HOSPITALIZACION CIRUGIA	002017	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	07366	HOSPITALIZACION CIRUGIA	002732	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09242	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002016	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09169	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002191	HOSPITALIZACION CIRUGIA	13345	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002017	HOSPITALIZACION CIRUGIA	20379	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	09167	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	CAELO5	HOSPITALIZACION CIRUGIA	002193	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	13739	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002732	HOSPITALIZACION CIRUGIA	07366	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOH-DEN	TEC-5531K	01421	HOSPITALIZACION CIRUGIA	08712	CUATRIMESTRAL	S3/ABR S3/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFIO	SCHILLER	AT 1	26234	HOSPITALIZACION CIRUGIA	006518	CUATRIMESTRAL	S3/ABR S3/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VIAS	VIAS	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VIAS	VIAS	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOH-DEN	BSM-2351K	05265	HOSPITALIZACION CIRUGIA	08720	CUATRIMESTRAL	S3/ABR S3/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H-100	316036-M1590348013	HOSPITALIZACION CIRUGIA	007106	CUATRIMESTRAL	S3/ABR S3/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	1007050505201	HOSPITALIZACION CIRUGIA	000000	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	91500009869	HOSPITALIZACION CIRUGIA	07160	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	VIAS	VIAS	N/R	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	840	CLINICA DE HERIDAS	09293	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002727	CLINICA DE HERIDAS	13347	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002018	CLINICA DE HERIDAS	13344	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002190	CLINICA DE HERIDAS	CAM132	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002192	CLINICA DE HERIDAS	CAM123	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CLINICA DE HERIDAS	09292	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	2194	CLINICA DE HERIDAS	CAM151	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	834	CLINICA DE HERIDAS	09287	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CLINICA DE HERIDAS	07369	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CLINICA DE HERIDAS	09153	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1120	CLINICA DE HERIDAS	CAM002	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CLINICA DE HERIDAS	04153	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	LOS PINOS	44818	CLINICA DE HERIDAS	13348	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	1117	CLINICA DE HERIDAS	CAM128	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	C505-506	CLINICA DE HERIDAS	09292	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CLINICA DE HERIDAS	07369	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002515	CLINICA DE HERIDAS	CAEL04	ANUAL	S3/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	ZOLL	M SERIES	19905215	CLINICA DE HERIDAS	13760	CUATRIMESTRAL	S3/ABR S3/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCIÓN:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FONENDOSCOPIOS	VARIAS	VARIAS	N/R	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIAS	VARIAS	N/R	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LAMPARA PIELITICA	ILUMITEC	CBR-103	88989	CLINICA OE HERIDAS	LAMP1	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0121729	HOSPITALIZACION CIRUGIA	007989	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	050900005974	CLINICA DE HERIDAS	09706	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008225	CLINICA DE HERIDAS	22209	SEMESTRAL	S3/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIDMETROS	VARIAS	VARIAS	N/R	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	820	MEDICINA INTERNA	000145	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	829	MEDICINA INTERNA	000201	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	867	MEDICINA INTERNA	000207	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002207	MEDICINA INTERNA	09160	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002199	MEDICINA INTERNA	09284	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	000199	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002205	MEDICINA INTERNA	000163	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002204	MEDICINA INTERNA	13741	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	870	MEDICINA INTERNA	13742	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002722	MEDICINA INTERNA	CAEL00	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002206	MEDICINA INTERNA	09156	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	00162	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002208	MEDICINA INTERNA	000175	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002209	MEDICINA INTERNA	CAEL03	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	831	MEDICINA INTERNA	000224	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002720	MEDICINA INTERNA	09250	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	819	MEDICINA INTERNA	09280	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	818	MEDICINA INTERNA	09250	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002200	MEDICINA INTERNA	000203	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002201	MEDICINA INTERNA	CAM135	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	830	MEDICINA INTERNA	09269	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002203	MEDICINA INTERNA	20827	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	CAM00	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S/4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	843	MEDICINA INTERNA	20381	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	844	MEDICINA INTERNA	07266	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	872	MEDICINA INTERNA	20826	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002198	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	09159	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	MEDICINA INTERNA	CAM139	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	828	MEDICINA INTERNA	09271	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	00663	MEDICINA INTERNA	009005	ANUAL	S5/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	CARDIDFAXC	14057	MEDICINA INTERNA	006474	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
FLUJOMETROS	N/R	N/R	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
FONENDOSCOPIOS	GMD	N/R	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
LARINGOSCOPIOS	N/R	N/R	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05284	MEDICINA INTERNA	07235	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	010911	MEDICINA INTERNA	005805	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121831	MEDICINA INTERNA	007994	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14206660071	MEDICINA INTERNA	006865	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036- M14206660073	MEDICINA INTERNA	006886	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008229	MEDICINA INTERNA	001618	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	8230	MEDICINA INTERNA	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	121200008233	MEDICINA INTERNA	11173	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	12100004267	MEDICINA INTERNA	000242	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	WELCH ALLYN	SHOCK	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	ALPK2	ADULTO	047175	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	GMD	ADULTO	13101194	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETROS	N/R	N/R	N/R	MEDICINA INTERNA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA	000267	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	INFECTOLOGIA	09155	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	ZOLL	M3	T00115483	INFECTOLOGIA	HSP000281	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	5282	INFECTOLOGIA	00278	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	060300004022	INFECTOLOGIA	000276	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO	ALPK2	ADULTO	509136	INFECTOLOGIA	AC00520	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIONMETRO	ALPK2	ADULTO	810571	INFECTOLOGIA	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002730	CRONICOS	CAEL02	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002721	CRONICOS	000166	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002203	CRONICOS	CAM140	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002210	CRONICOS	20832	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002198	CRONICOS	000161	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CRONICOS	20830	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	CRONICOS	09165	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	0002738	CRONICOS	07266	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	0002725	CRONICOS	20828	SEMESTRAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITDR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0121652	CRONICOS	007995	ANUAL	S4/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	INFINITY VISTA	5516655870	CRONICOS	002810	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S3/AGO S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	310030- M14CO6680075	CRONICOS	008867	CUATRIMESTRAL	S4/ABR S3/AGO S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004284	CRONICOS	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	080900006203	CRONICOS	20664	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004275	CRONICOS	N/R	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	10100007839	CRONICOS	SUCC07	SEMESTRAL	S4/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004287	CRONICOS	N/R	SEMESTRAL	SAIABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SHUCO	S130P	108500026674	CRONICOS	04019	SEMESTRAL	SAIABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004287	CRONICOS	N/R	SEMESTRAL	SAIABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J23995	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	006309	ANUAL	SAIABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J26824	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	006309	ANUAL	SAIABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	827	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	SAIABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121676	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	007996	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0109906	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	005803	CUATRIMESTRAL	SAIABR S3/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BALANZA	HEALTH O METTER	180KG	1620000762	HOSPITALIZACION 7PISO	7855	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J26825	HOSPITALIZACION 7PISO	006058	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J27599	HOSPITALIZACION 7PISO	006057	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J28766	HOSPITALIZACION 7PISO	006308	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J27566	HOSPITALIZACION 7PISO	006056	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J27565	HOSPITALIZACION 7PISO	CAEL18	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J30820	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J26712	HOSPITALIZACION 7PISO	006055	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J28818	HOSPITALIZACION 7PISO	09275	SEMESTRAL	SAIABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	STRYKER	FLORENCE	J27600	HOSPITALIZACION 7PISO	09277	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	000038	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	09286	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002729	HOSPITALIZACION 7PISO	000046	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002728	HOSPITALIZACION 7PISO	D00052	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	851	HOSPITALIZACION 7PISO	D00099	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	817	HOSPITALIZACION 7PISO	001554	SEMESTRAL	S4/ABR S3/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002195	HOSPITALIZACION 7PISO	09286	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002731	HOSPITALIZACION 7PISO	000133	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002211	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	829	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	821	HOSPITALIZACION 7PISO	006054	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6452	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6433	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	HILL-ROM	405	M158ME6440	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631	00857	HOSPITALIZACION 7PISO	008003	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAF O	NIHON KOHDEN	CARDIOFAX	10134	HOSPITALIZACION 7PISO	005801	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1:



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FLUJOMETROS	VARIOS	N/R	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	WELCH ALLYN	60813	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0105904	HOSPITALIZACION 7PISO	005799	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	05272	HOSPITALIZACION 7PISO	07221	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PVM-2701	0121393	HOSPITALIZACION 7PISO	007985	ANUAL	S5/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	SAFE HEART	SHO-3002	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	007099	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	SAFE HEART	SHO-3002	WF704198	HOSPITALIZACION 7PISO	007097	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	101100007828	HOSPITALIZACION 7PISO	SUCC06	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635A	100700000234	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	101000000234	HOSPITALIZACION 7PISO	000001	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	SCHUCCO	N/R	030500022245	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S4/SEP	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETROS	ALPK2	60813	N/R	HOSPITALIZACION 7PISO	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	002737	HOSPITALIZACION VIP	20825	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	836	HOSPITALIZACION VIP	N/R	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION VIP	13349	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION VIP	13342	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	837	HOSPITALIZACION VIP	HML000415	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	2726	HOSPITALIZACION VIP	12197	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION VIP	13338	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION VIP	9270	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SION	SUPER DREAM	N/R	HOSPITALIZACION VIP	13346	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	512	HOSPITALIZACION VIP	M.B	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SIDN	SUPER DREAM	873	HOSPITALIZACION VIP	N/R	ANUAL	S6/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2131	HOSPITALIZACION VIP	20670	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S6/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	29000-19090	c-50-005	HOSPITALIZACION VIP	7108	SEMESTRAL	S5/ABR S6/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	AT 101	27308	HOSPITALIZACION VIP	7112	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S6/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	0030	HOSPITALIZACION VIP	7112	CUATRIMESTRAL	S6/ABR S6/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION VIP	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/R	N/R	HOSPITALIZACION VIP	N/R	ANUAL	S4/ABR	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036M15707290065	HOSPITALIZACION VIP	N/R	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S6/AGO S3/DIC	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1630	91500009868	HOSPITALIZACION VIP	7114	SEMESTRAL	S6/ABR S6/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	10100004284	HOSPITALIZACION VIP	20171	SEMESTRAL	S6/ABR S6/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ACELERADOR LINEAL	VARIAN	2100	1535	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMENSUAL	S1/FEB S2/ABR S2/JUN S2/AGO S2/OCT S2/DIC	J.RESTREPO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ARCO EN C BRAQUITERAPIA	UNIVERSAL	UNIMAX	MED3830891	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	TRIMESTRAL	S2/FEB S2/MAY S2/AGO S2/NOV	ING. ORLANDO CASTRO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA CON TALLIMETRO	SECA	N/R	1291	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	3275	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA CON TALLIMETRO	SECA	N/R	1235	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9375	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA CON TALLIMETRO	HEALTH O METTER	402KL	4020002908	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9349	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039238	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6751	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039256	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6750	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039143	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6748	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039191	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6746	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039255	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6749	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039221	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6752	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039144	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039192	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6745	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BASCUILA DIGITAL	HEALTH O METTER	349KL	35000039238	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6751	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SUPER DREAM	SION	1118	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	20378	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA	SUPER DREAM	SION	825	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	20383	ANUAL	S5/ABR	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	1468	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9302	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3648	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	8472	CUATRIMESTRAL	S2/ABR S2/AGO S2/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE BRAQUITERAPIA	VARIAN	GAMMAMED PLUS	H640240	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	SEMESTRAL	S2/MAR S2/SEP	J.RESTREPO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	19090	C000029	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC0742B	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	19090	600029	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07425	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	114470	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC7429	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	PORTATIL	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	UCA013457	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	19090	C50005	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	AC07427	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FONENDOSCOPIOS	VARIOS	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
FOTOFORO	WELCH ALLYN	78103	LR 25757	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	600002	SEMESTRAL	S4/MAR S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
LARINGOSCOPIOS	GREENLINE	SUN MED	M28755334819	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9399	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GE	ARUN-0008	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	12127	CUATRIMESTRAL	S5/ABR S5/AGO S5/DIC	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MICROSCOPIO	NIHON KOHDEN	YS 100	512345	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	11425	SEMESTRAL	S5/ABR S3/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PWM 2701	121391	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	7984	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PWM 2701	121397	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	7987	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	PWM 2701	121502	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	7989	ANUAL	S3/AGO	GARANTIA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PESA BEBE	BABY SCALE	DETECTO	96397	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9343	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PROCESADORA DE PLACAS	KODAK	X-OMAT 35	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	REVE01	SEMESTRAL	S6/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PULSOXIMETRO	BIONICS	BPM200	125JD066	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	OXIMEP	SEMESTRAL	S5/ABR S5/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	2080002237	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	9394	SEMESTRAL	S6/ABR S6/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1036	90500000695	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	SUCC15	SEMESTRAL	S6/ABR S6/OCT	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	3713	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	N/R	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	N/R	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
TENSIOMETRO	N/R	N/R	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	ANUAL	S4/AGO	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LDCALZACIDN	N° INVENTARID	PERIDICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPDNSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODEL	SERIE						
COMODATO									
DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIDICIDAD	FECHAS (mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800285	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATRL	SIN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168534	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2155766	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2155779	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2155900	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2155923	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168533	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168535	CRONICOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168537	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168538	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168539	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168555	4to PISO NEUROCX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2168556	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180199	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180234	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180235	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180237	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180239	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180240	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180241	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180242	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:


PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO-N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2180243	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800168	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800195	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800255	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800264	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	2186536	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9800297	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801427	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801476	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801700	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801708	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801727	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9801742	PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9804578	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9804579	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9804580	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9804581	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA NUTRICION	ABBOTT	PATROL	9804583	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	ABBOT	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	XL	98275525	URGENCIAS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	XL	98275389	URGENCIAS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	XL	98275396	URGENCIAS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75245126	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75244777	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75244699	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75244364	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75243911	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:


PLAN DE MANTENIMIENTO:

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TEL EFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACIóN	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75243848	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75243891	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75242394	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75242386	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241681	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241680	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241678	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241677	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241670	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241669	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241626	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241591	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241366	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241360	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241354	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241350	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241334	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241265	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241246	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241232	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241214	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241173	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241167	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241148	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241138	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241108	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO N°1




SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240884	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240884	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240816	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241625	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240882	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240876	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240889	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240855	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240570	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240585	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240464	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240283	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240281	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240100	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422609	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422603	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422597	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422570	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422588	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422567	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422565	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422528	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422450	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422376	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422367	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18422364	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:


Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442362	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442349	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241679	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442347	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442346	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442341	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442334	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442333	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442331	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442325	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18441768	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	HNS 12	110823	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145557	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145523	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145722	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145907	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145935	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	145957	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	146036	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	146050	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	146065	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	146106	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	149227	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	149375	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	149384	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFUSOR	B BRAUN	SPACE	149650	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



ANEXO N°1



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75243848	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75243891	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75242384	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75242366	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241681	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOL D ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241680	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241678	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PRDTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241677	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241670	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241669	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241626	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241591	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241366	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241360	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241354	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241350	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241334	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241265	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241246	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241232	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241214	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241173	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241167	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241148	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241138	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLD ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241109	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240994	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240964	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240916	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75241525	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240882	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240876	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240869	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240655	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240570	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240565	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240464	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240283	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240281	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	75240100	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442509	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442503	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442597	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442570	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442568	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442567	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442565	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442528	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442450	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442376	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442367	UCI GINECO	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	HOSPIRA	PLUM A+ SPANISH	18442364	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	NOVIEMBRE	HOSPIRA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151044	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151125	ALMACEN	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151141	ALMACEN	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151195	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151222	ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151236	ONCOLOGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151259	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151331	ALMACEN	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151335	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151389	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	151459	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	153888	RECUPERACION CX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA DE INFUSION	B BRAUN	SPACE	153363	QUIMIOTERAPIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	B BRAUN	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL	BAXTER	EPUMP	C16153334	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282747	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1354003	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1354064	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1354045	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1289692	5to PISO	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1354062	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1289611	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1354032	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282530	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282503	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282488	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBAS NUTRICION ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1281460	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282498	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282533	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1281465	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282524	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282517	UCI PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282523	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1282534	UCI PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C1380570	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C14088521	UCI PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C14088316	6to PISO INFECTO	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C14088335	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C14088340	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBAS NUTRICIÓN ENTERAL EPUMP	BAXTER	EPUMP	C14088302	UCI PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	JULIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE DIALISIS PERITONEAL	BAXTER	HOMECHOICE	675093	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	ABRIL	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE DIALISIS PERITONEAL	BAXTER	HOMECHOICE	675053	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	ABRIL	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
EQUIPO DE DIALISIS PRISMAFLEX	BAXTER	PRISMAFLEX	PA16841	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	ABRIL	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21080162DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE	21090224DH	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090227DH	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090051DH	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090070DH	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090137DH	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090104DH	UNIDAD RENAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090129DH	PEDIÁTRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090229DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090254DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090259DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090275DH	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090274DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090120DH	PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090152DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090127DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090135DH	4to PISO NEUROOX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090157DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090118DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090162DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090168DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090267DH	PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090249DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220100150H	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090269DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090167DH	CRONICOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090236DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090270DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	210901720H	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	210901760H	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090228DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	210902170H	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	210901910H	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090268DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090146DH	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	210901610H	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8745907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090087DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090079DH	4to PISO NEUROCX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090200DH	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090072DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090113DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090197DH	4to PISO GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090195DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21040138DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090086DH	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090188DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090074DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090066DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090024DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090088DH	PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090244DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090264DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090450DH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040008DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040008DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040025DH	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040006DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040002DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040009DH	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040031DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040035DH	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040007DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:
PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hermando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMIH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040023DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040027DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040033DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040032DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040016DH	4to PISO GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040022DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040004DH	HERIDAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040003DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040018DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040150DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040147DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040148DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040145DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040144DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040054DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040052DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040014DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040017DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040011DH	NEONATAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040010DH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21080332UH	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21080115UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090087UH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090051UH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010358UH	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010359UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010334UH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010403UH	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010368UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26110120UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010402UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010368UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010291UH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010212UH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26100040UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010136UH	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010084UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010081UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010036UH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010133UH	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010169UH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010144UH	UNIDAD MENTAL	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21040028DH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010059UH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010002UH	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010165UH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010104DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010077UH	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010002DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090015DN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090020DN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22010174DH	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090019DN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090013DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090045DN	6to PISO INFECTO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090039BN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090040BN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	21090067DH	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090035BN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090042DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090043DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090039BN	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090041BN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090034BN	6to PISO INFECTO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22031070UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040068UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060038UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060188UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060261UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060588UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060409UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22060490UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22070236UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090025UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090126UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090133UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090121UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090099UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8745907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900084UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900097UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090108UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090116UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090100UN	PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090079UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090134UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900014UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900019UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090078UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900040UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900089UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900020UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	220900085UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090168UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090158UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22090218UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	240800648UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	240800631UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	240800656UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010440UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010434UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010343UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010386UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010375UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010379UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010359UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010438UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010488UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25010479UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090151UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090153UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090155UN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090167UN	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090180UN	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090181UN	6to PISO INFECTO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	22040107UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090183UN	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26050281UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26050270UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090184UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090190UN	PEDIATRIA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090195UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090196UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090197UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090328UN	4to PISO GINECO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26050288UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090331UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100075UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100070UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100079UN	6to PISO INFECTO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25110113UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100380UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100396UN	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100391UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100395UN	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26070310UN	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25100310UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	25090316UN	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010180UN	6to PISO	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010181UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010185UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010182UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010189UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010189UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010228UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010232UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010236UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	COLLEAGUE P1.7	26010252UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	OCTUBRE	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	21090238DH	BODEGA SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020206DN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22050346DN	HOSPITALIZACION GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020396DN	HOSPITALIZACION GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020149DN	HOSPITALIZACION GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22040023DN	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22040097DN	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020594DN	HOSPITALIZACION CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22050350DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

ANEXO N°1

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22050359DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020529DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22040020DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020680DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020516DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22050338DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020894DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020906DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22020936DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22040060DH	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090010DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090009DN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090289DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090315DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090316DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090317DN	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090318DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090320DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090322DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090323DN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090329DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090331DN	CLINICA DE HERIDAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090248DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090250DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090251DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090259DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

ANEXO N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090262DN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	25090263DN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26040150DN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26040154DN	UNIDAD MENTAL	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26040156DN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26040162DN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26100059UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26050284UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	22090099UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26050172UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26070303UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26110108UN	PISO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26100037UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	SINGLE CHANNEL CXE	26110087UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050263UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110385UN	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110422UN	SEPTIMO PISO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110085UN	SEPTIMO PISO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22060137UN	PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110409UN	NEONATAL	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110381UN	NEONATAL	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050262UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070305UN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050266UN	HERIDAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110013UN	HERIDAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110396UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070307UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22090779UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070302UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110111UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070308UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110070UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110397UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26100026UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110371UN	5to PISO HOSP CX	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050169UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22070708UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050265UN	UCI PEDIATRICA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22090033ON	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070304UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26110366UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050171UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070311UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26070300UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	24080524UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22060595UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050203UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	24030611UN	URGENCIAS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050199UN	UCI NEONATOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	25090023UN	SALA DE PARTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	25090019UN	UCI GINECO	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22060482UN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Biomédico

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NDMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22070154JUN	UCI ADULTOS	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	26050202JUN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
BOMBA INFUSION	BAXTER	TRIPLE CHANNEL	22070608JUN	CIRUGIA	N/R	ANUAL	JUNIO	BAXTER	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	LECTOR STAT FAX	303-2580	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	ANNAR	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	INCUBADORA STAT FAX 2200	2200-3048	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	ANNAR	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	AGITADOR COR 3030D	12100196	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	ANNAR	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
UPS	ANNAR DIAGNOSTICA	UPS APC 1,5 KVA	N/R	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	ANNAR	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	ANNAR DIAGNOSTICA	LAVADORA STAT FAX 2600	2600-3453	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	ANNAR	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	BIOMERUX	EQUIPO VIDAS 30	DASA2388	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	BIOMERUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO	BIOMERUX	FILL ARRAY	FA5114	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	BIOMERUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPUTADOR	BIOMERUX	COMPUTADOR PORTATIL	8E08SC016729	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	BIOMERUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
CPU	BIOMERUX	CPU HP 5700	CZC103C2P6	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	BIOMERUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONITOR	BIOMERUX	MONITOR HP S11	CNC120QLWV	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	BIOMERUX	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO BODEGA MEDICAMENTOS	STARLIGHT	MNS36N	36308-001196C	SOTANO	ALM007867	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BODEGA MEDICAMENTOS	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAJB20071T	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
Máquina desatrapadora de carterías 3/4 a 3"	ridgid kollman	k-50		MANTENIMIENTO	2420	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ACELERADOR	CARRIER	R10V 080 HI	H002146	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ACTIVOS FLUIDS	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAJK2300548B	DFICINA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION	YORK	KAEU090A33A	NOA7393920	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AISLADOS	LG	VM122CENC3	312HACQD00211	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALA NORTE	CARRIER	50DJ012H1	L002939	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALA SUR	CARRIER	50DJ012H1	L002938	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 2	LG	VM1B2CENC3	410HAKA00309	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALMACEN BODEGA	BLUELINE	MUB-60CR	D202257230414824160 048	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALMACEN1	YORK	YHDA12FS	N/R	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ALT D RIESGO OBSTETRICO	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJT500137V	IMAGENOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AMBULANCIA	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ200444Z	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO ANESTESIA	YORK	YJEA09FS	#5050010231102003801	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ANGIOGRAFO	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PALQC000035V	UNIDAD CARDIOVASCULAR	ASF0000066	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ANKA	SAMSUNG	ASV18USBAN	Y23WPAXA00372N	ADM/DN P1	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO	LG	LG60C2N	6040100877GC	ADM/DN P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	AS12USBAN	Y225PAJJC00354F	ADM/DN P1	REF010965	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ASESOR JURIDICO	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJFC00096J	ADM/DN P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ASESOR JURIDICO 2	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAPKZ300195J	ADM/DN P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ATENCION PARTOS	TEMPSTAR	THWA12SLDE	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AUDITORIA MEDICA	SAMSUNG	AS18FBN	YOW1PAJQA00140Z	FACTURACION	AF004906	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AUDITORIA MEDICA PISO 4	SAMSUNG	AS24FECN	F428PAJQS01050M	4 PISO	DRH0624	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AUDITORIA	SAMSUNG	CH105CAV	Y2BSPAGEA00025B	PISO 3	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO	SAMSUNG	CH105CAV	Y2BSPAGFA00030Y	PISO 3	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO AUTORIZACIONES	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAPK7300LX	URGENCIAS	0.02752	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S DONANTES	SAMSUNG	CC24BTVA	E869PAGZ200004X	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S ENTREGAS	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500716T	BANCO DE SANGRE	6289	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
AIRE ACONDICIONADO B.S./PASILLO CENTRAL	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900053N	BANCO DE SANGRE	BDS004038	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./DESCANSO MEDICO	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44MPAJF50068BO	BANCO DE SANGRE	6288	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./PASILLO 2	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44KPAJF700112K	BANCO DE SANGRE	6286	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./BODEGA EXTERNA	YORK	YHDA12FS	#213401908091100504	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./BODEGA INTERNA	SAMSUNG	AS12USBAN	N/R	BANCO DE SANGRE	4286	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./CALIDAD	YORK	YHDA12FS	#213401908091100251	BANCO DE SANGRE	4258	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./FRACCIONAMIENTO	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85960001269	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./FRACCIONAMIENTO	YORK	YHDA09FS	#213301908091100273	BANCO DE SANGRE	4229	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./INFECCIOSAS	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PALQ900030	BANCO DE SANGRE	4279	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./INMUNHEMATOLOGIA	SAMSUNG	CC38BTVA	E869PAGSA00011	BANCO DE SANGRE	4282	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./PASILLO 1	YORK	YHDA12FS	#213401908091100073	BANCO DE SANGRE	BDS008077	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./SALA DE ESPERA	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85960001408	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO B.S./TRANSFUSIONAL	YORK	YHEA36FS-AOF	#21B101B24110500011	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BIENESTAR SOCIAL	LG	LS-C122RMAO(N)	411KAJ0612	PISO1	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BODEGA FARMACIA	LG	G182CB	712IASD01532	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BODEGA MEDIC.	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAJB200171T	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BODEGA MEDICAMENTOS	SAMSUNG	AS18RSBAN	N/R	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO BRAQUITERAPIA	CARRIER	50D.012H1	L002987	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BS. CONSULT 1	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF500689X	BANCO DE SANGRE	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BS. COORDINACION	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF700168E	BANCO DE SANGRE	6287	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO BUNKER	CARRIER	E10V008HI	J992108-1002718	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO C.T. CANCEROLOGIA	YORK	YJEAD9FS	#505001264070800046	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO C.T. CANCEROLOGIA P. 2	YORK	PLEA12FS	#217001011080300234	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CANGURO	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43PASB200103Y	CANGURO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CANGURO	SAMSUNG	AS0952GB	N/R	CANGURO	FAR002755	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CANGURO AMBULATORIO	SAMSUNG	CC36BTVA	C101205490410424130 038	CANGURO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CARTERA	SAMSUNG	AS24USBAN	Y241PASZ100176E	FACTURACION	CAR012271	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE MEZCLAS	YDRK	H5CE090A25A	NON8435342	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE MEZCLAS	BLUELINE	MOV6-36C-N	2.400783130461030000 000	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CENTRO CABLEADO SOTANO	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAKS600078V	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CHILLER	TRANE	CGAM 100F 2L02	U15E46786	QUIRDFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CHILLER	TECAM	1UVC060136	C703161670213922400 012	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	6089	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CHILLER 2	TECAM	1UVC060136	C703161670213922400 034	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	906	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CLINICA DE HERIDAS 5 PISO	SAMSUNG	AS12UVBAN	N/R	5 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
AIRE ACONDICIONADO CONMUTADOR	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAJZ100883T	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULT. POSP. PEDIAT. [AMI]	SAMSUNG	AST12WHW13	N/R	3039	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULT. U. MENTAL	SAMSUNG	AS12USBAN	Y226PAJSC00518K	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 1	SAMSUNG	AS12FBAN	D923PAKPC00228D	CES074103	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 10	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200107X	CES072859	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 11	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200102Z	CES072660	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 12	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJS800075X	CES074166	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 13	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA00457V	CES074113	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 14	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA00524B	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 15	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJS800100K	CES070969	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 16- 17	SAMSUNG	CC368TVA	N/R	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 18	SAMSUNG	AS18USBAN	N/R	10872	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 19	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKSA003700	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 2	SAMSUNG	AS12FBAN	N/R	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 3	SAMSUNG	AS12USBAN	Y225PAKSC00213	CES003598	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 4	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22PAJSC00551K	CES070968	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 5	SAMSUNG	AS09PSBAN	Y210PAKSG00249K	CES074149	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 5	LG	VM182CENC3	410HAQD00252	CONSULTA EXTERNA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 7	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC2001205	CONSULTA EXTERNA	CES012857	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 8	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPA3FB00011F	CONSULTA EXTERNA	CES002537	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTA EXT 9	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200112T	CONSULTA EXTERNA	CES012658	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO CIRUGIA	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONTABILIDAD	SAMSUNG	ASV18PSBAN	N/R	CONTABILIDAD	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONTROL DISCIPLINARIO	STARLIGHT	MSG12CR	N/R	RECURSO HUMANO	7296	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONTROL INTERNO 1	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24MPAKS600017M	RECURSO HUMANO	4682	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CONTROL INTERNO 2	SAMSUNG	AS12USBAN	N/R	RECURSO HUMANO	4695	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORO. CANCEROLOGIA	YORK	YJEA12FS	#5201132070200010	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORD. SALUD MENT.	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF300076M	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORD. SALUD MENT.	TRANE	4MYW4524A1000AA	3C85160003978	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORO. UCI	SAMSUNG	ASV12PSBAN	N/R	UCL GO	6285	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORDINACION	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJT2000	NUTRICION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COORDINACION URGENCIAS	BLUELINE	MVA-60CW	N/R	URGENCIAS	5929	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDENCIA	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJT100	ENTRADA SUR	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO COSTO/PRESUPUESTO	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJ2300264T	ADMON P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO CRU	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAKS900195L	URGENCIAS	OBA010973	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO



NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

ANEXO N°1



SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO CUARTO ENFERMERA	SAMSUNG	AS09W8WB	PASV40029K	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO CUARTO MEDICOS	SAMSUNG	ASV12PSBAN	N/R	6 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO DR VALERO	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJS900075A	ENTRADA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ECOCARDIOGRAMA	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJZC00040T	ECOCARDIOGRAFIA	CAR012213	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ECOCARDIOGRAMA	STARLIGHT	MCC-24CR	C101265360510A28130 0	ECOCARDIOGRAFIA	CAR012214	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ECOGRAFIA	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44PAJFS500156R	IMAGENOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ECOGRAFO PARTOS	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y21APAJS500181D	SALA DE PARTOS	SDP010952	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA ALTAS	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23PAKZ300027K	ENDOSCOPIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA BAJAS	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300085B	ENDOSCOPIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA CONSULT 1	LG	VMT82CENC2	410HAHY00225	ENDOSCOPIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA CONSULT 2	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJFB00035L	ENDOSCOPIA	6711	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA CONSULT 3	LG	N/A	N/R	ENDOSCOPIA	6702	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENDOSCOPIA RECEP	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100003	ENDOSCOPIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENFERMERA-PURO	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJZC00018BK	4 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ENTREGA DE ORDENES	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJ2300005P	CONSULTA EXTERNA	CES013110	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACION	BLUELINE	MVA-60CW	D202019410513103160 017	ESTERILIZACION	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACION	CARRIER	40RR016	4721069	QUIROFANO	6482	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR	TECAM	50R3647XH23	20114450191	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO FACTURA URGENCIAS	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAKS800184B	URGENCIAS	OBP011005	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

DIRECCION:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
AIRE ACONDICIONADO FACTURACION CONSULT EXT	YORK	YMKFXCO48BBH- B-X	PARQUEADERO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FACTURACION JEFE	SAMSUNG	ASV12PSBAN	FACTURACION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FACTURACION PPAL	TRANE	TSC120F3E0A0000	FACTURACION	2440	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FACTURACION RX	YORK	YHEA12FS	IMAGENOLOGIA	IMA013161	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA # 1	STARLIGHT	MCC-24CR	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA # 2	STARLIGHT	MCC-24CR	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA # 3	STARLIGHT	MCC-24CR	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA # 4	SAMSUNG	CC24BTVA1	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA CANCEROLOGIA	LG	LSR122AAL	UNIDAD OE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA	SAMSUNG	ASV12PSBAN	REHABILITACION	M700001	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA	SAMSUNG	ASV12PSBAN	REHABILITACION	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA 121	SAMSUNG	IAS1254GB	REHABILITACION	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA 122	SAMSUNG	IAS1254GB	REHABILITACION	RYT003206	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA 123	SAMSUNG	IAS1254GB	REHABILITACION	RYT003209	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO FISIATRIA 124	SAMSUNG	IAS1254GB	REHABILITACION	RYT003210	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GARANTIA DE CALIDAD	SAMSUNG	AS18FSBAN	OFICINA GARANTIA DE CALIDAD	A10006600	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GARANTIA DE CALIDAD	SAMSUNG	AS24USBAN	OFICINA GARANTIA DE CALIDAD	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GARANTIA DE CALIDAD	SAMSUNG	AS18FSBAN	OFICINA GARANTIA DE CALIDAD	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GARANTIA DE CALIDAD	LG	VM122CENB3	OFICINA GARANTIA DE CALIDAD	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GARANTIA DE CALIDAD	LG	VM122CENB3	OFICINA GARANTIA DE CALIDAD	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO GERENCIA	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD300050F	ADMIN P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GESTION HUMANA 1	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJBC00052L	RECURSO HUMANO	DRH012556	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GESTION HUMANA 2	SAMSUNG	AS09W8WB	N/R	RECURSO HUMANO	3178	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GESTION HUMANA 3	SAMSUNG	AS12USBAN	Y225PAKS800105D	RECURSO HUMANO	6481	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GESTION HUMANA 4	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD300050W	RECURSO HUMANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO GINECO RESIDENTES	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAKB900039K	SALA DE PARTOS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 426 / 430	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJC200020V	6 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 700	SAMSUNG	AS12TUBAN	Y440PAK30047W	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 701	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500365F	7 PISO	6932	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 702	SAMSUNG	AS12FBCN	F124PAJQ500463R	7 PISO	HSP000339	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 703	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500398A	7 PISO	HSP000184	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 704	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500201N	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 705	TRANE	4MTW4518A1000 AA	5960000228	7 PISO	7709	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 706	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500428Y	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 707	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500202E	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 708	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500423L	7 PISO	HSP000213	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 709	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 710	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500444H	7 PISO	HSP000223	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB 711	LG	VM18C3NC3	410HAGF00327	7 PISO	6714	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO HAB. 712	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500464D	7 PISO	HSP000254	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 713	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500184E	7 PISO	HSP000238	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 714/715	SAMSUNG	AS12FBCN	Y440PAK8300099K	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 716/717	SAMSUNG	AS12TUBAN	Y440PAK8300150K	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 718/719	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAKZ600597J	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 720	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y299PAJZ300163K	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 721/22	SAMSUNG	AS12FBCN	Y424PAJQ500182X	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 723	SAMSUNG	AS12FBCN	N/R	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 724/25	SAMSUNG	AS12USBAN	Y2288AKS900532L	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HAB. 726/27	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ500187E	7 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO HEMODIALISIS	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQC00004W	UNIDAD RENAL	URE003287	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO IAMI	YORK	YJEA09FS	50500102211020301	IAMI	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INFECTOS PEDIATRIA	YORK	LB180C00A6AAA	NOM93356085	INFECTOS PEDIATRIA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO INFRAESTRUCTURA	SAMSUNG	AS48USBAN	Y232VDA1S400459Y	ADMONIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO JUNTAS CANCEROLOGIA	YORK	YJEA18FS	#505401132070200099	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO	CARRIER	40RUAA08AZAG	1211U10931	PISO 7	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO	CARRIER	40RUAA08AZAG	2411620116	PISO 7	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD50023M	PISO 7	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKD500080	PISO 7	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO MAMOGRAFIA	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF600004A	IMAGENOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MAMOGRAFIA	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJF500186R	IMAGENOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA 1	TECAM	3ADWT13	14101032	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA 2	TECAM	3ADWT13	14101030	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA 3	TECAM	3ADWT13	14101032	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA 4	TECAM	3ADWT15	14101033	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA 5	TECAM	3ADWT17	14101034	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJBC000470	TALLER MANTENIMIENTO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MEO. INTERNA	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300756X	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MEDICOS PARTOS	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y219PAKZ300532V	SALA OE PARTOS	SOP0010953	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MIU	BLUELINE	MCC60CR	2.02012E+20	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MONITOREO	LG	VM122CEN	2415103117	SOTANO	VIG012258	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO MORGUE	STARLIGHT	LXC20C - UFBC	S-H2042510600204	MORGUE	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO NEUROFISIOLOGIA	TRANE	TSC090F3E0A1F	173010152L	NEUROFISIOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO NEUROSCIOLOGIA	TOSHIBA	AC12B21V	VENTANA	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO NUTRICION	SAMSUNG	ASV09PSBAN	Y470PAJT100067M	NUTRICION	NUT012881	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO NUTRICION DESPENSA	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJT2000006E	NUTRICION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO NUTRICION MEZCLAS	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500157F	NUTRICION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO OBSERVACION 2	SAMSUNG	CH070CAV1	Y240PAGF100099K	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hdspital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO OF. CIRUGIA DR. ZANABRIA	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAMZ60002TR	5 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO OFICINA	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPASBSC00069Z	NUTRICION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	SAMSUNG	ASV18PSBAN	N/R	4 PISO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 03	SAMSUNG	AS08USBAN	Y21APAJ5400132D	HOSPITALIZACION VIP	13433	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 01	SAMSUNG	AS08USBAN	Y21APAJ5500140L	HOSPITALIZACION VIP	13434	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 02	SAMSUNG	AS08USBAN	Y21APAJ5500248D	HOSPITALIZACION VIP	13435	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 03	SAMSUNG	AS08R5BAN	Y21APAJ530083L	HOSPITALIZACION VIP	13436	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 04	SAMSUNG	AS12R5BAN	Y22TPAK5600239A	HOSPITALIZACION VIP	13437	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 05	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAK5600391A	HOSPITALIZACION VIP	13438	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 06	SAMSUNG	AS12USBAN	Y221PAKS600285Y	HOSPITALIZACION VIP	13439	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA H. 07	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAK5600151L	HOSPITALIZACION VIP	13440	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA PEDIATRICA	YORK	KAEU090A33A	NOK9919284	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA SALA DE ESPERA	SAMSUNG	AS08USBAN	Y21APAJ550027N	HOSPITALIZACION VIP	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ONCOLOGIA STAB.M	SAMSUNG	AS12USBAN	Y22TPAK5600214P	HOSPITALIZACION VIP	13441	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PARTOS CENTRAL	TECAM	N/A	N/R	SALA DE PARTOS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PASILLO UCI GO	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPJUF500611M	UCI. GO	6283	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PASILLO URG. PEDIATRIA 1	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PALQC00003	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PASILLO URG. PEDIATRIA 2	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130 0	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PASILLO URG. PEDIATRIA 3	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PALQC00009	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/11/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO PATOLOGIA	SAMSUNG	CC24BTVA1	Y20XPAGC500010F	PATOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PATOLOGIA	SAMSUNG	AC036JNCDC	VKSPACH2000102	PATOLOGIA	FAR002711	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PATOLOGIA	YORK	YOE36FS-ADH	#501301612080300052	PATOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PLANEACION	SAMSUNG	AS12FBEN	F152PAJQB01701F	PLANEACION	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PLANEACION 2	YORK	YHDA12FS-ADK	#2134019089110665	PLANEACION	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PROCEDIMIENTOS	SAMSUNG	ASV24PSSAN	Y47HPAJFC00049Y	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS	LG	VM182CENC3	312HAXC00274	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PROCEDIMIENTOS SEPTICOS	LG	VM182CENC3	312HANX00247	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	SAMSUNG	AC036JNCDC	QEKSPACH200011F	URGENCIAS	7710	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PROGRAMACION CIRUGIA	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ000025	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PSICOLOGIA 125	YORK	YHDA12FS	#213401908191100171	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO PSICOLOGIA CONSULT 126	YORK	YHDA12FS	#2134019080911100604	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO QUIMIOTERAPIA ADULTOS	LG	S242CL	701KASL01214	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	UCA010089	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RACK FACTURACION	STARLIGHT	MMS36N	3631100226GC	FACTURACION	HSM002461	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO RACK SISTEMAS	LG	LTN362NLEO	010KAF200307	SISTEMAS	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RADIACION FACT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	YVWNPJBC00048X	FACTURACION	EST013676	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RADIO TERAPIA CONSULTAS	LG	LSC092UM	N/R	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO REANIMACION	LG	VM122CENB3	303HANAK00175	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO REANIMACION	LG	VM182CENC3	312HAXC00250	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RECEPCION	CARRIER	50DJ012H1	L002936	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RECEPCION SUBGERENCIA	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PAGZ100008	ADMON P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RECUPERADOR DE ENERGIA	LENOXX	50R3647XH23	14101054	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RECURSOS FISICOS	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJD1000453V	RECURSOS FISICOS	1521	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO REF. Y CONTRAREF.	TRANE	4MYW4524A1000 AA	3C85770000716	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO REV/ISOR FISCAL	SAMSUNG	AS12USBAN	Y23PAJC005300	ADMON P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ROPERIA	SAMSUNG	ASV24PSBAN	N/R	PISO 8	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/IL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RX	CARRIER	FKGD243C	0505Y51783	IMAGENOLOGIA	IMA006925	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RX COORD.	SAMSUNG	CC36BTVA	7PALQ900009F	IMAGENOLOGIA	IMA012228	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO RX SALA 1	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ000046	IMAGENOLOGIA	IMA004004	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RX SALA 2	TECAM	COV-3613A1	C703213640515211400 016	IMAGENOLOGIA	6956	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO RX SALA 3	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ000009	IMAGENOLOGIA	IMA004038	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA # 6 CIRUGIA	YORK	YKEA48FS	# 667101977110400000	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA # 7 CIRUGIA	YORK	NOM48C00A2AAA 1	N1C1875576	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA # B CIRUGIA	YORK	NOM48C00A2AAA 1	N1C192170	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA 5	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ00011E	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA AISLADOS	INNOVAIR	C36C2ABA	N/R	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA CUNAS	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ0000	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA DE CORTE	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130 027	QUIROFANO	OBP000658	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS	SAMSUNG	CC24BTVA	E869PAG23000152	ADMON P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS	SHIMASU	N/A	N/R	UCI ADULTOS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA DIGITALIZACION	LG	VM1B2CL	303KARW00230	IMAGENOLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALA # 4 CIRUGIA	STARLIGHT	MCC24CR	C101205490410424130 030	QUIROFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO SALUD OCUPACIONAL	TRANE	4WYW4518A100A A	3C85960000277	SALUD OCUPACIONAL	7708	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SALUD OCUPACIONAL	TRANE	4WYW4518A100A A	3C85960000287	SALUD OCUPACIONAL	2126	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SECRE. GERENCIA	SAMSUNG	ACO24JN4DCH	DE82PAGH200024D	ADMON P2	7721	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SERV. AMBULATORIO	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF700113F	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SERV. AMBULATORIO	SAMSUNG	ASV12PSBAN	Y44NPAJF70023DF	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SIAU ENTRADA PPAL	SAMSUNG	AS12USBAN	Y229PAKS800062X	ENTRADA PPAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SICOLOGIA	LG	S122CJ	909KALC00528	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAKSA00068X	SISTEMAS	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	YORK	YJEA09FS	#1000001662130400163	SISTEMAS	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO STAR ENFERMERIA	LG	VM122CENC3	312HAPU00208	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO STAR MEDICO PEDIATRIA	LG	VM122CENC3	312HAPU00	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO STAR MEDICO UCI GO	SAMSUNG	ASV18PSBAN	N/R	UCI GO	6284	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO STAR MEDICO URGENCIAS	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ20042B	URGENCIAS	STC006279	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO STEREO	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ3000742	QUIRUFANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMIH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO SUBGERENCIA ADMINS	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300049V	ADMON P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SUBGERENCIA FINANCIERA	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKZ300033J	ADMON P2	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SUBGERENCIA TECNICO C	SAMSUNG	AS18USBAN	Y24LPAJZ00283R	ADMON P1	STC006279	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SUMINISTROS 1	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ300202W	ADMON P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO SUMINISTROS 2	SAMSUNG	AS09RSBAN	Y21PAL2400265V	ADMON P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TAC	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAKS900112V	IMAGENOLOGIA	IMA002464	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TAC	SAMSUNG	CC48FTVA	E862PALA100041	IMAGENOLOGIA	IMA013162	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TALLER BIOMEDICA	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ300275V	TALLER BIOMEDICA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TERAPIA OCUPACIONAL	SAMSUNG	VM122CENB3	303HALW00240	U. MENTAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TERAPIA RESPIRATORIA	LG	VM182CENC3	312HANG00247	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TERAPIA UCI GO	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500275T	UCI. GO	6281	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	SAMSUNG	AS24FBCN	F428PASQC00094X	TESORERIA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TOMA DE MUESTRAS 1	SAMSUNG	AS18USBAN	Y23WPAJ28007P	CONSULTA EXTERNA	CES014142	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO TOMA DE MUESTRAS2	SAMSUNG	AS18USBAN	N/R	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO TRAB. PARTOS	TECAM	CDV-6013A3	C7032136-0615211400014	SALA DE PARTOS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRAB. PARTOS	YORK	YHDA12FS	#213401908091100865	TALLER	SDP000096	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRABAJO SOCIAL	SAMSUNG	AS09TUBAN	Y43XPAJB200170L	URGENCIAS	TSU014074	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRANSCRIPCIONES	SAMSUNG	AS18FBAN	D860PAJP801503N	IMAGENDLOGIA	IMA012880	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRANSCRIPCIONES	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJC200025Z	IMAGENDLOGIA	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRASPLANTE	SAMSUNG	AS18QSBAN	Y23WPAJS800034T	U. TRASPLANTE	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRATAMIENTO DE AGUA	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJSA00095W	UNIDAD RENAL	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRIAGE	SAMSUNG	AS24USBAN	Y47HPAJT2000	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRIAGE PEDIATRIA	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF700	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO TRIU	SAMSUNG	CH070CAV1	QEKSPACH2000	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO U. BASICA NEONATAL	TECAM	FCP6008BV	L0401979439	UNIDAD BASICA NEONATAL	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL BDDEGA	TRANE	4MYW4518A1000AA	3C85970000295	UNIDAD RENAL	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL CONSULT.	SAMSUNG	ASV18PSBAN	Y44KPAJF500278B	UNIDAD RENAL	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL CONSULT2.	SAMSUNG	ASV12USBAN	Y22SPAJS8500096Z	UNIDAD RENAL	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION		LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO						
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL COORD	SAMSUNG	CCH012CD	#355615003853	UNIDAD RENAL	3399	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL PERITONEAL	TRANE	4MYW4512A1000 AA	3C85160001910	UNIDAD RENAL	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO U. RENAL PROCED.	SAMSUNG	AS1254GB	ABSNPDY100116P	UNIDAD RENAL	335100161P	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI ADULTOS	TECAM	3ADBT21	16050690	UCI ADULTOS	7715	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI ADULTOS	TECAM	3ADBT17	16050691	UCI ADULTOS	7716	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI ADULTOS	TECAM	4FZX16236DDT	13080971	UCI ADULTOS	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI ADULTOS	TECAM	4FZX16236DDT	13080969	UCI ADULTOS	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI GINECOBSTERICA	YORK	H3C12DA25	NOH8267142/140	UCI GO	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI NEONATAL	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PAGZ100004	UCI NEONATAL	DRF010997	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI NEONATAL	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PAGZ100007	UCI NEONATAL	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI NEONATAL	BLUELINE	MVB-36CR	D202237460214C03160 007	UCI NEONATAL	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI PEDIATRICA	SAMSUNG	CC24BTVA	E889FAGZ100026D	UCI PEDIATRICA	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI PEDIATRICA	SAMSUNG	CC38BTVA	F077PAGZ100001	UCI PEDIATRICA	N/R	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI PEDIATRICA	TECAM	4FZX12236DDT	15010065	UCI PEDIATRICA	6798	BIMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO UCI PEDIATRICA	TECAM	4FZXV-282360BT	15030402	UCI PEDIATRICA	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UCI PEDIATRICA	SAMSUNG	ASV24PSBAN	0DLVPAJG400036Y	UPS UCI PEDIATRICA	7000	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO ULAN	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAJF500140Z	LACTARIO	5831	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO ADTIVA	LG	LS-C092QMAO	311KA00688	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCV01374	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO ANGIOGRAFO	LG	G242CA	009TAEJ00148	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCC013698	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO BODEGA	CONFORT	KF-326W	Y51N10080200002B	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCV014050	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO RECEPCION	STARLIGHT	KF-326W	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCV013987	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO RECUPERACION	SAMSUNG	AS18S0GB	N/R	UNIDAD CARDIOVASCULAR	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO VASCULAR	LG	LS-C092QMAO	311KA00694	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCV013994	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CARDIO VASCULAR	LG	LS-C092QMAO	311KA010B7	UNIDAD CARDIOVASCULAR	UCV013974	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRASPLANTE	SAMSUNG	ASV24PSBAN	Y47HPAKF100019X	U. TRASPLANTE	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UNIDADES ESPECIALES	SAMSUNG	AS24USBAN	Y24LPAJZ000260W	ADMON P1	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UPS	BLUELINE	MVA-60CW	D202019410513103180 018	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO UPS	BLUELINE	MVA-60CW	D202019410513103160 020	SOTANO	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABRIL/JUN/AGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PPAL	YORK	LB240C00AAA1A	N0F9914544	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PPAL	YORK	LB240C00AAA1A	N0F99936704	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS VIP	SAMSUNG	CC36BTVA	F077PALQ900060	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO VACUNACION IAMI	TRANE	4MYW451BA1000 AA	3C85950001132	IAMI	7707	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO VALORACION	LG	VM182CENC3	312HAGF00287	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO VEEDORES (SECRESAUD)	STARLIGHT	TWH09SKDE	#106136012050610143	ENTRADA SUR	N/R	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO YESOS	SAMSUNG	AS12FBCN	F424PAJQ200546L	URGENCIAS	EMC006627	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
AIRE ACONDICIONADO YESOS	LG	VM182CENC3	312HAER00243	URGENCIAS	N/R	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO ESPECIFICO
ASCENSOR CAMILLERO 1	OTIS			EDIFICIO	7485	MEUSUAL	S4 DE CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASCENSOR CAMILLERO 2	OTIS			EDIFICIO	7486	MENSUAL	S4 DE CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
ASCENSOR PEQUEÑO	TEC		HUN008831	EDIFICIO	ASCE03	MENSUAL	S4 DE CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISION Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD
BASCULA				LAVANDERIA	7092	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
BASCULA				LAVANDERIA	7093	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
BASCULA				LAVANDERIA	7094	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
BASCULA				NUTRICION	7094	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	CALIBRACION Y ESTADO GENERAL
BATIDORA INDUSTRIAL				NUTRICION	4217	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/JAGO/ OCT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
BOMBA DE AGUA HIDROFLOW			TERRAZA	MAN007414	SEMESTRAL	S2 ABR S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE MANOMETROS, SISTEMA ELECTRICO, FUGAS
BOMBA DE AGUA NUMERO CUATRO			UNIDAD MENTAL	10464	SEMESTRAL	S2 ABR S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA NUMERO DOS			SOTANO	2421	SEMESTRAL	S2 ABR S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA NUMERO TRES			UNIDAD MENTAL	10463	SEMESTRAL	S2 ABR S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE AGUA NUMERO UNO			SOTANO	13855	SEMESTRAL	S2 ABR S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION DE RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
BOMBA DE VACIO			MANTENIMIENTO	04903	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
BRILLADORA D26451 SIN 439232	DEWALT		MANTENIMIENTO	AC07574	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
BRILLADORA D26451 SIN 420510	DEWALT		MANTENIMIENTO	AC07571	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
CALDERA 1	CONTINENTAL		MAQUINAS	CALDE00	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CALDERA 2	DISTRAL		MAQUINAS	CALDE01	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CAMARA PLAQUETAS	FRB2012	PLQ0001	B.SANGRE	6634	BIMESTRAL	FEB-ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NDV	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CAMAS, MESAS DE NOCHE Y MESAS PUENTE			EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	MAR 11/ SPBRE 11/	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION PARTES MECANICAS, PINTURA
CENTRO DE CARGA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO			SOTANO		SEMESTRAL	S2 FEB S2 JUN S2 OCT	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FASES, FUNCIONAMIENTO DE BREAKERS
COMPRESOR	KAESER	CSD-125	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO- OCT-DIC	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECHANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR	KAESER	CSD-125	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMESTRAL	FEB-ABR-JUN-AGO- OCT-DIC	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECHANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR DE AIRE	ATLASCORPO	SF 11	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN DIC	EMPRESA DE MITD. EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECHANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPRESOR DE AIRE	ATLASCOPO	SF8	AJJ695018	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN - DIC	EMPRESA OE MITO. EXTERNA	REVISAR CONOCIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECHANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR INGERSOLL RAND 30T	INGERSOLL			MANTENIMIENTO	02351	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO - CT/DIC	PERSONAL OE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
COMPRESOR RECICLADOR				MAQUINAS	4903	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
COMPRESOR S/N				MAQUINAS	4902	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	EMPRESA OE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
CONGELADOR	MIMET	W16BTf	570840	B.SANGRE	7895	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	BIO-12	FE-26	N/R	B.SANGRE	10455	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280021	B.SANGRE	6776	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280022	B.SANGRE	6777	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280014	B.SANGRE	6778	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280018	B.SANGRE	6779	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280015	B.SANGRE	8780	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	IMBERA	CV18DBMAE	869150280016	B.SANGRE	6781	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC650	9300035	B.SANGRE	6775	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	444000004	B.SANGRE	7821	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	444000002	B.SANGRE	7822	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	79000014	B.SANGRE	7820	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ECOFRIAL	ICC550E	92000006	B.SANGRE	7823	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	INDUFRIAL	ICV5-15	1132-100-04	LAB CLINICO	5662	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR	ELECTROLUX	FE26	74900038	TRASPLANTE	N/R	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR 2 TAPAS	ECOFRIAL	ICC-50	1435-0055	FARMACIA	N/R	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONGELADOR 2 TAPAS	ECOFRIAL	ICC-50	1758800011	NUTRICION	6374	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0115-1247	UCI ADULTOS	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0132-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0100-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0026-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0425-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0029-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0043-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0006-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 super	58693-0317-1702	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 super	39932-0449-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0021-1247	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0012-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0030-1150	BANCO DE SANGRE	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	43229-0051-1250	BODEGA FAR 1	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0020-1247	BODEGA FAR 2	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	60451-0395-1725	BODEGA FAR 3	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0032-1150	BODEGA FAR 4	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	48659-0190-1427	CARDIO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 super	42863-0698-1247	FARMACIA CIRUGIA	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0001-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-00665-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0001-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0040-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0179-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	39932-0031-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Super	42863-0365-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	48859-0208-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 súper	42863-0680-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0185-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0109-1150	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0150-1247	FARMACIA PRINCIPAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0132-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0088-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0694-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0114-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0119-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0073-1247	LABORATORIO CLINICO	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	48659-0195-1427	ONCOLOGIA 1	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS. RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ALARMAS

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0427-1150	ONCOLOGÍA 2	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0149-1247	ONCOLOGÍA 3	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0088-1247	SERVICIO TRASFUNCIONAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	39932-0025-1150	SERVICIO TRASFUNCIONAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0111-1247	UCI ADULTOS	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0122-1247	UCI ADULTOS	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	519670-0371-1516	UCI ADULTOS	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	54520-0238-1542	UCI OBSTETRICA	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	60451-0450-1725	LICUEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	80454-0348-1726	UCI PEDIATRIA	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0059-1247	UNIDAD RENAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 Súper	42863-0075-1247	UNIDAD RENAL	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CONTROLADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	FULL GAUGE	MT 530 SUPER	432229-0058-1250	VACUNACION	N/R	SEMESTRAL	MAY - SEP VERIFICACION ENE - JUL	CONTRATISTA	LIMPIEZA EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DE SONDAS, RANGOS Y PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS
CORTADORA 2 1/2" CS-1024-B3	BLACK & DECKER			MANTENIMIENTO	AC07572	BIMESTRAL	FEB-ABRIL-JUN-AGO OCT-DIC	CONTRATISTA	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
CORTADORA CIRCULAR	SEWING	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	20551	ANUAL	S2/FEB	CONTRATISTA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA CIRCULAR	SEWING	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	20551	ANUAL	S2/FEB	CONTRATISTA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO, LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA RC 100				ROPERIA	AC07174	SEMESTRAL	FEB AGO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
CORTADORA WD-2				ROPERIA	6808	SEMESTRAL	FEB AGO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
CUARTO FRIO	TECUMSEH	TAG6251B12	4835192203	B SANGRE	20731	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO	TECUMSEH	TAG6251B12	4835192203	B SANGRE	CUARTO1	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO	TECUMSEH	52YFTFHY	6566090100	BODEGA FARMACIA	5415	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO	DANFOSS	SBE15020N	70010022	DESECHOS PATOLOGICOS	5363	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO	DANFOSS	HEA2502116D	1312-170-10	LAB CLINICO	5661	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO	TOTAL MANAGEMENT	TM-C-F0001	TN000001	LAB CLINICO	7048	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CUARTO FRIO CONGELACION	HISPANIA	HEA2508D	1312-17011	NUTRICION	5663	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CDNTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
CUARTO FRIO REFRIGERACION	MIPAL	BVA025A2	7164-00112	NUTRICION	5664	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	CDNTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
ELECTRODERMATOMO	PADGET	B-RISK CLASS 2	1-11137	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	CADA 4 MESES	S2 FEB S2 MAY S2 AGO S2 NOV	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO DE SOLDADURA HOBART TR250				MANTENIMIENTO	2348	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
EQUIPO PORTATIL DE SOLDADURA				MANTENIMIENTO	7262	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
ESMERIL				MANTENIMIENTO	GRAP01	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
ESTAMPADORA MOD88A SIN 145047				ROPERIA	6784	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA
ESTERILIZADOR	STERRAD	100NX	1042130068	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5176	SEMESTRAL	S2 JUN S2 DIC	JHONSON & JHONSON	VERIFICACION DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO, VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	N.T.	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S2 FEB S2 MAY S2 AGO S2 NOV	SAEM INGENIERIA	VERIFICACION DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO, VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	DERAYTON CASTLE	1A	ZZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S2 FEB S2 MAY S2 AGO S2 NOV	SAEM INGENIERIA	VERIFICACION DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO, VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTERILIZADOR A VAPOR	AMSCO	N/R	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	TRIMESTRAL	S2 FEB S2 MAY S2 AGO S2 NOV	SAEM INGENIERIA	VERIFICACION DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO, VERIFICACION DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
ESTUFA ASADORA INDUSTRIAL	COCINDINOX			NUTRICION	5953	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	REVISION DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX			NUTRICION	5949	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	REVISION DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX			NUTRICION	5951	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	REVISION DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESTUFA DE GAS INDUSTRIAL	COCINDINOX			NUTRICIÓN	5952	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DC	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - CENTRAL ESTERIL		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - CENTRAL ESTERIL		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	2 PISO - CENTRO ACOPIO - SALAS CX		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	2 PISO - CENTRO ACOPIO - UCI ADULTOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	2 PISO - LADO CIRUGIA GABINETE		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA		ANUAL	MAR 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA		ANUAL	MAR 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - SALA CIRUGIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	2 PISO - SALA DE PARTOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	2 PISO - SALA DE PARTOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	3 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	3 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	3 PISO - CENTRO DE ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		15 LB	3 PISO - DATA CENTRO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	4 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	4 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	4 PISO - CENTRO DE ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	4 PISO - UNIDAD BASICA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	5 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	5 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	5 PISO - CENTRO DE ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	6 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	6 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	8 PISO - CENTRO DE ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		15 LB	6 PISO - DATA CENTRO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	7 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES	ABC		20 LB	7 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	7 PISO - CENTRO DE ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SDLKAFLAN		3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SDLKAFLAN		3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	ADMINISTRATIVA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	ADMISIONES		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	A FUERAS PLANTA DE OXIGENO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	ALMACEN		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	ALMACEN		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	ALMACEN		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	AMBULANCIA URS 349		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	AMBULANCIA MEDICACALIZADA / OWI		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	AMBULANCIA MEDICACALIZADA / OWI		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	AMBULANCIA OIG 277		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	AMBULANCIA URS 349		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	ARCHIVO ADMINISTRATIVO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	ARCHIVO ADMINISTRATIVO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	ARCHIVO CLINICO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	ARCHIVO CLINICO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	ARCHIVO CLINICO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	ARCHIVO CLINICO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	AUDITORIO 3 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	AUDITORIO 3 PISO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BANCO DE SANGRE		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BANCO DE SANGRE		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	BANCO DE SANGRE - CENTRO ACOPIO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BIOMEDICA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		30 LB	BODEGA - SOTANO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	BODEGA - SOTANO		ANUAL	AGO 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	BODEGA - SOTANO		ANUAL	AGO 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BODEGA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BODEGA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BODEGA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BODEGA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	BODEGA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	BODEGA FARMACIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	BODEGA FARMACIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CANCEROLOGIA (CONSULTORIO)		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CANCEROLOGIA (ENTRADA FACTURACION 1° PISO)		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CARDIOLOGIA NO INVASIVA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	CARRO GERENCIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	CARRO SUB ADMINISTRATIVA / OTM 021		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CENTRAL MEZCLAS		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	CENTRO ACOPIO - VIGIAS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CENTRO ACOPIO - VIGIAS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	CENTRO DE ACOPIO 1 PISO S.O		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	COMUNICADOR		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	CONSULTA EXTERNA - SOTANO		ANUAL	AGO 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	CONSULTA EXTERNA - SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	C03		15 LB	DATACENTRO - 1 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	C02		15 LB	DATACENTRO - 1 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	C013		15 LB	DATACENTRO SOTANO ADMINISTRATIVA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

DIRECCION:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES			15 LB	DATACENTRO UNIDAD CANCER (SISTEMAS)		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO14		3.700 Gr.	ENDOSCOPIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	FACTURACION CONSULT. EXT.		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		9.000 Gr.	FACTURACION PRINCIPAL		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		9.000 Gr.	FACTURACION PRINCIPAL		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	FARMACIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	FARMACIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	FARMACIA 2 PISO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	GABINETE 1 PISO LADO ASCENSOR		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	GABINETE ONCOLOGIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	GABINETE SOTANO - ALMACEN		ANUAL	AGO 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	INFECTOLOGIA PEDIATRICA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	LABDRATORIO CLINICO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	LABDRATORIO CLINICO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	LABDRATORIO CLINICO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	LABDRATORIO CLINICO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO10		15 LB	LAVANDERIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	LAVANDERIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	LAVANDERIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	MANTENIMIENTO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	MANTENIMIENTO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	MOVIL BANCO DE SANGRE		ANUAL	MAR 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	MOVIL BANCO DE SANGRE		ANUAL	MAR 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SDKAFLAN		3.700 Gr.	NEUMOLOGIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	NEURDIFISIOLOGIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	TIPO K		2.5 GL	NUTRICION		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES	TIPO K		2.5 GL	NUTRICION		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	NUTRICION - GABINETE		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	OBH 438 AMBULANCIA MEDICALIZADA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	OBH 438 AMBULANCIA MEDICALIZADA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		5 LB	OBH 438 AMBULANCIA MEDICALIZADA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	OBSERVACION ADULTOS REJA ROJA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	OFICINA CALIDAD		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	OFICINA SIAU		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	PATOLOGIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	PATOLOGIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	PATOLOGIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	PATOLOGIA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO11		15 LB	PLANTA DE OXIGENO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO12		15 LB	PLANTA DE OXIGENO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	AGUA		2.5 GL	PORTERIA SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	PORTERIA SOTANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	RAYOS X - ENTRADA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	RAYOS X - ENTRADA SUSCRIPTORA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	RAYOS X - SALA 2		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	REHABILITACION		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFAN		3.700 Gr.	ROPERIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	SALA DE CIRUGIA - GABINETE		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES	CO6		15 LB	SALA DE CIRUGIA - PASILLO RESIDUOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	SALA DE CIRUGIA - GABINETE		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		10 LB	SALA DE CIRUGIA - GABINETE		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	SALA DE CIRUGIA - PASILLO RESIDUOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	SALA DE CIRUGIA - PASILLO RESIDUOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	SALA DE CIRUGIA - PASILLO RESIDUOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CD6		15 LB	SALA DE CIRUGIA - PREPARACION POTE		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO8		15 LB	SALA DE CIRUGIA - SALAS 3 - 4		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CD9		15 LB	SALA DE CIRUGIA - UCI GINECO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO7		15 LB	SALA DE CIRUGIA - URGENCIAS 8 - 7		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	SISTEMAS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	SOTANO - BALAS DE DIXENO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	TALENTO HUMANO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	TALENTO HUMANO		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	TALENTO HUMANO		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		9.000 Gr.	UCI ADULTOS		ANUAL	MAR 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		9.000 Gr.	UCI ADULTOS		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UCI GINECOLOGICA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UCI NEONATOS		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UCI PEDIATRICA		ANUAL	NOV 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCERDLOGIA - 2 PISO SISTEMAS		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - ADMON		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - BUNKER		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - CAFETERIA		ANUAL	JUN 2018	CONTRATISTA	RECARGA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415
Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - ENTRADA BUNKER		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		30 LB	UNIDAD CANCEROLOGIA - PLANTA		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		30 LB	UNIDAD CANCEROLOGIA - PLANTA		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - QUIMIO ADULTOS		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - QUIMIO PEDIATRICA		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - SISTEMAS		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CANCEROLOGIA - STAN ENFERM.		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD CARDIOVASCULAR		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	UNIDAD CARDIOVASCULAR		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD MENTAL		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD RENAL		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD RENAL		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	UNIDAD RENAL - CUARTO MAQUINAS		ANUAL	JUN 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	ABC		20 LB	URGENCIAS		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	URGENCIAS		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	URGENCIAS		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	CO4		15 LB	URGENCIAS - DATACENTRO		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTINTORES	SOLKAFLAN		3.700 Gr.	URGENCIAS PEDIATRICA		ANUAL	NOV 2.018	CONTRATISTA	RECARGA
EXTRACTORES DE AIRE				LAVANDERIA	13853	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION - LIMPIEZA
EXTRACTORES DE AIRE				LAVANDERIA	10030	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION - LIMPIEZA
EXTRACTORES DE AIRE				LAVANDERIA	10027	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION - LIMPIEZA
EXTRACTORES DE AIRE				LAVANDERIA	10026	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION - LIMPIEZA

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
EXTRACTORES DE AIRE				NUTRICIÓN	SIN CODIGO	SEMESTRAL	S4 MAR S4 SEP	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION - LIMPIEZA
FILETEADORA				ROPERIA	6806	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
FILETEADORA PFAFF 5700				ROPERIA	9714	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
GUADANA TU43	MITSUBISHI			MANTENIMIENTO	006985	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA /	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
HIDROLAVADORA K100	KATCHER			MANTENIMIENTO	AC07599	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA /	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
HORNO INDUSTRIAL	COCINDINOX			NUTRICIÓN	21726	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LAVADORA INDUSTRIAL	TROY			LAVANDERIA	5284	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS
LAVADORA INDUSTRIAL	MACLEAN		WXC200	LAVANDERIA	7767	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS
LAVADORA INDUSTRIAL	GIABAU	RMS623LC-H	2350164/14	LAVANDERIA	6676	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ELEMENTOS
LAVADORA TERMOMODIFICADORA	BELIMED	WD290	99402.1021001	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S2 JUN	QUIRURGICOS	VERIFICACION DE PRESIONES, FUGAS, REALIZAR CICLO COMPLETO, VERIFICACION DE
LICUADORA	OSTER			NUTRICIÓN	20579	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	REVISION DE FUGAS, CAMBIO DE HONGOS, PINTURA GENERAL
LICUADORA	OSTER			NUTRICIÓN	7786	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA	OSTER			NUTRICIÓN	7488	BIMESTRAL	CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL				NUTRICIÓN	7952	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL				NUTRICIÓN	7954	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
LICUADORA INDUSTRIAL				NUTRICIÓN	5828	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
MAQUINA DE COSER 1				ROPERIA	13849	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
MAQUINA DE COSER 2				ROPERIA	13850	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
MAQUINA DE COSER PFAFF				ROPERIA	13859	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
MAQUINA DE COSER PLANA				ROPERIA	6807	SEMESTRAL	FEB AGO	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	8619	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	TRANSERENCIA
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	8620	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	8622	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	8623	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	MARM10	BIMESTRAL	FEB-ABR/JUN-AGO CT-DIC	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
MARMITA DE COCCIÓN A VAPOR				NUTRICIÓN	MARM11	BIMESTRAL	FEB-ABR/JUN-AGO CT-DIC	PERSONAL DE PLANTA	VERIFICACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS
Medidor de conductividad MODELO MEGOHMMETER				MANTENIMIENTO	2455	BIMESTRAL	FEB-ABR/JUN-AGO CT-DIC	PERSONAL DE PLANTA /	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
MONTACARGA PARA COMIDA	MAC	RELAYS		EDIFICIO	HJUN008528	MENSUAL	S4 DE CADA MES	CONTRATO EXTERNO	REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y REVISIÓN ELECTRICA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS
MOTOR ELECTRICO MOLINO DE CARNE				NUTRICIÓN	8642	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACIÓN
MOTOSIERRA MS 180	STIHL			MANTENIMIENTO	007758	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA /	LUBRICACIÓN DE RUEDAS, PINTURA
MUEBLES DE EQUIPO MEDICO Y ESCALERILLAS				EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	AJUSTE, LUBRICACIÓN Y PINTURA
MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVOS				EDIFICIO	SIN CODIGO	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	SELECTA	158889	210059	B.SANGRE	3859	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	MIMET	W148TF	570920	B.SANGRE	12592	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	FRIO MIX	NEVR25	881130150225	B.SANGRE	5654	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	FRIO MIX	NEVB200	391	B.SANGRE	7856	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680298	CARDIOVASCULAR	5862	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680269	FARMACIA	5847	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	886140580066	FARMACIA CIRUGIA	5988	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	TEMPERARIO	TR00012	TR00039	FARMACIA ONCOLOGIA	3436	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	FORTE V 70	51371044-B	FARMACIA PRINCIPAL	5865	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280052	HOSP. 3 PISO	5866	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680284	HOSP. 4 PISO	5853	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR12DBMAE	882140580109	HOSP. 7 PISO	5848	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	CENTRALES	CCN297/SULEO	610101663	IAMI	3033	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680292	INFECTOLOGIA	5850	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680296	INFECTIDS PEDIATRIA	5856	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR20BMAE	8611-3058-0142	LACTARIO	5612	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR12DBMAE	882140580082	MEDICINA INTERNA	5849	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	NV900BMAE	889130680051	MEZCLAS	N/R	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680206	NEUROCIURUGIA	5852	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881130180031	NUTRICION	5663	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	G326DBMAE	886140580112	OBSERVACION ADULTOS	5663	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR12BMAE	882140580119	OBSERVACION PEDIATRIA	5661	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680212	ONCOLOGIA	5867	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680268	QUIRURGICOS 1	5870	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680288	QUIRURGICOS 2	5857	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	COLDLINE	CL3425T	30540	SALA DE PARTOS	2146	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280069	SALAS DE CIRUGIA	5859	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881130180005	UCI ADULTOS 1	5652	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881130180007	UCI ADULTOS 2	5651	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140280068	UCI NEONATAL	5854	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680267	UCI OBSTETRICIA	5858	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881180680229	UCI PEDIATRIA	5855	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	88114068291	UNIDAD BASICA	5651	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680285	UNIDAD MENTAL	5889	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	POLO NORTE	N/D	3251	UNIDAD RENAL	2163	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680207	URGENCIAS ADULTOS	5880	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	IMBERA	VR08BMAE	881140680297	URGENCIAS PEDIATRIA	5884	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	H111213517	LAB CLINICO	N/R	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	D1110-854-31	LAB CLINICO	N/R	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	HACEB	RVC15NAL	F091097517	LAB CLINICO	N/R	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA	HACEB STOP	RVC13NAL	A60342696	LAB CLINICO	3802	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA PARA CUERPOS	MATACHANA	MTC4426	9841	MORGUE	4835	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
NEVERA PARA CUERPOS	MATACHANA	MTC4426	9840	MORGUE	4836	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR -	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
PERFORADOR MANUAL	AESCU LAP	FR011R	N.T.	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PERFORADOR NEUMATICO	COMPACT	AIR DRIVE II	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	14556	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PICADORA INDUSTRIAL				NUTRICION	8625	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LUBRICACION RODAMIENTOS, VERIFICACION ELECTRICA
PISTOLA AUTOMATICA	BARD MAGNUM	MG1522	51B50332	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	SEMESTRAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PISTOLA NEUMATICA	SYNTHESES	511.701	25722	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PISTOLA NEUMATICA	SYNTHESES	511.701	21209	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PISTOLA NEUMATICA	SYNTHESES	511730	3310126	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MITO. EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICO
PLANCHADORA - SECADORA	GIRBAU			LAVANDERIA	7768	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS			SALA DE MAQUINAS	14342	MENSUAL / SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS			SALAS DE CIRUGIA	7047	MENSUAL / SEMESTRAL / 250	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
PLANTA DE EMERGENCIA	PERKINS WILSON			UNIDAD DE CANCER		MENSUAL / SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA /	VERIFICACION DE TENSIONES, REVISION DE NIVELES, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE
PRENSA PLANCHADORA	TROY			LAVANDERIA	5289	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PRENSA PLANCHADORA	TROY			LAVANDERIA	5292	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL
PRENSA PLANCHADORA	TROY			LAVANDERIA	5291	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL
PRENSA PLANCHADORA	TROY			LAVANDERIA	5290	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, VERIFICACION DEL
PUENTE UROLOGICA	NARI STORZ	27025GF	N/R	CENTRAL DE ESTERILIZACION	N/R	ANUAL	S2/FEB	EMPRESA DE MANITO, EXTERNA	MANTENIMIENTO SEGUN PROTOCCLO ESPECIFICO
PULIDORA GRANDE D28491 B3	DEWALT			MANTENIMIENTO	PUL101	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA GRANDE 4052 SE 4	BLACK & DECKER			MANTENIMIENTO	20649	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA PEQUEÑA DWE4010-B3	DEWALT			MANTENIMIENTO	AC06762	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
PULIDORA PEQUEÑA DWE4120-B3	DEWALT			MANTENIMIENTO	AC06812	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO/O CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
RECOLECTOR DE GAS				MANTENIMIENTO	00587B	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA /	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
REFRIGERADOR	SWAN	BD1585	SW2014010078	FARMACIA	689B	BIMESTRAL	FEB - ABRIL - JUN - AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
REFRIGERADOR	VEST FROST	MK304	20094173191	IAMI	3035	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
REFRIGERADOR	VEST FROST	MK204	20083279051	IAMI	3036	BIMESTRAL	AGO - OCT - DIC VERIFICACION MAR - NOV	COLD CHAIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO.
RODILLO PLANCHADOR	TROY	KAUN DRY	MACHINERY	LAVANDERIA	5293	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS
SECADOR DE AIRE	ATLASCORPO	CD 35	APJ089390	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN DIC	LINDE	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.
SECADOR DE AIRE	ATLASCORPO	CD 35	APJ089389	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN DIC	LINDE	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.
SECADOR DE AIRE	ATLASCORPO	PXS	CAI08849S	GASES MEDICINALES	N/R	SEMESTRAL	JUN DIC	LINDE	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.
SECADOR DE AIRE	KAESER	N/R	N.1	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMENSUAL	FEB-ABRIL-JUN-AGO- OCT-DICEMBRE	CHACHER	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.
SECADOR DE AIRE	KAESER	N/R	N.2	PLANTA DE OXIGENO	N/R	BIMENSUAL	FEB-ABRIL-JUN-AGO- OCT-DICEMBRE	CHACHER	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.
SECADORA DOS	TRDY	37BS	ST2200070C	LAVANDERIA	5287	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS
SECADORA UNO	TROY	37BS	ST220006CC	LAVANDERIA	5288	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA	CORRECCION DE FUGAS, MANTENIMIENTO A PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ELEMENTOS
SELLADORA DE BOLSA	HAWO	HM500	965034/1107	CENTRAL DE ESTERILIZACION	5524	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MTTO. EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISION SISTEMA ELECTROMECANICO.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PLANTA TELEFONICA	PANASONIC	KXTDA-100		UNIDAD DE CANCELOROGIA	N/R	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION
PLANTA TELEFONICA	AVAYA	GS 450		CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL	N/R	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION
SERVIDORES Y DATA CENTERS				HOSPITAL	N/R	TRIMESTRAL	FEBRERO	CONTRATISTA	SERVIDORES Y ADMINISTRACIÓN DE DATA CENTER
CAMARA DOMO PTZ	DTX			ENTRADA PRINCIPAL USUARIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA - INFRAROJO		DT 503	693053101221	INFORMACION-SALIDA FUNCIONARIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-D70V24	DTX057025	ASCENSORES ENTRADA PRINCIPAL		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2DE15C2T-VFIR3	613295376	PASILLO PUERTA INTERNA URGENCIAS - OBSERVACION	7774	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2DE15C2T-VFIR3	613295366	PASILLO DE URGENCIAS- CAPITA Y RAYOS X	7772	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		DT 503	693053101221	CAPILLA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	INGRESO NUTRICION- ASCENSOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI BALA INFRAROJA			552705160063	ENTRADA CARDIOLOGIA NO INVASIVA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI BALA INFRAROJA	SDVCOM	SP-662k		ESCALERA EMERGENCIAS A SOTAND		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		VG-6376LR	VG637611090136113	PUERTA ENTRADA MERCADO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO				SOTANO - PUERTA MONITOREO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		DT 503	693053101221	SOTANO - PASILLO DE ESPERA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	SOTANO - SALIDA A GERENCIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	SOTAND - PASILLO CONSULTORIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINIDOMO SIN INFRAROJO		RC D42	ENCM41-2012-10	UNIDAD CARDIOVASCULAR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	SIERA XPRD	PRO-7060-NTSC	2012122500130	PASILLO CALLE 9	5741	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		SV-3048 AV	1107120014	ENTRADA ONCOLOGIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
SELLADORA DE BOLSA	HAWO	HM500	941218	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO, EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN SISTEMA ELECTROMECANICO.
SELLADORA DE BOLSA	HAWO	HM500	928486/0702	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SEMESTRAL	S2/FEB S2/AGO	EMPRESA DE MITO, EXTERNA	REVISAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN SISTEMA ELECTROMECANICO.
SILLAS DE RUEDAS Y ATRILES				EDIFICIO	SEMESTRAL	MAR 17/ SPBRE 17/	PERSONAL DE PLANTA	REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, PINTURA
SUBESTACION ELÉCTRICA CENTRAL				SOTANO	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	PERSONAL DE PLANTA	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE TENSIONES, COMPROBACION DE
SUBESTACION ELÉCTRICA CENTRAL				UNIDAD DE CANCER	SEMESTRAL	S3 MAY S3 NOV	CONTRATO EXTERNO	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE TENSIONES, COMPROBACION DE
TALADRO GRANDE 20051159	DEWALT			MANTENIMIENTO	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TALADRO GRANDE D25133- B3	DEWALT			MANTENIMIENTO	BIMESTRAL	FEB/ABR/JUN/AGO CT/DIC	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
TALADRO PEQUEÑA 1/2" W508S-B3	DEWALT			MANTENIMIENTO	BIMESTRAL	ENE-MAR-MAY-JUL- SEP-NOV	PERSONAL DE PLANTA / CONTRATO EXTERNO	SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE TRANSFERENCIA, LUBRICACION
UPS	APC	Q055064249841	SUA750	BRAQUITERAPIA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1312064470	EA90311	CAMA 200	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012682	EA90311	CAMA 200	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	M761250002	JP-PRO 2000	CAMA 201	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012576	EA90311	CAMA 201	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA810940001	JP-PRD 2000	CAMA 202	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	KEVATECH	B312HAD5143	KR3000	CAMA 202	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QPS	MA044459949	UP011-2AX	CAMA 203	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP		UPD 3KVA	CAMA 203	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP	MA2A1450037	UP011-2AX	CAMA 204	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA5B0030003	JP-PRO 2000	CAMA 204	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP	5827700062	UPD - 2KVA	CAMA 205	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA5B0030001	JP-PRO 2000	CAMA 205	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP	MA3143B0053	UPD11 - 3AX	CAMA 206	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012635	EA90311	CAMA 206	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	QBEH	8331000910038	EPSILON - 3K	CAMA 207		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA581460003	JP-PRO 2000	CAMA 207		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	KEHUATECH	B307AA0F0356	KR2000	CAMA 208		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA581460006	JP-PRO 2000	CAMA 208		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ABLEREX	MA581460009	JP-PRO 2000	CAMA 209		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012743	EA90311	CAMA 210		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012847	EA90311	CAMA 211		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311012100062	EPSILON 3K	CAMA 212		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311009100055	EPSILON 3K	CAMA 213		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012501	EA90311	CAMA 214		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311009100057	EPSILON 3K	CAMA 215		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APS	JS0949002273	RT2000	CAMA 216		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311009100059	EPSILON 3K	CAMA 217		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311103100210	EPSILON 3K	CAMA 218		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	JS0949002283	RT2000	CAMA 219		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	83311012100056	EPSILON 3K	CAMA 220		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ENERGEX	10032810804	ULT - 10K	CENTRO CABLEADO ADM.		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ENERGEX	10032830804	ULT - 10K	CENTRO CABLEADO FACT.		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EMERSON	1125800021BW10	LIEBERT GXT3	CENTRO DE CABLEADO PISO 3	005668	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NET UPS-SE	LP305A059	PRC - 3000A	CENTRO DE CABLEADO PISO 3	SIS005427	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EMERSON	1125800019BW10	LIEBERT GXT3	CENTRO DE CABLEADO PISO 6	PDO 553341097	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	91218-70130005	Q8EX 10000	CENTRO DE DATOS	1421701625BW013	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	418A05517	SEDNA 500VA	COORDINACION BIOMEDICO		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEH	833112201100287	EPSILON 3K	ECOGRAFIA	SIS008994	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo

DIRECCION:


Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) Teléfonos 8715907/8714415

Mantenimiento de la Dotación - Equipo Industrial de Uso Hospitalario

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				N° INVENTARIO	LOCALIZACION	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	ATSEI	190504153	IRIDIUM 5		GESTION HUMANA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	JB0321030518		005769	IAMI	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	596038351575	SMART UPS 1000		IMAGENOLOGIA RX	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	83621009100046	EPSILON 6K		IMAGENOLOGIA TOMOGRAFO	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	POWER BACK	B41007429	CS 400AP	1401012635	OF. CORRESPONDENCIA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS					OF. CANCEROLOGIA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	418603393	SEDNA 500VA		OF. UCI NEONATAL	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	EAST	E1401012766	EA90311	UCA012667	OFICINA CALIDAD	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	JS0949002269	SURTA 2000XL		PATOLOGIA CENTRIFUGA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	83621101100049	EPSILON 6K		PATOLOGIA CRIOSTATO	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	83311012100061	EPSILON 3K		PATOLOGIA PROCESADOR	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	DG ONLINE	03 - 02 - 013			RADIOTERAPIA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	83311201100293	EPSILON 3K		RADIOTERAPIA	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	JS0740005316	SUA2200		SALA DE PARTOS 2PISO	TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ONLINE	ONLINE 3 KVA	1401012635	SIS007498	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ONLINE	ONLINE 6 KVA	1421701625BW013	JS0949002269	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	-	JS0949002273	QUI008535	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP	-	658277000632	003864	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NEW LINE	MDD 1000A	83311009100057	QUI008534	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ENERGY	PACK RS 2000	QUI008535	APA010554	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	RIPLE LITE	1 KVA	QUI008534		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	UPS		APA010554		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ONLINE	ONLINE 3 KVA	005769	SIS010552	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ONLINE	ONLINE 3 KVA	UCA012667	AC00981	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	ONLINE	ONLINE 1 KVA	005668	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	JS0949002273	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC		SIS05427	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	002332	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APS SYMETRA	MOD DE 20K40F	PDO 553341097	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	B59277000632	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ATSEI	IRIDIUM 2F1	SIS008394	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	AC01404	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ONLINE	MOD/UPOLL 2KVA	SIS007498	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	004824	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	MOD/SMARTH	ONLINE 2 KVA	SIS010552	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	004829	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	-	AC00981	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	83311009100057	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	-	JS0949002269	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	QUI008533	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	-	002332	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	00643B	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	FORZA		AC01404	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	GAS012079	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX		004824	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	180411040	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX		004829	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	SIS005117	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	ENERGY	PACK RS 2000	QUI008533	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NICOMAR	MOD2200VA	00643B	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA	UCA010426	TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NICOMAR	MOD2200VA	003664	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NICOMAR	MOD2200VA	GAS012079	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	MODELO PW 9120		180411040	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	POWER SYSTEM	600S ENERGE	SIS005117	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	UPS			SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	MOD. 750 0.8 KVA	UCA010426	SUBGERENCIA TECNICO CIENFICA		TRIMESTRAL	S3/MAR S3/JUN S3/SEP S3/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	APC	JS623036337	SUA2200	UNIDAD CARDIOLOGIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	091222-70120007	EPSILON 6K	UNIDAD CARDIOLOGIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NICOMAR	EL6111800115	MICRONET 1000	UNIDAD ENDOSCOPIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	NICOMAR	EL8111800079	MICRONET 1000	UNIDAD ENDOSCOPIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO



DESCRIPCION				LD CALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
UPS	TITAN	100512-59760028	TITAN 2KVA	UNIDAD MENTAL		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	JAWAN POWER			UNIDAD MENTAL CAMARAS		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	JAWAN POWER			UNIDAD MENTAL CAMARAS		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	JAWAN POWER			UNIDAD MENTAL CAMARAS		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	QBEX	88311201100273	EPSILON 3K	UNIDAD NEUROLOGIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UPS	CDP	090303 - 1290232	B-UPR706	UNIDAD NEUROLOGIA		TRIMESTRAL	S2/MAR S2/JUN S2/SEP S2/DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
PLANTA TELEFONICA	PANASONIC	KXTDA-100		UNIDAD DE CANCELOROGIA	NIR	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION
PLANTA TELEFONICA	AVAYA	GS 450		CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL	NIR	MENSUAL	FEB - DIC	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, LOS CAMBIOS DE PROGRAMACION
SERVIDORES Y DATA CENTERS				HOSPITAL	NIR	TRIMESTRAL	FEBRERO	CONTRATISTA	SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y ADMINISTRACIÓN DE DATA CENTER
CAMARA DOMO PTZ	DTX			ENTRADA PRINCIPAL USUARIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA - INFRAROJA		OT 503	693053101221	INFORMACION-SALIDA FUNCIONARIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-OT0V24	OTX057025	ASCENSORES ENTRADA PRINCIPAL		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2DE15C2T-VFIR3	613295376	PASILLO PUERTA INTERNA URGENCIAS - OBSERVACION	7774	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2DE15C2T-VFIR3	613295368	PASILLO DE URGENCIAS: CAPITA Y RAYOS X	7772	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	CAPILLA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	INGRESO NUTRICION-ASCENSOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	SDVCOM	SP-962k	552705180063	ENTRADA CARDIOLOGIA NO INVASIVA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		VG-6376LR	VG637611090136113	ESCALERA EMERGENCIAS A SOTANO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJO				PUERTA ENTRADA MERCADO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJO				SOTANO - PUERTA MONITORED		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	SOTANO - ASCENSORES		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503		SOTANO - PASILLO SALA DE ESPERA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		OT 503	693053101221	SOTANO - SALIDA A GERENCIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA		DT 503	693053101221	SOTANO - PASILLO CONSULTORIOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJO		RC 042	ENCM41-2012-10	UNIDAD CARDIOVASCULAR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	SIERA XPRO	PRO-7050-NTSC	2012122500130	PASILLO CALLE 9	5741	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
CAMARA BALA INFRAROJA		SV-3048 AV	ENTRADA ONCOLOGIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO INFRAROJO			ENTRADA CALLE 9		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO PTZ CON INFRAROJO	DTX		URGENCIAS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO		KDV-1088SH20	URGENCIAS - APOYO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	TAC TOMOGRAFIA	VIG012244	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	RX 1	VIG012247	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	RX 2	VIG012246	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	RX 3	VIG012245	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	FARMACIA 1 PISO PUERTA	VIG012240	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	FARMACIA 1 PISO DESPACHO	VIG012241	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DOMO CON INFRAROJO	LG	SV-201AR	FARMACIA 1 PISO BOEGA	VIG012242	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI OOMO SIN INFRAROJO		CG35A	PASILLO 7 PISO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	ASCENSOR 7 PISO	7770	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI OOMO SIN INFRAROJO		CG35A	PASILLO 6 PISO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	ASCENSOR 6 PISO	7777	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	VIZION		PASILLO 5 PISO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	ASCENSOR 5 PISO	7778	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO		RK9422-LN-B96	PASILLO 4 PISO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	ASCENSOR 4 PISO	AC06990	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI BALA SIN INFRAROJO		CG35A	PASILLO 3 PISO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	ASCENSOR 3 PISO	7776	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO		CG35A	2 PISO UCI - US		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA MINI DOMO SIN INFRAROJO		CG35A	2 PISO CIRUGIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	PASILLO RECURSOS FISICOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
CAMARA BALA INFRAROJA			711501560283	SOTANO BODEGA MEDICAMENTOS		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO INFRAROJO	DTX			CANCEROLOGIA ENTRADA PRINCIPAL		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR-0011227	CANCEROLOGIA ENTRADA INTERNA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972869	CANCEROLOGIA CAFETERIA	AC06992	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493973065	CANCEROLOGIA ESTACION ENFERMERIA	AC06991	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR-0011241	CANCEROLOGIA OFICINA BUNKER		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	NERC-DE6003	DTX095299	CANCEROLOGIA FARMACIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	GRC-DE60V26N	GR-0011247	CANCEROLOGIA PASILLO OFICINA BUNKER		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR-0011206	CANCEROLOGIA - BUNKER		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR-0008390	CANCEROLOGIA PUERTA BUNKER		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO CON INFRAROJO	DTX	RC-DE60V26N	GR-0011233	CANCEROLOGIA SERVICIO AL CLIENTE		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972868	CANCEROLOGIA JARDIN 1	AC06995	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2T-VFIR3	493972882	CANCEROLOGIA JARDIN 2	AC06996	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA			A2009070001	MORGUE		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA DOMO PTZ	DTX		201409290145	PARQUEADERO SOTANO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972860	PLANTA DE OXIGENO	AC06998	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493973059	SALA TRIAGE - URGENCIAS	AC06994	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	513430704	PASILLO REANIMACION	AC07091	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972884	PLANTAS ELECTRICAS SOTANO	AC07001	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972878	TABLEROS PLANTAS ELECTRICAS	AC07002	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	793972831	LAVANDERIA SOTANO	AC06999	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	783972878	PUERTA ENTRADA PRINCIPAL VISITANTES	AC06997	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	493972880	PUERTAS PEDIATRIA URGENCIAS	AC06998	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	513430703	PASILLO OBSERVACION URGENCIAS	AC07092	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	SALIDA UNIVERSIDAD - PLANTA DE OXIGENO	AC06993	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	UNIDAD MENTAL - SALA DE ESPERA	7783	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	AMI	7782	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	FACTURACION CIRUGIA RAMPA	7784	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	SALA DE ESPERA SDTANO	7775	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	COCINA	7771	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CAMARA BALA INFRAROJA	HIKVISION	DS-2CE15C2N-VFIR3	URGENCIAS FACTURACION EXTERNA	7773	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 32 CH	HIKVISION	DS-7332HGH-SH	SALA DE MONITOREO	7931	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 32 CH	HIKVISION	DS-7332HGH-SH	SALA DE MONITOREO	7930	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 16 CH	DTX	RD-064DH	SALA DE MONITOREO	4172	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DVR GRABADOR DIGITAL 24 CH	HIKVISION	DS-7324HWI-SH	SALA DE MONITOREO	6721	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	SAMSUNG	UN32EH4000MXZL	SALA DE MONITOREO	1636	SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	PANASONIC	TC-L32X35M	SALA DE MONITOREO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 32"	SAMSUNG	UN32D4003BMXZL	SALA DE MONITOREO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TV LCD 50"	SAMSUNG	UN50FH5303KXZL	SALA DE MONITOREO		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
111 PARLANTES DE TECHO			HOSPITAL - AREA CANCEROLOGIA		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMPLIFICADOR	PHONIC	ICON 3000	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AMPLIFICADOR	PHONIC	ICON 3000	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MEZCLADOR DE AUDIO	PHONIC	AM440	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MICROFONO	ZANSUI	K-690	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESTABILIZADOR DE VOL	SISTELECTRO	RL 3KVA	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGLETA	CHALLENGER	EU 500	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGLETA	CHALLENGER	EU 500	SALA CONMUTADOR		SEMESTRAL	MAYO - NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanales/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0422	MP11DL3F	Oncologia	007645	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0427	MP11DKKE	Medicina Interna	007648	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0080	MP11DG9T	Hosp. Clinica de Heridas	005731	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PHUN0010	5CB13618DR	Estacion Neurocirugia	PORT117	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0413	MP11DF61	Hosp. Neurocirugia	005734	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PHUN0200	5CB13618D3	Hosp. Neurocirugia	10666	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0064	MP11DG8X	Hosp. Gineco	005745	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0058	MP11DF1B	Hosp. Gineco	005732	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0062	MP11OEYA	Basica Neonatal	005754	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0081	MP11DG7B	Basica Neonatal	005755	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0053	MP11DEYT	Infectologia Pediatrica	000462	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0054	MP11DGAK	Infectologia Pediatrica	000461	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0046	MP11DG8W	Uci Gineco Obstetricia	000457	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0424	PF03K3JX	Uci Gineco Obstetricia	006608	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0066	MP11DEPV	Uci Gineco Obstetricia	005719	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0045	MP11DG6W	Uci Gineco Obstetricia	000458	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0050	MP11DG9Z	Sala de Partos	005138	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0098	MP11DG7H	Sala de Partos	000456	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0052	MP11DF3B	Uci Adultos	000484	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

DIRECCION:

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0039	MP1DG98	Uci Adultos	22183	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0051	MP1OG8P	Uci Adultos	000465	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0401	PF02V1SS	Uci Adultos	006370	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0418	MP11DL7N	Uci Adultos	007652	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0400	PF03K4SH	Uci Adultos	006371	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0059	MP1DG9A	Uci Adultos	005144	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0028	MP1DE4NN	Urgencias	005086	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0032	MP1DFSX	Urgencias	005078	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0027	MP1DEYX	Urgencias	005074	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0033	MP1DG9N	Urgencias	22130	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0028	MP1OF74	Urgencias	22124	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0029	MP1DG9F	Urgencias	22123	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0030	MP1DETH	Urgencias	22127	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0036	MP1DG7X	Urgencias	22133	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0031	MP1DENV	Urg. Medicamentos	22125	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0034	MP1DG9H	Urg. Pediatría	22128	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0044	MP1DG93	Urg. Pediatría	005709	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0056	MP1DG98	Urg. Pediatría	005682	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0431						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0067	MP11DL6J	007650	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0410	MP1DF2B	005773	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	LENOVO	PF03K738	006609	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	LENOVO	PF07SJ9	007391	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0022	MP1DG9B	21977	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0428	MP11BSCS	007651	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	TOSHIBA	PHUN0002	8A292802Q	PORT15	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0069	PF03K5XR	006600	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	TOSHIBA	PHUN0065	6E059947S	005826	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0055	MP1DG82	005710	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0021	MP1DEPN	2197B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0429	PF03MKR0	006607	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PHUN0013	5CB13618F1	PORT03	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	BANCOSANGRE-PC	PF03K3MB	006341	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PROBOOK-PC	CNU021FZB	08705	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	Dell	EEG	577GG1X	13795	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0412	PF02V32A	006605	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0419	MP11DSPH	007653	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0070	PF03MJTC	CUIDADO INTENSIVO NEONATO	006372	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	NO	MP1DGA4	OFICINA INTERNOS QUINTO Piso	005748	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0068	PF02UZGZ	OFICINA INTERNOS QUINTO Piso	006604	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0434	PF03MKU0	Coordinación Servicio Ambulatorio	006606	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0042	MP1DFA46	Almacén	000447	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PHUN0020	2CE1310PFD	UNIDAD MENTAL-BODEGA	205445	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0501	PF03K3PU	Archivos Central	006610	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0423	MP11DMMV	SALUD OCUPACIONAL	007647	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0500	PF03K3NV	CARTERA	006613	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	HP	PHUN0014	5CB13616FY	Hospitalización Pediatría	20552	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0303	PF03MKQQ	UCI PEDIATRICA	006367	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0301	PF03K3N3	UCI PEDIATRICA	006373	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0300	PF03K4T5	UCI PEDIATRICA	006368	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0041	MP1DGA4	UCI ADULTO	005148	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	PHUN0040	MP1DG9R	UCI ADULTO	005145	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR PORTATIL	LENOVO	GERENCIA	PF02U22X	GERENCIA	006601	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0524	MXJ937031N	Subgerencia Técnico Científica	14049	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0415	S1HEK83	Infectología Pediatría	000455	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA S (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0416	S1HEL68	Infectiología Pediatría	000459	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0326	S1HNL27	Infectiología Pediatría	001804	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0665	MXL60620LQ	Infectiología Pediatría	007619	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0779	MXL6061MPB	Estomatología	007534	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0694	MXL60620LX	Uci Adultos	007603	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0657	MXL60620KR	Uci Adultos	007601	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0658	MXL6061KKS	Uci Adultos	007602	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0504	S10038EQ	QUIROFANOS	006394	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0095	S10039JH	QUIROFANOS	006381	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0409	S1HEK06	QUIROFANOS	5612	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0784	MXL6061LDK	QUIROFANOS	007566	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0614	S10039LJ	QUIROFANOS	006581	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0506	S10039KW	QUIROFANOS	006397	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0659	MXL60620KZ	QUIROFANOS	007634	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0662	MXL6061KKZ	QUIROFANOS	007606	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0380	S1FHT36	QUIROFANOS	22185	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0673	MXL6061KML	QUIROFANOS	007594	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0660	MXL60620N6	QUIROFANOS	007605	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN08	S1039KJ	QUIROFANOS	006396	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0505	S1038CM	QUIROFANOS	006395	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0670	MXL6061KKR	QUIROFANOS	007604	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0672	MXL6061KLL	QUIROFANOS	007610	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0384	S1FHP22	QUIROFANOS	22195	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0671	MXL60620MX	QUIROFANOS	007609	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0383	S1FHT42	QUIROFANOS	22203	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0666	MXL6061KLD	QUIROFANOS	007633	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0382	S1FHR85	QUIROFANOS	22199	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0378	S1FHR82	QUIROFANOS	22191	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0408	S1HEK44	QUIROFANOS	5811	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0509	S1002PNV	QUIROFANOS	006398	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0445	S1FHR93	QUIROFANOS	22199	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0379	S1FHR72	QUIROFANOS	22187	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0386	S1FHR64	QUIROFANOS	22201	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0613	S1002PP0	QUIROFANOS	006554	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0503	S10036LB	QUIROFANOS	006393	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0381	S1FCM71	QUIROFANOS	22193	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0030	S10039K1	QUIROFANOS	006380	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0245	S1FH77	QUIROFANOS	22052	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0654	MXL6061KLY	QUIROFANOS	007593	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0062	S10039HJ	QUIROFANOS	006382	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0740	S10039JF	Unidad de Transplante	006385	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0526	S10039LH	Unidad de Transplante	006558	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0430	S11HNK95	Unidad de Transplante	005739	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0268	S1FCM59	Urgencias	22090	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0013	S1HEG06	Urgencias	005712	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0687	MXL6061K2M	Cancerologia	007639	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0789	MXL6061M98	Cancerologia	000281	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0678	MXL6061KY5	Cancerologia	007842	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0559	S10039K4	Cancerologia	006333	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0781	MXL6061KZX	Subgerencia Administrativa	007538	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0236	S1FCN09	UCI ADULTO	22046	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0436	S1HEK69	UCI ADULTO	005758	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0316	S1HEL66	UCI ADULTO	000449	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0354	S1HNK63	UCI ADULTO	000450	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND435	S1HNK78	UCI ADULTO	005759	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND317	S1HNK99	UCI ADULTO	000452	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND352	S1HNL28	UCI ADULTO	000413	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND609	S1002PSS	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	006388	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUND806	MXL6061KYN	Laboratorio Clínico	007539	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND414	S1HNL28	IA/II	5619	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND193	S1FCM03	GERENCIA	21714	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND425	S1HEK38	GERENCIA	005721	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUND649	MXL60620H6	Jurídica	007570	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	ROBOT	S1FCL21	IMAGENOLOGIA-RAYOS X	21965	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUND655	MXL60620KQ	QUIROFANOS	007608	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUND725	MXL6061M7N	QUIROFANOS	0007555	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND474	S10033HD	Hospitalización	006245	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND475	S10033Q2	Hospitalización	006243	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND473	S10038CY	Hospitalización	006246	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND328	S1FCN10	Hospitalización	22173	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND329	S1HEK15	Hospitalización	001649	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUND407	S1HNK84	Hospitalización	5618	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0636	MXL80620K0	Oncoлогия	007567	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0693	MXL6061KZG	Oncoлогия	007581	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0319	S1HEL67	Oncoлогия	001806	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0199	S10038DG	Laboratorio Clínico	006366	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0406	S1HNK66	Medicina Interna	5617	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0324	S1HEK21	Medicina Interna	001807	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0451	S1FHT46	Medicina Interna	22146	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0445	S1FHR35	Medicina Interna	22167	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0307	S1FCK55	Medicina Interna	22169	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0462	S10039KS	Medicina Interna	006231	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0463	S10033HF	Medicina Interna	006227	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0461	S10033HC	Medicina Interna	006230	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0460	S1002PQK	Medicina Interna	006229	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0464	S1002PN6	Medicina Interna	006232	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0466	S1HNK66	Infectologia	5614	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0323	S1HEK05	Infectologia	000474	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0467	S10038ED	Infectologia	006236	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0308	S1FHR45	Crónicos	22165	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0465	S10038EF	Cronicos	006233	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0466	S1002PSW	Cronicos	006234	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0768	MXL6061L12	Hosp.Clinica de Heridas	007512	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0305	S1FHP82	Hosp.Clinica de Heridas	22157	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0304	S1FHP42	Hosp.Clinica de Heridas	22159	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0458	S10033PE	Hosp.Clinica de Heridas	006228	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0325	S1HEH30	Hosp.Cirurgia	001608	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0457	S10033GM	Hosp.Cirurgia	006225	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0455	S10039HS	Hosp.Cirurgia	006221	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0459	S1002PR4	Hosp.Cirurgia	21720	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0405	S1HNK10	Hosp.Cirurgia	5615	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0308	S1FCX94	Hosp.Cirurgia	22161	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0454	S10039KL	Hosp.Cirurgia	006223	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0210	S1FHP69	Oficina Internos	006226	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0456	S10039HR	Oficina Internos	006224	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0070	S10038EE	Coordinacion de Enfermeria	006547	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0703	MXL6061M9H	Coordinacion de Enfermeria	007584	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0318	S1HNK23	Estacion Neurociencia	001605	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0793	MXL6061KLQ	Hosp. Neurociencia	007513	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0432	S1HEH08	Hosp. Gineco	005747	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0322	S1FHR83	Hosp. Gineco	22171	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0471	S1002PPR	Hosp. Gineco	006241	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0437	S1HNL17	Hosp. Gineco	005752	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0472	S1003ALY	Hosp. Gineco	006242	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0320	S1HEH46	Basica Neonatal	000471	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0321	S1FHR27	Basica Neonatal	000473	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0741	MXL6061KY9	Basica Neonatal	007525	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0315	S1HEF88	Ucl Gineco Obstetricia	000454	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0355	S1HNK50	Ucl Gineco Obstetricia	000453	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0761	MXL6062DL7	Ucl Gineco Obstetricia	007531	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0758	MXL60620HZ	Ucl Gineco Obstetricia	007503	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0392	S1FHT94	Sala de Partos	22136	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0257	S1FHV35	Sala de Partos	22150	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0353	S1HEL61	Sala de Partos	21716	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0423	S1HNK96	Sala de Partos	000463	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0439	S1HEL87	Sala de Partos	001602	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0258	S1HEH31	Sala de Partos	000467	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0254	S1FHV25	Sala de Partos	22142	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0390	S1FHR79	Sala de Partos	22138	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0381	S1FHR32	Sala de Partos	22152	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0256	S1FHR70	Sala de Partos	22140	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0422	S1HEK22	Sala de Partos	000465	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0440	S1FHP85	Sala de Partos	000460	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0399	S1FCL51	Sala de Partos	22148	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0351	S1HNK87	Udi Adultos	000451	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0674	MXL6061KXZ	QUIROFANOS	007595	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0288	S1FHT03	Coordinacion Urgencias	22094	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0266	S1FHR55	Coordinacion Urgencias	22078	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0267	S1FCL93	Coordinacion Urgencias	22088	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0603	S10039HF	Coordinacion Urgencias	006591	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0290	S1FCM95	Urgencias	22105	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0289	S1FHT86	Urgencias	22103	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0065	S10039KC	Urgencias	006551	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0675	MXL60620KW	Urgencias	00751B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMIH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (aeromane/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0281	Urgencias	22110	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0283	Urgencias	22120	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0284	Urgencias	22112	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0280	Urgencias	22116	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0285	Urgencias	22118	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0039	Urgencias	21969	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0286	Urgencias	22102	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0267	Urgencias	22104	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0666	Urgencias	007629	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0774	Urgencias	007511	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0273	Urgencias	22086	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0240	Urgencias	22048	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0513	Urgencias	005711	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0274	Urgencias	22080	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0272	Urgencias	22082	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0184	Urgencias	21709	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0269	Urgencias	22092	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0667	Urg. Sala De Procedimientos	007616	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0749	MXL60620KH	Urg. Sala De Procedimientos	007499	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0699	MXL60620KY	Urg. Atencion Inicial	007676	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN066B	MXL60620M1	Urg. Atencion Inicial	007614	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0688	MXL60620M6	Urg. Atencion Inicial	007621	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0564	S10039LZ	Urg. Cru	006575	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0271	S1FHR22	Urg. Cru	22074	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0690	MXL6061M7S	Urg. Tru	007575	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0299	S1FCL65	Urg. Pediatria	22076	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0292	S1FCM80	Urg. Pediatria	22098	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0719	MXL60620LY	Urg. Pediatria	007615	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0291	S1FHR77	Urg. Pediatria	22096	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0611	S10038J5	Urg. Pediatria	006569	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0418	S1FHR98	Urg. Pediatria	22070	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0293	S1FHP36	Urg. Pediatria	22100	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0796	MXL60620LJ	Urg. Pediatria	007617	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0251	S1FCL92	Urg. Pediatria	21715	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0681	MXL6061KLX	Cancerologia	007545	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0684	MXL60620M0	Cancerologia	007612	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NDMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0489	S10033GP	Cancerologia	006337	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0738	MXL6061KZQ	Cancerologia	007519	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0427	S10036PL	Cancerologia	006338	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0679	MXL6061KYV	Cancerologia	007638	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0600	MXL6061KMK	Cancerologia	007523	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0488	S10033PP	Cancerologia	006336	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0680	MXL60620KS	Cancerologia	007811	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0485	S10039KU	Cancerologia	006334	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0490	S10033KO	Cancerologia	006335	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0682	MXL60620MP	Cancerologia	007813	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0033	S10039JW	Cancerologia	006332	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0790	MXL6061M7M	Cancerologia	007537	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0600	MXL60620M7	Cancerologia	007844	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	Dell	EHUN0573	4GM3KK1	CANCEROLOGIA-Coordination	COMP00	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0692	MXL6061L21	Garantia De La Calidad	007582	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0769	MXL6061L0L	Garantia Da La Calidad	007573	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0699	MXL6061M91	Garantia Oa La Calidad	007587	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0527	S10033KM	Garantia De La Calidad	006549	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0388	S1HEK03	Garantia De La Calidad	004290	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0560	S1HEK40	Garantia De La Calidad	000411	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0687	MXL6061MB1	Garantia De La Calidad	007577	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0698	MXL6061KYW	Garantia De La Calidad	007572	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0181	S1FHR04	Garantia De La Calidad	21712	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0612	S10038DN	Garantia De La Calidad	006589	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0772	MXL6061MB4	Garantia De La Calidad	007530	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0502	S10033MB	Garantia De La Calidad	006350	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0501	S10039HL	Garantia De La Calidad	006349	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0387	S1002PPB	Talento Humano	006379	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0107	S10039HX	Talento Humano	006563	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0225	S1FHV28	Talento Humano	22060	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0021	S10039HN	Talento Humano	006377	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0765	MXL6051MQR	Talento Humano	007810	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0179	S1FHP79	Talento Humano	21934	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVO	EHUN0525	S1002PSM	Talento Humano	006546	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0727	MXL60620LB	Talento Humano	007509	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0764	MXL6061KKY	Talento Humano	007551	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0101	S1002PLO	Suministros	006598	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0528	S10038E3	Suministros	006559	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0652	MXL60620LK	Suministros	007826	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0651	MXL60620N4	Suministros	007827	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENDVD	EHUN0231	S1FCL28	Suministros	22038	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0624	MXL60620K7	Juridica	007681	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0623	MXL60620N8	Juridica	007876	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0348	S1HEH11	Juridica	003899	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0480	S10039KD	Juridica	006353	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0086	S1FCL76	Juridica	21711	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0052	S10039KB	Juridica	006352	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0626	MXL6061KKP	Presupuesto	007622	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0191	S1FHR87	Presupuesto	21900	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0650	MXL6061KMJ	Costos	007624	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0332	S1HNK54	Costos	001598	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0627	MXL60620KX	Costos	007623	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0833	MXL6061KYX	Subgerencia Administrativa	007532	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0711	MXL6061M7Q	Subgerencia Administrativa	007544	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LDLOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0019	S10033HG	Subgerencia Administrativa	006556	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0183	S1FCL83	Subgerencia Administrativa	21713	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0628	MXL60620MS	Subgerencia Tecnico Cientifica	007825	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0777	MXL6061M97	Subgerencia Tecnico Cientifica	007541	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0742	MXL60620MY	Subgerencia Tecnico Cientifica	007592	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0190	S1FHR38	Subgerencia Tecnico Cientifica	21902	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0538	S10038J1	Subgerencia Tecnico Cientifica	006592	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0648	MXL60620L4	Subgerencia Tecnico Cientifica	007630	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0050	S10039KH	Subgerencia Financiera	006324	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0778	MXL6061M7Z	Subgerencia Financiera	007516	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0486	S10038HB	Subgerencia Financiera	006357	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0487	S10039KK	Revisoría Fiscal	006356	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0707	MXL6061K1B	Archivos Central	007588	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0706	MXL6061K2P	Archivos Central	007589	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0041	S1FCL69	Unidades Especiales	21710	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0533	S10039KF	Unidades Especiales	006553	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0532	S10038GC	Unidades Especiales	006550	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0625	MXL60620LG	Unidades Especiales	007679	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0192	S1002PSY	Unidades Especiales	006552	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0208	S10039K7	Unidades Especiales	006325	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0239	S1FCM02	Tesoreria	22040	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0514	S10033H2	Tesoreria	006390	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0017	S1FHP24	Tesoreria	21892	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN023B	S1HEK37	Salud Ocupacional	005175	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0776	MXL6061M6L	Contabilidad	007527	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0521	S10036MV	Contabilidad	006354	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0510	S10038G9	Contabilidad	006355	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0255	S1FHP37	Contabilidad	005103	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0773	MXL6061MB3	Recursos Fisicos	007524	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0294	S1FHR43	Recursos Fisicos	005168	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0006	S10038GK	Recursos Fisicos	006359	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0715	MXL6061M7V	Planeacion	007543	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0714	MXL6061M57	Planeacion	007553	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0713	MXL60620MN	Planeacion	007546	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0731	MXL6061M7X	Planeacion	007590	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0516	S10038EP	Planeacion	006527	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0517	S10038HG	Planeacion	006526	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0479	S10039LU	Cartera	006303	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0279	S1FCM02	Cartera	005166	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0232	S1FHV68	Cartera	22023	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0482	S10033MA	Cartera	006052	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0244	S1FCM84	Cartera	22050	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0061	S1FHP44	Cartera	22056	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0212	S1FHP49	Cartera	21965	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0646	MXL60620MC	Cartera	007677	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0640	MXL6061KZK	Cartera	007635	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0735	MXL60620M5	Cartera	007670	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0562	S1002PRP	Cartera	006564	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0237	S1FHV62	Cartera	22042	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0695	MXL60620L3	Cartera	00757B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0631	MXL6061KL2	Cartera	007632	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0647	MXL60620K4	Cartera	00762B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0644	MXL60620LP	Cartera	007666	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0636	MXL6061M63	Cartera	007989	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (año/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0637	MXL60620LS	Cartera	007665	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0634	MXL60620MV	Cartera	007675	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0635	MXL6061KKT	Cartera	007637	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0630	MXL6061MBH	Cartera	007667	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0632	MXL60620L2	Cartera	007672	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0629	MXL60620ML	Cartera	007631	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0639	MXL6061L2H	Cartera	007671	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0642	MXL60620N1	Cartera	007668	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0633	MXL60620M8	Cartera	007673	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0819	MXL60620LH	Ítemii	007674	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0428	S1HEH38	Ítemii	005717	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0744	MXL6061KY3	Ítemii	007522	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0745	MXL60620L5	Ítemii	007504	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0344	S1HNK45	Ítemii	000416	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0401	S1HEL74	Unidad Mental	5608	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0710	MXL60620G9	Unidad Mental	007560	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0709	MXL6061XXM	Unidad Mental	007561	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0470	S10039K0	Unidad Mental	006237	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0770	MXL6061KMT	Unidad Mental	007548	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0468	S10038HV	Unidad Mental	006235	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0404	S1HEK19	Unidad Mental	5609	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0403	S1HEK27	Unidad Mental	005807	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0588	S10033PA	Consulta Externa Especializada	006578	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0336	S1HEF93	Anatomía y Patología	001642	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0218	S1FHR37	Estadística	21944	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0343	S1HEK24	Estadística	001627	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0797	MXL60620LD	Estadística	007535	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0818	MXL6061KM1	Estadística	007564	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0537	S10038CP	Atención al Usuario	006576	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0252	S1FCX96	Atención al Usuario	22144	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0809	MXL6061M9Q	Nutrición	007589	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0729	MXL6061KZD	Nutrición	007521	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0563	S10038GD	Nutrición	006532	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0444	S10038FV	Nutrición	006383	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0512	S10039L7	Nutrición	006384	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0733	MXL6061M9P	Nutrición	007598	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0704	MXL6061M7R	Nutricion	007586	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0726	MXL60620KK	Nutricion	007600	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0223	S1FHT39	Servicios Farmaceuticos	0005519	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0224	S1FHP64	Servicios Farmaceuticos	22062	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0227	S1FHP70	Servicios Farmaceuticos	22037	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0519	S10039KZ	Servicios Farmaceuticos	006531	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0230	S1FCN12	Servicios Farmaceuticos	22031	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0222	S1FHT53	Servicios Farmaceuticos	21946	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0228	S1FCL77	Servicios Farmaceuticos	22035	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0068	S1002PNX	Servicios Farmaceuticos	006529	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0428	S10033L2	Servicios Farmaceuticos	006530	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0650	S10039JU	Servicios Farmaceuticos	006528	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0554	S1FHTK39	Servicios Farmaceuticos	006529	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0229	S1FHP39	Servicios Farmaceuticos	22033	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0771	MXL60620HY	Servicios Farmaceuticos	007508	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0333	S1HNK39	Servicios Farmaceuticos	21717	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	NOC002	S1002DP0	Symde	NO TIENE	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	NOC-001	S1002DN2	Symde	NO TIENE	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0361	MXL6062DN3	Bienestar Laboral	007607	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0753	MXL6061M9F	Ecocardiograma	007535	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0747	MXL6062DMW	Neumología	007515	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0748	MXL6061KYZ	Neumología	007528	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0765	MXL6061KY0	Endoscopia y Gastroenterología	007552	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0250	S1HNK64	Endoscopia y Gastroenterología	001613	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0216	S1FHP51	Imagenología	21995	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0214	S1FCM81	Imagenología	21991	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0576	S1002PR8	Imagenología	006594	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0104	MXL6061L1R	Imagenología	007550	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0204	S1FHR81	Imagenología	21963	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0518	S1FCL45	Imagenología	21961	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0702	S10039K3	Imagenología	006586	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0372	S1FOND1	Imagenología	21959	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0275	S1FCM79	Imagenología	21967	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0201	S1FHV99	Imagenología	21957	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0605	S10033HK	Imagenología	006584	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0203	S1FHR55	Imagenología	21993	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0739	MXL6061M9M	Banco de Sangre	007580	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0241	S1FCL14	Banco de Sangre	22025	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0705	MXL60620KT	Neurofisiología	007591	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0238	S1FCN49	Neurofisiología	22044	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0812	MXL6061M93	Neurofisiología	007533	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0811	MXL6061M9J	Neurofisiología	007568	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0649	MXL60620MR	Neurofisiología	007680	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0484	S10039IQ	Hospitalización VIP	006331	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0483	S10039KY	Hospitalización VIP	006630	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN06700	MXL60620N7	Hospitalización Administrativa	007585	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0058	S10039KG	Referencia y Contrareferencia	006392	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0249	S1FHR80	Referencia y Contrareferencia	22084	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0760	MXL6061M93	Referencia y Contrareferencia	007591	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0708	MXL6061LQJ	Referencia y Contrareferencia	007552	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0180	S1FHR12	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	21932	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0130	S1FHT50	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	21983	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0805	MXL6061MPR	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	007565	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0345	S1HEH52	UNIDAD RENAL	000408	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0314	S1HNL12	UNIDAD RENAL	000410	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0750	MXL6061KYF	UNIDAD RENAL	007508	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0346	S1HNK67	UNIDAD RENAL	000409	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0396	S1HEL69	Cuidado Intensivo Neonatal	005150	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0397	S1HEL85	Cuidado Intensivo Neonatal	005152	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0393	S1HEK20	Cuidado Intensivo Neonatal	005154	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0795	S1HEL88	HOSPITALIZACION RECIEN NAC	005157	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0743	MXL6061KZY	EPIDEMIOLOGIA E INFECTOLOGIA	007507	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0664	MXL6061KZN	EPIDEMIOLOGIA E INFECTOLOGIA	007597	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0663	MXL6061MB4	EPIDEMIOLOGIA E INFECTOLOGIA	007596	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0500	S10038L9	OFICINA DE AUDITORIA-Cuarto	006351	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0558	S1FHV74	OFICINA DE AUDITORIA-Cuarto	21894	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0279	S1FHP30	Ofina de Talento Humano	005155	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0621	S10039HW	Ofina de Talento Humano	006599	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0622	S1002PRA	Ofina de Talento Humano	006378	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0722	MXL6061L1V	Control Interno Disciplinario	007526	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0814	MXL6061M95	Control Interno Disciplinario	007498	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0067	S1FHT60	Control Interno	005158	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0755	MXL6061M81	Control Interno	007496	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0756	MXL6061M92	Control Interno	007497	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0798	S10039K6	Control Interno	006593	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0166	S1HNH21	Control Interno	005148	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0417	S1HEH20	Control Interno	005643	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0724	MXL60620JIV	Control Interno	007518	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0560	S10038HW	Coordinación Servicio Ambulatorio	006682	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0447	S1HEK18	Coordinación Servicio Ambulatorio	005980	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0603	S1002PRE	Coordinación Servicio Ambulatorio	006595	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0858	MXL6061L22	Coordinación Servicio Ambulatorio	007571	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0335	S1HNK38	Anatomia Patologia	001644	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0337	S1HEK77	Anatomia Patologia	001641	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0813	MXL6061K20	Anatomia Patologia	007542	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0338	S1FHT52	Anatomia Patologia	001639	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0334	S1HEH98	Anatomia Patologia	001640	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0377	S1HNK27	Almacen	005533	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHJUN0746	MXL60620JIG	Almacen	007495	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHJUN0247	S1FHR59	Almacen	22087	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0213	S1FH183	Almacen	21988	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0235	S1FH101	Almacen	001801	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0217	S1FCL78	Almacen	21940	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0207	S1FHR73	EGENDAMIENTO CONSULTA EX	21942	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0219	S10333MC	EGENDAMIENTO CONSULTA EX	006562	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0546	S10039HV	ESTACION ENFERMERIA	006590	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0552	S10038GN	ESTACION ENFERMERIA	006570	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0547	S1002PSV	CONSULTA EXTERNA - Consult	006551	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0579	S10038CJ	CONSULTA EXTERNA - Consult	006555	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0453	S1002PRN	CONSULTA EXTERNA - Consult	006577	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0171	S10038CH	CONSULTA EXTERNA - Consult	006572	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0549	S10033HP	CONSULTA EXTERNA - Consult	006580	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0544	S10038JJ	CONSULTA EXTERNA - Consult	006587	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0775	S10038JV	CONSULTA EXTERNA - Consult	006583	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0550	S10038FD	CONSULTA EXTERNA - Consult	006567	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN054B	S10036GP	CONSULTA EXTERNA - Consult	006573	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0551	S10038HT	CONSULTA EXTERNA - Consult	006571	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0542	S10033P6	CONSULTA EXTERNA - Consult	006557	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0545	S10033GH	CONSULTA EXTERNA - Consulta	006595	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0032	S10039JA	CONSULTA EXTERNA - Consulta	006568	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0543	S1002PNQ	CONSULTA EXTERNA - Consulta	006574	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0206	S10038JM	CONSULTA EXTERNA - Consulta	006566	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0541	S10033H1	CONSULTA EXTERNA - Consulta	006587	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0026	S1FH765	UNIDAD MENTAL-CONSULTORIO	21981	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0402	S1HNH81	UNIDAD MENTAL-CONSULTORIO	2171B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0677	MXL60620LT	UNIDAD MENTAL-CONSULTORIO	007599	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0762	MXL6061M86	UNIDAD MENTAL-Coordination	007549	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0469	S10038J3	UNIDAD MENTAL-BODEGA	006236	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0807	S1HEG97	TECNICA MADRE CANGURO	005714	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0411	S1HEH28	TECNICA MADRE CANGURO	000415	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0410	S1HNK59	TECNICA MADRE CANGURO	004329	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0412	S1HNK99	TECNICA MADRE CANGURO	004328	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0804	MXL6061M8D	TECNICA MADRE CANGURO	007547	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0099	S10039JT	UCI ADULTO	006399	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0686	MXL6061M56	Mercadeo	007579	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0685	MXL6061K2L	Mercadeo	007576	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0787	MXL6061KY6	Mercedeo		SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0531	S10039H5	REHABILITACION Y TERAPIAS	006565	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0529	S10039KA	REHABILITACION Y TERAPIAS	006560	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0530	S1002PRC	REHABILITACION Y TERAPIAS	006566	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0523	S10033GW	Archivos Central	006548	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0751	MXL6061KXQ	Archivos Central	007529	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0031	S1FHT0B	TESORERIA	22064	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0515	S10039KM	TESORERIA	006391	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0730	MXL60620JR	SALUD OCUPACIONAL	007501	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0638	MXL60620LZ	CARTERA GLOSAS	007636	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0603	MXL6061KYS	CARTERA GLOSAS	007505	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0413	S1HEH96	HOSPITALIZACION CIRUGIA	5616	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0398	S1HEH32	Hospitalizacion Pediatria	001603	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0602	S1FHP66	Hospitalizacion Pediatria	22066	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0583	S1002PP2	Hospitalizacion Pediatria	006244	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0309	S1FHR31	Hospitalizacion Pediatria	22163	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0601	MXL60620HC	Hospitalizacion Pediatria	007640	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0616	MXL6061KM6	Hospitalizacion Pediatria	007663	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0434	S1HEK02	Hospitalizacion Pediatría	5613	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0394	S1HEL63	Cuidados Intensivos Neonatal	005159	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0388	S1HEG09	Cuidados Intensivos Neonatal	005156	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0825	S1HEF90	CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	005160	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0696	MXL6061KYH	CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	007574	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0395	S1HEH23	CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	000152	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0498	S10038HZ	UCI PEDIATRICA	006240	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0605	S1FHR91	UCI PEDIATRICA	000470	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0270	S1FHV77	UCI PEDIATRICA	005048	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0310	S1HNK48	UCI PEDIATRICA	000469	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	LENOVO	EHUN0499	S10038JB	UCI PEDIATRICA	006239	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0716	MXL6061KYM	UCI PEDIATRICA	007554	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0724	MXL6061KZV	UCI PEDIATRICA	007553	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0701	MXL6061KZV	UCI PEDIATRICA	007583	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	EHUN0780	MXL6061M87	Trabajo Social	007502	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TODO EN UNO	HP	HP-PC	3CR20503B9	IMAGENOLOGIA-RAYOS X	21976	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0148	MXL2080LKG	Medicina Interna	20945	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0155	MXL2021JNH	Oficina Interiores	06719	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0134	MXL2021JMS	Oficina Interiores	11745	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0054	MXL2021JNB	Basica Neonatal	20668	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0156	MXL2021JN4	Uci Gineco Obstetricia	20738	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	Dell	EHUN0839	3DSLL1	Uci Gineco Obstetricia	CPU021	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0091	MXL10621J8	Uci Adultos	001754	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0174	MXL2021JNS	QUIROFANOS	21108	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0175	MXL2021JNC	QUIROFANOS	COM035	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0149	MXJ5370313	Unidad de Transplante	01504	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0036	MXL0211S04	Coordinacion Urgencias	10037	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	LENOVO	EHUN0300	S1FHR65	Coordinacion Urgencias	22084	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0014	MXL0211RZR	Coordinacion Urgencias	13904	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0595	MXL0211S02	Coordinacion Urgencias	07124	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0106	MXL1081WZR	Coordinacion Urgencias	20355	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0015	MXL0211RZV	Urgencias	002683	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0105	MXL0211RZY	Urgencias	COMF30	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	CDISCIPLINARIO1	MXL02308DC	Urgencias	20894	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0452	MXL0211RZP	Urgencias	20193	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP		MXL10621J9	Urgencias	CPU010	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN001	MXL937031G	Cancerologia	14302	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0582	MXL0211S0W	Cancerologia	14347	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0087	MXL81706R0	CANCEROLOGIA-Coordination	CPU029	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0010	MXL0230BKJ	CANCEROLOGIA-Trabajo social	10970	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	WUCHNE05	MXL90311X9	CANCEROLOGIA-Servicio al cliente	11474	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0198	MXL90311XJ	CANCEROLOGIA-Archivo	CPU024	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0810	MXL937031Z	Garantia De La Calidad	13481	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0165	MXL20335W4	Garantia De La Calidad	20972	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0120	MXL1061FLY	Garantia De La Calidad	20454	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0113	MXL9391B55	Garantia De La Calidad	08205	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	FACPPAL09	MXJ9020C80	Garantia De La Calidad	14084	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0186	MXJ812050J	Garantia De La Calidad	14234	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP		MXJ81201JR	Garantia De La Calidad	10049	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP		MXJ81201JW	Garantia De La Calidad	10046	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0057	MXL01824K8	Talento Humano	05385	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0581	MXL20B0LKJ	Suministros	14310	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0577	MXJ843017W	Subgerencia Tecnico Cientifica	14497	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0586	MXL81706RN	Subgerencia Financiera	CPU006	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0063	MXL2021JP4	Revisoría Fiscal	20899	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0040	MXL2021JN5	Revisoría Fiscal	20890	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	ARCHIVO03	MXL0230BWW	Archivos Central	CPU034	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0799	MXJ937031Q	Archivos Central	005275	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0119	MXL0230BLR	Planeacion	13467	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0808	MXJ937031J	Planeacion	14319	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0556	MXJ8120510	Planeacion	11537	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	AUTORIZACIONES1	MXJ9020C8F	Planeacion	06277	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0221	MXJ84301BB	Planeacion	14625	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0835	MXL9070J42	Planeacion	CPU015	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0848	MXJ937031X	Planeacion	14314	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0145	MXL2080LNZ	Cartera	20908	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0153	MXL2021JNM	Unidad Mental	02310	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0137	MXL2021JMT	Estadística	07356	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0143	MXL2080LL1	Estadística	20939	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0140	MXL2040TGP	Atencion al Usuario	07780	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0144	MXL2080LNB	Atencion al Usuario	20938	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0139	MXL2021JP3	Atencion al Usuario	07959	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0800	MXJ937030B	Atencion al Usuario	13398	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	FARMAMESCLAS	MXJ843018Y	Servicios Farmaceuticos	14299	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0365	MXL10621J3	Servicios Farmaceuticos	03474	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0820	MXJ84301BM	Servicios Farmaceuticos	14610	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	FARMACIRUGIA	MXJ84301BS	Servicios Farmaceuticos	14602	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0097	MXJ81201JZ	Servicios Farmaceuticos	07353	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	IMAGEN01	MXJ90200D6	Servicios Farmaceuticos	11504	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	LENOVO	NOC-003	MJ39NTC	Symde	006718	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0597	MXJ9370314	Bienestar Laboral	13400	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0084	MXJ932000D	Ecocardiograma	21106	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	LECTURA1	2UJA2400WRM	Imagenologia	09977	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	LECTURA2	2UJA24206S6	Imagenologia	13919	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	IGSYSTEMSPACS	MXJ902008VY	Imagenologia	20842	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0363	MXD432035F	Banco de Sangre	11095	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0161	MXL2080L KX	Neurofisiologia	21363	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0138	MXL2021JNG	Neurofisiologia	20965	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0173	MXL2021JP0	Hospitalizacion VIP	21123	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0450	MXJ90200CBV	Referencia y Contrareferencia	05714	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0024	MXJ81201JQ	Referencia y Contrareferencia	13393	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0125	MXJ937034H	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	14311	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	TEG5003-HP	MXL4421K78	UNIDAD DE CARDIOVASCULAR	21263	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0209	MXL20335W2	UNIDAD RENAL	21103	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0167	MXJ937031P	UNIDAD RENAL	14307	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0922	MXJ9370326	UNIDAD RENAL	10034	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0108	MXL939154D	EPIDEMIOLOGIA E INFECCIOLOGIA	10984	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0136	MXL2021JNW	COORDINACION DE CIRUGIA	09669	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0005	MXL0230B4H9	Oficina de Talento Humano	COMP23	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0132	MXL2021JMQ	Control Interno Disciplinario	14132	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0619	MXL939155J	Control Interno Disciplinario	09133	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0561	MXJ937038G	Control Interno	14308	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	LENOVO	JUAN-PC	MJ39NTM	Coordinación Servicio Ambulatorio	006719	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0044	MXL01824KN	Anatomia Patologia	COM039	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0045	MXL01824L3	Anatomia Patologia	COM041	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0158	MXL2080LP6	CONSULTA EXTERNA - Consulta	20879	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0211	MXL207196F	UNIDAD MENTAL-CONSULTORIO	09591	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0180	MXL2080LL2	UNIDAD MENTAL-CONSULTORIO	11883	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0481	MXJ843018D	UNIDAD MENTAL-Coordination	10968	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0002	MXL02308D8	Mercadeo	11072	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	LENOVO	EHUN0362	MJ45M2W	EDUCACION MEDICA	AC06804	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	LENOVO	EHUN0363	MJ45M5A	EDUCACION MEDICA	AC06798	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0815	MXL9140713	SIAU-ATENCION AL USUARIO	09337	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0448	MXJ81201JX	TESORERIA	14244	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0102	MXJ02101PV	SALUD OCUPACIONAL	13473	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0003	MXL02308BNC	SALUD OCUPACIONAL	COMP22	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	SERCONTABLE	MXJ8120514	CONTABILIDAD	10097	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0555	MXJ937031R	Trabajo Social	14318	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0154	MXJ9020F2D	Trabajo Social	06464	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0565	MXJ937030V	RECURSOS FISICOS	14317	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	HOSPITAL-99EF3E	MXJ6250KQD	MANTENIMIENTO	10695	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	EHUN0073	MXL10621J5	SOPORTE MANTENIMIENTO AD	10640	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	SOPORTE01	MXL10621J7	SOPORTE MANTENIMIENTO AD	09091	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
COMPUTADOR TIPO TORRE	HP	DESKTOP-V00U61V	MXL02308BGT	SOPORTE MANTENIMIENTO AD	COMP20	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	CANON	CANON G3100	KKEY06819	SUBGERENCIA TECNICO CIENT	007817	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	M188D	P3QF217758	FARMACIA	005170	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-2190	E88Y389318	TESORERIA	11848	SEMESTRAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	EPSON	FX-2190	FCTY122052	IMAGENOLOGIA	14630	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-2190	FCTY122055	REHABILITACION Y TERAPIAS	07157	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-890	E8BY326984	TESORERIA	07311	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-890	E8BY178349	TESORERIA	13388	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-0220D	P3QF304008	FARMACIA	007818	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	TM-0220D	P3QF3040300	FARMACIA	007819	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	L355 MULTIFUNCION	S3YK098356	RECURSOS HUMANOS	002273	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	L355 MULTIFUNCION	S3YK098005	GARANTIA DE LA CALIDAD	004289	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	L355 MULTIFUNCION	S3YK098359	CONTROL INTERNO	001633	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	EPSON	L355 MULTIFUNCION	S3YK213707	CANCEROLOGIA	005739	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	Color LaserJet CM13	CNFB8898K3	PLANEACION	11057	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	Color LaserJet CM232	CNFB88B4006	CANCEROLOGIA	10289	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	Color LaserJet MFP M	CNFB6G8W62D	GERENCIA	006628	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	DeskJet D2300	TH62R11380	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	IMP011	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	DeskJet D2460	TH78H34563	SERVICIO DE ALIMENTOS	20197	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 100 M401dn	VNB3X11558	CUIDADOS INTENSIVOS ADULT	004288	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1000 series	CNBR368469	ANATOMIA Y PATOLOGIA	11880	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1000 series	CNBR807942	CANCEROLOGIA	AC04450	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1010	CNFB018921	UCI GINECO OBSTETRICA	14447	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1010	CNFB016584	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	07473	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1010	CNFB020448	ALMACEN	14438	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1010	CNFB085159	ALMACEN	07411	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1016	CNFB1954777	UNIDAD ENDOSCOPIA	6734	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNFB2607280	REVISORIA FISCAL	06713	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

NOMBRE	DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNBK401485	DIVISION DE RECURSOS FISICOS	1271B	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2929442	NEUMOLOGIA	05956	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2741907	NEUMOLOGIA	10064	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB0606774	QUIDADOS INTENSIVOS ADULT	11579	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2131798	UNIDAD CARDIOVASCULAR	20539	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNFB085171	UNIDAD CARDIOVASCULAR	13823	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNBK790153	UNIDAD CARDIOVASCULAR	001168	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB0906463	NEUROFISIOLOGIA	10718	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2741936	CONTRIL INTERNO	10693	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB0806790	HOSPITALIZACION 7 PISO	10111	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB0906458	CANCEROLOGIA	11427	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB9283940	CANCEROLOGIA	11467	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB9283944	CANCEROLOGIA	10903	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNBK329401	CANCEROLOGIA	09345	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB9283942	CANCEROLOGIA	10461	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB9283958	CANCEROLOGIA	08915	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2629440	ALMACEN	13958	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNB2741906	ALMACEN	14807	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1020	CNBK715379	ALMACEN	21920	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 1212nf	CNGSCOM104	ATENCION AL USUARIO	20450	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 2035	VNB3F26438	HOSPITALIZACION MEDICINA IN	102574	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 ColorMF	CNCBF1B7BZ	DIVISION DE SERVICIOS AMBU	001619	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNB4N03544	INTERVENTORIA	005532	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11554	JURIDICA	10828	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11552	UNIDAD RENAL	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11546	HOSPITALIZACION CIRUGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11548	SERVICIO DE ALIMENTOS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11563	GARANTIA DE LA CALIDAD	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11557	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11565	FARMACIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11562	FARMACIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNB4N03543	IIAMI	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11566	HOSPITALIZACION NEUROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNB3N10967	HOSPITALIZACION ONCOLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 400 M401dn	VNBX11556	IMAGENOLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCG311X6	CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCF3COPS	CARTERA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCF3COPX	SUMINISTROS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNDCG5L17W	TALENTO HUMANO	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCF3F0PB	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCF3F0PS	CARTERA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet 600 M602	CNCCF3C000	CANCEROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV02386	CARDIOLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV00947	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV000317	CARTERA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV000308	PRESUPUESTO	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV000251	SALUD OCUPACIONAL	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV000534	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanas/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV800938	URGENCIAS	007861	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBVH00327	SALA DE PARTOS	007656	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV800117	TECNICA MADRE CANGURO	007660	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBV00531	HOSPITALIZACION CIRUGIA	007657	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M402dw	PHBVH00316	REHABILITACION Y TERAPIAS	007654	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet M604	CNCH6Y141	CONTRATACION	007089	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3B38161	EPIDEMIOLOGIA E INFECCIOLOGIA	11829	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3R29437	CLINICA DE HERIDAS	11828	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3H10953	CANCEROLOGIA	AC04454	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3B10862	CANCEROLOGIA	10255	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3T29408	CANCEROLOGIA	11411	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3T03342	UNIDAD DE CANCEROLOGIA	10213	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1006	VNB3N32997	BANCO DE SANGRE	13413	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1102w	VNB3O53533	NUTRICION	08661	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1102w	VNB3G22182	SERVICIO DE ALIMENTOS	IMP016	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3G03810	CONTABILIDAD	IMP111	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3603801	CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO	IMP009	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3G04259	CUIDADOS INTENSIVOS ADULT	IMP010	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3J18538	CARTERA	20317	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3G28887	SUBGERENCIA FINANCIERA	IMP018	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3J17442	URGENCIAS	20318	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3M38843	SALA DE PARTOS	002623	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB3604277	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	IMP011	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P1606dn	VNB362888	UNIDAD BASICA NEONATAL	NO LEGIBLE	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandado Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION			LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO						
IMPRESORA	HP	LaserJet P2035n	VNB3F26447	NEUROFISIOLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P2035n	VNB3F26431	CANCEROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3010	VNB3Y40846	URGENCIAS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3R42860	ESTADISTICA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3Y40516	UCI GINECO OBSTETICA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3R42869	DIVISION DE RECURSOS HUMA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3Y40519	ANATOMIA Y PATOLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3Y42702	HOSPITALIZACION GINECOBST	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3Y42712	HOSPITALIZACION MEDICINA IN	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3Y43120	HOSP. SEPTIMO PISO	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P3015	VNB3R42858	UNIDAD DE TRANSPLANTES	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4015	CNDY633283	ENFERMERIA ADMINISTRACION	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4515	CNDY424217	URGENCIAS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4515	CNDY830113	URGENCIAS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4515	CNDY401336	ARCHIVO CENTRAL	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4515	CNDY830709	URGENCIAS	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet P4515	CNDY830711	CANCEROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	LaserJet Pro MFP M47	CNB8G6W8ZY	CARTERA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	HP	OfficeJet J4680 all	CN854111TS	CANCEROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	SAMSUNG	ML-2010	3A27KBP204804E	CANCEROLOGIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	SAMSUNG	XPRESS M2070W	073YB8KG3F000BZ	TESORERIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	ZEBRA	ZM400	08C08430836	FARMACIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
IMPRESORA	ZEBRA	ZM400	08C08430838	FARMACIA	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANNER	CANON	CANDN 40C	DW311963	UNIDAD RENAL	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semanal/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	CANON	DR-4010C	DW311963	UNIDAD RENAL	20189	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	CANDN	DR-C240	HD314639	ARCHIVO CENTRAL	008171	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	CANON	DR-C240	HD314633	ARCHIVO CENTRAL	008172	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	CANON	DR-C240	HD314647	ARCHIVO CENTRAL	008173	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016447	CONTROL INTERNO	007935	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016447	CONTROL INTERNO	007935	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8013171	SERVICIOS AMBULATORIOS	007937	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016433	FARMACIA	007932	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8013188	IIAMI	007934	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016435	OFICINA DE DESARROLLO INST	007933	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028559	CARNEROLOGIA	008146	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028562	SUBGERENCIA FINANCIERA	008143	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8028565	SUBGERENCIA TECNICO CIENT	008144	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012452	DIVISION DE RECURSOS HUMA	ESCAN01	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ011140	ARCHIVO CENTRAL	005763	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ011148	ARCHIVO CENTRAL	005764	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ011131	ARCHIVO CENTRAL	005765	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZB14441	AREA JURIDICA	006693	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012439	SUMINISTROS	ESCAN04	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ011146	CARTERA	005766	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	GT-S55	RVXZ012440	FARMACIA	ESCAN02	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	EPSON	ES-400	X2H8016424	GARANTIA DE LA CALIDAD	007938	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	M476NW	CN429M1273	ADMINISTRATIVO URGENCIAS	006625	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	M476NW	CN43AM2639	IMAGENDOLOGIA	006626	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

E.S.E. Hospital Universitario Hermandad Moncaleano Perdomo de Neiva

DIRECCION:

Calle 9 N° 15 - 25 (Neiva, Huila) TELEFONOS 8715907/8714415

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Mantenimiento de la Dotación - Equipo de Comunicaciones e Informática

SNS 3000-PMH

DESCRIPCION				LOCALIZACION	N° INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHAS (semana/mes)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE						
ESCANER	HP	M476NW	CN429M1340	DIVISION DE RECURSOS FISICO	006381	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet 5590	CN31HWH1HT	CONTABILIDAD	005527	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet G4050	CN7AHA52DV	MERCADEO	07303	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN413M1643	CUADROS INTESIVOS OBSTET	006400	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN429M1096	SUBGERENCIA TECNICO CIENT	006614	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN413M1746	PRESUPUESTO	006467	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN429M1324	UNIDAD CARDIOVASCULAR	006619	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN429M1273	URGENCIAS	006625	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ESCANER	HP	ScanJet Pro 1000	CN429M1132	EPIDEMIOLOGIA E INFECTOLOG	006621	SEMESTRAL	FEBRERO - DICIEMBRE	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

ANEXO 2

SNS 3000-VMH

**INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO DE MEDIANO Y ALTO GRADO DE COMPLEJIDAD**

Organización

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento Hospitalario

a) Si X (escriba el nombre y de quien depende orgánicamente)

El mantenimiento hospitalario es atendido con personal de planta, personal vinculado mediante órdenes Servicios o Contrato de prestación de servicios y por firmas contratistas especializados, bajo la coordinación de Dora Ximena Bermeo Falla, Profesional Especializada de la Oficina de Recursos Físicos de la entidad, se cuenta además con el apoyo del Ingeniero Jesús Ernesto Guzmán Larrarte para Infraestructura y la Ingeniera Marlen Liseth Medellín Rincón para los equipos biomédicos.

El área de Recursos Físicos está adscrita a la Subgerencia Administrativa a cargo de la doctora Liliana Torres Lozada.

b) No ____ (describa quien responde por el Mantenimiento Hospitalario)

Plan de mantenimiento

2.1 Verifique y describa si hay un Plan de mantenimiento de la Infraestructura (el plan esta escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades?, se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el Anexo 1 de la presente circular?, etc)

Actualmente el hospital cuenta con un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física hospitalaria contiene los requerimientos del anexo SNS 3000 PMH, además se encuentra publicado en la página WEB de la institución.

2.2 Verifique y describa si hay un Plan de mantenimiento de la Dotación (el plan esta escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades?, se esta diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el Anexo 1 de la presente circular?, etc)



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 20 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter @HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huilago



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

El hospital cuenta con un Plan de Mantenimiento de la Dotación hospitalaria contiene los requerimientos del anexo SNS 3000 PMH, además se encuentra publicado en la página WEB de la institución.

Recurso Humano que se emplea en el mantenimiento

3.1 Número de Profesionales (escriba el número y la profesión de cada uno)

(2) Ingenieros Biomédicos

(1) Ingenieros Biomédicos - Coordinador

(1) Ingeniero Civil

(1) Ingeniero Mecánico

(1) Arquitecto

3.2 Número de Técnicos (escriba el número y la especialidad de cada uno).

(5) Técnico Eléctricos.

(3) Técnico Biomédico

3.3 Número de Auxiliares (escriba el número y la especialidad de cada uno)

Cinco (11) Auxiliares Técnicos, Uno (1) Operario de Lavandería, dos (2) Pintores Infraestructura, dos (2) Plomeros, dos (2) Operarios Central de Esterilización, cuatro (4) Arreglo de Muebles administrativos y asistenciales.

Recurso Financiero

4.1 Indique como asignan y distribuyen los recursos para el Mantenimiento Hospitalario:

Los recursos son aprobados por la Junta Directiva y para el mantenimiento hospitalario corresponden al 5% del total del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2018 distribuidos en:

-	2010101	Mantenimiento - Bienes Administrativos	\$620.000.000
-	2010201	Mantenimiento - Servicios Administrativos	\$1.000.000.000

*Haciendo
el Cambio!*



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. 5C4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

-	<u>2020101</u>	Mantenimiento - Bienes Operativos	\$2.750.000.000
-	<u>2020201</u>	Mantenimiento - Servicios Operativos	\$5.000.000.000

4.2 Recursos previstos para el Mantenimiento Hospitalario durante el presente año.

\$9.370.000.000

4.3 Los recursos de Mantenimiento previstos para el presente año Si equivalen al 5% del Presupuesto Total

4.4 Recursos asignados al presente año para el Mantenimiento de la Dotación

\$ 6.277.900.000

4.5 Recursos asignados el presente año para el Mantenimiento de la Infraestructura

\$ 3.092.100-000

Gestión del Servicio de Mantenimiento

5.1 Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplo: calderas, lavandería, Imagenología, etc),

SOTANO

Administración
Consulta Externa
Patología
Calderas
Lavandería
Plantas Eléctricas
Zonas Verdes
Ascensores
Central De Monitoreo

PRIMER PISO

Administración
Nutrición
Farmacia



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201

Leiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co
www.huila.gov.co, [twitter:@HuilaGov](https://twitter.com/HuilaGov), www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

lami

Banco de Sangre

Alto Riesgo Obstétrico

Imagenología

Urgencias

Neumología Y Endoscopia

Salud Mental

Neurofisiología

Atención al Usuario

Unidad de Cancerología

Planta de Oxígeno y aire medicinal

Planta de Vacío

Programa Canguro

Sistemas

Central de Materiales

SEGUNDO PISO

Central de Esterilización

Salas de Cirugía

Salas de Recuperación

Sala de Partos

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos

Unidad de Cuidados Intensivos Gineco Obstétrica

Unidad de Trasplante

Unidad Renal

Unidad Cardiovascular

TERCER PISO

Hospitalización Pediatría

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal

Infectología Pediátrica

CUARTO PISO

Unidad Básica Neonatal

Hospitalización Gineco Obstetricia



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter:@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

QUINTO PISO

Hospitalización
Infectología Adultos

SEXTO PISO

Hospitalización
Unidad de Crónicos

SÉPTIMO PISO

Hospitalización
Laboratorio Clínico
Ropería

OTRAS

Planta Física en General, Redes Eléctricas, Telefónicas, datos.
Terapias y Rehabilitación Física
Hospitalización VIP

5.2 Describa quien y como se realizan las Auditorias de los Contratos de Mantenimiento que celebra la Institución con empresas (Describa el tipo de auditoria y revisión de contratos, verificación del cumplimiento del mismo etc.):

La administración ha designado interventores o supervisores, de acuerdo con la formación profesional y/o las funciones, para la correcta ejecución de los objetos de los contratos. Se cuenta con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional que vela por el desarrollo del Plan de Mantenimiento mediante auditorías internas sobre habilitación en el estándar de dotación y mantenimiento. Así mismo la Oficina de Control Interno hace auditorias sobre el avance en la ejecución de los diferentes planes de mantenimiento.

5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos? (que hacen cuando sucede un accidente)

En la actualidad el hospital ha implementado según la normatividad vigente todo lo correspondiente con el programa de Tecnovigilancia. A la fecha se han reportado trimestralmente a la Secretaría departamental de Salud los eventos e incidentes no serios relacionados con el uso de dispositivos médicos.

5.4 Tienen registros de Actividades del servicio de mantenimiento de la institución?



Certificado
No. GP019-1



CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGov; www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

(describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones etc.)

Los equipos biomedicos, de sistemas, de refrigeración, aires acondicionados, de comunicaciones, de computo, ups y basicos del hospital cuentan a la fecha con sus respectivas hojas de vida donde se archivan los reportes de servicio tecnico, certificados de calibracion y cada una de las acciones realizadas a los equipos en las diferentes intervenciones.

5.5 Llevan hojas de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si esta actualizada, tiene la descripción del equipo, el número del inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad del mantenimiento que recibe (p. Ej. Solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado etc?)

La institución implementó un formato único de hojas de vida que contienen toda la información técnica requerida (el número del inventario, fotografía, serial, modelo, ubicación física, firma de quien verifica la actividad, nombre de quien realiza el mantenimiento del equipo, fecha del mantenimiento realizado y descripción del mismo). Los equipos biomedicos, de sistemas, de refrigeración, aires acondicionados, de comunicaciones, de computo, ups cuentan con hoja de vida actualizada, que son realizadas por la empresas o contratistas responsables de cada servicio. Las hojas de vida de los equipos biomédicos, Neveras, vehículo y equipo industrial se encuentran centralizadas en el primer piso en la oficina de Recursos Físicos, éstas encuentran debidamente archivadas en folders de los servicios a los que pertenecen.

5.6 El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza).

Si, se evidencia en la actualidad el departamento de mantenimiento Biomédico realiza inducción en la adecuada operación de equipos nuevos y recomendaciones de cuidado de los mismos. Además, los representantes de las empresas comercializadoras realizan capacitación a la entrega de los equipos biomédicos nuevos. Adicionalmente se cuenta con un reintroducción al personal de los diferentes servicios en los equipos de mayor riesgo como es el caso de desfibriladores y monitores de signos vitales.

5.7 Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre Mantenimiento Hospitalario? SI X_



Certificado
No. GP019-1



CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co, [twitter: @HuilaGov](https://twitter.com/HuilaGov), www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

Por medio del cual se reglamenta el artículo 9o del Decreto 1298 de 1984, este tiene por objeto regular los componentes y los criterios básicos para la asignación de los recursos equivalentes al 5% del presupuesto total, para mantenimiento hospitalario.

5.8 Los funcionarios responsables del Mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o la empresa que lo dicto)

Si, Se han recibido capacitación en los servicios sobre ecógrafos, impedancia auditiva, microscopios y máquinas de anestesia. Los técnicos electricistas y operarios de mantenimiento se capacitaron en trabajo seguro en alturas.

Inventarios

(Verifique la existencia de inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente circular)

6.1 Inventario Si ☒ No ☐ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc)

En la vigencia 2015 se implementó el Software de Dinámica Gerencial para activos fijos. En la vigencia 2017 se realizó una toma de Inventario físico en un 93.2% de los centros de costos de la institución.

6.2 Planos de las Redes? Si ☒ No ☐ (Describa si los planos están completo, incompleto etc)

Se cuenta con planos de alcantarillado, catastro físico desactualizados, estructurales y arquitectónicos actualizados-

6.3 Equipos Biomédicos? Si ☒ No ☐ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc)

En la vigencia 2015 se implementó el Software de Dinámica Gerencial para activos fijos. En la vigencia 2017 se realizó actualización del Inventario físico.

6.4 Equipos Industriales de uso Hospitalario?

☒ No ☐ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc)



Certificado
No. GP019-1



CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter:@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC-4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

En la vigencia 2015 se implementó el Software de Dinámica Gerencial para activos fijos. En la vigencia 2017 se realizó una toma de Inventario físico en un 93.2% de los centros de costos de la institución.

6.5 Planos de las áreas físicas? Si X No _____ (Describa si están completo, incompleto etc)

Existen planos de la gran mayoría de las áreas físicas. (existen planos del 2010) si existen planos del año referido.

6.6 Equipos de Comunicación e informática? Si X No _____ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc).

En la vigencia 2015 se implementó el Software de Dinámica Gerencial para activos fijos. En la vigencia 2017 se realizó una toma de Inventario físico en un 93.2% de los centros de costos de la institución.

6.7 Muebles de uso asistencial y administrativo? Si X No _____ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc).

En la vigencia 2015 se implementó el Software de Dinámica Gerencial para activos fijos. En la vigencia 2017 se realizó una toma de Inventario físico en un 93.2% de los centros de costos de la institución.

6.8 Otros equipos y elementos no contemplados en los ítems? Si X No _____ (Describa si el inventario está completo, incompleto etc)

El inventario de los equipos recibidos en comodato y arrendamiento se encuentra en actualización.

Espacios físicos para el desarrollo del Mantenimiento

7.1 Tiene talleres para Mantenimiento, Si X No _____ (describa como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc)

El hospital adecuo un área más amplia para las labores de mantenimiento de equipo básico y muebles, se cuenta con un espacio físico aceptable, es ventilado y mantiene buenas condiciones ambientales, a su vez posee herramientas y muebles necesarios para la ejecución del mantenimiento, igualmente se cuenta con un espacio exclusivo para el mantenimiento del equipo biomédico.



Certificado
No. GP019-1



CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huila.gov.co



Certificado
No. SC-4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

7.2 Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del Mantenimiento, Archivo y Almacén de repuestos, Si ☒ No ☐ (describa como se almacena, existe tarjetero o kardex, esta distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc)

El área se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del hospital, cuenta con aceptable espacio físico y apropiado para el almacenamiento de repuestos e insumos, inventario de repuestos, la cual fue ampliada en la vigencia 2015.

Dotación del Servicio de Mantenimiento

8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de Mantenimiento y reparación de equipos? Si ☒ No ☐ (Describa como son los muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc).

Existen muebles de trabajo adecuados para equipo biomédico, hospitalario y básico.

8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de Mantenimiento y reparación de equipos? Si ☒ No ☐ (Describa se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc)

Existen herramientas básicas y especializadas para cada tipo de mantenimiento (biomédico, electrónico, eléctrico, mecánico, hidráulico e infraestructura), las cuales se actualizan de acuerdo a los requerimientos realizados por los técnicos y a los recursos disponibles.

8.3 Dispone de manuales técnicos de los equipos? (Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los Equipos de rayos x, y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa el porque o donde se encuentran)

Si, existen para los equipos biomédicos y equipos básicos nuevos ingresados al hospital, se encuentran archivados en el área destinada para el de mantenimiento de equipo biomédico.

Verificación del Mantenimiento de la Dotación

9.1 Mantenimiento del Equipo Biomédico	Unidad	Pr.	Co.	Est.
9.1.1 Equipo de Diagnostico				
Basculas	60		X	1
Colposcopio	1		X	2
Digitalizadores	2		X	1
Doppler fetal	1		X	1
Ecógrafo	10		X	8=1 2=2
Ecocardiógrafo	1		X	3
Electrocardiógrafo	19		X	1



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 20

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; www.facebook.com/huilago

Neiva-Huila



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Unidad	Pr.	Co.	Est.
Electroencefalógrafo	2		X	1
Electromiógrafo	1		X	1
Endoscopios	13		X	2
Equipo de Mamografía	1		X	2
9.1 Mantenimiento del Equipo Biomédico				
9.1.1 Equipo de Diagnostico				
Equipo de órganos de los sentidos	27		X	1
Equipo de órganos de los sentidos – Portátil	28		X	1
Equipo de Rayos X	3		X	2=2 1=1
Equipo de Rayos X Portátil	4		X	2
Equipo de Tomografía	1		X	2
Equipo Rayos X en Arco en C	3		X	1=2, 2=1
Espirómetro	2		X	1
Fibrobroncoscopio	2		X	1
Fonendoscopios	91		X	1
Glucómetro	30		X	1
Pesa bebe	17		X	1
Prueba de esfuerzo	1		X	1
Tensiómetros	72		X	1
Tomógrafo	1		X	2
Torre de endoscopia	2		X	1
9.1.2 Equipo para tratamiento y Mantenimiento de la vida				
Acelerador lineal	1		X	2
Angiografo	2		X	1=1 1=2
Bombas de nutrición	40		X	1
Bombas de infusión	441		X	1
Bomba de circulación extracorporea	1		X	1
Capnografo	1		X	2
Craneotomo	3		X	2
Consola de contrapulsacion	1		X	1
Desfibrilador	36		X	33=1 3=2
Electro bisturí	18		X	15=1, 3=2
Electrocauterio	1		X	2
Equipo de braquiterapia	1		X	1
Equipo de terapia electroconvulsiva	1		X	1
Flujometro	341		X	1
Incubadora	16		X	1
Incubadora de transporte	3		X	1



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 20 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter:@HuilaGov](https://twitter.com/HuilaGov); www.facebook.com/huilagov



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Unidad	Pr.	Co.	Est.
Infusor de presión	16		X	1
Intercambiador de calor	1		X	1
Lámpara Cielítica	19		X	1
Lámpara Cielítica Portátil	10		X	1
Lámpara de calor Radiante	8		X	1
9.1.2 Equipo para tratamiento y Mantenimiento de la vida				
Lámpara Fototerapia	10		X	1
Laringoscopio Pediátricos	8		X	1
Laringoscopio Adultos	19		X	2
Máquina de anestesia	13		X	11=1 2=2
Máquina de hemodiálisis	9	X		1
Marcapasos	5		X	1
Mesa de Cirugía	12		X	10=1, 2=2
Mesa de Partos	2		X	1
Mesa para procedimientos de Ortopedia	2		X	1
Microscopio quirúrgico	3		X	1
Monitor de signos vitales	134		X	128=1 6=2
Monitor Fetal	13		X	1
Monitor multiparametros	40		X	1
Perfusor	37		X	1
Regulador de succión	42		X	2
Succionador – Portátil	60		X	2
Unidad Odontológica	1		X	2
Ventilador Mecánico	67		X	1
Ventilador de transporte	4		X	1
Torre Multifuncional	44		X	1
Torre de laparoscopia	3		X	1
9.1.3 Equipo para Rehabilitación				
Bicicleta estática	1	X		3
Caminadoras	2	X		3
Elípticas	2	X		3
Escaladora	1	X		3
Estimuladores	4		X	3
Multifuerza	1	X		2
Nebulizadores	4		X	2
Ultrasonido	2		X	2
Vibrador	8		X	2
9.1.4 Equipo para Prevención				



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 2 | Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter:@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC-4952-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Unidad	Pr.	Co.	Est.
Pulsoxímetro	28		X	1
9.1.5 Equipo para Análisis de Laboratorio				
Agitador de Manzini	1		X	2
Agitador de plaquetas	1		X	1
Analizador de Química sanguínea	2		X	1
9.1.5 Equipo para Análisis de Laboratorio				
Baño de flotación	3		X	1
Baño maría	1		X	1
Balanzas	13		X	1
Centrífuga	5		X	3=1 2=2
Criostato	1		X	1
Dispensador de parafina	1		X	1
Horno	5		X	2
Mezclador Agitador	1		X	2
Micro centrífuga	2		X	2
Microscopio	11		X	2
Piano cuenta células	2		X	3
Pipeta automática	32		X	1
Analizador de Orina	1		X	1
Analizador de Electrolitos	1		X	1
9.2 Mantenimiento de Equipo Industrial de uso Hospitalario				
9.2.1 Equipos para Lavandería y Cocina				
Lavadora	3	X		1=2, 2=1
Prensa Planchadora	4	X		2
Rodillo Planchador	1	X		1
Secadora	2	X		2
Marmita de cocción a vapor	6	X		4=1 2=2
Estufa Asadora Industrial	1	X		1
Estufa Industrial	3	X		1
Horno Industrial	1	X		1
Batidora Industrial	1	X		1
Licuadora Industrial	2	X		1
9.2.2 Equipo para Esterilización y Autoclaves				
Esterilizadores	1		X	1
Esterilizador a Vapor	3		X	2
Lavadora desinsectadora	1		X	1
Lavador de endoscopios	1		X	1
Cortadora Circular	1		X	1



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 20 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Unidad	Pr.	Co.	Est.
Pistola Neumática	4		X	1
Sellador de Bolsa	3		X	1
Perforador	2		X	1
9.2.3 Equipo de Refrigeración y aire acondicionado				
Aires acondicionados	331		X	1
Congelador	16		X	1
9.2.3 Equipo de Refrigeración y aire acondicionado				
Cámara de Plaquetas	1		X	1
Cuartos fríos	7		X	1
Nevera para Cuerpos	2		X	1
Neveras	41		X	1
Refrigerador	3		X	1
Controladores de Humedad y Temperatura	51		X	1
9.2.4 Calderas, bombas, plantas eléctricas				
Calderas	2	X		1
Incinerador	-	-	-	-
Motobombas	7	X		1
Planta eléctrica	3		X	1
Tanques de abastecimiento	3		X	1
Compresores de aire	2		X	1
Compresores	3		X	1
9.2.5 Otros industriales de uso Hospitalario				
Ambulancia	2		X	1
Ambulancia medicalizada	2		X	1
Ascensores	2		X	3
Unidad Móvil	1		X	1
Vehículos	2		X	1=1 1=2
UPS	93		X	1
9.2.6 Equipos de Seguridad				
Extintores	172		X	1
9.3 Mantenimiento de muebles para uso administrativo y para uso asistencial				
Camas eléctricas	223		X	178=1 45=2
Camas mecánicas	135	X	X	135=2
Camillas	185	X	X	70=1, 110=2
Comedores	280	X		1
Cunas	55	X		1
Escritorios	320	X		1
Mesas de noche	280	X		1



Certificado
No. GP019-1



CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter@HuilaGov](https://twitter.com/HuilaGov); www.facebook.com/huilago



Certificado
No. SC-4353-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Unidad	Pr.	Co.	Est.
Sillas	2050	X		1
9.4 Mantenimiento de equipos de comunicación e informática				
Computadores e Impresoras	838		X	1
Conmutador telefónico	2		X	1
Radio teléfono	8		X	1
Sistema de Llamado de Enfermería	5		X	1

10. Verificación del mantenimiento de la Infraestructura

10.1 Mantenimiento de Edificios	Pr.	Co.	Est.
Administración		X	1
Cirugía		X	1
Consulta Externa	X	X	2
Hospitalización Adultos		X	2
Hospitalización Pediátrica		X	2
Laboratorio clínico		X	1
Banco de Sangre		X	1
Obstetricia		X	2
Promoción y Prevención		X	1
Servicios generales	X	X	2
Unidad de Cuidado Básico		X	2
Unidad de Cuidado Intensivo Adultos	X	X	1
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal		X	2
Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico		X	1
Unidad de Cuidado Intermedio Adultos		X	1
Unidad de Cuidado Intermedio Neonatal		X	1
Unidad de Cuidado Intermedio Pediátrico		X	2
Urgencias	X	X	1
10.2 Mantenimiento de Instalaciones Físicas			
Garajes		X	2
Cuartos para plantas y subestaciones eléctricas		X	3
Cuartos suministro de gases	X	X	1
10.3 Mantenimiento del Sistema de Redes			
Alcantarillado		X	2
Hidráulicas		X	2
Eléctricas	X	X	3
Gases medicinales		X	1
Red de Datos		X	1



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; [twitter:@HuilaGob](https://twitter.com/HuilaGob); www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-12



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

	Pr.	Co.	Est.
Telefónica		X	1
10.4 Mantenimiento de Áreas Adyacentes			
Parqueaderos		X	1
Jardines	X		2

Diligenciamiento:

En las casillas Pr y Co se marcará con una X según corresponda el caso. En la casilla Esta se marcará con 1, 2, 3... Según el inspector considere

Las filas que se encuentren debajo de la descripción (por ejemplo equipo de Imagenología y diagnostico, equipo de laboratorio etc) se deben llenar con el nombre del equipo que conformen el servicio y que se consideren más relevantes

Convenciones:

Pr: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal propio de la institución

X Co: Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal externo a la institución, contratado especialmente para esta labor

Est: Se escribe en la casilla la valoración subjetiva correspondiente al estado en que se encuentre la dependencia. La escala de valoración es la siguiente:

0-25%	Bueno	1
26-30%	Regular	2
51-75%	Malo	3
76-100%	Ruina	4

CAPACIDAD DE LA RED

	CONSULTORIOS				PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				URGENCIAS			
	MEDICINA GENERAL	ESPECIALIZADA	ODONTOLOGIA	PSICOLOGIA	ENFERMERIA	CECIMIENTO Y DESARROLLO	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MEDICINA GENERAL	MEDICINA ESPECIALIZADA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACION	ULTRASONIDO O GINECO-OBSTETRICIA
ESE HOSPITAL		11	1		1			2	2	3	3	



Certificado
No. GP019-1

CARRERA 20 No. 5 B - 36; PBX 870 19 80 ext. 107; FAX: 8 70 19 80 ext. 201 Neiva-Huila

e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co; twitter @HuilaGob; www.facebook.com/huilagob



Certificado
No. SC 4353-1